



DZP/381/28/EAT/2020

Katowice /02.10.2020

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym do 30 000 euro
na dostawę videolaryngoskopu**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1. Pytanie - Lp. Parametry techniczne w punktach od 1 do 16-Czy zamawiający dopuści jako równoważny videolaryngoskop o następujących parametrach:

1. Video laryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 2,4 "
2. Wyświetlacz LCD umieszczony w stałej pozycji
3. Adapter wideolaryngoskopu wyposażony źródło światła LED oraz kamerę CMOS o rozdzielczości 640x480 pikseli VGA. Na wyposażeniu dwa adaptory dla dorosłych oraz dla dzieci i niemowląt.
4. Wskaźnik stanu naładowania baterii.
5. Zasilany z akumulatora lub baterii zapewniającej 90 minut pracy urządzenia.
6. System zarządzania energią wyłączający urządzenie po 1 min. Wyposażony w wizualny wskaźnik stanu wyczerpania baterii.
7. Waga videolaryngoskopu z łożką ok 220g (w zależności od rozmiaru łożki)
8. Dostępne na wyposażeniu łożki mikrobiologicznie czyste jednorazowego użytku w rozmiarze: 1,2 oraz 3 pasujące do szerokiego grona pacjentów takich jak klasyczne łożki w rozmiar 1,2,3,4. Łóżki w rozmiarze 2 i 3 występują w wersji bez kanału oraz z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną. Do wyboru przez zamawiającego.
9. Na wyposażeniu łożki mikrobiologicznie czyste wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 3- 10 szt oraz rozmiar 3 z kanałem na rurkę intubacyjną – 10 szt. Przeznaczone do procedur na osobach dorosłych.
10. Wideolaryngoskop jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku rurkami intubacyjnymi co daje możliwość zakupu zamawiającemu w korzystnej cenie rurek intubacyjnych w zależności od preferencji. Na wyposażeniu wideolaryngoskopu nie występują rurki intubacyjne.
11. Instrukcja obsługi i menu w języku polskim
12. Posiadamy autoryzowany serwis gwarancyjny wraz rozlokowanymi po kraju punktami serwisowymi

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. **Pytanie** - . Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w akumulator z możliwością ładowania za pomocą dostarczonego w komplecie zasilacza?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

3. **Pytanie** - Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści videolaryngoskop o wadze 260g?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

4. **Pytanie** - Czy w pozycji 11 Zamawiający dopuści videolaryngoskop do sterylizacji w plazmie lub gazie bez możliwości zanurzenia w płynach dezynfekcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. **Pytanie** - Czy w pozycji 12 Zamawiający dopuści videolaryngoskop, który nie jest wodoszczelny, ale po odłączeniu monitora nadaje się do sterylizacji w plazmie lub gazie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych