



Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowym p.n.: **Dostawa Systemu do biopsji stereotaktycznej i tomobiopsji z diagnostyką mammograficzną wraz z adaptacją pomieszczeń w ramach projektu "Rozbudowa Pracowni Mammografii z wyposażeniem w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM" – DZP.381.26A.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – załącznik nr 4 SWZ – punkt II.4

Funkcja współpracy z różnymi systemami próżniowego pobierania wycinków w tym w szczególności z posiadanymi przez Zamawiającego systemami DEVICOR i BARD.

Czy powyższy wymóg Zamawiającego należy rozumieć w taki sposób, że zaoferowane i dostarczone stanowisko/a biopsyjne mają być kompatybilne z wyszczególnionymi w treści wymogu systemami ale Wykonawca ma dostarczyć uchwyty wyłącznie dla dostarczanego w ramach niniejszego postępowania systemu pobierania wycinków (określonego w punkcie XI. Załącznika 4)?

Ponieważ zestaw uchwytów zapewniających kompatybilność stanowiska biopsyjnego z systemem próżniowego pobierania wycinków jest różny dla różnych systemów, to wątpliwość budzi czy w ramach niniejszego postępowania Wykonawca powinien dostarczyć jeden zestaw uchwytów (dedykowany do dostarczanego systemu biopsji próżniowej) czy też powinien dostarczyć komplet wielu uchwytów, umożliwiających współpracę zarówno dostarczanego jak i posiadanych przez Zamawiającego systemów próżniowego pobierania wycinków. Wyczerpująca odpowiedź na powyższe pytanie pozwoli na rzetelną wycenę oferty.

Odp.:

Tak, Wykonawca ma dostarczyć uchwyty wyłącznie dla dostarczanego w ramach niniejszego postępowania systemu pobierania wycinków (określonego w punkcie XI. Załącznika 4).

Jednak stanowisko/a biopsyjne ma być kompatybilne z wyszczególnionymi w treści wymogu systemami.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – załącznik nr 4 SWZ i WYKAZ DO OCENY PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH (OCENA TECHNICZNA) załącznik nr 5 SWZ – punkt Va.8

8.	Zestaw do zdjęć powiększonych min. jedno powiększenie 1,5x	Tak	TAK/NIE podać	1.5x – 0 pkt 1.5x i 1.8x – 2 pkt
----	--	-----	---------------------------	-------------------------------------

Prosimy o dopuszczenie zapisu o następującym brzmieniu:

8.	Zestaw do zdjęć powiększonych min. jedno powiększenie min. 1,5x	Tak	TAK/NIE podać	Jedno powiększenie min. 1.5x – 0 pkt Dwa powiększenia 1.5x i 1.8x – 2 pkt
----	---	-----	---------------------------	--

Obecne brzmienie wyklucza zaoferowanie najpopularniejszego współczynnika powiększenia o wartości 1,8x.

Odp.:

Zamawiający zmienia zapis SWZ. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik 4 – ZPT oraz w załączniku 5 – WYKAZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik 4 i 5:



8.	Zestaw do zdjęć powiększonych min. jedno powiększenie min. 1,5x	Tak	TAK/NIE podać	Jedno powiększenie min. 1.5x – 0 pkt Dwa powiększenia 1.5x i 1.8x – 2 pkt
----	--	-----	---------------------------	--

Pytanie nr 3:

Dotyczy: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – załącznik nr 4 i WYKAZ DO OCENY
PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH (OCENA TECHNICZNA) załącznik nr 5 SWZ – punkt Vb.9

9.	<i>Funkcja wykonywania dwu energetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (opartej na niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej - ekspozycji).</i>	TAK/NIE	TAK/NIE	Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt.
----	---	---------	---------	------------------------------

Czy wymóg Zamawiającego oznacza, że promowane punktowo będą rozwiązania, w których istnieje możliwość wykonywania dwu energetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (opartej na niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej - ekspozycji) na stanowisku dedykowanym badaniom pacjentki leżącej na brzuchu?

Odp.:

Tak, zgodnie z tytułem punktu Vb.

Pytanie nr 4:

Dotyczy: Program funkcjonalno-użytkowy

Prosimy o udostępnienie projektu aktualnej strefy ppoż obszaru, na którym planowana jest inwestycja.

Odp.:

Zamawiający udostępnia część Rys. nr 5 „P-1 PRZYZIEMIE” pochodzącego z Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, gdzie zaznaczono obszary zrealizowanych sąsiednich inwestycji (Rezonans Magnetyczny, Pracownie Diagnostyczne) – plik oznaczony „Szkic_pomieszczeń_poz-1”.

Zamawiający udostępnia posiadany rzut pomieszczeń Rezonansu Magnetycznego w formatach DWG i PDF – pliki oznaczone „Rzut_Rezonans_poz-1CAD”, „Rzut_Rezonans_poz-1PDF” oraz rzut pomieszczeń Pracowni Diagnostycznych w formatach DWG i PDF - pliki oznaczone „Rzut_Pracownie_poz-1CAD”, „Rzut_Pracownie_poz-1PDF”, gdzie zaznaczono aktualny podział na strefy ppoż. w sąsiedztwie planowanej inwestycji.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: SWZ, Załącznik nr 8 – Wzór umowy, § 9 ust. 1 oraz Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Zamawiający wymaga podania osobnych wartości składających się na cenę przedmiotu umowy dla:

- system do biopsji stereotaktycznej i tomobiopsji z diagnostyką mammograficzną oraz z wyposażeniem
- dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie
- szkolenie
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni mammografii wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej:

Zwracamy uwagę, że wydzielenie pozycji b) i c) ze świadczenia opisanego w pozycji a) uniemożliwia zastosowanie preferencyjnej, 8% stawki podatku VAT na całą usługę kompleksową, którą jest dostawa urządzeń wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniami.

O kompleksowości ww. dostawy świadczy fakt, że bez czynności opisanych w punktach b) i c) system wskazany w pkt. a) nie mógłby być wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem przewidzianym przez producenta i zgodnie z celem niniejszego postępowania.

W obecnym stanie zapisów Wykonawca jest zmuszony zastosować podstawową, 23% stawkę VAT dla pozycji b) i c), wbrew zasadom wyceniania świadczeń kompleksowych.

Czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje SWZ i będzie wymagał od Wykonawców podania wartości dla:

- system do biopsji stereotaktycznej i tomobiopsji z diagnostyką mammograficzną oraz z wyposażeniem, dostawą, montażem, instalacją, uruchomieniem i szkoleniem:

cena nettozł

podatek VAT% tj. zł

cena brutto:zł



b) adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni mammografii wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej:

ryczałtowa cena nettozł

podatek VAT% tj. zł

ryczałtowa cena brutto:zł

Odp.:

Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy oraz wzór umowy w zakresie § 9 ust. 1 oraz § 15 ust. 1b).

§ 9 ust. 1 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9.

Warunki płatności wynagrodzenia.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi ryczałtową kwotę:

netto:.....zł

podatek VAT% tj. zł

brutto: zł

(słownie:zł)

W ramach wynagrodzenia określonego powyżej, poszczególne części wynagrodzenia wynoszą:

a) system do biopsji stereotaktycznej i tomobiopsji z diagnostyką mammograficzną oraz z wyposażeniem, dostawą, montażem, instalacją, uruchomieniem, szkoleniem:

cena nettozł

podatek VAT% tj. zł

cena brutto:zł

b) adaptacja pomieszczeń na potrzeby pracowni mammografii wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem dokumentacji projektowej:

ryczałtowa cena nettozł

podatek VAT% tj. zł

ryczałtowa cena brutto:zł

§ 15 ust. 1b) wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

§ 15.

Kary umowne.

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w zakresie i terminie wskazanym w § 6 ust.1 - w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

b) za zwłokę w usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym w terminie wskazanym w § 13 ust. 3 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1b) umowy za każdy dzień zwłoki.

c) za zwłokę w usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym w terminie wskazanym w § 14 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1a) umowy za każdy dzień zwłoki.

d) za zwłokę w wykonaniu planowanego przeglądu okresowego w okresie gwarancji, o ile nie nastąpiło ono z winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1 a) umowy za każdy dzień zwłoki.

e) za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia aplikacyjnego o którym mowa w § 8 ust. 6 w terminie wskazanym w § 8 ust. 6 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 9 ust. 1a) umowy za każdy dzień zwłoki,

f) za zwłokę w wykonaniu obowiązku określonego w § 2 ust. 14 pkt j) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki

W załączeniu zmodyfikowany formularz ofertowy.

Pytanie nr 6:

Dotyczy: SWZ, Załącznik nr 8 – Wzór umowy, § 14 ust. 5 zdanie drugie.

Prosimy o modyfikację istniejącego terminu usunięcia usterki bez konieczności wymiany części zamiennych na termin nie dłuższy niż 72 h w dni robocze od momentu zgłoszenia.

Wnioskujemy o powyższe, ponieważ w przypadku usterki niemożliwej do zdalnego zdiagnozowania (co w przypadku opisanego w SWZ skomplikowanego Systemu jest



niewykluczone), termin 48 godzin na diagnostykę i naprawę przy Aparacie, jest zdecydowanie niewystarczający.

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym modyfikuje wzór umowy w zakresie § 14 ust. 5 i 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wymagany termin przystąpienia do naprawy (w tym diagnostyka zdalna za pośrednictwem łącza szerokopasmowego VPN) – nie dłuższy niż 24h w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po zgłoszeniu. Termin usunięcia usterki bez konieczności wymiany części zamiennych nie dłuższy niż 72 h w dni robocze od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia do wykonania naprawy części zamiennych Zamawiający dopuszcza termin usunięcia usterki w terminie nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

6. W przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić badania w innej jednostce na koszt Wykonawcy w okresie trwania naprawy.”

Pytanie nr 7:

Dotyczy: SWZ, Załącznik nr 8 – Wzór umowy, § 14 ust. 5 zdanie trzecie.

Prosimy o wydłużenie terminu usunięcia usterki do 10 dni roboczych, a jeśli nie jest to możliwe, - do 7 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta,

z pozostawieniem 5 dni na naprawę z wymianą części zamiennych znajdujących się na stanie magazynowym Wykonawcy.

Proponujemy zapis:

W przypadku naprawy z wymianą części zamiennych bez konieczności sprowadzenia części spoza granic RP Zamawiający dopuszcza termin usunięcia usterki nie dłuższy niż 5 dni roboczych,

a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych od zagranicznego producenta termin nie dłuższy niż 7 (ew. – zgodnie z odpowiedzią – 10) dni roboczych.

Powyższa modyfikacja – w przypadku wystąpienia usterki niemożliwej do usunięcia poprzez regulację czy kalibrację - w większym zakresie uwzględni zarówno konieczny czas na diagnostykę bezpośrednio przy Aparacie, czas na próbę naprawy bez wymiany części, na transport części od producenta spoza granic RP, na wymianę i uruchomienie w Aparacie i czas na ew. testy należne do wykonania po naprawie.

Wyjaśniamy, że nawet wnioskowane 7 dni roboczych jest terminem który - pomimo dołożenia wszelkich starań – może okazać się być niewystarczający, w szczególności jeśli po zakończeniu naprawy zajdzie konieczność wykonania testów specjalistycznych.

Dlatego prosimy o rozważenia i pozytywne ustosunkowanie się naszego postulatu.

Odp.:

Zamawiający modyfikuje wzór umowy w zakresie § 14 ust. 5 i 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wymagany termin przystąpienia do naprawy (w tym diagnostyka zdalna za pośrednictwem łącza szerokopasmowego VPN) – nie dłuższy niż 24h w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po zgłoszeniu. Termin usunięcia usterki bez konieczności wymiany części zamiennych nie dłuższy niż 72 h w dni robocze od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia do wykonania naprawy części zamiennych Zamawiający dopuszcza termin usunięcia usterki w terminie nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

6. W przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić badania w innej jednostce na koszt Wykonawcy w okresie trwania naprawy.”

Pytanie nr 8:

Dotyczy: SWZ, Załącznik nr 8 – Wzór umowy, § 14 ust. 6.

Prosimy, w celu zabezpieczenia przed utratą gwarancji producenta, o uzupełnienie istniejącego zapisu o wymóg autoryzacji jednostki, której Zamawiający ma prawo zlecić badania.

Proponujemy zapis:

W przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy w okresie trwania naprawy zlecić badania w innej jednostce posiadającej upoważnienie wystawione przez producenta Aparatu.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje iż chodzi o zlecenie badań pacjentek w innym podmiocie w razie awarii przedmiotu umowy.



Pytanie nr 9:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ punkt 2.3 i 2.4

Prosimy o możliwość zaoferowania dwóch niezależnych systemów

1. Mammografu do diagnostyki mamograficznej
2. Stołu do biopsji w pozycji leżącej na brzuchu.

W przypadku zaoferowania dwóch niezależnych stanowisk prosimy o rezygnację z możliwości wykonywania biopsji w pozycji, stojącej, siedzącej i leżącej na boku wykonywanej na mammografie. Nie ma logicznej potrzeby posiadania przystawki biopsyjnej w mammografii, ponieważ nie będzie ona wykorzystywana jeśli Zamawiający będzie posiadał stół do biopsji. Pozycja leżąca na brzuchu jest pozycją najbardziej wygodną zarówno dla pacjenta jak i personelu. Wymóg dostarczenia przystawki biopsyjnej do mammografu służy tylko znaczącemu podniesieniu ceny.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 10:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria III

Jeśli na pytanie nr 1 (dotyczy pytania 9) odpowiedź będzie pozytywna prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalności biopsyjne opisane w kategorii III tyczą się w tym przypadku stołu biopsyjnego.

Odp.:

Zamawiający nie wyraził zgody na pytanie 9, w związku z powyższym Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 11:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria IV punkt 9

Prosimy o uznanie za równoważne zaoferowanie drugiego małego ogniska tylko na mammografie. Małe ognisko używane jest tylko do zdjęć powiększonych i nie ma sensu i możliwości wykorzystania małego ogniska w stole biopsyjnym.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 12:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria Va punkt 22

Jeśli na pytanie nr 1 (dotyczy pytania 9) odpowiedź będzie pozytywna prosimy o potwierdzenie, że funkcjonalność opisana w punkcie 22 dotyczy stołu biopsyjnego.

Odp.:

Zamawiający nie wyraził zgody na pytanie 9, w związku z powyższym Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 13:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria Vb punkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany dostęp 360° ma być dostępny również po zainstalowaniu systemu niezależnie od jego usytuowania oraz ograniczeń lokalowych?

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia że wymaga zapewnienia dostępu igły do piersi z każdej strony (360°), po zainstalowaniu systemu w pomieszczeniu Zamawiającego, w miejscu wybranym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do takiego usytuowania systemu by zapewnić taki dostęp.

Pytanie nr 14:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria Vb punkt 2

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany dostęp 360° do piersi opisuje kąt dostępu z wktuciem standardowym – w linii promieniowania układu lampa-detektor.

Odp.:

Zamawiający wyjaśnia że wymagany dostęp 360° do piersi opisuje kąt dostępu z wktuciem zapewniającym minimalizację inwazyjności zabiegu.

Pytanie nr 15:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ



Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria Vb

Prosimy o potwierdzenie, że oferowany system ma mieć możliwość wktucia podejściem standardowym (w linii promieniowania lampa-detektor) oraz w podejściu bocznym ($\pm 90^\circ$ w stosunku do linii promieniowania lampa-detektor).

Prosimy również o potwierdzenie, że zmiana z wktucia standardowego na boczne nie wymaga zwalniania ucisku i ponownej ekspozycji pacjentki oraz nie wymaga zakładania dodatkowego wyposażenia (płytki dystansowej zakładanej na detektor -odsuwającej pierś od detektora w przypadku wktucia bocznego)

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że oferowany system ma mieć możliwość wktucia podejściem standardowym (w linii promieniowania lampa-detektor) oraz w podejściu bocznym ($\pm 90^\circ$ w stosunku do linii promieniowania lampa-detektor).

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga rozwiązania, w którym zmiana z wktucia standardowego na boczne nie wymaga zwalniania ucisku i ponownej ekspozycji pacjentki oraz nie wymaga zakładania dodatkowego wyposażenia (płytki dystansowej zakładanej na detektor -odsuwającej pierś od detektora w przypadku wktucia bocznego).

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapis SWZ i modyfikuje załącznik 4 – ZPT poprzez dopisanie punktu Vb.10, który otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik 4:

Vb.10.	Możliwość wktucia podejściem standardowym (w linii promieniowania lampa-detektor) oraz w podejściu bocznym ($\pm 90^\circ$ w stosunku do linii promieniowania lampa-detektor).	Tak	TAK/NIE	Bez punktacji
--------	---	-----	---------	---------------

Pytanie nr 16:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria VII punkt 6

Prosimy o uznanie za równoważne mobilnej stacji technika tylko dla stołu biopsyjnego.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza mobilną stację tylko dla stołu biopsyjnego, o ile dla mammografu zostanie dostarczona druga, niemobilna stacja technika. **Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie gdzie mobilna stacja technika obsługiwać będzie stół biopsyjny i mammograf.**

Pytanie nr 17:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria VII punkt 8

Prosimy o dopuszczenie 36000 obrazów bez kompresji. Stacje akwizycyjne nie służą do magazynowania badań.

Odp.:

Zamawiający zmienia zapis SWZ. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik 4 – ZPT, który otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik 4:

8.	Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 36 000 obrazów	Tak	TAK/NIE	Bez punktacji
----	--	-----	---------	---------------

Pytanie nr 18:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria VIII

Prosimy o wprowadzenie oraz punktowanie istotnego parametru opisującego tomosyntezę jakim jest czas wykonywania. Czym krótszy czas tym mniejsze dolegliwości bólowe pacjentki, krótsza procedura oraz mniejsze ryzyko poruszenia się. Proponujemy

	Czas skanu tomosyntezy max 10s	Tak, podać	TAK/NIE Podać	< 4s – 5pkt ≥ 4s – 0 pkt
--	--------------------------------	------------	---------------------------	-----------------------------

Odp.:

Zamawiający zmienia zapis SWZ. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik 4 – ZPT oraz w załączniku 5 – WYKAZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik 4 i 5:



VIII.6.	Czas skanu tomosyntezy max 13s	Tak, podać	TAK/NIE Podać	< 4 s – 5 pkt ≥ 4s – 0 pkt
---------	-----------------------------------	------------	---------------------------	-------------------------------

Pytanie nr 19:

Pytania dotyczące Załącznika nr 4 do SIWZ

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ kategoria XII

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał aby oferowana stacja opisowa posiadała funkcjonalność wysyłania notatek na konsolę technika oraz żeby odbywało się to dwukierunkowo (stacja opisowa -> stacja technika; stacja technika-> stacja opisowa). Takie rozwiązanie znacząco ułatwia pracę między lekarzem a technikiem, lekarz może np. oznaczyć miejsc zdjęcia powiększonego, a technik będzie widział to oznaczeni na stacji technika.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20:

Pytania dotyczące warunków umowy

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Wyjaśniamy, iż serwis Wykonawcy pracuje od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w określonych godzinach, dlatego też prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

Odp.:

Zamawiający w par. 13 ust. 3 wzoru umowy określił co rozumie pod zwrotem „dni robocze” tj. (tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Pytanie nr 21:

Pytania dotyczące warunków umowy

Dotyczy ust. 1 § 14 Projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu gwarancji do 24 miesięcy tj. zgodnie z gwarancją udzieloną przez Producenta aparatu

Wyjaśniamy, że wymagana gwarancja 36 m-cy jest o 12 m-cy dłuższa od gwarancji udzielonej przez producenta (24 m-ce) i w związku z tym jest gwarancją odpłatną, przez co wpłynie na podwyższenie ceny przedmiotu zamówienia.

Dlatego prosimy o dopuszczenie 24 miesięcznego okresu gwarancji tj. zgodnie z okresem gwarancji udzieloną przez Producenta.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 22:

Pytania dotyczące warunków umowy

Dotyczy ust. 5 § 14 Projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na usunięcie usterki do 4 dni roboczych (gdy nie ma konieczności wymiany części zamiennych z zagranicy) i do 7 dni roboczych (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy)

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych

W związku z powyższym, prosimy o wydłużenie czasu na usunięcie uszkodzenia do 4 dni roboczych (gdy nie ma potrzeby sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) i do 7 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części części zamiennych z zagranicy).

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z powyższym modyfikuje wzór umowy w zakresie § 14 ust. 5 i 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wymagany termin przystąpienia do naprawy (w tym diagnostyka zdalna za pośrednictwem łącza szerokopasmowego VPN) – nie dłuższy niż 24h w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, po zgłoszeniu. Termin usunięcia usterki bez konieczności wymiany części zamiennych nie dłuższy niż 72 h w dni robocze od momentu zgłoszenia. W przypadku konieczności sprowadzenia do wykonania naprawy



części zamiennych Zamawiający dopuszcza termin usunięcia usterki w terminie nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

6. W przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej 7 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić badania w innej jednostce na koszt Wykonawcy w okresie trwania naprawy."

Pytanie nr 23:

Pytania dotyczące warunków umowy

Dotyczy ust. 6 § 14 Projektu Umowy

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o niewielką modyfikację wg poniższego:

„W przypadku przedłużania się naprawy na czas powyżej 5 dni roboczych, Zamawiający ma prawo zlecić badania w innej jednostce posiadającej autoryzację Producenta na koszt Wykonawcy w okresie trwania naprawy”.

Wyjaśniamy, że wykonywanie napraw w okresie gwarancji przez inny podmiot (nieautoryzowany przez producenta sprzętu), skutkuje natychmiastową utratą gwarancji na aparat. Tylko autoryzowany przez producenta, serwis Wykonawcy jest wyłącznie upoważniony do dokonywania wszelkiego rodzaju napraw gwarancyjnych, gdyż jest odpowiednio przeszkolony przez producenta, posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie serwisowania konkretnego modelu urządzenia.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje iż chodzi o zlecenie badań pacjentek w innym podmiocie w razie awarii przedmiotu umowy.

Pytanie nr 24:

Pytania dotyczące warunków umowy

Dotyczy ust. 1.3), ust. 1.4), 1.5(i 1.6) § 15 Projektu Umowy

W nawiązaniu do w/w punktów zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie nr 25:

Pytania dotyczące warunków umowy

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 26:

Pytania dotyczące warunków umowy

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

Pytanie nr 27:

Pytania dotyczące warunków umowy

Prosimy o potwierdzenie, że ewentualne kary umowne Zamawiający będzie naliczał od wartości brutto części składowych przedmiotu zamówienia tj. systemu do biopsji, robót budowlanych, których będą ew. dotyczyły?

Odp.:

Zamawiający określił we wzorze umowy od jakich kwot będzie naliczał kary umowne i nie modyfikuje zapisów.

Zamawiający niniejszym przesługuje termin składania ofert:

z 18.06.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 23.06.2021 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesługuje termin otwarcia ofert

z 18.06.2021 r. godz. 10³⁰ na 23.06.2021 r. godz. 10³⁰