



DZP/381/24/AS/2020

Katowice /24.08.2020

Do wszystkich wykonawców
biorących udział w postępowaniu

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym do 30 000 euro
na
Dostawę elementów wymiennych do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu
do TK wraz z dzierżawą wstrzykiwacza**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1. **Pytanie** - Dotyczy: Załącznik nr 2 do (Formularz asortymentowo-cenowy) - W celu prawidłowego wyliczenia zapotrzebowania na materiały zużywalne do wstrzykiwacza, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie założonych ilości dni pracujących w miesiącu.
Odpowiedź: Dni robocze (pracujące) w miesiącu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. **Pytanie** - Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy), §7
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów § 7. Punkt w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.
3. **Pytanie** - Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy), § 7
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do wzoru umowy w §7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy.” Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.
4. **Pytanie** - Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy), § 2 ust. 9, Zaproszenie do składania ofert rozdział IV Termin realizacji, Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Termin realizacji
Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy elementów wymiennych do 3 dni roboczych. Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę to prosimy o naniesienie zmian we wzorze umowy, Zaproszeniu do składania ofert oraz Formularzu ofertowym
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy terminu dostawy elementów wymiennych do 2 dni roboczych.
5. **Pytanie** - Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy), § 3 ust. 6
„6. Termin wykonania naprawy wynosi do 48 godzin od zgłoszenia nieprawidłowego działania wstrzykiwacza kontrastu do TK. W przypadku przedłużającej się naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt do Zamawiającego wstrzykiwacza zastępczego o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych, kompatybilnego z dostarczonymi w ramach umowy elementami wymiennymi. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia wstrzykiwacza zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań zleconych innym podmiotom do czasu dostawy aparatu zastępczego lub uruchomienia wstrzykiwacza, który uległ uszkodzeniu. „
Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów w umowie z „Termin wykonania naprawy wynosi do 48 godzin” na „Termin wykonania naprawy wynosi do 48 godzin liczonych w dniach roboczych (za „dni robocze” uważa się wszystkie inne dni niż ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty) od momentu Termin może zostać wydłużony do 5 dni roboczych w przypadku konieczności zamawiania części od producenta z zagranicy.”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanych zapisów do wzoru umowy - załącznika nr 3 do Zaprośzenia do składania ofert w następującym brzmieniu „Termin wykonania naprawy wynosi do 48 godzin liczonych w dniach roboczych (za „dni robocze” uważa się wszystkie inne dni niż ustawowo wolne od pracy, niedziele i soboty) od momentu zgłoszenia nieprawidłowego działania wstrzykiwacza kontrastu do TK. Termin może zostać wydłużony do 5 dni roboczych w przypadku konieczności zamawiania części od producenta z zagranicy. W przypadku przedłużającej się naprawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do Zamawiającego wstrzykiwacz zastępczy o identycznym zastosowaniu i parametrach technicznych, kompatybilny z dostarczonymi w ramach umowy elementami wymiennymi. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia wstrzykiwacza zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań zleconych innym podmiotom do czasu dostawy aparatu zastępczego lub uruchomienia wstrzykiwacza, który uległ uszkodzeniu”

6. **Pytanie-** Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Wzór umowy),
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wprowadzenie poniższych zapisów do treści zawieranej umowy:

„Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, akty władzy państwowej, akty organów unijnych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy w zakresie objętym pytaniem.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Małej
mgr Katarzyna Małej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych