



DZP.381.51A.2022

Katowice dn. 05.08.2022 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z najmem analizatorów – DZP.381.51A.2022**

DYREKTOR

mgr Renata
Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: dot. Pakietu 2

Dotyczy załącznika nr 8 wykaz do oceny parametrów technicznych

Czy Zamawiający potwierdza, że parametr oceniany z poz. 1 (odczynniki, materiały kontrolne i inne akcesoria potrzebne do wykonania badania w zestawie) nie obejmuje akcesoriów oraz materiałów zużywalnych do analizatorów, np. końcówki, bufora czyszczące itp. oraz wskazane go przez Zamawiającego w formularzu a sortymentowo cenowym pkt. B.II poz. 1, koniugatu anty ludzkiego IgG?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza i niniejszym w zakresie pakietu 2 modyfikuje załącznik nr 8 do SWZ (Wykaz do oceny parametrów technicznych) zgodnie z załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 2: dot. Pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów testowych do testów ELISA z terminem ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostawy, płyty mikrotitracyjnej po otwarciu, co najmniej 4 miesiące?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmianie ulega załącznik nr 6 do SWZ (Formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie pakietu 2 zgodnie z treścią stanowiącą załącznik do niniejszych odpowiedzi

Pytanie nr 3: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 2 ust. 9 oraz par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejsce drukowanych dokumentów dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź:

W paragrafie 2 ust 9 Zamawiający wskazał, iż Wykonawca może dostarczyć dokumenty m. in. w formie elektronicznej.

W zakresie par. 3 ust 4 – Zamawiający niniejszym modyfikuje zapis § 3 ust. 5 załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy – część 5.1.) zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją wzoru umowy dla pakietu 1.

Zmianie ulega zapis §3. Ust 5 wzoru umowy (załącznik nr 5 do umowy – część 5.1, 5.2, 5.3 tj. dotyczy wszystkich pakietów), który przyjmuje następujące brzmienie
„5. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 4 zostaną dostarczone Zamawiającemu w języku polskim. **Zamawiający dopuszcza przekazanie dokumentów wskazanych w ust. 4 w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (CD, email).”**

Pytanie nr 4: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 2 ust. 9 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamienników produktów objętych zamówieniem o takiej samej lub nie gorszej jakości w przypadku tymczasowego braku możliwości dostarczenia przez Zamawiającego produktów przewidzianych zamówieniem, z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji produktów do zmieniających się wymogów prawnych w związku z obowiązywaniem

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz wynikającymi z niego terminami przejściowymi, które wpływają na konieczność dostosowania dokumentacji do regulacji prawnych, na co Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu (dokumentacja jest przygotowywana przez podmioty trzecie wobec Wykonawcy)? W przypadku odpowiedzi negatywnej, czy Zamawiający ma inny preferowany sposób uregulowania opisanej sytuacji?

Odpowiedź:

Par. 2 ust. 9 nie reguluje kwestii, której dotyczy pytanie.

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie zamienników zgodnie z treścią dodanego w § 11 ust 5 wzoru umowy podpunktu „i” o brzmieniu zgodnym z załączonym do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanym załącznikiem nr 5 do SWZ (wzór umowy – dot. części 5.1.)

Pytanie nr 5: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 2 ust. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie „nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na taką modyfikację.

Pytanie nr 6: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 2 ust. 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zdania: „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy”? uzasadnienie: Zgodnie z art. 433 pkt 4) PZp w umowach należy określić minimalną wielkość świadczenia.

Odpowiedź:

Kwestię powyższą reguluje § 2 ust. 13 , gdzie wpisano we wzorze umowy: Zamawiający gwarantuje wykonanie zamówienia w zakresie nie mniejszym aniżeli 50 % wartości pierwotnej umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2, § 11 ust. 5 pkt b), e) lub § 8 ust. 6.

Powyższe zapewniają realizację wymogów ustawowych, Zamawiający nie wprowadza wnioskowanej zmiany.

Pytanie nr 7: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 2 ust. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zdania „W przypadku niezawinionej przez Zamawiającego awarii Analizatora Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tej przyczyny szkody, w szczególności poprzez dostarczenie Zamawiającemu Odczynników w ilości utraconej na skutek awarii lub zapłaty Zamawiającemu wartości tych Odczynników.” poprzez dodanie „W przypadku niezawinionej przez Zamawiającego awarii Analizatora Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia wynikłej z tej przyczyny szkody, w szczególności poprzez dostarczenie Zamawiającemu Odczynników w ilości utraconej na skutek awarii na podstawie zgłoszonej reklamacji”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę **lecz niniejszym modyfikuje zapis par. 2 ust. 16 wzoru umowy (załącznik nr 5 do umowy – część 5.1 – dla pakietu 1)** wprowadzając brzmienie zgodne z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy część 5.1. dla pakietu 1) .

Pytanie nr 8: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 3 ust. 3 lit. a Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy?

Uzasadnienie: Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym odstępuje od wymogu w związku z czym Zamawiający zmienia załącznik nr 5 do SWZ (wzór umowy – część 5.1) zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją.

Pytanie nr 9: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 3 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 3 powyżej

Pytanie nr 10: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z wykonania zastępczego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią zmodyfikowanego załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy – część 5.1) stanowiącego załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 11: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 4 ust./ 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia umożliwiającego dokonanie waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z poniższą propozycją?

Ceny wskazane w załączniku cenowym po upływie każdego pełnego roku obowiązywania niniejszej Umowy mogą podlegać podwyższeniu w wyniku waloryzacji w oparciu o oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. W celu dokonania waloryzacji Strony w dobrej wierze w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie nie rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje koniecznością zapłaty kary umownej. Strony przewidują możliwość dokonania modyfikacji niniejszego postanowienia, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wejdą w życie przepisy regulujące możliwość dokonywania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sposób odmienny od przewidzianego przez Strony.

Ew. czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do umowy postanowienia mającego taki sam cel i skutek, jednak w innym, przyjętym u Zamawiającego brzmieniu?

Uzasadnienie: Umowa, która ma zostać zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w rezultacie ogłoszonego postępowania przetargowego ma charakter długoterminowy. Dynamicznie zmieniające się warunki realizacji umów wywołane czynnikami zewnętrznymi, na które Wykonawca nie ma wpływu, w szczególności konflikt zbrojny na Ukrainie oraz rosnąca inflacja związane są z dotkliwymi konsekwencjami rynkowymi w postaci m.in. niemożliwego do precyzyjnego przewidzenia na moment składania oferty i zawierania umowy wzrostu cen dostarczanych materiałów, które w perspektywie wieloletniego kontraktu mogą osiągnąć poziom równoznaczny z utratą opłacalności realizowania kontraktu przez Wykonawcę bądź oznaczający ponoszenie przez Wykonawcę nieuzasadnionych strat. W celu przywrócenia równowagi ekonomicznej stron kontraktu prosimy o wyrażenie zgody na umieszczenie w umowie klauzuli waloryzacyjnej umożliwiającej w ramach corocznych negocjacji dostosowanie cen do aktualnej sytuacji gospodarczej poprzez zastosowanie obiektywnego wskaźnika publikowanego przez GUS. Proponowana klauzula waloryzacyjna jest uzasadnioną odpowiedzią na obserwowaną obecnie nieprzewidywalność w zakresie realnie ponoszonych przez Wykonawcę kosztów realizacji umowy warunkujących rentowność kontraktu, do zapewnienia której jako podmiot gospodarczy Wykonawca jest zobowiązany. Jednocześnie uwzględnienie w Umowie klauzuli waloryzacyjnej jest zgodne z koncepcją prezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w którym toczą się prace nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych uzupełniającą istniejące regulacje o przepisy gwarantujące możliwość zmian umowy w obecnej sytuacji rynkowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w brzmieniu proponowanym przez Wykonawcę **lecz niniejszym modyfikuje zapis par. 5 ust. 3 wzoru umowy**

(załącznik nr 5 do umowy – część 5.1, 5.2, 5.3 tj. dotyczy wszystkich pakietów)
wprowadzając poniższe brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 11 niniejszej umowy. **Ceny wskazane w załączniku cenowym (zał. nr 2 do umowy) po upływie każdego pełnego roku obowiązywania niniejszej Umowy mogą podlegać podwyższeniu lub obniżeniu w wyniku waloryzacji w oparciu o oficjalny średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Podwyższenie wynagrodzenia może nastąpić jeżeli wskaźnik ten jest wyższy niż 7 % W celu dokonania waloryzacji Strony w dobrej wierze w każdym kolejnym roku obowiązywania Umowy przystąpią do negocjacji wysokości waloryzacji cen na kolejny rok obowiązywania Umowy. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do udowodnienia Zamawiającemu wzrostu cen poprzez przedłożenie dokumentów finansowych potwierdzających wzrost kosztów wytworzenia przedmiotu umowy lub świadczonych usług w odniesieniu do konkretnych danych finansowych z daty zawarcia umowy i momentu złożenia wniosku. Sumaryczne podwyższenie cen umownych nie może przekroczyć 50 % wysokości wskaźnika GUS, o którym mowa powyżej oraz 10 % maksymalnej wartości umowy brutto w okresie jej obowiązywania.**

W przypadku deflacji, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmie wartość ujemną. Strony ustalają próg istotności wskaźnika na poziomie: – 2%. Po przekroczeniu progu istotności wynagrodzenie wykonawcy zostanie automatycznie pomniejszone o wartość wskaźnika. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do wzrostu cen na kolejny rok obowiązywania Umowy, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, iż nieudowodnienie Zamawiającemu wzrostu cen nie może stanowić podstawy wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę. Skuteczne wypowiedzenie umowy nie rodzi żadnych dodatkowych obciążeń po żadnej ze Stron, w szczególności nie skutkuje koniecznością zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. g). Strony przewidują możliwość dokonania modyfikacji niniejszego postanowienia, jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy wejdą w życie przepisy regulujące możliwość dokonywania waloryzacji wynagrodzenia wykonawców w sposób odmienny od przewidzianego przez Strony. Pierwsza waloryzacja cen umownych może nastąpić po opublikowaniu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2023 rok roku z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku.”

Pytanie nr 13: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 8 ust. 1 lit. g Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przestanki naliczenia kary umownej za odstąpienie. rozwiązanie „z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację niniejszego postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości niezrealizowanej w terminie dostawy częściowej, a nie od wynagrodzenia za cały przedmiot umowy?

Uzasadnienie:

funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego i powinna służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do wzbogacenia się jednej ze stron kontraktu, ponadto mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną. To w konsekwencji mogłoby narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty choćby postępowania sądowego, którego przedmiotem byłoby miarkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.

Pytanie nr 14: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 8 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie ""do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.

Pytanie nr 15: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 8 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią zmodyfikowanego załącznika nr 5 do SWZ (wzór umowy – część 5.1) stanowiącego załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 16: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 10 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wprowadza modyfikacji do umowy.

Pytanie nr 17: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 11 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie: Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu, w pyt. 4 dopuszczono już częściową możliwość dokonania zmiany przedmiotu zamówienia określając ramy w jakich zmiana ta powinna się zmieścić.

Pytanie nr 18: PYTANIE DO UMOWY: dot. zał. nr 5 część 5.1

par. 11 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta została by z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na wzorze Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 9 do SWZ) dla wszystkich pakietów zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszych odpowiedzi.

UWAGA

1. Zamawiający niniejszym zmienia załącznik nr 5 część 5.1 dla pakietu 1 (wzór umowy) zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją oraz zmienia brzmienie załącznika nr 5 część 5.2 i 5.3 zgodnie z odpowiedzią na pytanie 3 i 12 powyżej.
2. Zamawiający niniejszym zmienia załącznik nr 6 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie pakietu 2 zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją
3. Zamawiający niniejszym zmienia załącznik nr 8 (wykaz do oceny parametrów technicznych) w zakresie pakietu 2 zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją.

4. Zamawiający niniejszym zmienia załącznik nr 9 (umowa powierzenia przetwarzania danych) w zakresie wszystkich pakietów zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją.
5. Niniejszym Zamawiający zmienia zapis rozdziału IV punkt 1, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć:


- a) Dotyczy najmowanych urządzeń: zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj.
 - deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro
 - certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (o ile są wymagane).
- b) Zestawienie Parametrów Technicznych zgodnie z treścią załącznika nr 7 do SWZ
- c) karty katalogowe lub ulotki lub inne materiały informacyjne potwierdzające oferowane parametry punktowane wskazane w Wykazie do oceny parametrów technicznych (załącznik nr 8 do SWZ). **UWAGA: wymóg nie dotyczy pozycji, gdzie Wykonawca w kolumnie „Wartość oferowana przez Wykonawcę” wskazuje odpowiedź „NIE” oraz nie dotyczy pakietu 2 poz. VII 2.”**

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

z **17.08.2022 r. godz. 10⁰⁰** na **24.08.2022 r. godz. 10⁰⁰**

oraz przesuwą termin otwarcia ofert

z **17.08.2022 r. godz. 10³⁰** na **24.08.2022 r. godz. 10³⁰**

DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Renata Wachowicz