



Katowice, 14.11.2018r

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

W związku z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:

DYREKTOR

Tomasz Kajor

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Zakup rezonansu magnetycznego 3T wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala w ramach modernizacji przyziemia na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego

Procedura dialogu technicznego przeprowadzona będzie zgodnie z art. 31a-31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., nr 1986 z późn. zm., dalej ustawa pzp).

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767
Tel. 32/3581200 lub 32/358-13-32 fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32
Internet : www.uck.katowice.pl e-mail : zp@uck.katowice.pl

II. INFORMACJA WSTĘPNA

1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (zwane dalej Zamawiającym) informuje o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie Dostawa rezonansu magnetycznego 3T wraz z adaptacją pomieszczeń Szpitala w ramach modernizacji przyziemia na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego.

2. Uczestnikami dialogu technicznego będą firmy zaproszone przez Zamawiającego, które potwierdzą swoje uczestnictwo w dialogu.

III. OPIS PRZEDMIOTU DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie do udziału w dialogu technicznym (zwanym dalej dialogiem).

2. Celem prowadzonego dialogu jest pozyskanie przez Zamawiającego informacji, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), w tym w szczególności opisu przedmiotu planowanego zamówienia, określenia warunków zamówienia i realizacji umowy oraz kryteriów oceny ofert, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający poprzez dialog będzie dążył do zapoznania się z najlepszymi, najnowocześniejszymi i najkorzystniejszymi technicznie, technologicznie, cenowo oraz organizacyjnie propozycjami rozwiązań mogącymi służyć realizacji potrzeb Zamawiającego w dziedzinie właściwej dla przedmiotu planowanego postępowania, aby uzyskać najlepiej dostosowane dla swoich potrzeb rozwiązania na rynku i dokonać wyboru najlepszej ekonomicznie oferty. W toku dialogu technicznego Zamawiający będzie oczekiwał między innymi przedstawienia przykładów opisu parametrów technicznych oferowanych rezonansów magnetycznych 3T, określenia warunków wydłużonej gwarancji i umowy serwisowej pogwarancyjnej oraz wymagań dotyczących dostosowania pomieszczeń pracowni rezonansu magnetycznego (powierzchnia, wysokość, obciążenie stropów, ilości pomieszczeń itp.), a także przedstawienia szacunkowych kosztów przedmiotu zamówienia w pełnym



zakresie.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

1. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzenia dialogu technicznego zostały określone w Regulaminie dialogu technicznego stanowiącym **załącznik nr 1** do ogłoszenia (zwanym dalej **Regulaminem**).
2. Warunkiem udziału w dialogu jest złożenie przez uczestnika zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym, stanowiącego **załącznik nr 2** do ogłoszenia.
3. Dialog prowadzony będzie w siedzibie Zamawiającego. Spotkania będą organizowane w formie spotkań indywidualnych Zamawiającego z Uczestnikami Dialogu. Zamawiający oczekuje od Uczestników przekazania kluczowych informacji w formie pisemnej – drukowanej lub elektronicznej.
4. O proponowanym terminie spotkania każdy Uczestnik poinformowany będzie w formie pisemnej, faxem lub elektronicznie (według wyboru Zamawiającego) – na adres wskazany w zgłoszeniu, z wyprzedzeniem **min. 5 dni roboczych**.
5. Za udział w dialogu podmioty w nim uczestniczące nie otrzymają wynagrodzenia.
6. Przystąpienie do dialogu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz z udzieleniem przez uczestników bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przez Zamawiającego przekazanych informacji w treści przyszłej SIWZ i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
8. Udział w dialogu nie jest warunkiem ubiegania się w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU

Zamawiający będzie przyjmować zgłoszenia w terminie do dnia: **21.11.2018r do godz. 12.00** w następujących formach:

- pisemnej (osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera) pod adresem: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 ;
40-514 Katowice; pokój D021
- elektronicznej na adres: zp@uck.katowice.pl

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający poinformuje podmioty uczestniczące w dialogu o jego zakończeniu na swojej stronie internetowej.
2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 459) ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy pzp.
3. Pytania związane z dialogiem należy kierować:
 - pod nr faxu (32) 358 12 16
 - na adres e-mail: aparaturamedyczna@uck.katowice.pl

VII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Regulamin dialogu technicznego

Załącznik nr 2 – Wzór zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym

Dyrektor

..... DYREKTOR

Tomasz Kajor

Tomasz Aiduna
ADHOKAT

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

nigr inż. Bożena Trzęsimech