



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

DZP.381.50A.2023

Katowice 18.07.2023 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa urządzeń do Zakładu Patomorfologii II**

1. Pytanie:

Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z wyświetlaczem LED?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia wyposażonego jedynie w wyświetlacz LED

2. Pytanie:

Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z komunikacją USB, ale bez LAN?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenie komunikujące się z komputerem przy pomocy USB niewyposażone w port LAN.
W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ) – w załączeniu.

3. Pytanie:

Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa
Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o poziomie hałasu 53 dB?

Odpowiedź:

Poziom hałasu < 50dBA nie jest parametrem wymaganym, w związku z czym Zamawiający dopuszcza urządzenie o poziomie hałasu 53 dB i jednocześnie preferuje urządzenia cichsze o poziomie hałasu < 50dBA (parametr punktowany)

4. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga żeby zamrażarka była sklasyfikowana jako wyrób medyczny? (Deklaracja Zgodności z dyrektywami: 93/42/EEC dołączona do oferty przetargowej).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę sklasyfikowaną jako wyrób medyczny.

5. Pytanie:

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w półki perforowane, które zapewniają znacznie wyższą jednorodność temperaturową wewnątrz komory zamrażarki niskotemperaturowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamrażarki wyposażonej w półki perforowane umieszczane w ramach pojedynczej sekcji zamykanej niezależnymi drzwiczkami.

KRS: 0000049660

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 – OPZ – w załączeniu.

6. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej, w której układ chłodzenia jest przystosowany do pracy z bezpiecznymi, naturalnymi czynnikami chłodniczymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga układ chłodzenia wykorzystujący dopuszczone na terenie UE i bezpieczne w użytkowaniu czynniki chłodnicze.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 – OPZ – w załączeniu.

7. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej, wyposażonej w dedykowaną do odmrażania uszczelki funkcję uruchamianą z poziomu sterownika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

8. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej spełniającej normy przewidziane dla urządzeń pracujących w standardach GMP (Class ISO 5 / EC GMP A) i tym samym dołączenia stosownych dokumentów do oferty przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga zamrażarki pracującej w standardach GMP (Class ISO 5 / EC GMP A), ale dopuszcza ofertę urządzenia spełniającego wymieniony standard.

9. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dostawę zamrażarki z funkcją komunikacji z komputerem PC za pośrednictwem portu USB oraz slotu kart SD?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na Pytanie 2

10. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej, wyposażonej w system CO2 backup z funkcją zliczania pozostałego w butli CO2?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej, wyposażonej w backup CO2. Funkcja zliczania pozostałego w butli CO2 jest dopuszczona, ale nie wymagana.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 –OPZ – w załączeniu.

11. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga dostawy zamrażarki niskotemperaturowej, której wnętrze posiada właściwości antybakteryjne?

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamrażarki z wnętrzem o właściwościach antybakteryjnych

12. Pytanie:

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z systemem awaryjnego podtrzymania za pomocą CO₂ była dołączona także butla z CO₂, czy dostawa gazów technicznych będzie po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dołączenia butli i uzupełniania CO₂ przez okres trwania gwarancji.

13. Pytanie:

Dotyczy Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa, Parametry techniczno-funkcjonalne

Dot. poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści pojemność komory chłodniczej 525L mieszcząca 400 pudełek na krioprobówki o wysokości 50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Pytanie:

Dotyczy Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa, Parametry techniczno-funkcjonalne

Dot. poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści dwa niezależne układy chłodzenia z dwoma kompresorami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dwa niezależne układy chłodzenia z dwoma kompresorami w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 – OPZ – w załączeniu.

15. Pytanie:

Dotyczy Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa, Parametry techniczno-funkcjonalne

Dot. poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji temperatury od -40°C do -86°C przy temperaturze otoczenia +32°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w zakres regulacji temperatury mierzony przy temperaturze otoczenia +32°C.

16. Pytanie:

Dotyczy Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa, Parametry techniczno-funkcjonalne

Dot. poz. 8 – Czy Zamawiający dopuści dokładność regulacji nastaw temperatury co 1°C, wyświetlanie co 0,1°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dokładność regulacji nastaw temperatury co 1°C, wyświetlanie co 0,1°C w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 – OPZ – w załączeniu.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

17. Pytanie:

Dotyczy Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa, Parametry techniczno-funkcjonalne

Czy Zamawiający dopuści czas schładzania od +25°C do -80°C w czasie 378 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 – OPZ – w załączeniu.

18. Pytanie:

Dotyczy Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa, Parametry techniczno-funkcjonalne

Czy Zamawiający dopuści komorę chłodniczą podzieloną na 4 sekcje zamykane dwoma wewnętrznymi drzwiczkami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania z dwoma drzwiami wewnętrznymi. Liczba drzwi wewnętrznych musi odpowiadać liczbie sekcji.

Uzasadnienie: podział na sekcje z indywidualnymi drzwiami wewnętrznymi ma na celu minimalizację wpływu parametrów otaczającego środowiska na przechowywane próbki. Zastosowanie wspólnych drzwi naraża większą liczbę próbek na niekorzystne czynniki zewnętrzne i niweluje korzyść płynącą z podziału komory chłodniczej na indywidualne sekcje.

19. Pytanie:

Dotyczy Pakiet 4: Zamrażarka niskotemperaturowa, Parametry techniczno-funkcjonalne

Czy Zamawiający dopuści komunikację i transfer danych tylko przez port USB?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

20. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści stabilność temperatury w -80°C: nie gorsza niż $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ (w geometrycznym środku komory)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 – OPZ – w załączeniu.

21. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści jednorodność temperatury dla całej komory chłodniczej w -80°C: nie gorsza niż 4,5°C?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 7 – OPZ – w załączeniu.

22. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści czas schładzania od +25°C do -80°C: nie więcej niż 300 min?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czas schładzania od +25°C do -80°C: ≤ 300 min zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 7 – OPZ – w załączeniu.

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

23. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści poziom hałasu 55dBA?

Odpowiedź:

Poziom hałasu < 50dBA nie jest parametrem wymagany, w związku z czym Zamawiający dopuszcza urządzenie o poziomie hałasu 55 dB i jednocześnie preferuje urządzenia cichsze o poziomie hałasu < 50dBA (parametr punktowany)

24. Pytanie:

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ; Umowa – wzór; §1 ustęp 3, podpunkt a – pakiet nr 6:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu i dostosowanie jej wymagań postawionych w wykazie parametrów technicznych dla termocyklera RTPCR. Prosimy o zmianę zapisu z:

„są fabrycznie nowe, kompletne (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia), zdadne oraz dopuszczona do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych a także zapewni bezpieczeństwo personelu medycznego i wymagany poziom świadczonych usług medycznych”

Na zapis:

„są fabrycznie nowe, kompletne (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia)), ~~zdatne oraz dopuszczona do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych a także zapewni bezpieczeństwo personelu medycznego i wymagany poziom świadczonych usług medycznych~~”

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż urządzenie wyspecyfikowane w zestawieniu parametrów technicznym nie jest wyrobem medycznym, nie spełnia definicji wyrobu medycznego a zatem nie posiada oznakowania wyrobu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje wzór umowy w zakresie pakietu 6 – w załączeniu.

25. Pytanie:

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ; Umowa – wzór; §2 ustęp 6 – pakiet nr 6:

Zwracamy się z prośbą, o akceptację i wyrażenie zgody na instrukcje obsługi w języku angielskim w odniesieniu do pakietu nr 6.

Swoją prośbę motywujemy faktem, iż dla urządzenia, które chcielibyśmy Państwu zaproponować producent zapewnia tylko i wyłącznie instrukcję w języku angielskim.

Konieczność tłumaczenia na język polski podniosłoby cenę urządzenia, które chcielibyśmy Państwu zaproponować.

Tego typu czynniki musimy uwzględnić na etapie składania oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje wzór umowy w zakresie pakietu 6 – w załączeniu.

26. Pytanie:

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ; Umowa – wzór; §4 ustęp 6, ustęp 16 – pakiet nr 6:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy urządzenia z 10 do 15 dni roboczych. Producent urządzenia które chcielibyśmy zaoferować w ramach pakietu 6, zapewnia naprawy w trakcie trwania gwarancji w ciągu 15 dni roboczych.

Aby zapewnić termin 10 dni roboczych na naprawę musielibyśmy w cenie oferty uwzględnić dodatkowy serwis urządzenia, co znacząco podniesie cenę końcową aparatu, który chcielibyśmy Państwu zaproponować.

Optymalny czas naprawy przewidziany przez producenta wynosi do 15 dni roboczych, a wszelkie dodatkowe usługi serwisowe są traktowane jako dodatkowo płatne. Maksymalny okres 15 dni roboczych na naprawę uwzględnia konieczność ściągnięcia części zamiennych z zagranicy oraz związane z tym ryzyko opóźnień w dostawach. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o analogiczną korektę zapisu dotyczącego urządzenia zastępczego (ustęp 16) czyli zmianę 10 dni roboczych na naprawę na 15 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Pytanie:

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ; Umowa – wzór; §4 ustęp 14

– pakiet nr 6:

Zamawiający zapisał:

„W razie nieprzystąpienia Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej albo niewykonania obowiązków wynikających z ust. 6 lub 11 powyżej Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w ustępu w odniesieniu do pakietu 6, tak by brzmiał:

„W razie nieprzystąpienia Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej albo niewykonania obowiązków wynikających z ust. 6 lub 11 powyżej Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej (**autoryzowanego przez producenta przedmiotu umowy serwisu**) na koszt i ryzyko Wykonawcy.”

Naprawy dokonane przez nieautoryzowany przez producenta serwis, przerywa bieg gwarancji.

Stąd też wnosimy o dokonanie korekty jak wymieniono powyżej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje wzór umowy w zakresie pakietu 6 – w załączeniu.

28. Pytanie:

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ; Umowa – wzór; §5 ustęp 1, podpunkt b

– pakiet nr 6:

Zamawiający zapisał:

„za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 – w wysokości **1%** ceny jednostkowej brutto Urządzenia, którego dotyczy naprawa - za każdy dzień zwłoki.”

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w ustępu w odniesieniu do pakietu 6, tak by brzmiał:

„za zwłokę w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 6 – w wysokości **0,5%** ceny jednostkowej brutto Urządzenia, którego dotyczy naprawa - za każdy dzień zwłoki.”

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znacznym

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądzając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Na koniec chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż przedmiotem postępowania jest aparatura służąca do badań naukowych. Nie jest to sprzęt medyczny służący do ratowania życia. Wyższe kary za zwłokę w wykonaniu naprawy niż kary za zwłokę w realizacji nie mają tu uzasadnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Pytanie:

Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ; Umowa – wzór; §5 ustęp 2

– pakiet nr 6:

Zamawiający zapisał:

„Łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy nie może przekroczyć **50%** wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust 1.”

Zwracamy się z prośbą o korektę w/w ustępu w odniesieniu do pakietu 6, tak by brzmiał:

„Łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy nie może przekroczyć **30%** wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust 1.”

Pułap kar na poziomie 50% wartości umowy jest niespotykany w obrocie prawnym. Zapis ten cechuje nadmierną zastrzeżoną kary.

Zwracamy też uwagę, na jaskrawą nierówność stron – brak zapisów dotyczących ewentualnych kar dotyczących zwłoki w płatności płaconych przez Zamawiającego Wykonawcy. Wykonawca może jedynie skorzystać z kar na poziomie ustawowy. Odsetki ustawowe wynoszą zaledwie 10,25% w skali roku, czyli 0,03% za dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje iż:

przesuwa termin składania ofert:

z 04.08.2023 r. godz. 10⁰⁰ na 08.08.2023 r. godz. 10⁰⁰
oraz

przesuwa termin otwarcia ofert

z 04.08.2023 r. godz. 10³⁰ na 08.08.2023 r. godz. 10³⁰


„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje punkt III.6 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach projektu pn. „Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie onkologii poprzez modernizację i zakup nowoczesnej aparatury medycznej w UCK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, oś priorytetowa XI REACT-EU. POIS.11.03.00-00-0103/22-00/260/2023/344

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Muchaj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych