



Katowice 30.07.2018r.

DZP/381/48A/2018

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa wyrobów medycznych - DZP/381/48A/2018

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1

Pytanie 1 , część 3

Czy zamawiający w część 3 wyrazi zgodę na zaofetowanie strzałek spongostanowych w opakowaniu zbiorczym powyżej 6 szt , w ilości przeliczeniowej zgodnej z ogłoszeniem tj łącznie 130 000 szt ?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy: D/ZP/381/48A/18 część 6 pozycja 11 składania ofert 06.08.2018

1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt DualCap™ w kolorze niebieskim stosowany do bezigłowych zaworów, zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), w pełni aseptyczny, usuwający drobnoustroje (CRBSI) o działaniu w pierwszych 30 sekundach od zastosowania do użycia przez 7 dni?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy: D/ZP/381/48A/18 część 6 pozycja 11 składania ofert 06.08.2018

2.Czy Zamawiający dopuści produkt pakowano po 10 szt. na blistrze?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Dotyczy: D/ZP/381/48A/18 część 6 pozycja 11 składania ofert 06.08.2018

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z części 6 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 11 z części 6.



Pytanie nr 5

Dotyczy: D/ZP/381/48A/18, Część 27, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze średnim preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 6

Dotyczy: D/ZP/381/48A/18, Część 27, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Części nr 27 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 3 z Części nr 27.

Pytanie nr 7

Część nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiennika wężyka pacjenta do strzykawki automatycznej firmy Urlich spełniającego wszystkie wymagane parametry i będący w pełni kompatybilny ze strzykawką automatyczną firmy Urlich.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w Części 39 dopuści hipoalergiczne plasterki do ochrony skóry noska noworodka w rozmiarze S i L? Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.



Pytanie nr 9

Dotyczy Części 9 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wkliniowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy Części 34:

Czy Zamawiający w w/w pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- maska krtaniowa z samoczynnie pompującym się mankietem,
- rurka maski zagięta pod kątem ponad 70 stopni,
- z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wkliniowania nagłośni
- szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania
- możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę,
- rurka maski wzmocniona, wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu,
- łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze pacjenta umieszczona na rurce,
- rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg, sterylna?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 11

Część nr 15: Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości strzykawki do insuliny z wtopioną igłą 0,3x13mm, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,02ml, o umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12

Dot. Części 18

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny o okresie wchłaniania 180-210 dni, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, bez dodatku triclosanu, z igłą o krzywiznie ½ koła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.



Pytanie nr 13

Dot. Części 20, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści nieć **plecioną**, syntetyczną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, wchłaniającą, **o okresie podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach 50% i okresie wchłaniania po ok. 42 dniach**. Grubość 4/0, **długość 75 cm**, igła 26 mm ½ koła, okrągła?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 14

Dot. Część 31

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o grubości 0,56 mm, wielkość porów 1,2-1,4 mm, waga 70 g/m²?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy części nr 36

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w Pakiecie nr 36 w pozycji nr 5 igły systemowej z przeziernikiem, której opakowanie handlowe zawiera 100 szt.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na w Części nr 36 w pozycji nr 5 igły systemowej z przeziernikiem w opakowaniu handlowym zawierającym 100 szt przy zachowaniu wymaganej ilości ww. igły.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów do Umowy.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów do Umowy.

Pytanie nr 18

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów: „Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź

Zamawiający zmienia §2 ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”



Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 lit. a) Wzoru Umowy do wysokości 0,1% wartości brutto?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 lit. a) Umowy

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 lit. b) Wzoru Umowy do wysokości 0,1% wartości brutto?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 lit. b) Umowy

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 lit. c) Wzoru Umowy do wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 lit. c) Umowy

Pytanie nr 22

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru Umowy następujących zapisów „...w przypadku podwyżki stawki VAT, zmianie ulegnie tylko cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian (obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiednich przepisów o zmianie stawki podatku VAT)”?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 7 ust. 7 Umowy.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w Części nr 10 dopuści hialuronian sodu 1,4%, o wartości pH 6.8 – 7.6, lepkości 120 000 mPas (0,1 s⁻¹), masie cząsteczkowej 3.2 – 3.5 miliona Da, osmolarności 280-330 mOsmol/l, w opakowaniu jednostkowym 1 ml wraz z kaniulą 25G?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 24

Uprzejmie prosimy o odstąpienie od dostarczenia dwóch sztuk urządzeń chłodniczych do przechowywania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 dopuści pierścien dotorebkowy wyłącznie o średnicy 11,00 mm?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.



Pytanie nr 26

Dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 5 i 6 zaoferowanie igieł o długości 25mm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 i 6 igieł o długości 25 mm spełniających wszystkie pozostałe wymogi SIWZ.

Pytanie nr 27

Dotyczy pakietu nr 36

Zgodnie z wymaganiem nr 4 zamieszczonym pod tabelą asortymentowo-cenową „**Wszystkie oferowane elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne – od jednego Producenta**” zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowane produkty były tego samego producenta, którego uchwytów i innych elementów systemu aktualnie Zamawiający używa, a nie zostały one wyspecyfikowane w tabeli?

Jeśli tak, prosimy o podanie nazwy producenta obecnie używanego systemu próżniowego do pobierania krwi w szpitalu

Odpowiedź

Zamawiający wymaga by zaoferowane produkty były tego samego producenta, którego uchwyty i inne elementy do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej. Obecnie Zamawiający używa systemu próżniowego do pobierania krwi produkcji Becton Dickinson.

Pytanie nr 28

Dotyczy pakietu nr 36

Biorąc pod uwagę, że oferowany sprzęt jest produkowany w kraju innym niż Polska, czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez oferowany sprzęt oznakowania w języku polskim (dotyczy wymogów określonych w pkt.5, umieszczonych pod tabelą asortymentowo-cenową oraz wzoru umowy §2 ust. 3)?

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych art. 14 pkt. 1 „wyroby przeznaczone do używania na terytorium RP mają oznakowania i instrukcję używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów” oraz pkt. 2 „dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.”

Czy zatem Zamawiający dopuści, aby oferowane w Pakiecie 36 wyroby posiadały etykiety zarówno na opakowaniu zbiorczym jak i indywidualnym w języku angielskim oraz symbole zharmonizowane - "Symbole graficzne do oznaczania wyrobów medycznych", które pozwalają na dokładną identyfikację produktu, numer jego serii, datę ważności, rozmiar, sterylność, metodę sterylizacji oraz wytwórcę?

Odpowiedź

Zgodnie z § 2 ust. 3 zdanie drugie Umowy Zamawiający na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych dopuszcza możliwość oznakowania Wyrobów medycznych w języku angielskim.



Pytanie nr 29

Dotyczy §5 ust. 1 pkt. C wzoru umowy. Zwaracamy się z prośbą o naliczanie kar umownych od niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 lit. c) Umowy

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zapisów do Umowy

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu nr 36

Czy Zamawiający w podsumowaniu kolumny nr 13 popełnił omyłkę pisarką i wpisał „Razem netto”, a powinno być „Razem brutto”?

Odpowiedź

W załączniku nr 4.36 do SIWZ w podsumowaniu kolumny nr 13 powinno być : „Razem brutto” . W związku z powyższym w załączeniu poprawiony Załącznik nr 4.36 do SIWZ.

Pytanie nr 32

Część nr 1

Czy Zamawiający dopuści Serwetę na stół MAYO w kolorze czerwonym?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33

Część 27, pozycja 4: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 4 z pakietu 27 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 4 z Części nr 27.

Pytanie nr 34

Część 27, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści maskę dwupanelową spełniającą pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.



Pytanie nr 35

Część 27, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści maskę trójpanelową o parametrach:

Półmaska filtrująca jednorazowego użytku bez zaworu wydechowego, chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowań w środowisku medycznym. Zgodna z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania normy EN 149:2001+A1:2009. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową wykonaną z miękkiej pianki, zapewniająca kompatybilność z okularami i goglami ochronnymi. Zabudowana blaszka nosowa. Kłapka w części brody ułatwiająca zakładanie, regulację oraz dopasowanie. Brak elementów wykonanych z lateksu kauczuku naturalnego. Dwie taśmy nagłowia zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski. Okres trwałości 5 lat. Okres trwałości 5 lat. Możliwość przechowywania w warunkach temp. pokojowej oraz w suchym środowisku, bez bezpośredniej ekspozycji na słońce. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe.. Możliwość użytkowania maski do 8 godzin pracy.?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 36

Część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo wykonanej z niepiaskowanej folii polietylenowej, ze wzmocnieniem wykonanym z włókniny polipropylenowej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37

Część 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 55 x 65 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38

Pytanie 1, dot. zapisów § 3, ust. 3 wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o wprowadzenie/ dodanie na końcu zdania zapisu o następującej treści:
„(...) nie ulegną podwyższeniu, **za wyjątkiem sytuacji urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku zmiana ulegnie wyłącznie stawka podatku VAT oraz cena brutto.**”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 3 ust. 3 Umowy

Pytanie nr 39

Pytanie 2, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §2 ust. 11 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw, **za wyjątkiem sytuacji od niego niezależnych lub niezawinionych.**”

Uzasadnienie:



Wykonawca nie ma żadnego wpływu na działanie producenta, w związku z czym nie może on wziąć na siebie odpowiedzialności za jego działania. Utrudnienia w realizacji terminów mogą być także spowodowane okolicznościami spowodowanymi działaniem podmiotów trzecich, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu, w związku z czym wymóg zapewnienia terminowej realizacji dostaw w każdej sytuacji z takich względów jest nierealne.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów §2 ust. 11 Umowy

Pytanie nr 40

Pytanie 3, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o dodanie w § 2 ust. 12 wzoru umowy kolejnego zdania w brzmieniu:
„Bez względu na okoliczności Zamawiający zobowiązuje się zrealizować umowę w 80% jej wartości netto i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację.”

Uzasadnienie:

Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności, w przeciwnym wypadku opłacalność całego przedsięwzięcia staje pod znakiem zapytania. Poziom 80% umożliwia rzetelne skalkulowanie ryzyka i przedłożenie oferty korzystnej dla obu stron. Ponadto Wykonawcy powinno przysługiwać wprost zagwarantowane roszczenie o realizację umowy we wskazanym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia §2 ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”

Pytanie nr 41

Pytanie 4, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe *netto* nie ulegną podwyższeniu.”

Uzasadnienie:

Wykonawca może zagwarantować stałość cen netto, gdyż nie ma żadnego wpływu na wysokość stawki podatku od towarów i usług, który składa się na cenę brutto.

Odpowiedź

Zamawiający nie wprowadza proponowanego zapisu do §3 ust. 2 Umowy.

Pytanie nr 42

Pytanie 5, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:
„W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji Wykonawca uzupełni braki ilościowe, *natomiast w ciągu 5 dni roboczych od doręczenia mu reklamowanego asortymentu wymieni wadliwe wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.*”

Uzasadnienie:

Umowa nie regulowała istotnej z punktu widzenia Wykonawcy kwestii dostarczenia wadliwego towaru celem weryfikacji zasadności reklamacji w przypadku wad jakościowych. Wykonawca podnosi, iż nie może on ustosunkować się do reklamacji jakościowej, dopóki nie będzie mógł naocznie zbadać reklamowanego towaru, dlatego w jego opinii Zamawiający powinien zostać



zobowiązany do dostarczenia wraz z pisemną reklamacją także towar, którego jakość kwestionuje.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 4 ust. 2 Umowy

Pytanie nr 43

Pytanie 6, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 5 ust. 1 wzoru umowy w brzmieniu:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0,5% wartości **netto niedostarczonego towaru w ramach danego zamówienia częściowego** – za każdy dzień **zwłoki** w zrealizowaniu dostawy częściowej, **nie więcej jednakże niż 10% tej wartości**,
- b) w wysokości 0,5% wartości **netto towaru podlegającego uzupełnieniu lub wymianie** – za każdy dzień **zwłoki** w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, **nie więcej jednakże niż 10% tej wartości**,
- c) w wysokości 10% wartości **netto niezrealizowanej części umowy** w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”

Uzasadnienie:

- Prosimy o rozważenie naliczania kar umownych od kwoty netto, a nie brutto wynagrodzenia, ponieważ to kwota netto określa wartość zobowiązania Wykonawcy (art. 32 PZP), zaś kwota VAT składająca się na wynagrodzenie brutto jest tylko podatkiem, którego płatnikiem jest Wykonawca;

- Kara umowna powinna być naliczana od wartości nienależycie wykonanej dostawy częściowej albowiem tylko w takim zakresie wykonuje umowę nienależycie. W przypadku nieterminowej dostawy, kara umowna powinna być naliczana wyłącznie od wartości niedostarczonego towaru, a w przypadku nieterminowej realizacji obowiązków reklamacyjnych – od wartości towaru podlegającego uzupełnieniu lub wymianie;

- Kara umowna powinna być naliczana jedynie w sytuacji zwłoki, a nie opóźnienia, ponieważ mianem „opóźnienia” prawo określa każde nieterminowe spełnienie świadczenia, bez względu na przyczyny, a więc opóźnienie może wynikać również z przyczyn niezależnych od wykonawcy, np. z działania siły wyższej, i nie jest zasadne karanie wykonawcy w takich okolicznościach;

- Zastrzeżenie górnej granicy kary umownej ma na celu uniknięcie jej wygórowania. Kara umowna powinna być substratem odszkodowania i nie powinna prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy. W przypadku przewyższenia wysokości szkody, Zamawiający i tak ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego;

- Kara umowna naliczona w przypadku odstąpienia od umowy powinna być naliczana w oparciu o wartość jeszcze niezamówionego asortymentu, w przeciwnym wypadku miałyby ten sam rozmiar niezależnie od stopnia zrealizowania umowy, co byłoby niesprawiedliwe;

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 Umowy



Pytanie nr 44

Pytanie 7, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie § 6 ust. 2 wzoru umowy w brzmieniu:

„Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- a. *Wykonawca **czterokrotnie z wyłącznej własnej winy** nie dotrzyma terminów realizacji dostaw częściowych określonych zgodnie z § 2 ust. 8 niniejszej umowy;*
- b. ***zwłoka** w zrealizowaniu dostawy częściowej przekroczy 10 dni **roboczych**;*
- c. *Wykonawca **popadnie w zwłokę** z realizacją któregośkolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 2 umowy o ponad 10 dni **roboczych**.”*

Uzasadnienie:

- Niedotrzymanie terminów realizacji może wynikać z okoliczności spowodowanych działaniem osób trzecich, na które Wykonawca nie ma żadnego wpływu, w związku z czym stoi on na stanowisku, że powinien on ponosić konsekwencje tylko w przypadku, gdy nieterminowa dostawa jest jego wyłączną winą. Ponadto z uwagi na to, że umowa ma być zawarta na 24 miesiące, prosimy o możliwość popełnienia trzech uchybień, które nie będzie się wiązało z jej rozwiązaniem;
- Uprzejmie odsyłam do powyższego rozróżnienia terminu „opóźnienie” a „zwłoka”;
- Termin zwłoki umożliwiający rozwiązanie umowy powinien być określony w dniach roboczych, podobnie jak terminy dostawy oraz rozpatrzenia reklamacji;

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 6 ust. 2 Umowy

Pytanie nr 45

Pytanie 8, dot. zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §7 ust. 7 lit. a) projektu umowy w następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

- a) *zmiany stawki podatku od towarów i usług - **w takiej sytuacji nowa stawka VAT będzie stosowana automatycznie od dnia wejścia w życie stosownych przepisów, bez konieczności zawierania aneksu do umowy.**”*

Uzasadnienie:

Zmiana stawki VAT jest zdarzeniem całkowicie niezależnym od stron. Ponadto, jak już wskazano, tylko wartość netto określa wysokość zobowiązania. Podatek od towarów i usług powinien być neutralny dla podmiotów będących jego płatnikiem, zasadnym jest więc przyjęcie, że nowa stawka będzie stosowana automatycznie. Należy też wskazać, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 7 ust. 7 Umowy

Pytanie nr 46

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 1 z Części 6 i utworzenie z nich odrębnego pakietu, zważywszy na fakt, że Zamawiający umieścił nakłuwacze do pięt w osobnej części nr 43. Łączenie w pakiety sprzętów, które nie są ze sobą połączone funkcjonalnie jest bezzasadne. Wydzielenie poz. 1 zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym



postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych typu bezpieczne nakłuwacze jednorazowego użytku faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 47

Dotyczy części nr 33:

Czy Zamawiający dopuści drenik w kształcie litery V z dwoma zastawkami dostępu bezigłowego o długości całkowitej ok 13-15 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 48

Część 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści emulsję Octenisan wash lotion do mycia ciała i włosów o działaniu dekontaminującym stosowaną między innymi do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, zawierającą w składzie okteidynę oraz substancję pielęgnującą (alantoinę) bez zawartości barwników i substancji zapachowych. Produkt używany w Państwa placówce. Kosmetyk.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 49

Część 29 poz. 1

Prosimy również o podanie wymaganej przez Zamawiającego wielkości opakowania.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu w opakowania 500 ml lub większych z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie nr 50

Pakiet 1 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo nie piaskowaną, w rozmiarze 80x140cm wykonaną z nieprzemakalnej folii PE w kolorze czerwonym wzmocnioną niebieską chłonną włókninową warstwą o wymiarach 60 cm x 140 cm?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 51

Pakiet 3 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści trójkątne strzałki do osuszania z wkładem chłonnym z PVA o długości całkowitej 6,8cm, dł. patyczka 5,3cm, dł. strzałki 1,5cm? Pianka PVA (poliwinilo-acetylowa) jest wysoce absorpcyjna, szybko wchłaniająca, ponad 6 krotnie lepiej niż celulozowe. Pianka zbudowana jest z trójwymiarowych, otwartych i połączonych ze sobą komórek. Pianka jest hydrofilna, całkowicie niepyląca, wolna od jakichkolwiek luźnych włókien.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 52

Pakiet 11 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 45x70cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 53

Pakiet 11 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'2szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 54

Pakiet 11 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 55

Pakiet 13 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści plastry o długości 5mb pakowane a'6szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za 1mb w celu łatwiejszego porównania ofert?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 56

Pakiet 26 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 57

Pakiet 27 Poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z zadania 27 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.



Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody wydzielenie pozycji 3 z Części 27

Pytanie nr 58

Pakiet 27 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w sklasyfikowany w klasie Is wyrobu medycznego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ

Pytanie nr 59

Pakiet 27 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w opakowaniu papier-papier?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 60

Część 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki 1 ml do insuliny z wtopioną igłą 29 G/1/2 w rozmiarze 0,33 x 12,7 mm z podziałką 0,01 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 61

Część 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie strzykawki 1 ml do tuberkuliny z wtopioną igłą 29 G/1/2 w rozmiarze 0,33 x 12,7 mm z podziałką 0,01 ml. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wymagany asortyment.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 62

Część 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie przeliczania w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 100 szt.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 63

Dot. Pakietu nr 11, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kompresy 13 nitkowe i 8 warstwowe?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 64

Dot. Pakietu nr 13, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe i 8 warstwowe ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 65

Dot. Pakietu nr 22, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce perforowany, niezłożony o rozmiarze jednej sztuki 51cm x 50cm i długości całej rolki 40 m?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 66

Dot. Pakietu nr 31, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści siatkę o powierzchni porów ok. 0,92mm (0,59mm²)? Takie siatki są obecnie do Państwa dostarczane.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 67

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Za dni robocze w rozumieniu umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie nr 68

Zważywszy na treść § 2 ust. 13 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia §2 ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art.



483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź

Zamawiający w § 5 ust. 1 lit. a) i b) Umowy nie zastępuje słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 lit. c) wzoru umowy wyrażenie „10% kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie lub rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 lit. c) Umowy

Pytanie nr 71

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach

Odpowiedź

Zamawiający zmienia § 6 ust. 3 Umowy na następujący :

„ Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie ”



Pytanie nr 72

(pakiet 10) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1% o masie cząsteczkowej 1,1-1,5mln Daltonów, lepkości ok. 20 000 mPas,, pH 6,8-7,4, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 73

(pakiet 10) Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1% pochodzenia naturalnego o masie cząsteczkowej 5mln Daltonów, lepkości 1 mln cPs, pH 6,8-7,6 pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 74

Dot. Część 10, poz. 1:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy wiskoelastyk:

Sodium Hyaluronate: 1,0%; Masa molekularna: 1,1 – 1,5 mln Daltonów; Lepkość: ok 30.000mPs; Osmolarność: 270 – 400 mOsm/kg; PH: 6,8 – 7,4; Objętość: 1,0 ml; strzykawka a 1 ml plus kaniula.

Zawartość w 1 ml: Sodium Hyaluronate 10,000 mg; Sodium Chloride 8,500 mg; Disodium Hydrogenphosphate 0,563 mg; Sodium Dihydrogenphosphate 0,045 mg; Pozostałe: płyn do iniekcji

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 75

Dot. Część 16, poz. 1:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy pierścienie dotorebkowe:

Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, wykonany z materiału PMMA (polimetakrylan metylu), kolor niebieski; grubość 0,17 mm; zakończony po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi fi wewn. 0,38 mm;

Wymiary pierścienia:

- średnica pierścienia (w stanie sprężonym, przy stykających się pierścieniach fiksacyjnych): 11 mm / 12 mm

- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm / 14 mm

Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora; injector z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 76

Dot. Część 21, poz. 1:

Czy Zamawiający akceptuje do dostawy retraktory tęczówkowe ze stabilizatorem silikonowym, sterylne, pakowane po 5 szt./op. w łącznej ilości 600 opakowań / 3000 szt

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.



Pytanie nr 77

1. Czy Zamawiający w części 10 dopuści 1% materiał wiskoelastyczny o lepkości 20- do 70 00 mPas, pH od 6 do 8,0, o masie cząsteczkowej 3-3,6 miliona Daltonów do przechowywania w temperaturze 2-25 stopni C bez konieczności przechowywania w warunkach chłodniczych?

Pozostałe wymagania bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 78

2. Czy Zamawiający w części 25 dopuści nietoksyczny barwnik do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej ILM (kolor niebieski) Roztwór brilliant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku pakowany w szklane ampulko-strzykawki o pojemności 0,5ml?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 79

Część 1

Prosimy o dopuszczenie niebieskiej sterylnej serwety na stolik Mayo 80x142cm wykonanej z mocnej folii PE niepiaskowanej ze wzmocnieniem w części centralnej 55x80 cm złożonej rewersowo co pozwala na sprawne założenie osłony.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 80

Część 9, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku wykonanej z medycznego PCV, maska bez zawartości DEHP oraz BPA, rozmiar maski kodowany kolorem mankietu i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej, instrukcja obsługi umieszczona na opakowaniu. Maska w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (>70kg).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 81

Część 9, poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maski mają być wolne od ftalanów, DEHP, bisfenolu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.



Pytanie nr 82

Część 9, poz. 2

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy maski powinny posiadać łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 83

Część 24, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu infuzyjnego z dwoma zaworami nad komorą kroplową, zawory w postaci zastawek jednokierunkowych zabezpieczonych koreczkami, w dystalnej części port do dostrzyknięć w postaci zaworu bezigłowego do wielokrotnego użytku – 7 dni lub 140 aktywacji, dren z PCV bez DEHP, światłoczuły, , koniec linii wyposażony w łącznik luer lock obrotowy celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 84

Część 24, poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu infuzyjnego z dwoma zaworami nad komorą kroplową, zawory w postaci zastawek jednokierunkowych zabezpieczonych koreczkami, w dystalnej części port do dostrzyknięć w postaci zaworu bezigłowego do wielokrotnego użytku – 7 dni lub 140 aktywacji, dren z PCV bez DEHP, światłoczuły, , koniec linii wyposażony w łącznik luer lock obrotowy celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 85

Część 24, poz. 2

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu infuzyjnego z jednym zaworem nad komorą kroplową, zawór w postaci zastawki jednokierunkowej zabezpieczonej koreczką, w dystalnej części port do dostrzyknięć w postaci zaworu bezigłowego do wielokrotnego użytku – 7 dni lub 140 aktywacji, dren z PCV bez DEHP, światłoczuły, , koniec linii wyposażony w łącznik luer lock obrotowy celem bezpiecznego i wygodnego połączenia, specjalna zatyczka z filtrem hydrofobowym która eliminuje ryzyko wycieku podczas wypełniania linii.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 86

Część 24, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie regulatora przepływu o poniższych cechach:
Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra (2 skale dla płynów o różnej gęstości: 1 zakres 5-300 ml/h 10 %, , 5 -200 ml - 40 %),z zastawką antyzwrotną , zatyczka z filtrem hydrofobowym typu PrimeStop, bez DEHP, bez



lateksu, długość zestawu 220 cm, zacisk na drenie, sterylność EO, jednorazowego użytku, na opakowaniu jednostkowym rysunkowa instrukcja użycia, data ważności, bez inf. w j. polskim na opakowaniu. Spike z odpowietrzeniem manualnym.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 87

Część 32

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku zbudowanego z trzech różnych *hydrokolidów*: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 88

Część 32

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje opatrunku hydrokolidowego o standardowej grubości czy cienkiego?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga zaoferowania opatrunku o standardowej grubości

Pytanie nr 89

Część 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie system bezigłowy składający się z dwóch zaworów bezigłowych, system o długości 23cm, średnica drenu 1 mm, objętość wypełnienia 0,6 ml, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym) – wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie -12,5 psi, sterylność, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami. Zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia, Sterylność, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 90

Dotyczy części 8 pozycji 1 i 2.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego hydrofobowego maszynowego filtra mechanicznego, o skuteczności filtracji 99,9999 % w środowisku wilgotnym, objętości 120 ml, oporze przepływu 1,7cm H₂O/60L/min.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.



Pytanie nr 91

Dotyczy części 8 pozycji 1.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego hydrofobowego maszynowego filtra mechanicznego, walidowanego na 7 dni, o parametrach:

Dane techniczne:

*Skuteczność filtracji bakteryjnej >99.9999%

*Skuteczność filtracji wirusowej >99.9999%

*Opór @ 60LPM 1.7cmH₂O

*Opór @ 60LPM po 168 godzinach wentylacji 1.8cmH₂O

*Przestrzeń martwa 120ml

*Waga 53g

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 92

Dotyczy części 9.

Poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie masek krtaniowych o poniższych parametrach:

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rurka maski wygięta pod kątem odpowiadającym budowie anatomicznej gardła, ok. 70 stopni, mankiet pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi, koniuszek mankieta zabezpieczony przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem. Informacje dotyczące rozmiaru na baloniku kontrolnym, waga pacjenta i objętości wypełnienia mankieta umieszczone na rurce w widocznym miejscu. Znaczniki prawidłowego usytuowania maski na rurce, sterylne. Rozmiary 1.0 <5 kg, 1.5 <5-10 kg, 2-10-20 kg, 2.5-20-30 kg, 3-30-50 kg, 4-50-70 kg, 5-powyżej 70 kg, wskazane każdorazowo w zamówieniu

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 93

Dotyczy części 9.

Poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek twarzowych z drenem 2,1m, dedykowanych dla dzieci, bez metalowego klipsa – bezpieczne w środowisku MRI. Zamiast metalowego klipsa alternatywny zagięty szczelnie mankiet nosowy eliminujący przedostawanie się tlenu do oczu.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 94

Dotyczy części 34

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek krtaniowych :

Maska krtaniowa jednorazowa, wykonana z medycznego PCV, Maska zakrzywiona pod kątem około 120° z budową anatomiczną gardła- miękki mankiet zapewniający przyleganie przy



minimalnym nacisku na słuzówkę – znaczniki głębokości kontrolujące prawidłowe usytuowanie maski, (Rozmiary wg.

Roz. 3 – waga 30-50kg

Roz. 4 – waga 50-70kg

Roz. 5 – waga 70+ kg

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 95

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §2 ust. 9 projektu umowy na: „Wykonawca ponosi koszty transportu oraz dostarczenia Wyrobów medycznych do pomieszczeń magazynowych w siedzibie Zamawiającego.”.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów §2 ust. 9 projektu Umowy, przedmiot zamówienia ma być dostarczony do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ulicy Ceglanej 35 lub w lokalizacji w Katowicach przy ulicy Medyków 14. Każdorazowo Zamawiający określi z zamówieniu częściowym lokalizację, do której ma nastąpić dostawa

Pytanie nr 96

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §2 ust 12 wzoru umowy poprzez dopisanie zastrzeżenia o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zamówień na min. 80% wartości umowy.”.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia §2 ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 30% wartości umowy”

Pytanie nr 97

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów §5 ust. 1 na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) W wysokości 0,2% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej.
- b) W wysokości 0,2% wartości brutto sprzętu, którego zwłoka dotyczy – za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w §4 ust. 3 niniejszej umowy,
- c) W wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy za daną część zamówienia określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 Umowy

Pytanie nr 98

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §7 ust. 8 wzoru umowy w następujący sposób:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania



Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 7 ust. 8 Umowy.

Pytanie nr 99

Czy Zamawiający w Części nr 6 poz. 3 dopuści pęsetę 125 mm jednorazowego użytku, sterylnie pakowaną?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 100

Dotyczy wzoru umowy – §7 pkt 7, lit. a)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę stawki podatku VAT oraz wartości brutto umowy, przy stałości cen netto przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów § 7 ust. 7 Umowy.

Pytanie nr 101

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy § 2 ust. 11 i dopuści możliwość opóźnienia w dostawie, w ramach zaistnienia ewentualnych przeszkód.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 2 ust. 11 Umowy.

Pytanie nr 102

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu § 4 ust. 2 Umowy

Pytanie nr 103

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu dostawy częściowej, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w zrealizowaniu dostawy częściowej;**
- b) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwych wyrobów medycznych;**
- c) w wysokości 10% kwoty **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia) określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia lub



rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 5 ust. 1 Umowy

Pytanie nr 104

Dotyczy: Załącznik Nr 4.5 do SIWZ, FORMULARZ ADROTYMENTOWO- CENOWY

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki pacjenta do strzykawki automatycznej firmy ulrich były wolne od lateksu oraz ftalanów (DEHP)?

Składniki te w potwierdzony powszechnie sposób uznawane są za związki rakotwórcze i mutagenne, których stosowanie może być szkodliwe dla zdrowia badanych pacjentów. Tylko praca na certyfikowanych materiałach jednorazowych, firmy ulrich GmbH & Co. KG, gwarantuje Państwu i Państwa pacjentom bezpieczeństwo, również w przypadku badań pediatrycznych oraz kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 105

Dotyczy: Załącznik Nr 4.5 do SIWZ, FORMULARZ ADROTYMENTOWO-CENOWY

Czy Zamawiający wymaga, aby wężyki pacjenta do strzykawki automatycznej firmy ulrich pochodziły bezpośrednio od producenta strzykawki?

Stosowanie różnych kombinacji wężyków lub systemu nie zatwierdzonego przez ulrich medical, zagraża bezpieczeństwu pacjenta i/lub użytkownika jak również prawidłowemu funkcjonowaniu wstrzykiwacza.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 106

Część 11

1. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający miał na myśli pod nazwą opakowanie zbiorcze – opakowanie typu blister a'10szt oraz wycenę za takie też opakowanie czyli 20 000 szt. = 20 000 x 10szt., czy wycenę dokładnie za a'1szt kompresu tak jak w kolumnie j.m?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga wyceny 20 000 sztuk czyli 2000 opakowań po 10 sztuk.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr inż. Andrzej Kuczyński
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Część 36**Jednorazowy sprzęt do zamkniętego systemu pobierania krwi w technice próżniowej**

L p.	Przedmiot zamówienia	Objętość	Wypełnienie	Wymagana ilość szt.	Sugerowana ilość sztuk w opakowaniu	Ilość sztuk w op.	Ilość opakowań	J.M.	Cena netto op.	Wartość netto	Stawka VAT%	Podatek kwota	Wartość brutto	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, Producent itp.
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1.	Probówki do pozyskiwania surowicy	2 - 3ml	Aktywator wykrzepiania	15 000	100 szt									
2.	Probówki do pozyskiwania surowicy	4 - 6 ml	Żel separujący	42 000	100 szt									
3.	Probówki do badań hematologicznych	2 - 3 ml	K ² EDTA lub K ² EDTA	64 000	100 szt									
4.	Igła systemowa jednorazowego użytku	0,8x37-40 mm	x	30 000	100 szt									
5.	Igła systemowa z przeziernikiem	0,8x37-40 mm	x	35 000	50 szt									
6.	Bezpieczna igła 0,8 z przeziernikiem i uchwytem	0,8/10 38-40mm	x	2 500	50 szt									
7.	STAZA jednorazowego użytku.		x	12 000	25 szt									
Razem netto														
										Podatek VAT				
											Razem brutto			

Wymaga się

1. Probówki z kalibrowaną próżnią na etapie produkcji
2. Probówki wykonane z tworzywa, probówki muszą posiadać widoczne znaczniki prawidłowego pobierania na etykiecie

Probówki o wymiarach dostosowanych do włożenia na pokład analizatorów (jako probówki pierwotne) takich jak; **Olypus 640 i 680, Cobas u411 firmy Roche, Sysmex XT 1800i, ACL**

3. TOP 500, AU680 Beckman Coulter, COBAS 6000 E601 firmy Roche

4. Wszystkie oferowane elementy systemu zamkniętego muszą być ze sobą kompatybilne – od jednego Producenta
5. Na opakowaniu indywidualnym powinna być umieszczona nazwa, nr katalogowy, Producent oraz data ważności produktu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej wraz z dostawą przedmiotu umowy kart charakterystyki produktu niebezpiecznego w języku polskim.

Wielkość opakowań nie może być większa niż sugerowana przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inne, mniejsze opakowania pod warunkiem zachowania wymaganej wartości

7. mililitrowej/l , co należy uwzględnić przy wycenie niniejszego formularza.

ilość opakowań (kol. 8) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość (kol.5) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.7) ilość opakowań (kol.7) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym, oferując nie mniej niż wymagana ilość

.....
 Podpis i pieczęć osoby/osób
 uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy