



DZP.381.94A.2022

Katowice 13.12.2022r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert

*Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę obłożeń operacyjnych*

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

1 PYTANIE

Część 8 - Czy Zamawiający dopuści koc z jednorodnym na całej powierzchni wypełnieniem poliestrowo-wiskozowym.

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,8A dotyczącym części 8.

2 PYTANIE

Część 10 - Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 70 x 180 cm, chłonności 1.750 ml, w składzie absorbent żelujący wilgoć, od strony pacjenta – delikatna włóknina, od strony łóżka – podkład całkowicie pokryty nieprzemakalną folią?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,10A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 10.

3 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 5 dopuści zestaw okulistyczny o następującym składzie:

- | | |
|--|---------|
| - obłożenie na stolik 150x137 cm (+/- 2,5cm) | 1 szt. |
| - obłożenie na pacjenta z folią do nacięcia 10x10 cm, z workiem i knotem odciekowym 150x141 cm (+/- 2,5cm) | 1 szt. |
| - fartuchy XL z rącznikiem | 2 szt. |
| - osłonka na oko plastikowa | 1 szt. |
| - kubki | 2 szt. |
| - opatrunek na oko 8x6 cm | 1 szt. |
| - strzykawka 5ml luer lock 3-częściowa | 2 szt. |
| - strzykawka 3ml luer lock 3-częściowa | 3 szt. |
| - strzykawka 20ml | 1 szt. |
| - spongostany | 10 szt. |
| - pean zaciskowy | 1 szt. |
| - obłożenie na stolik Mayo 58x94 cm | 1 szt. |
| - gazy 9x5 cm | 5 szt. |
| - taca | 1 szt. |
| - osłony na podłokietniki dł. 80 cm | 2 szt. |
| - osłona na ekran 43x50 cm (+/- 2cm) | 1 szt. |

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,5A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 5.

4 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 5 zestawu okulistycznego o następującym składzie i parametrach:

- 1x serweta operacyjna z otworem, czterowarstwowa sterylana, w rozmiarze 120x160cm, wykonana z materiału typu SMMS o gramaturze min. 45g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu 9x12cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylana, wymiary 30(+/-10)cm x 30(+/-10)cm, wykonana z folii przezroczystej, wyposażona w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu;
- 1x serweta na stolik 100x120cm – zawinięcie zestawu;
- 4x ręcznik chłonny;
- 2x fartuch chirurgiczny rozmiar L;
- 1x serweta operacyjna 100x120cm;
- 1x osłona na tackę FAKO 45x65cm;
- 2x osłona na podłokietnik 30x75cm;
- 1x osłona na ekran 50x55cm;



1x kieliszek plastikowy 80ml;
3x metki do dokumentacji pacjenta;
1x miska jednokomorowa;
1x strzykawka 2,5ml Luer Lock;
1x strzykawka 5ml Luer Lock;
1x strzykawka 10ml Luer Lock;
1x kocher plastikowy;
5x gąbki mikrochirurgiczne, strzałki;
10x kompres z włókniny 7,5x7,5cm;
1x opatrunek okulistyczny samoprzylepny.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu .

5 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 5 zestawu okulistycznego o następującym składzie i parametrach:

1x serweta operacyjna z otworem, czterowarstwowa sterylna, w rozmiarze 140x160cm, wykonana z materiału typu SMMS o gramaturze min. 45g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu 9x12cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylna, wymiary 30(+/-10)cm x 30(+/-10)cm, wykonana z folii przezroczystej, wyposażona w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu;
1x serweta na stół 100x120cm – zawinięcie zestawu;
4x ręcznik chłonny;
2x fartuch chirurgiczny rozmiar L;
1x serweta operacyjna 100x120cm;
1x osłona na tackę FAKO 45x65cm;
2x osłona na podłokietnik 30x75cm;
1x osłona na ekran 50x55cm;
1x kieliszek plastikowy 80ml;
3x metki do dokumentacji pacjenta;
1x miska jednokomorowa;
1x strzykawka 2,5ml Luer Lock;
1x strzykawka 5ml Luer Lock;
1x strzykawka 10ml Luer Lock;
1x kocher plastikowy;
5x gąbki mikrochirurgiczne, strzałki;
10x kompres z włókniny 7,5x7,5cm;
1x opatrunek okulistyczny samoprzylepny.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,5A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 5.

6 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 9 pozycja 1 jałowego zestawu do laparoskopii (pozycja leżąca) o następującym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 59g/m² wzmocnionego laminatem trójwarstwowym o gramaturze min. 105g/m². Łączna gramatura min. 154g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 999cm H₂O.

1. 1x osłona na stół Mayo min. 80x140cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 59g/m².
2. 1x serweta wzmocniona o min. wymiarach 250x310cm z samoprzylepnym oknem
3. 2x samoprzylepna kieszeń laparoskopowa na instrumenty chirurgiczne
4. 2x ręczniki celulozowe 30x35cm
5. 1x serweta samoprzylepna 75x100cm
6. 2x osłona na kamerę 14x250cm
7. 2x taśma samoprzylepna 10x50cm
8. 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze min. 73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar XL.



9. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze min. 73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar L.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm wykonanej w całości z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 49g/m².

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający że zestaw nie zawiera lateksu. Zestawy pakowane w podwójny karton, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,9A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 9.

7 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 9 pozycja 2 jałowego zestawu do laparoskopii (pozycja litotomijna) o następującym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 59g/m² wzmocnionego laminatem trójwarstwowym o gramaturze min. 105g/m². Łączna gramatura min. 154g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 999cm H₂O.

1. 1x osłony na stół Mayo min. 80x140cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 59g/m².
2. 1x serweta wzmocniona o min. wymiarach 260x300cm z przylepnym oknem 30x30cm, ze zintegrowanymi nogawicami
3. 2x samoprzylepna kieszeń laparoskopowa na instrumenty chirurgiczne
4. 2x ręczniki celulozowe 30x35cm
5. 1x serweta samoprzylepna 75x100cm
6. 2x osłona na kamerę 14x250cm
7. 2x taśma samoprzylepna 10x50cm
8. 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze min. 73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar XL.
9. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze min. 73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar L.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm wykonanej w całości z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 49g/m².

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający że zestaw nie zawiera lateksu. Zestawy pakowane w podwójny karton, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,9A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 9.

8 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części 9 pozycja 3 jałowego zestawu podstawowego o następującym składzie i parametrach:

Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 59g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O.

1. 1x osłony na stół Mayo min. 80x140cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 59g/m².
2. 1x górna serweta samoprzylepna niewzmocniona 150x240cm
3. 1x dolna serweta samoprzylepna niewzmocniona o wymiarze 180x200cm
4. 2x boczne serwety samoprzylepne niewzmocnione o wymiarze 75x90cm
5. 1x taśma samoprzylepna 10x50cm



6. 1x kieszeń dwukomorowa na narzędzia 30x40cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,08mm
7. 2x rękawiczki celulozowe 30x35cm
8. 2x jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace o łącznej gramaturze min 98g/m², zgodny z normą EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H₂O. Wzmocnienie z oddychającego laminatu folii PE i włókniny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania, rozmiar L
9. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze min. 73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar L.
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm wykonanej w całości z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 49g/m². Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktoqram potwierdzający że zestaw nie zawiera lateksu. Zestawy pakowane w podwójny karton, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4,9A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 9.

9 PYTANIE

Część nr 8, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści koc o wymiarach 110cm x 220cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,8A dotyczącym części 8.

10 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, 2, 3, 4 składowa 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm, ze wzmocnieniem 65 x 190 cm, gramatura w strefie wzmocnionej 70g/m², folia PE o gramaturze 40g/m²?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

11 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, 2, 3, 4 składowa 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 80cm x 140cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

12 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną 180cm x 180cm ze wzmocnieniem 25cm x 60cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

13 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 6 - Czy Zamawiający dopuści taśmę lepłą z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

ODPOWIEDZ

Opisana tolerancja +/- 1 cm mieści się w wymaganych parametrach.

14 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 9 - Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 15cm x 15cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru opisanego w pytaniu.

15 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 10 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową 50cm x 60cm z pojedynczą taśmą lepłą?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.



16 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 11 - Czy Zamawiający dopuści tacę 28cm x 25cm x 5cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru tacy opisanej w pytaniu.

17 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 15 - Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne nr 11 z trzonkiem bez osłonki?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

18 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 16 - Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne nr 23 z trzonkiem bez osłonki?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

19 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 17 – Czy Zamawiający dopuści serwetę z laminatu dwuwarstwowego (PP+PE) 45cm x 45cm z taśmą samoprzylepną o chłonności 600%?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

20 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 18 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyt do lamp operacyjnych gdzie obręcz wykonana jest z HDPE natomiast uchwyt z folii PE 12cm x 21cm. Pokrowiec pasuje na uchwyty o śr. 1,5cm – 6cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

21 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 20 – Czy Zamawiający dopuści kleszcze blokowe z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,1A dotyczącym części 1.

22 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 21 – Czy Zamawiający dopuści tupfery gazowe zamiast włókninowych?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,1A dotyczącym części 1.

23 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 22 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL (zamiast L) spełniający wymogi długości fartucha z mankietem 7,5cm o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 288,9/282 kPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

24 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 23 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (zamiast M) spełniający wymogi długości fartucha z mankietem 7,5cm o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 288,9/282 kPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

25 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 24 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o dł. 300cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza dren do ssaka o dł. 300cm.

26 PYTANIE

Część 1, pozycja 1, składowa 25 – Czy Zamawiający dopuści końcówkę do precyzyjnego odsysania pola operacyjnego wykonaną ze stali nierdzewnej z pojedynczym załamanie krzywizny CH12?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,1A dotyczącym części 1



27 PYTANIE

Część 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwety do obłożenia pacjenta o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197cm H₂O i odporności na rozerwanie na sucho/mokro 180//172kPa?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

28 PYTANIE

Część 1, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści celem łatwej identyfikacji oznakowanie zestawu w postaci czerwonych kropek (zamiast czerwonego tła i ramki)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza oznakowania opisanego w pytaniu.

29 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, składowa 3 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie pacjenta wykonane z serwety niewzmocnionej o wymiarach 200cm x 320cm z otworem 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną i zintegrowaną z workiem do zbiórki płynów wykonanym z transparentnej folii PE 65g/m² o wym. 75cm x 85cm. Obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny SMS o gramaturze 50g/m²?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu .

30 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, składowa 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną 75cm x 90cm (zamiast 90cm x 90cm), przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru opisanego w pytaniu.

31 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, składowa 5 - Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na kamerę 16cm x 250cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

32 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 10 - Czy Zamawiający dopuści tufery z gazy 15cm x 15cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozmiarów opisanych w pytaniu .

33 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 11 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową 50cm x 60cmz pojedynczą taśmą lepną?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

34 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 12 - Czy Zamawiający dopuści tacę 28cm x 25cm x 5cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru tacy opisaney w pytaniu.

35 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 16 - Czy Zamawiający dopuści zestaw bez strzykawki z gruszką do irygacji?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

36 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 18 - Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne nr 11 z trzonkiem bez osłonki?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

37 PYTANIE



Część 1, pozycja 2, 3 składowa 19 - Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne nr 23 z trzonkiem bez osłonki?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

38 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 20 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyt do lamp operacyjnych gdzie obręcz wykonana jest z HDPE natomiast uchwyt z folii PE 12cm x 21cm. Pokrowiec pasuje na uchwyty o śr. 1,5cm – 6cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

39 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 21 - Czy Zamawiający dopuści kleszczyki blokowe z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wprowadza tolerancję rozmiaru. Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,1A dotyczącym części 1

40 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 22 - Czy Zamawiający dopuści tufery gazowe zamiast włókninowych?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,1A dotyczącym części 1

41 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 23 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL (zamiast L) spełniający wymogi długości fartucha z mankietem 7,5cm o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 288,9/282 kPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

42 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 24 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (zamiast M) spełniający wymogi długości fartucha z mankietem 7,5cm o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 288,9/282 kPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

43 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 25 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o dł. 300cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza dren do ssaka o dł. 300cm.

44 PYTANIE

Część 1, pozycja 2, 3 składowa 26 – Czy Zamawiający dopuści końcówkę do precyzyjnego odsysania pola operacyjnego wykonaną ze stali nierdzewnej z pojedynczym załamanie krzywizny CH12?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,1A dotyczącym części 1.

45 PYTANIE

Część 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie wykonane z trójwarstwowej hydrofobowej włókniny SMS o wytrzymałości na rozerwanie na sucho/mokro 205,6/199,4 kPa?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

46 PYTANIE

Część 1, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści celem łatwej identyfikacji oznakowanie zestawu w postaci brązowych kropek (zamiast brązowego tła i ramki)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie opisanego w pytaniu.

47 PYTANIE

Część 1, pozycja 3, składowa 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną 180cm x 180cm ze wzmocnieniem 25cm x 60cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ



Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

48 PYTANIE

Część 1, pozycja 3, składowa 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną z dwuwarstwowego laminatu PE/PP wzmocnioną 75cm x 90cm (zamiast 90cm x 90cm)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

49 PYTANIE

Część 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do obłożenia pacjenta o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197cm H₂O i odporności na rozerwanie na sucho/mokro 180//172kPa?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

50 PYTANIE

Część 1, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści celem łatwej identyfikacji oznakowanie zestawu w postaci niebieskich kropek (zamiast niebieskiego tła i ramki)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

51 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną 180cm x 180cm (zamiast 175 x 220cm) ze wzmocnieniem 25cm x 60cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

52 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną 180cm x 180cm ze wzmocnieniem (zamiast 175 x 175cm)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

53 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną z dwuwarstwowego laminatu PE/PP wzmocnioną 75cm x 90cm (zamiast 90cm x 100cm)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

54 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 8 - Czy Zamawiający dopuści taśmę lepną z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,1A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 1.

55 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 11 - Czy Zamawiający dopuści tupfery z gazy 15cm x 15cm z nitką RTG?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga zaoferowania tupfer gazowy typu „groszek ”

56 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 12 - Czy Zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową 50cm x 60cm z pojedynczą taśmą lepną?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

57 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 13 - Czy Zamawiający dopuści tacę 28cm x 25cm x 5cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru tacy opisaną w pytaniu.

58 PYTANIE



Część 1, pozycja 4, składowa 15 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na uchwyt do lamp operacyjnych, gdzie obręcz wykonana jest z HDPE natomiast uchwyt z folii PE 12cm x 21cm. Pokrowiec pasuje na uchwyty o śr. 1,5cm – 6cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

59 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 16 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL (zamiast L) spełniający wymogi długości fartucha z mankietem 7,5cm o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 288,9/282 kPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

60 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 17 – Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L (zamiast M) spełniający wymogi długości fartucha z mankietem 7,5cm o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 288,9/282 kPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

61 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 18 – Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka o dł. 300cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza dren do ssaka o dł. 300cm.

62 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 19 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do precyzyjnego odsysania pola operacyjnego wykonaną ze stali nierdzewnej z pojedynczym załamanie krzywizny CH12?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,1A dotyczącym części 1

63 PYTANIE

Część 1, pozycja 4, składowa 20 - Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na kamerę 16cm x 250cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

64 PYTANIE

Część 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwety do obłożenia pacjenta o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197cm H₂O i odporności na rozerwanie na sucho/mokro 180//172kPa?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

65 PYTANIE

Część 1, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści celem łatwej identyfikacji oznakowanie zestawu w postaci żółtej kropki (zamiast żółtego tła i ramki)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

66 PYTANIE

Część 2, pozycja 1, 2, 3, 4 składowa 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, ze wzmocnieniem 65 x 190 cm, gramatura w strefie wzmocnionej 70g/m², folia PE o gramaturze 40g/m²?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

67 PYTANIE

Część 2, pozycja 1, 2, 3 składowa 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2

68 PYTANIE

Część 2, pozycja 1, składowa 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do laparoskopii ginekologicznej 180/280x220 cm, zintegrowana z osłonami na kończyny, wyposażona w



samoprzylepny otwór w okolicy krocza 10 x 15 cm zabezpieczony klapką oraz samoprzylepny otwór brzuszny w kształcie trapezu 30 x 20 x 20 cm, otwór brzuszny bez folii, bez wzmocnienia, dwudzielne torby foliowe z przylepcem dodane osobno do serwety?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

69 PYTANIE

Część 2, pozycja 1, składowa 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z makietami o dł. 7,5cm i długości dla rozmiaru L 130cm +/- 3cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

70 PYTANIE

Część 2, pozycja 1, składowa 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z makietami o dł. 7,5cm w rozmiarze XL o długości 140cm +/- 3cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

71 PYTANIE

Część 2, pozycja 1, składowa 6 - Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na kamerę 16cm x 250cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

72 PYTANIE

Część 2, pozycja 1, składowa 9 - Czy Zamawiający dopuści płyn przeciwmgielny w butelce 6g?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2

73 PYTANIE

Część 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do obłożenia pacjenta bez wzmocnienia, parametry w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

74 PYTANIE

Część 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści celem łatwej identyfikacji oznakowanie zestawu w postaci zielonych kropek (zamiast zielonego tła i ramki)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2

75 PYTANIE

Część 2, pozycja 2, 3 składowa 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z makietami o dł. 7,5cm i długości dla rozmiaru L 130cm +/- 3cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

76 PYTANIE

Część 2, pozycja 2, 3 składowa 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z makietami o dł. 7,5cm w rozmiarze XL o długości 140cm +/- 3cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

77 PYTANIE

Część 2, pozycja 2, 3 składowa 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny (parametr 4) z makietami o dł. 7,5cm w rozmiarze XL o długości 140cm +/- 3cm. Odporność na przenikanie cieczy >100cm H₂O?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

78 PYTANIE



Część 2, pozycja 2, składowa 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę niewzmocnioną 180cm/280cm x 220cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym brzuszny w kształcie trapezu o wymiarach 30cm x 20cm x 20cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cm x 15cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 56g/m². Do zestawu dodane osobno 2 przylepne torby dwudzielne wykonane z transparentnej folii PE o gramaturze 65um, niezintegrowane z serwetą?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

79 PYTANIE

Część 2, pozycja 2, składowa 11 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego Yankauer CH 21?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisanie w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2

80 PYTANIE

Część 2, pozycja 2, 3, 4 - Czy Zamawiający dopuści serwety do obłożenia pacjenta bez wzmocnienia, parametry w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 108/95 kPa?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

81 PYTANIE

Część 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści celem łatwej identyfikacji oznakowanie zestawu w postaci żółtych kropek (zamiast żółtego tła i ramki)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisanie w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2

82 PYTANIE

Część 2, pozycja 3, składowa 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę niewzmocnioną 160/240 x 180cm z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wym. 10cm x 15cm nie wypełnioną folią, zintegrowaną z osłonami na kończyny dolne oraz torbą do przechwytywania płynów. Do serwety osobno dołączone taśmy typu rzep służące do przymocowania drenów i przyklejenia w dogodnym miejscu serwety?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

83 PYTANIE

Część 2, pozycja 3, składowa 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na dłuższym boku o szerokości 5cm i wymiarze 45cm x 45cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (PE +PP) i chłonności 600%?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

84 PYTANIE

Część 2, pozycja 3, składowa 12 - Czy Zamawiający ostrze chirurgiczne nr. 22 z trzonkiem?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

85 PYTANIE

Część 2, pozycja 3, składowa 14 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego Yankauer CH 21?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisanie w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2

86 PYTANIE

Część 2, pozycja 3, składowa 16 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły, transparentny o poj. 1000ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisanie w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2



87 PYTANIE

Część 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści celem łatwej identyfikacji oznakowanie zestawu w postaci brązowych kropek (zamiast brązowego tła i ramki)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2

88 PYTANIE

Część 2, pozycja 4 składowa 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z makietami o dł. 7,5cm i długości dla rozmiaru L 130cm +/- 3cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

89 PYTANIE

Część 2, pozycja 4 składowa 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z makietami o dł. 7,5cm w rozmiarze XL o długości 140cm +/- 3cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

90 PYTANIE

Część 2, pozycja 4 składowa 3 - Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z makietami o dł. 7,5cm w rozmiarze XL o długości 140cm +/- 3cm. Odporność na przenikanie cieczy >100cm H₂O?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

91 PYTANIE

Część 2, pozycja 4 składowa 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 160/240 x 180cm z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wym. 10cm x 15cm bez klapki, zintegrowaną z osłonami na kończyny dolne oraz torbą do przechwytywania płynów o wym. 35cm x 50cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

92 PYTANIE

Część 2, pozycja 4 składowa 5 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na dłuższym boku o szerokości 5cm i wymiarze 45cm x 45cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego (PE +PP) i chłonności 600%?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

93 PYTANIE

Część 2, pozycja 4 składowa 10 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego Yankauer CH 21?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2

94 PYTANIE

Część 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści celem łatwej identyfikacji oznakowanie zestawu w postaci niebieskich kropek (zamiast niebieskiego tła i ramki)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,2A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 2

95 PYTANIE

Część 5, pozycja 1, składowa 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z trójwarstwowej włókniny typu SMS o wym. 140cm x 240cm z otworem 10cm x 10cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowaną z dwoma torbami do zbiórki płynów o wym. 20cm x 25cm wyposażoną w sztywnik?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

96 PYTANIE

Część 5, pozycja 1, składowa 7 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na podłokietnik 35cm x 75cm?

ODPOWIEDZ



Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,5A dotyczącym części 5

97 PYTANIE

Część 5, pozycja 1, składowa 9 - Czy Zamawiający dopuści kieliszek plastikowy 30ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,5A dotyczącym części 5

98 PYTANIE

Część 5, pozycja 1, składowa 13 - Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3ml Luer Lock?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,5A dotyczącym części 5

99 PYTANIE

Część 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło nieprzemakalne wykonane z podfoliowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,6A dotyczącym części 6

100 PYTANIE

Część 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu. Zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 4.6 formularzu asortymentowo cenowym cena jednostkowa netto ma być wskazana za opakowanie. Sposób wypełnienia formularza został określony szczegółowo w załączniku 4.6 pod tabelą.

101 PYTANIE

Część 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład perforowany co 38cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,6A dotyczącym części 6

102 PYTANIE

Część 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,6A dotyczącym części 6

103 PYTANIE

Część 6, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści podkład składający się z 2 warstw bibuły oraz 1 warstwy folii?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

104 PYTANIE

Część 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw brzuszno-kroczyowy wykonany z niewzmocnionego laminatu dwuwarstwowego (PE + PP) o gramaturze 56g/m² o odporności na przenikanie cieczy 188 cm/H₂O i chłonności 600%?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

105 PYTANIE

Część 7, pozycja 1, składowa 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,7A dotyczącym części 7

106 PYTANIE

Część 7, pozycja 1, składowa 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę główną niewzmocnioną 180/280 x 220cm zintegrowaną z nogawicami z dwoma oknami: jama brzuszna-przylepna i okolice krocza – nieprzylepna z klapką. Dodatkowo 3 taśmy typu



rzep na do mocowania przewodów dołożone osobno w celu przyklejenia w dowolnym miejscu serwety?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

107 PYTANIE

Część 7, pozycja 1, składowa 8 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L z rękawami tradycyjnymi zakończone elastycznym mankietem o dł. 7,5cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,7A dotyczącym części 7

108 PYTANIE

Część 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wskaźnik sterylizacji na pojedynczych zestawach, zamiast na kartonie zbiorczym?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,7A dotyczącym części 7

109 PYTANIE

Część 9, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o gramaturze serwety głównej 50g/m2 wykonanej z hydrofobowej włókniny SMS bez wzmocnienia?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

110 PYTANIE

Część 9, pozycja 1, 2 składowa 1 – Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

111 PYTANIE

Część 9, pozycja 1, składowa 2 – Czy Zamawiający dopuści serwetę w kształcie litery T 200cm x 260cm z samoprzylepnym oknem wypełnionym folią chirurgiczną z dwoma samoprzylepnymi kieszeniami na instrumenty dołożonymi osobno w celu przyklejenia w dogodnym miejscu serwety?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

112 PYTANIE

Część 9, pozycja 1, 2 składowa 3 – Czy Zamawiający dopuści ręczniki 30cm x 30cm z włókniny typu Spunlace, nie wzmocnione siatką?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

113 PYTANIE

Część 9, pozycja 1, składowa 7, 8 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L z rękawami tradycyjnymi zakończone elastycznym mankietem o dł. 7,5cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

114 PYTANIE

Część 9, pozycja 1, składowa 7, 8 - Czy Zamawiający potwierdza, że w tych pozycjach oczekuje fartuchów w rozmiarze L?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga 2 fartuchów w rozmiarze L oraz 1 fartucha w rozmiarze M – zgodnie ze zmodyfikowanym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

115 PYTANIE



Część 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw bez piktogramu „nie zawiera lateksu”. Oznakowanie o zawartości lateksu stosujemy w przypadku zestawów zawierających taką składową?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

116 PYTANIE

Część 9, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wskaźnik sterylizacji na pojedynczych zestawach, zamiast na kartonie zbiorczym?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

117 PYTANIE

Część 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę główną o gramaturze 56g/m² ze wzmocnieniem w strefie krytycznej SM o gramaturze 80g/m²?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

118 PYTANIE

Część 9, pozycja 2, składowa 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę główną w rozmiarze 200/270 x 300cm z otworem przylepnym 25cm x 30cm, zintegrowaną z osłonami na kończyny. Dwie samoprzylepne kieszenie na instrumenty dołożone osobno w celu przyklejenia w dogodnym miejscu serwety?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

119 PYTANIE

Część 9, pozycja 2, składowa 7 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L z rękawami tradycyjnymi zakończone elastycznym mankietem o dł. 7,5cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

120 PYTANIE

Część 9, pozycja 2, składowa 8 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze M z rękawami tradycyjnymi zakończone elastycznym mankietem o dł. 7,5cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

121 PYTANIE

Część 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw bez piktogramu „nie zawiera lateksu”. Oznakowanie o zawartości lateksu stosujemy w przypadku zestawów zawierających taką składową?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

122 PYTANIE

Część 9, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści wskaźnik sterylizacji na pojedynczych zestawach, zamiast na kartonie zbiorczym?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,9A dotyczącym części 9

123 PYTANIE

Część 9, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H₂O. Skład:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m² wzmocniona chłonną włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 60 cm x 145 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w



strefie wzmocnionej 80 g/m². Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm z
- 1 x taśma samoprzylepna z włókniny spunlace o wymiarach 10cm x 50cm
- 1 x samoprzylepna jednokomorowa kieszeń na narzędzia o wymiarach 30cm x 40cm, wykonana z folii PE 65g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30cm x 30cm z włókniny spunlace, bez wzmocnienia
- 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony, XXL – włóknina SMS o gramaturze 35g/m², rękawy wszyte prosto, zapewniające swobodę ruchów, pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ
- 1 x fartuch chirurgiczny standard, XL – włóknina SMS o gramaturze 35g/m², bez wzmocnienia, rękawy wszyte prosto, zapewniające swobodę ruchów, pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej folii PE o gramaturze 40 g/m², wzmocniona hydrofilową włókniną wiskozowo-poliestrową o wymiarach 65 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m².

Wskaźnik sterylizacji na pojedynczym zestawie, pozostałe parametry zgodne.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

124 PYTANIE

Część 10 - Czy Zamawiający oczekuje aby podkład zapewniał trwałe zatrzymanie bakterii w tym MRSA, E.Coli w chłonnym rdzeniu?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wymaga rozwiązania opisanego w pytaniu, oczekuje przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

125 PYTANIE

Część 11, pozycja 1, składowa 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm, ze wzmocnieniem 65 x 190 cm, gramatura w strefie wzmocnionej 70g/m², folia PE o gramaturze 40g/m²?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

126 PYTANIE

Część 11, pozycja 1, składowa 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 140cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,11A dotyczącym części 11

127 PYTANIE

Część 11, pozycja 1, składowa 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę do cięcia cesarskiego 260/200 x 310cm z otworem samoprzylepnym częściowo wypełnionym folią chirurgiczną 30cm x 30cm (twór bez folii w kształcie gruszki 16cm x 18cm) zintegrowana z osłonami na kończyny dolne oraz torbą do przechwytywania płynów. Samoprzylepne taśmy typu rzep do podłączenia drenów dołożone osobno do serwety celem przyklejenia w dogodnym miejscu?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

128 PYTANIE

Część 11, pozycja 1, składowa 4 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL (zamiast L) spełniający wymogi długości fartucha z mankietem 7,5cm o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 288,9/282 kPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

129 PYTANIE



Część 11, pozycja 1, składowa 5 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XXL (zamiast XL) spełniający wymogi długości fartucha z mankietem 7,5cm o wytrzymałości na wypychanie na sucho/mokro 288,9/282 kPa, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

130 PYTANIE

Część 11, pozycja 1, składowa 11 - Czy Zamawiający dopuści ostrze chirurgiczne nr 24 z trzonkiem bez osłonki?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

131 PYTANIE

Część 11, pozycja 1, składowa 13 - Czy Zamawiający dopuści kleszcze blokowane z tolerancją rozmiaru +/- 1cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,11A dotyczącym części 11

132 PYTANIE

Część 11, pozycja 1, składowa 15 - Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania Yankauer CH21?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,11A dotyczącym części 11

133 PYTANIE

Część 11, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści celem łatwej identyfikacji oznakowanie zestawu w postaci różowych kropek (zamiast różowego tła i ramki)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,11A dotyczącym części 11

134 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 35 g/m² i wymiarach:

połtwa 200 x 150cm

połtoczka 90 x 75cm

prześcieradło 210 x 150cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

135 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 4, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylną jednorazową osłonę na mikroskop o wymiarach 117 x 267 cm, osłona obiektywu 65 mm. Wykonana z folii PE o grubości 45 mikrony, wyposażona w trzy wprowadzenia na podglądy, które posiadają perforowane końcówki i uchwyty do mocowania w postaci rzepów. Osłona dodatkowo wyposażona w trzy taśmy samoprzylepnych każda o długości 80 cm które pozwalają na prawidłowe zabezpieczenie mikroskopu. Sposób złożenia osłony umożliwiający aseptyczną aplikację. Opakowania jednostkowe z min podwójną przylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze w postaci podajnika, które posiada czytelną etykietkę określającą wymiary osłony, numer Ref., ilość sztuk w podajniku i datę ważności?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje opis zgodnie ze zmienionym Załącznikiem 4,4A dotyczącym części 4

136 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 4, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pęsetę metalową chirurgiczną o długości 12,5 cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,4A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 4

137 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 4, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Pojemnik plastikowy,	okrągły 125 ml	1
----------------------	----------------	---

Tupfer włókninowy kula, 30g	20x20cm	5
-----------------------------	---------	---

Kleszczyki okienkowe typu



KORCANG

19cm (+/-0,3)

1

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,4A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 4

138 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 5, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1.Serweta operacyjną 150x180 cm, dwuwarstwową wykonaną z laminatu polipropylen/polietylen o gram 43 g/m² na całej powierzchni , z otworem 7x10 cm , otwór wypełniony folią chirurgiczną , warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski , nieprzemakalność: powyżej 200 stupa wody – 1 sztuka
 2. kieszeń przylepna do przechwytywania płynów, sterylna, 35 x18,5 cm, wykonaną z folii przeźroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu,– 1 sztuka
 - 3.Serweta na stół instrumentalny 90 x 130cm wykonana z laminatu 43g/m² – zawinięcie zestawu – 1 sztuka
 - 4.Ręcznik włókninowy 20x40 cm – 4 sztuk
 - 5.Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 sztuki
 - 6.Serweta 80 x 130cm 1 sztuka
 - 7.Osłona na tackę fako 45 x 75cm– 1 sztuka
 - 8.Osłona na podłokietnik 40 x 60cm– 2 sztuki
 - 9.Osłona foliowa na ekran 30 cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym)x 72 (połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym) x 36 cm (głębokość) – 1 sztuka
 - 10.Pojemnik plastikowy 60ml – 1 sztuka
 - 12.Mayo 80 x 145 cm– 1 sztuka
 - 13.Miseczka plastikowa 120 ml zawierająca:
 14. Strzykawka 3ml Luer Lock – 1 sztuka
 - 15.Strzykawka 5ml Luer Lock – 2 sztuki
 - 16.Kocher plastikowy 14 cm – 1 szt
 - 17.Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk
 - 18.Kompresy z włókna 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk
 - 19.Opatrunek 6,5x9,5 cm na oko samoprzylepny – 1 sztuka
- Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową , etykieta w języku polskim z czterema naklejkami typu TAG?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,5A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 5

139 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw brzuszno-kroczy, jałowy, wykonany z chłonnego laminatu polietylen i włókna polipropylenowej o minimalnej gramaturze min. 56 g/m² z łatą chłonną o gramaturze min. 60 g/m². Odporność na przenikanie cieczy min.200 cm H₂O .

Skład zestawu:

1. Osłona na stół Mayo o min wym min. 80 x 145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 50 um, wzmocniona włókna polipropylenową min. 30 g/m² - 1 sztuka
2. Serweta 260x 240 cm z zintegrowanymi nogawicami oraz ekranem anestetycznym; w górnej części otwór na brzuch 30x34cm wypełniony folia chirur., w części dolnej otwór 15x10cm z klapką 30x20cm, taśma przylepna w części brzusznej. Organizator foliowy do przewodów
3. Ręczniki włókninowe min. 20x40 cm, - 2 sztuki
4. Taśma samoprzylepna wykonana z włókna typu Spunlance 9x50 cm - 1 sztuka
5. Serweta nieprzylepna o min. wym. 90x150cm - 1 sztuka
6. Dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 35x42cm cm, wykonana z folii PE - 2 sztuki
7. Jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókna typu Spunlance o gramaturze min. 68 g/m², , odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 100 cm H₂O.
Wzmocnienie z oddychającego laminatu folii PE i włókna umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni 3/4 rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania , rozmiar L - 2
8. Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókna typu SMS o gramaturze min. 35g/m², wzmocnione paroprzepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m², rękaw typu prostego, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 7 cm,



wzmocnienia klejone na całym obwodzie w części przedniej i w $\frac{3}{4}$ wysokości rękawów, rozmiar L - 1 sztuka

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 150x240cm, wykonana z laminatu o gramaturze min 43g/ m2

Zestaw w opakowaniu typu folia -papier posiadającym min dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu.

Opakowanie zbiorcze karton zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

140 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 9, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw do laparoskopii (pozycja leżąca)- jałowy, wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniyny polipropylenowej o minimalnej gramaturze min. 56g/m2 wzmocnionego łatą chłonną o gramaturze min. 60 g/m2. Odporność materiału na przenikanie cieczy -min.200 cm H2O .

Skład:

1. Ostoła na stół Mayo o wymiarach min. 80x145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 50 um, wzmocniona włókniną polipropylenową min. 30 g/m2 - 1 sztuka

2. Serweta wzmocniona o 230cm x300 cm z samoprzylepnym oknem .Dwie przeźroczyste kieszenie do mocowania na instrumenty chirurgiczne - 1 sztuka

3.Ręczniki włókninowe min. 20x40cm, - 2 sztuki

4. Serweta samoprzylepna o wymiarze min. 75x90 cm - 1 sztuka

5. Ostoła na kamerę o rozmiarze min. 13x250 cm - 2 sztuki

6. Taśma samoprzylepna wykonana z włókniyny typu Spunlance 9cm x50 cm - 2 sztuki

7.Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniyny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2 wzmocnione przepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min 40 g /m2 , rękaw prosty, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości 8 cm, wzmocnienie części przedniej i w $\frac{3}{4}$ wysokości rękawów , rozmiar L - 2 sztuki

8. Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniyny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocnione przepuszczalnym laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m2 , rękaw prosty, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej od długości 8 cm, wzmocnienia w części przedniej i w $\frac{3}{4}$ wysokości rękawów, rozmiar L - 1 sztuka

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarze min 150cm x240cm wykonana laminatu o gramaturze min 43 g/m2

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier posiadającym min dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający , że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze karton zabezpieczone dodatkowo wewnętrznym workiem z folii PE .Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,9A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 9

141 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 9, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw do laparoskopii (pozycja litotomijna) - jałowy, wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniyny polipropylenowej o minimalnej gramaturze min. 56g/m2 z łatą chłonną o gramaturze min.60g/m.

Skład:

1.Ostoła na stół Mayo o wymiarze min. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 50 um, wzmocniona włókniną polipropylenową min. 30 g/m2 - 1 sztuka

2. Serweta o wymiarze min. 180x300 cm z przylepnym oknem 28cm(+/-1cm), x20cm(+/-1cm), x19 cm(+/- 1cm), ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema przezroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne do indywidualnego mocowania - 1 sztuka

3. Ręcznik włókninowe min. 20x40 cm - 2 sztuki

4.Serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm- 1 sztuka

5. Ostoła na kamerę o wymiarze min. 13x250 cm - 2 sztuki

6. Taśma samoprzylepna wykonana z włókniyny typu Spunlance w rozm 9cm x50 cm - 2 sztuki

7. Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniyny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wzmocnione o gramaturze min 40 g/m2, rękaw prosty z elastycznym ściągaczem wykonanym z tkaniny poliestrowej o długości 8cm, wzmocnienia w części przedniej i w $\frac{3}{4}$ wysokości rękawów rozmiar L - 2 sztuki

8. Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniyny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, wzmocnione o gramaturze min. 40g/m2, rękaw prosty, elastyczny ściągacz wykonany z



tkaniny poliestrowej o długości min. 8 cm wzmocnienia w części przedniej i w 3/4 wysokości rękawów, rozmiar M - 1 sztuka

Całość zawinięta ma być serwetą na stół instrumentariuszki o min. wym. 150x240cm, wykonana z laminatu o gramaturze min. 43 g/m².

Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia papier posiadające dwie min samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze karton zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,9A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 9

142 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 9, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw podstawy, jałowy, serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze min. 56 g/m². Odporność na przenikanie cieczy - min 200 cm H₂O.

Skład:

1. Ostoja na stół Mayo o wymiarach min. 80 x 145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 50 um, wzmocniona włókniną polipropylenową min. 30 g/m² - 1 sztuka
2. Górna samoprzylepna niewzmocniona serweta wymiarach min. 150x240 cm - 1 sztuka
3. Dolna serweta samoprzylepna niewzmocniona o wymiarach min. 170x180cm - 1 sztuka
4. Boczne serwety samoprzylepne niewzmocnione wymiarach min. 75x90cm - 2 sztuki
5. Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlance 9cm x 50 cm - 1 sztuka
6. Kieszka dwukomorowa na narzędzia o wymiarach min. 30x40 cm - 1 sztuka
7. Ręczniki min. 20x40 cm - 2 sztuki

8. Jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlance o gramaturze min 68 g/m², odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min 100cm H₂O. Wzmocnienie umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni 3/4 rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej.

Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania, rozmiar L - 2 sztuki 9. Fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o gramaturze min 35g/m², wzmocnione gramaturze min. 40g/m², rękaw typu prostego, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8 cm, wzmocnienia w części przedniej i na 3/4 wysokości rękawów, rozmiar L - 1 sztuka

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach min. 150x240cm, wykonana z laminatu o gramaturze min 43 g/m². Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,9A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 9

143 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 10, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 90 x 170 cm oraz wkład chłonny bez absorbentu, ale o chłonności 2000 ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,10A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 10

144 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści:

Zestaw cięciowo - porodowy

1. Serweta na stół instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 190cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m², masa powierzchniowa folii w obszarze nie wzmocnionym min. 47g/m². - 2 szt

2. Serweta na stół Mayo wzmocniona o wymiarach min. 80cm x 145cm, z warstwą chłonną o szerokości min. 60 cm, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m², grubość folii ostony min. 50 mikronów. - 1 szt

3. Wzmocniona serweta do cięcia cesarskiego min 330x220 cm z otworem samoprzylepnym częściowo wypełnionym folią chirurgiczną 35cm x 32 cm zintegrowana z ostonami na kończyny



- dołne oraz torbą do przechwytywania płynów wyposażoną w podłączenie drenu. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m² - 1 szt.
4. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, całkowita długość min. 125 cm±5 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 8 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu na całej długości laminatem dwuwarstwowym o gramaturze min. 40 g/m². Rozmiar L - 1 szt.
5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, całkowita długość min. 140 ±5 cm, długość rękawa min. 62 cm, długość mankietu min. 8 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 40 g/m². Rozmiar XL - 2 szt.
6. Ściereczka do rąk min. 20 x 40 cm o gramaturze min. 40 g/m². - 6 szt.
7. Kompres gazowy 10cm x 10cm, 17-nitkowy 12-warstwowy z nitką RTG - 50 szt.
8. Serweta gazowa 45cm (+/-1cm) x 45cm(+/-1cm) RTG 17-nitkowy, 8 - warstwowy, z tasiemką - 4 szt.
9. Serweta bawełniana do owinięcia noworodka min. 60 x 80 cm - 2 szt
10. Opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym min. 10 x 25 cm - 1 szt.
11. Ostrze chirurgiczne nr. 24 z nasadką i osłonką - 1 szt.
12. Serweta dwuwarstwowa 90cm x 150cm z min. 2 warstwowego laminatu o gramaturze min. 56 g/m². - 1 szt.
13. Kleszcze blokowane, opatrunkowe, 19 cm - 1 szt.
14. Dren 2,5m, 25Ch - 1 szt.
15. Końcówka do odsysania Yankauer CH22 - 2 szt.
- Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
- Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795. Opakowanie papierowo-foliowe powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji - napis CIĘCIE-PORÓD w różowej ramce lub na różowym tle.
- ODPOWIEDZ**
- Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisane w pytaniu

145 PYTANIE

Pytania do projektu umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 5, ust. 1 na następujący:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w przypadku niedostarczenia zamówienia częściowego lub stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego - w wysokości 0,2% wartości brutto wyrobów medycznych, niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego - za każdy dzień zwłoki w dostawie,
- b) w przypadku stwierdzenia braku oznakowania dostarczonych wyrobów medycznych w sposób określony w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, wadliwości lub niezgodności dostarczonych wyrobów medycznych ze złożoną ofertą oraz zwłoki w dostarczeniu przez Wykonawcę wyrobów medycznych prawidłowo oznaczonych, wolnych od wad lub zgodnych ze złożoną ofertą - w wysokości 0,2% wartości brutto wyrobów medycznych dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego, których dotyczy brak oznakowania, wadliwość lub niezgodność ze złożoną ofertą - za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,
- c) w wysokości 1% wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach określonych w § 2 ust. 13 niniejszej umowy, niezależnie od obowiązku pokrycia przez Wykonawcę różnicy pomiędzy ceną zakupu zastępczego i ceną przetargową;
- d) w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia brutto całej umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

146 PYTANIE

Część 10 - Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 x 180cm, z wkładem chłonnym w rozmiarze 60x88cm zamiast 60x90cm, spełniający pozostałe wymagania SWZ.

ODPOWIEDZ



Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,10A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 10

147 PYTANIE

Zadanie 3, Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m²?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązanie opisanego w pytaniu

148 PYTANIE

Zadanie 6, poz. 2

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

ODPOWIEDZ

W części 6, Zamawiający nie wydziela poz. 2 do osobnej części

149 PYTANIE

Pakiet 8

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu szwów ultradźwiękowych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeni zmieniony załącznik 4,8A (opis przedmiotu zamówienia) dotyczący części 8

150 PYTANIE

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu higienicznego o wymiarach 180 cm (+/- 10%). x90cm (+/- 10%), warstwa absorpcyjna 50 cm (+/- 10%) x 80 cm (+/- 10%). Chłonność 1600 ml (+/- 10%). Warstwę spodnią stanowi izolacyjna folia antypoślizgowa. We wkładzie chłonnym znajduje się rozdrobniona celuloza.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

W załączeniu przekazuje ZMIENIONE Załączniki 4.1 – 4.11 oraz 4.1A – 4.11A

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia **29.12.2022r.** o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2022r. o godz. 10:30

Termin związania ofertą do dnia 28.03.2023

Sposób składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie obejmującym powyższe informacje. Opublikowanie Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach