



DZP/381/120B/2018

Katowice 30.10.2018r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa defibrylatorów oraz kardiomonitora – DZP/381/120B/2018**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dot. zadania numer 2 (kardiomonitor): VIII. Pozostałe Ad. 5.

Czy zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, bez obliczeń wentylacyjnych i nerkowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją w/w załącznika w zakresie pakietu 2.

Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu 2: Dostawa kardiomonitora

II. 8. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor bez monitorowania odcinka QT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu 2: Dostawa kardiomonitora

III.3. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z prędkością kreślenia krzywej respiracji: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją w/w załącznika w zakresie pakietu 2.

Pytanie nr 4: Dotyczy pakietu 2: Dostawa kardiomonitora

IV.2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor z zakres pomiaru pulsu 20-250 ud./min.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

UWAGA

Zamawiający przesuwą termin składania ofert:

z 02.11.2018 r. godz. 10⁰⁰ na 06.11.2018 r. godz. 13³⁰

oraz przesuwą termin otwarcia ofert

z 02.11.2018 r. godz. 10³⁰ na 06.11.2018 r. godz. 14⁰⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Karolina Mądry
Kierownik Działu Zamówień Publicznych