



DZP.381.57A.2023

Katowice 21.07.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

*Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawę implantów neurochirurgicznych i stentów jaskrowych*

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 poz. 1 dopuści klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego bez fabrycznego wypełnienia?

ODPOWIEDŹ

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 4 poz. 1 klatki międzytrzonowe do odcinka szyjnego bez fabrycznego wypełnienia. Zmieniono załącznik nr 4.4.

2 PYTANIE

Część 1: System stabilizacji międzytrzonowej typu ACIF stand alone

Czy w Części 1 o nazwie: System stabilizacji międzytrzonowej typu ACIF stand alone, Zamawiający dopuści do zaofiarowania implanty wykonane z PEEK oraz tytanu, pozwalające na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa, w trzech rozmiarach wielkości implantów small, standard oraz large (odpowiednio: 16,8mmx12,5mm; 16,8mmx14,5mm; 17,8mmx15mm). Wysokości klatek od 4mm do 10mm stopniowane co 1mm. Implanty tytanowe bez otworu zewnętrznego i bez konieczności użycia substytutu kostnego. Śruby kostne o średnicach 3,5mm oraz 3,9mm oraz długościach od 10mm do 20mm. Możliwość implantacji wielopoziomowej, śruby o zdeterminowanym kącie wkręcenia, uniemożliwiającym ich zetknięcie/ kolizję. Zintegrowane zabezpieczenie śrub przed wykręceniem. Narzędzia zawierają, m.in. dwa typy podajników do implantów (do wyboru przez operatora), przebijak oraz nawiertak kostny?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza.

3. PYTANIE

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 30%.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Jednocześnie Zamawiający informuje że:

przesuwa termin składania ofert:

z 24.07.2023 r. godz. 10:00 na 31.07.2023 r. godz. 10:00 oraz

przesuwa termin otwarcia ofert

z 24.07.2023 r. godz. 10:30 na 31.07.2023 r. godz. 10:30

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych