



DZP/ 381/38/AS/2020

Katowice 08.01.2021

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy Zaprośzenia do składania ofert na dostawę środków dezynfekcyjnych

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Pakiet 2

Poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do maszynowej i chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych w tym endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestezyjologicznego, na bazie aldehydu glutarowego (20%) o szerokim spektrum działania (B, Tbc, F, V – Polio, HBV, HIV, Adeno, Papova SV40, Parwowirus, Vaccinia, S, jaja glisty świni, Helicobacter pylori) w stężeniu 1 % w czasie 5 min i temperaturze 50-60°C, o pH koncentratu ok. 3,6, wyrób medyczny, w opakowaniach a 5l?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w Zaprośzeniu do składania ofert.


2 PYTANIE

poz 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego preparatu myjącego o wysokiej skuteczności, dzięki synergistycznemu połączeniu enzymów oraz substancji powierzchniowo-czynnych. Preparat przeznaczony jest do maszynowego mycia sztywnych, giętkich endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego wszystkich czołowych wytwórców np.: Pentax, w myjniach dezynfektorach wiodących producentów np.: Belimed. W zależności od stopnia zabrudzenia, można zastosować preparat w zakresie stężeń od 0,3%-1% (3-10 ml/l), w czasie działania 5-10 min. ., w zakresie temperatur 35°C - 55°C, wyrób medyczny poj. 5l

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w Zaprośzeniu do składania ofer.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych