

DZP.381.4B.2021

Katowice 17.03.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) p.n.:
Dostawa narzędzi medycznych - DZP.381.4B.2021

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5** tolerancje długości narzędzi +/- 5 mm lub +/- 10 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2:


Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5** poz.6 Kleszczyki o długości 220 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuścił wskazaną długość zgodnie z odpowiedziami udzielonymi wykonawcom w dniu 15.03.2021 r (patrz odpowiedź na pytanie nr 4).

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie 5 poz. 11** łmadło chirurgiczne typ DE BAKEY z zapadką długość 200 mm,
Część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm ucha złożone?




Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie 5 poz. 11** łmadło chirurgiczne typ CRILLE WOOD z zapadką długość 200 mm,
Część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm ucha złożone?




Odpowiedź:



Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 5 poz. 14** Kleszczyki o długości 210 mm ?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6: dot. Zał. 4 Formularz asortymentowo – cenowy, Pakiet 6: Cystoskop

Czy Zamawiający dopuści płaszcz cystoskopowy z dwoma przyłączami LUER-LOCK i obturatorem o śr.21 lub 23FR?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza średnicę 21FR w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) **zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.**

UWAGA

Zamawiający modyfikuje zapis XIII.13.1 SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.04.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

z 19.03.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 23.03.2021 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesuwą termin otwarcia ofert

z 19.03.2021 r. godz. 10³⁰ na 23.03.2021 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych