



Odpowiedzi na pytania

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mikroskopu operacyjnego okulistycznego

1 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści szeroką bazę stereoskopii równą 24mm zapewniającą dobre widzenie przestrzenne? Baza stereoskopowa jest unikalną cechą każdego producenta i nie jest parametrem determinującym uzyskanie najwyższej jakości obrazu oraz głębi ostrości.

ODPOWIEDZ Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikroskopu operacyjnego okulistycznego z parametrem opisanym w pytaniu.

2 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści możliwość zmotoryzowanego pochylania głowicy w zakresie -50° do +15°?

ODPOWIEDZ Zamawiający wymaga zaoferowania mikroskopu o parametrach wskazanych w punkcie 6 załącznika nr 4 do SIWZ

3 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści możliwość elektronicznie sterowanej regulacji przesuwu głowicy w osi XY w zakresie 50x50mm?

ODPOWIEDZ Zamawiający wymaga zaoferowania mikroskopu o parametrach wskazanych w punkcie 8 załącznika nr 4 do SIWZ

4 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści nasadkę okularową operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie od 10° – 50° UltraLow III oraz regulacją rozstawu źrenic? Oferowana nasadka jest optymalnym rozwiązaniem ergonomicznym i funkcjonalnym w przypadku używania mikroskopu zarówno w odcinku przednim jak i tylnym oka

ODPOWIEDZ Zamawiający wymaga zaoferowania mikroskopu o parametrach wskazanych w punkcie 9 załącznika nr 4 do SIWZ

5 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści okulary szerokokątne 8,33x dla operatora z regulacją korekcji sferycznej w zakresie od -5D do +5D, które optymalnie pasują z oferowanym układem optycznym?

ODPOWIEDZ Zamawiający wymaga zaoferowania mikroskopu o parametrach wskazanych w punkcie 10 załącznika nr 4 do SIWZ

6 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 11 dopuści główne oświetlenie LED oraz koaksjalne oświetlenie halogenowe OttoFlex bez zmieniaacza filtrów?

ODPOWIEDZ Zamawiający wymaga zaoferowania mikroskopu o parametrach wskazanych w punkcie 11 załącznika nr 4 do SIWZ

7 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 12 dopuści mikroskop z alternatywnym układem wzmocnienia refleksu z dna oka poprzez zastosowanie bezpośredniego oświetlenia głównego LED oraz koaksjalnego oświetlenia halogenowego OttoFlex, bez regulacji kąta oświetlenia osiowego, która przy oferowanym rozwiązaniu jest zbędna? Dzięki optymalnemu dobraniu dwóch źródeł światła uzyskuje się najlepszy z możliwych czerwony refleks z dna oka w każdych warunkach bez konieczności regulacji kąta oświetlenia osiowego

ODPOWIEDZ Zamawiający wymaga zaoferowania mikroskopu o parametrach wskazanych w punkcie 12 załącznika nr 4 do SIWZ

8 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści statyw podłogowy z mobilną podstawą na 4 kołach z podwójnym hamulcem centralnym?

ODPOWIEDZ Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikroskopu operacyjnego okulistycznego z parametrem opisanym w pytaniu.

9 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 19 dopuści mikroskop z głównym oświetleniem LED oraz koaksjalnym oświetleniem halogenowym OttoFlex



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

ODPOWIEDZ Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikroskopu operacyjnego okulistycznego z parametrem opisanym w pytaniu.

10 PYTANIE Czy Zamawiający w punkcie 24 dopuści bezprzewodowy sterownik nożny do sterowania: zmiany powiększenia, regulacji ogniskowania, zmiany jasności oświetlenia, włączaniem/wyłączaniem oświetlenia, przesuwu głowicy w osi XY, reset?

ODPOWIEDZ Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mikroskopu operacyjnego okulistycznego z parametrem opisanym w pytaniu.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[Podpis]
mgr Andrzej Kuchowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych