



DZP.281.14B.2024

Katowice 22.03.2024r

Do wszystkich Wykonawców

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

*Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na
Obsługę serwisową aparatury okulistycznej I*

1 PYTANIE

(wzór umowy, § 2 pkt 13 w zakresie pakietu nr 9 oraz pakietu nr 10)

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na okres naprawy aparatu?

ODPOWIEDZ

Zgodnie ze zmienionym załącznikiem 3.2 do SWZ

2 PYTANIE

Dotyczy §2 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii (wykonania naprawy) maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii bez konieczności użycia części zamiennych (dotyczy Pakietu nr 18)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

3 PYTANIE

Dotyczy §2 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy maksymalnie do 10 dni roboczych od daty akceptacji kalkulacji kosztów części i przesłania zlecenia naprawy ze względu na dostawy części zamiennych z zagranicy (dotyczy Pakietu nr 18)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

4 PYTANIE

Dotyczy §2 ust. 13

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy ze względu na bardzo długi termin dostawy urządzenia od producenta (dotyczy Pakietu nr 18)?

ODPOWIEDZ

Zgodnie ze zmienionym załącznikiem 3.4 do SWZ

5 PYTANIE

Dotyczy §4 ust. 1 lit. a.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii względem terminu określonego zgodnie z §2 ust. 11 umowy (dot. Pakietu nr 18)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

6 PYTANIE

Dotyczy §4 ust. 1 lit. b.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu okresowych przeglądów technicznych względem terminu ustalonego zgodnie z §2 ust. 4 umowy (dot. Pakietu nr 18)?



ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

7 PYTANIE

Dotyczy §4 ust. 1 lit. d.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na karę umowną w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Zamawiającemu raportów z przeglądów i napraw w terminie określonym w §2 ust. 5 umowy (dot. Pakietu nr 18)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

7 PYTANIE

Dotyczy §4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wartości kar umownych do 30% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy (dot. Pakietu nr 18)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wyraża zgody.

Załączniki:

Zmodyfikowany Załącznik 3.2 do SWZ – wzór umowy cz.2-16

Zmodyfikowany Załącznik 3.4 do SWZ – wzór umowy cz.18

Zamawiający zmienia termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 27.03.2024r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 27.03.2024r godz. 10:30


DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Renata Wachowicz