



DZP/381/69B/2018

Katowice 03.07.2018 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa aparatury okulistycznej diagnostycznej – DZP/381/69B/2018**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy w Części nr 2 Zamawiający dopuści perymetr o parametrach jak poniżej:

Typ czaszy	Hemisferyczna, promień 30cm	
Szerokość pola badanego	100°	
Standardowe statyczne pola testowe	Nazwa pola	liczba punktów pomiarowych
	Full 50°	165
	Glaucoma 22°/50°	101
	Central 30°	117
	Central 22°	93
	Wide 22°/30°	128
	Peripheral 30° to 50°	72
	Macula 10°	45
	Driving 50°/80°	189
Test kinetyczny	Pola testowe: 30°, 40°, 50°	
	Kąty meridian: 0° do 360° z krokiem 10°, 15°, 20°, 30° lub 45°	
	Liczba izopter: 1 do 8	
	Prędkość bodźca: 2°/s, 4°/s, 6°/s, 8°/s	
Rodzaj bodźca	Czołowa projekcja LED	
Kolor bodźca	Zielony, Czerwony, Niebieski, Biały	
Rozmiar bodźca	Goldmann I do V	
Jasność bodźca	0.03 asb do 10000 asb w 15 3dB lub 45 1dB krokach	



Czas trwania bodźca	Zmienny : 0.1 to 9.9s
Czas odpowiedzi	Zmienny : 0.1 to 9.9s
Czas pomiędzy prezentacjami bodźca	Zmienny : 0.1 to 9.9s
Podświetlenie czaszy	Białe 10asb (3.2 cd/m2) dla bodźca zielonego i czerwonego Białe 31.5asb (10 cd/m2) dla bodźca białego Żółte 100 cd/m2 dla bodźca niebieskiego Automatyczna regulacja jasności
Kontrola położenia oka	Heijl-Krakau – metoda detekcji plamki ślepej Cyfrowa za pomocą kamery CCD
Punkt fiksacyjny	Centalny - Zielony 565nm, 30 stopni - Czerwony 660nm FOVEA - czerwony 700nm
Rozmiar szkieł korekcyjnych	38 mm

Czasza pomiarowa	Wymiary W/S/D	633 x 566 x 396 mm
	Waga	30kg
	Napięcie zasilania	110-230 VAC 50/60 Hz
	Pobór mocy	Max 95W
Podbródek	Elektryczny	
Bezpieczniki	2 x T 800mA	

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:


Czy w Części nr 3 Zamawiający dopuści oftalmoskop pośredni z filtrami: otwarty – „open”, zielony i niebieski i z rozstawem źrenic 48-76mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 na w/w część.**

UWAGA

**Zamawiający przesuwą termin składania ofert:
z 05.07.2018 r. godz. 10⁰⁰ na 06.07.2018 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwą termin otwarcia ofert
z 05.07.2018 r. godz. 10³⁰ na 06.07.2018 r. godz. 10³⁰**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Część 3: Dostawa oftalmoskopu pośredniego

1 sztuka

wymagane parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Producent, nazwa i typ: zgodnie z wypełnionym formularzem ofertowym.

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Wartość oferowana
1	Oftalmoskop pośredni do badania dna oka	Tak	TAK/NIE*
2	Obuoczny widok niezależnie od wielkości źrenic	Tak	TAK/NIE*
3	Zintegrowane trzy rozmiary plamek, dyfuzor, trzy filtry: żółty, zielony, niebieski (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni ze zintegrowanymi trzema rozmiarami plamek, dyfuzor, trzy filtry: filtry: niebieski, zielony, transparentny) (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni z filtrami: otwarty – „open”, zielony i niebieski i z rozstawem źrenic 48-76mm)	Tak	TAK/NIE*
4	Oświetlenie w technologii LED	Tak	TAK/NIE*
5	Precyzyjna regulacja jasności	Tak	TAK/NIE*
6	Bateria akumulatorowa montowana na czepcu	Tak	TAK/NIE*
7	Wskaźnik LED informujący o poziomie naładowania akumulatora	Tak	TAK/NIE*
8	Ładowanie za pomocą transformatora ściennego	Tak	TAK/NIE*
9	Czas pracy akumulatora minimum 8 godz. (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni wyposażony w dwa akumulatory, jeden zamontowany na czepcu a drugi w stacji ładującej. Czas pracy na akumulatorze to 6h, a czas ładowania akumulatora to 1,5h co pozwala na ciągłą pracę przy wykorzystaniu dwóch akumulatorów)	Tak	TAK/NIE*
10	Rozstaw źrenic regulowany w zakresie nie mniejszym niż 46 – 74 mm (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni z rozstawem źrenic regulowanym w zakresie 48 – 76 mm) (Zamawiający dopuszcza oftalmoskop pośredni z filtrami: otwarty – „open”, zielony i niebieski i z rozstawem źrenic 48-76mm)	Tak	TAK/NIE*
11	Możliwość regulacji wiązki w zakresie -4 do +4 stopnie	Tak	TAK/NIE*
12	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2018r.	Tak	TAK/NIE*
13	Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana) oraz instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (elektroniczna)	Tak	TAK/NIE*

* niewłaściwe skreślić lub właściwe zaznaczyć

UWAGI:

1. W kolumnie „Wartość oferowana” w pozycjach TAK/NIE* zaznaczanie odpowiedzi NIE oznacza niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów.
 2. Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji
- Oświadczamy, iż zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki opisane w specyfikacji istotnych

- warunków zamówienia (SIWZ) oraz posiada parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych
- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.
 - Oświadczamy iż dostarczymy na swój koszt materiały potrzeba do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo
 - Oświadczamy, iż wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

.....
Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania