



DZP/381/79B/2017

Katowice / 25.08.2017

Do wszystkich wykonawców

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę skaningowego lasera fotokoagulacyjnego**

Dyrektor

lek.med.Ireneusz Ryszkiewicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1. **Pytanie** - Prosimy o sprecyzowanie zapisów SIWZ Rozdział III pkt.3 oraz Załącznik nr 4 pkt 28: czy będzie to transakcja połączona tj. od ceny składanej oferty należy od razu odliczyć kwotę wskazaną w rozdz. III pkt. 3 czy też będzie to fakturowane oddzielnie? Jeśli tak jak wówczas interpretować zapis: „co najmniej” ?

Odpowiedź: Zakup nowego lasera oraz sprzedaż lasera używanego będzie fakturowana oddzielnie. Zapis „co najmniej” w rozdziale III pkt. 3 SIWZ oznacza iż Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia używanego lasera za kwotę nie mniejszą niż 15000,00zł netto .

Zamawiający wymaga wskazania w formularzu ofertowym ceny za oferowany nowy skaningowy laser fotokoagulacyjny oraz zaoferowanej ceny odkupienia za używany laser nie mniejszej niż 15000,00zł netto .

Sposób rozliczania został określony we wzorze umowy w § 3 (wynagrodzenie i warunki płatności)

2. **Pytanie** - Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości laser o dł. fali 577nm pozwalającą na bezpieczne laserowanie okolic plamkowych i lepszą propagację, nawet przy zmętnionych strukturach ciała szklatego, wyposażony w paternity: liniowy, pojedynczy punkt, kwadrat, koło, łuk oraz dodatkowo trójkąt, z możliwością regulacji średnicy spotu i odległości między spotami?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania skaningowego lasera fotokoagulacyjnego o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w SIWZ.

DYREKTOR
Ireneusz Ryszkiewicz