



DZP.381.05.EAT.2023

Katowice 13.06.2023r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania 4

*Dot. postępowania w trybie zaproszenia do składania ofert
„Dostawa 3 szt. Wideolaryngoskopów”*

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

PYTANIE 1

Czy Zamawiający akceptuje poniższy sposób czyszczenia i dezynfekcji wideolaryngoskopu polegający na użyciu środka dezynfekującego IPA (alkohol izopropylowy) np. SKINMAN powszechnie używanego w przypadku całości urządzenia i dodatkowo ASEPTU lub OKTANISEPTU do rękojeści i monitora?

Produkt	Czyszczenie	Dezynfekcja na średnim poziomie
McGRATH™ MAC z wyjętym akumulatorem McGRATH™ 3,6 V	 Czwartorzędowy związek amoniowy + alkohol izopropylowy (IPA) (np. Super Sani-Cloth lub odpowiednik)	1. Czwartorzędowy związek amoniowy + alkohol izopropylowy (np. Super Sani-Cloth lub odpowiednik)
Produkt	Czyszczenie	Wstępna dezynfekcja
Akumulator McGRATH™ 3,6 V	 Ściereczka z 70% roztworem IPA	Ściereczka z 70% roztworem IPA

ODPOWIEDZ

Zamawiający akceptuje.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych