



DZP/381/118B/2020

Katowice 23.12.2020 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa stacji roboczej z 2 monitorami diagnostycznymi – DZP/381/118B/2020

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

PYTANIE NR 1

Dotyczy: Załącznik nr 4 - WYMAGANE I OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- STACJA ROBOCZA Z 2 MONITORAMI DIAGNOSTYCZNYMI

Karta graficzna:

- pracująca co najmniej w rozdzielczości 6K (6016x3384 pikseli),
- własna pamięć RAM minimum 4GB GDDR6,
- procesor graficzny minimum 1280 rdzeni,
- magistrala / szyna pamięci 128bit, częstotliwość pracy minimum 1000MHz, w trybie turbo do 1650MHz,
- **typ złącza PCI Express 4.0 x8,**
- obsługa DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0,
- umożliwiająca wyświetlanie obrazu w pełnej natywnej rozdzielczości na wbudowanym ekranie w miliardzie kolorów,
- umożliwiająca jednoczesne wyświetlanie obrazu na wbudowanym ekranie i na jednym zewnętrznym wyświetlaczu o rozdzielczości 6K (6016 x 3384) przy 60Hz w miliardzie kolorów,
- umożliwiająca obsługę zewnętrznego wyświetlacza o rozdzielczości 5K (5120 x 2880) przy 60Hz w miliardzie kolorów,
- umożliwiająca obsługę dwóch zewnętrznych wyświetlaczy o rozdzielczości 4K (3840 x 2160) przy 60Hz w miliardzie kolorów lub dwóch zewnętrznych wyświetlaczy o rozdzielczości 4096 x 2304 przy 60Hz w milionie kolorów,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę stacji roboczej z kartą graficzną AMD Radeon Pro VEGA 56 z interfejsem PCIe 3.0 (pozostałe parametry zgodne z wymogami Zamawiającego)? Informujemy, że wyspecyfikowany komputer nie występuje z kartami graficznymi w standardzie PCIe 4.0, w związku z czym nie jest możliwe złożenie prawidłowej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza typ złącza karty graficznej PCI Express 3.0x8 lub wyższe (pozostałe parametry zgodne z SIWZ)

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ (w załączeniu)

KRS: 0000049660
Księga rej.: 000000018597

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych