

Załącznik Nr 4.4 do SIWZ

Pakiet 4

Zastawka hemostatyczna Y- konektor i Podwójny Y- konektor. Rampy.

I. p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Wymagana ilość	Cena j. m. netto	Wartość netto	Stawka VAT%	Podatek kwota	Wartość brutto	Producent/ Klasa wyrobu med.	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1	Zastawka hemostatyczna Y- konektor i Podwójny Y- konektor Światło wewnętrzne 9 F. Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów przewodnika. Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy. Materiał: polikarbonat. Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu. Podwójne światło wewnętrzne 9 F.	szt.	600							
2	Rampy - Wytrzymałość ciśnieniowa 200PSI lub 500 PSI (kodowane kolorem). Przezroczysty korpus z polikarbonatu. Duża przepustowość (światło wewnętrzne rampy 0,093"). Precyzyjne kraniki. Dostępne wersje ON i OFF. Dostępne rampy z korpusem pełnym i wąskim. Różne rodzaje końcówek	szt.	100							
RAZEM NETTO										
				Podatek VAT						
				RAZEM BRUTTO						

Wymagania

Termin ważności przedmiotu umowy / przydatności do użycia/ nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

.....
 Podpis i pieczęć osoby/osób
 uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy