



DZP.381.1.EAT.2021

Katowice 08.02.2021 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na **Obsługę serwisową respiratorów EVITA V300 – DZP.381.40.EAT.2021**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami umowy §1 pkt. 3 „Przez przeglądy techniczne rozumie się wykonywanie czynności (których zakres i ilość określają zalecenia producenta aparatu) takich jak weryfikacja poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymiana części zużywalnych (jeżeli jest przewidziana przez producenta) i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu” – zgodnie z zaleceniami producenta wykonanie przeglądu respiratora Evita V300 w zakresie kalibracji czujników ciśnienia i zaworu PEEP wymaga dostępu do oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający dopuści Wykonawcę nieposiadającego dostępu do licencjonowanego oprogramowania serwisowego niezbędnego do wykonania czynności serwisowych zgodnych z zaleceniami producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał potwierdzenia dostępu do licencjonowanego oprogramowania serwisowego przy czym jednak Zamawiający wskazał, iż przedmiot zamówienia ma być realizowany m. in. zgodnie z zaleceniami producenta aparatów. Jednocześnie Zamawiający zaznaczył, iż przez przeglądy techniczne rozumie wykonywanie czynności (których zakres i ilość określają zalecenia producenta aparatu) takich jak weryfikacja poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymiana części zużywalnych (jeżeli jest przewidziana przez producenta) i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego aparatu. Zatem to na Wykonawcy spoczywa obowiązek aby przy czynnościach związanych z wykonywaniem umowy postępował z najwyższą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności. Jednocześnie przedmiot zamówienia ma być realizowany nie tylko zgodnie z zaleceniami producenta aparatów ale również obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż., przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje do wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw urządzeń medycznych.

**Jednocześnie Zamawiający przesługuje termin składania ofert:
z 12.02.2021r. godz. 12⁰⁰ na 15.02.2021 r. godz. 12⁰⁰**

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl