



Katowice 19.11.2019r.

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na: Obsługa serwisowa aparatu RTG Cios Alpha Siemens DZP/381/44/EAT/2019

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

### 1. Pytanie dot. Zaproszenia do składania ofert

Czy przez dni robocze Zamawiający rozumie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

### 2. Pytanie dot. SIWZ Kryteria oceny i zał. nr 1 Formularz ofertowy, pkt 2

Prosimy o wydłużenie czasu naprawy bez użycia części zamiennych do 48h. Zwracamy uprzejmie uwagę, że przedmiotowe urządzenie jest zaawansowane technologicznie i wykonanie diagnostyki może wymagać często przeprowadzenia dłuższych testów.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża czas naprawy bez użycia części zamiennych do 48h. Jednocześnie Zamawiający zmienia kryterium czas naprawy bez użycia części zamiennych w następujący sposób:

termin wykonania naprawy bez użycia części zamiennych	liczba punktów
do 48 godzin	10
powyżej 48 godzin	1

Maksymalny termin to 60 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

W przypadku nie wypełnienia w formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje 60 godzin.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy – załącznik nr 1 w zakresie pktu 2.

### 3. Pytanie dot. zał. nr 3 Umowa Par 2 ust 4

Prosimy o usunięcie wskazanego ustępu.

Dla przedmiotowego aparatu z uwagi na aspekty techniczno-logistyczne oraz względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) przekazaniu aparatu do użytkowania, dostarczenie aparatu zastępczego nie będzie możliwe. Dodatkowo wykonawca nie jest w stanie oszacować ryzyka związanego ze zleceniem badań do podmiotów zewnętrznych bez znajomości ilości badań wykonywanych w ciągu dnia oraz stawek za takie badanie, a co za tym idzie wykonawca nie jest w stanie przeprowadzić prawidłowej kalkulacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie ustępu 4 w § 2 umowy

### 4. Pytanie dot. zał. nr 3 Umowa Par 4 ust 1 , bullet 2 i 3

Prosimy o zmianę odniesienia naliczenia kar umownych do „dni opóźnienia” (w miejsce „godzin”).

Pierwotna, bardzo wysoka, wartość kary umownej powodowałaby konieczność skalkulowania w zaoferowanej cenie dodatkowych ryzyk po stronie wykonawcy. Przyjęcie zaproponowanej wartości ma również działanie dyscyplinujące, a tym samym chroni interes zamawiającego, natomiast pozwoli na przedłożenie oferty o cenie uzasadnionej ekonomicznie, nie obciążonej nadmiernymi ryzykami

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 4 ust 1 umowy w następujący sposób:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu **przeгляdu** serwisowego Aparatu względem terminu określonego zgodnie z § 2 ust. 4 umowy,



- w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonania **naprawy** Aparatu, względem czasu określonego w § 2 ust. 3 zdanie pierwsze,
- w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu **naprawy** Aparatu względem terminu określonego w § 2 ust. 3 zdanie drugie,
- w wysokości 10% sumy kwoty wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

**5. Pytanie dot. Umowa Par 5 ust.2**

Czy Zamawiający zastąpi słowo: „dwukrotnie” słowem: „czterokrotnie”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

W załączeniu

zmodyfikowany projekt umowy – załącznik nr 3

zmodyfikowany formularz ofertowy – załącznik nr 1

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
  
mgr Karina Madaj  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych