

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

*(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000,00 euro)*

Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35, zaprasza do składania ofert na **obsługę serwisową sterylizatorów parowych Getinge**

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych i napraw:

- a) sterylizatora parowego GE 446 EC nr ser. 950323/79540-011,
- b) sterylizatora parowego GE6612 nr ser. 940853,
- c) sterylizatora parowego HS 6613 ER 2 nr ser. 2106990-010-01,

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia 15 kwietnia 2018 r.

Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą, płatne w dwunastu równych częściach, w ciągu 30 dni od zrealizowania zamówienia i dostarczenia Zamawiającemu faktury.

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczetowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy według druku stanowiącego Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Instrukcja dla wykonawców

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaprośzenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w Zaprośzeniu.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominać, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia, w której zaoferowano wykonanie usługi na zasadach określonych w Zaprośzeniu i we wzorze umowy.

Miejsce i termin składania ofert - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35 – Sekretariat – pokój nr D021 - w terminie do dnia 11.04.2018 r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie :

„ Nazwa , adres Wykonawcy

.....

**Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35 40-952 Katowice
„Oferta: obsługa serwisowa sterylizatorów Getinge”**

– Nie otwierać przed 11.04.2018 r. godz.12:00”

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

W sprawach formalnych – Andrzej Rechowicz, Dział Zamówień Publicznych pok. E057 tel 32 3581-332

e-mail : zp@uck.katowice.pl

w godzinach pracy od poniedziałku do piątku godz. 7.25 – 15.00.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Parametry techniczno-użytkowe
3. Wzór umowy

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Onkologicznego im. prof. K. Gileńskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

.....

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa wykonawcy

Siedziba:

REGON NIP

Tel. fax

Internet e-mail

Osoba do kontaktów

Ubiegając się o zamówienie publiczne na **obsługę serwisową sterylizatorów parowych Getinge**, oferujemy realizację całości zamówienia za następującą cenę:

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa brutto: zł

(słownie:.....)

w tym:

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od 15 kwietnia 2018 r

Oświadczamy, że:

- zawarta w Zaproszeniu treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

.....

.....

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/
osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

ZAKRES CZYNNOŚCI SERWISISOWYCH

STERYLIZATOR GE/HS (22 449 666 669 6612 6617 2044 2606 2609 2612 2617)

1. RAZ W TYGODNIU (wykonuje użytkownik)

- odmulanie wytwornicy pary

2. RAZ W MIESIĄCU (wykonuje użytkownik)

- sprawdzić uszczelkę drzwi. Jeśli trzeba nasmaruj ją jak jest to opisane w rozdziale "drzwi"
- sprawdź taśmę/pisaczki drukarki/rejestratora i wymień jeśli to konieczne
- sprawdź, czy ruch drzwi w czasie zamykania może być zatrzymany poprzez delikatne naciśnięcie płyty chroniącej przed zgnieceniem.

3. CO TRZY MIESIĄCE

- wszystkie czynności jak w punkcie "raz w miesiącu"
- oczyść wszystkie filtry
- oczyść wszystkie odwadniacze
- wykonaj test szczelności używając właściwego programu. Patrz instrukcja obsługi
- sprawdzić czy plomba na zaworze bezpieczeństwa jest nienaruszona
- sterylizatory z zaworami bezpieczeństwa są sprawdzane
- poprzez pokręcanie głowicy zaworu bezpieczeństwa w chwili, gdy w komorze panuje ciśnienie.
- sprawdzić dokładność rejestratora
- wykonaj test szczelności przy pomocy odpowiedniego programu jak opisano w paragrafie "test szczelności komory " w instrukcji obsługi
- oczyścić zawory redukcyjne jak opisano w paragrafie "pompa próżniowa", "powietrze antykawitacji".
- sprawdzić, czy czujnik temperatury PT100 jest usytuowany centralnie w drenie, a odległość od końca czujnika do dna komory
- wynosi :
 - 70-75 mm sterylizator serii GE 66
 - 90 mm sterylizator serii GE 2066

4. CO SZEŚĆ MIESIĘCY

- wszystkie czynności jak w punkcie "co trzy miesiące"
- w czasie procesu czujniki temperatury i ciśnienia przyłączone do systemu kontroli powinny być sprawdzone pod względem niezależności systemu. Komora jest wyposażona w przyłącza (VT & QT) do niezależnych czujników. Niezależny czujnik temperatury powinien być umieszczony możliwie najbliżej sprawdzanego czujnika temperatury.
- Rozbieżność temperatury nie może być większa niż 0, 5°C. W celu kalibracji czujników patrz "instrukcja serwisowa".
- Rozbieżność ciśnienia przy 1 bar, nie może być większa niż +/- 10mbar. Dla ciśnienia powyżej 1 bar rozbieżność nie może być większa niż 0.01 x P(abs). Patrz "instrukcja serwisowa".
- wykonaj następujące czynności zgodnie z opisem w paragrafie "drzwi":
- sprawdź jak opisano w paragrafie "Regulacja ruchu drzwi"
- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w paragrafie "bezpieczne działanie drzwi"
- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w par. "Blokada startu i otwarcia drzwi"
- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w par. "Blokowanie dostępu mediów do komory"
- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w par. "Sprawdzanie bezpieczeństwa, przełączniki ciśnieniowy komory"
- sprawdź jak opisano w par. "Wyłącznik bezpieczeństwa"

5. RAZ W ROKU

- wszystkie czynności jak w punkcie "Co sześć miesięcy"
- sprawdź jak opisano w paragrafie "Sprawdzenie i regulacja ustawienia drzwi"
- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w paragrafie "Sprawdzenie bezpieczeństwa, przełącznik ciśnieniowy komory"
- sprawdź bezpieczeństwo jak opisano w paragrafie "Sprawdzenie bezpieczeństwa, przełącznik ciśnienia uszczelki drzwi."
- sprawdź szczelność połączeń orurowania
- sprawdź, czy wszystkie połączenia elektryczne mocno dokręcone
- oczyść wszystkie filtry

- oczyścić wszystkie odwadniacze
- sprawdzić i wyregulować ilość wody uszczelniającej i ilość powietrza zapobiegającego kawitacji w pompie próżniowej, zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w paragrafie "pompa próżniowa"
- sprawdzić i wyregulować poziom wody w zbiorniku wodnym do wysokości około 13 mm (1/2") poniżej przelewu.
- sprawdzić czy woda wpływa do zbiornika co najmniej 20 mm ponad przelewem
- wykonać wszystkie procesy i sprawdzić ciśnienie, temperaturę i działanie lampek informacyjnych. Zachować wszystkie wykresy z rejestratora po wykonanych testach.

6. WYMIANA FILTRA POWIETRZA

zależnie od wielkości sterylizatora, filtr sterylny powietrza powinien być wymieniany po wykonaniu następujących ilości cykli :

GE 446 (2044) 600 cykli	GE 666 (2606) 300 cykli	GE 6612 (2612) 250
cykli		
GE 449 250 cykli	GE 669 (2609) 275 cykli	GE 6617 (2617) 200
cykli		

* punkt RAZ W TYGODNIU i RAZ W MIESIĄCU wykonywany jest przez użytkownika.

STERYLIZATOR GEF

RAZ W TYGODNIU Jak w GE oraz czyszczenie układu poboru formaliny przez wykonanie programu czyszczącego

RAZ W MIESIĄCU Jak w GE

CO TRZY MIESIĄCE Jak w GE

CO SZEŚĆ MIESIĘCY Jak w GE

RAZ W ROKU Jak w GE

WYMIANA FILTRA POWIETRZA Jak w GE

MYJNIA- DEZYNFEKTOR S 228, S-4656, 46-5

CO KWARTAŁ:

1. Sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.
2. Sprawdzenie działania zaworów odcinających
3. Czyszczenie wszystkich filtrów siatkowych.
4. Czyszczenie wszystkich zaworów zwrotnych.
5. Sprawdzenie działania sterownika w programie testowym.
6. Sprawdzenie stanu uszczelki drzwi.
7. Sprawdzenie działania blokady drzwi.
8. Sprawdzenie działania regulacji poziomu wody.
9. Czyszczenie układu pobierania detergentu.
10. Regulacja dokładności dozowania detergentu.
11. Sprawdzenie drożności i funkcjonowania systemu natryskowego.
12. Sprawdzenie parametrów dezynfekcji.
13. Sprawdzenie systemu nagrzewania wody.
14. Pomiar prądu grzałek.
15. Sprawdzenie bezpiecznika termicznego.
16. Sprawdzenie systemu suszenia i zabezpieczenia grzałek.

MYJNIA- DEZYNFEKTOR S 8666

Jak w S 4656 oraz

17. Sprawdzenie działania siłownika drzwi i włączników krańcowych.

PŁUCZKA- DEZYNFEKTOR S 421, Spolomat 1000, Getinge 2000

Jak w S 4656 punkty 1-5, 9-12, 15 oraz

11. Sprawdzenie świecenia wszystkich lampek kontrolnych.
12. Sprawdzenie stanu uszczelki pokrywy.
13. Regulacja systemu bezpiecznego zamykania pokrywy.
14. Regulacja sprzęgła pokrywy.
15. Czyszczenie układu wytwarzania i dozowania pary.

MYJKA ULTRADZWIĘKOWA

1. Sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.
2. Sprawdzenie działania sterownika.
3. Sprawdzenie drożności układu spustu wody.
4. Sprawdzenie szczelności obudowy.
5. Pomiar prądu grzałek.
6. Sprawdzenie parametrów procesu.

ZGRZEWARKA ROLKOWA

1. Sprawdzenie podłączenia elektrycznego i zacisków.
2. Sprawdzenie działania sterownika.
3. Sprawdzenie działania systemu przesuwu opakowania.
4. Sprawdzenie grzałek.
5. Sprawdzenie parametrów procesu.

UMOWA - wzór

(do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro)

zawarta w dniu w Katowicach.

Strony umowy:

Zamawiający - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

Dyrektora - Ireneusza Ryszkiewicza

Wykonawca -

KRS NIP , REGON

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonaniu przeglądów technicznych i napraw:
 - a) sterylizatora parowego GE 446 EC nr ser. 950323/79540-011,
 - b) sterylizatora parowego GE6612 nr ser. 940853,
 - c) sterylizatora parowego HS 6613 ER 2 nr ser. 2106990-010-01,zwanych dalej urządzeniami.
2. Przez przegląd techniczny rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego urządzenia. Opis czynności, które należy wykonać w trakcie przeglądu technicznego zawarto w załączniku nr 1 do umowy.
3. Przez naprawy urządzenia rozumie się wszelkie prace wykonane w celu przywrócenia pełnej sprawności technicznej i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego urządzenia.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy, rozpoczynający się od dnia 15 kwietnia 2018 r.
2. W ramach umowy, Wykonawca wykona przeglądy techniczne każdego urządzenia objętego umową. Liczbę przeglądów i zakres czynności do wykonania określono w załączniku nr 1 do umowy. Przeglądy zostaną wykonane w ciągu 10 dni roboczych od daty zlecenia złożonego przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego.
3. W ramach przeglądów będą sporządzane specyfikacje materiałów i części przewidzianych do zakupu przez Zamawiającego, zalecane do wymiany podczas następnego przeglądu.
4. W przypadku wystąpienia awarii, czas reakcji serwisu wyniesie 48 godzin od czasu jej zgłoszenia faksem lub mailem przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego na numer lub adres Przez czas reakcji rozumie udzielenie konsultacji telefonicznej dotyczącej awarii, a jeśli okaże się niewystarczająca – ocenę uszkodzenia i podjęcie naprawy bądź wskazanie części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii (jeśli są niezbędne) i przedstawienie kalkulacji ich kosztów.
5. Naprawa z użyciem części zamiennych może nastąpić dopiero po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów określonych w kalkulacji. W takim przypadku naprawa będzie wykonana w ciągu 3 dni od zaakceptowania kosztów części zamiennych przez Zamawiającego. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, możliwe jest przedłużenie terminu naprawy, po pisemnej akceptacji Zamawiającego.
6. W przypadku niemożności naprawy urządzenia Wykonawca lub decyzji Zamawiającego, że naprawa urządzenia, z uwagi na duży koszt części zamiennych jest nieopłacalna, bez dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego, Wykonawca wyda orzeczenie techniczne kwalifikujące urządzenie do wycofania z eksploatacji.
7. Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 z późn. zm.).
8. Na zastosowane części zamienne i podzespoły, Wykonawca udzieli Zamawiającemu przynajmniej 6-miesięcznej gwarancji jakości, rozpoczynającej swój bieg od dnia następnego po dniu, w którym zainstalowano część zamienną w urządzeniu, polegającej na nieodpłatnej wymianie uszkodzonej części na nową.
9. Wykonawca przy czynnościach związanych z wykonywaniem umowy zobowiązuje się postępować z najwyższą

starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

10. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, obowiązującymi normami i przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż., a także przez osoby posiadające potrzebne kwalifikacje.
11. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian w układach, nastawach oraz zmian parametrów urządzeń, chyba, że ma pisemne upoważnienie producenta oraz pisemną zgodę Zamawiającego, a zmiana ma na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa lub modernizacji oprogramowania.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z nieprawidłowym wykonaniem przeglądu lub naprawy.
13. Każdy przeprowadzony przegląd lub naprawa zostaną wpisane przez Wykonawcę w paszporcie technicznym urządzenia.

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy jest ryczałtowe i wynosi brutto:zł (słownie:.....), netto VAT
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania umowy, w tym m. in.: koszt dojazdu i robocizny pracowników wykonujących czynności serwisowe. Wynagrodzenie nie obejmuje ceny materiałów lub użytych części wykorzystanych do naprawy
3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w 12 równych ratach miesięcznych, na podstawie faktur Wykonawcy, wystawianych 15 dnia każdego z 12 miesięcy następujących po kwietniu 2018 r. Płatność nastąpi przelewem, w ciągu 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie, obowiązuje termin płatności określony w umowie.
4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu przeglądu, reakcji serwisu lub wykonaniu naprawy względem terminów określonych zgodnie z zapisami § 2 ust. 2, 4 i 5 umowy,
 - b) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Wykonawcę.
3. W przypadku, gdy wysokość wyrządzonych szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 5

ROZWIĄZANIE I ODSZKODOWANIE OD UMOWY

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma któregoś z terminów określonych w § 2 ust. 2, 4 lub 5 niniejszej umowy.
3. Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§ 6

Zintegrowany System Zarządzania Jakością

1. W związku z wdrożeniem przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania środowiskowego (zgodnie z normą ISO14001:2004) oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodnie z normą OHSAS 18001:2007) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z „Informacją dla Wykonawcy o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach podczas wykonywania prac na jego terenie” oraz z „Zasadami środowiskowymi dla Wykonawców”.
2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „Zobowiązanie Wykonawcy”, „Listę pracowników poinformowanych o zagrożeniach wynikających z działalności Uniwersyteckiego Centrum

Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach" oraz „Zasady środowiskowe dla Wykonawców”.

Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy posiadają wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami aktualne badania lekarskie i specjalistyczne oraz odbyli szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy, przebywający na terenie Zamawiającego będą wyposażeni w identyfikatory lub ubrania robocze z widoczną nazwą firmy.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przełać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY