



DZP.381.76B.2022

Katowice dn. 21.10.2022 r.

**SZANOWNI WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania w trybie w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) p.n.:  
**Dostawa narzędzi medycznych - DZP.381.76B.2022**

Kierownik Działu

Zamówień

Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35

40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

[sekretariat@ucc.katowice.pl](mailto:sekretariat@ucc.katowice.pl)

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 1:** Pakiet 4, poz. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **dopuszcza** zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 2:** Pakiet 4, poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglenie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglenie w górę) długość 250 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 3:** Pakiet 4, poz. 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglenie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglenie w górę) długość 200 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 4:** Pakiet 5, poz. 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na sondę dł. 320 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 5:** Pakiet 5, poz. 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglenie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglenie w górę) długość 200 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 6:** Pakiet 5, poz. 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze dł. 260 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglenie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglenie w górę) długość

260 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 7:** Pakiet 5, poz. 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Gross Maier dł. 270 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 270 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

W zakresie zaoferowania kleszczyków Gross Maier Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 8:** Pakiet 5, poz. 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrobaczkę szer. 5 mm, dł. 295 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 295 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

W zakresie zaoferowania skrobaczki o szer. 5 mm Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 9:** Pakiet 6, poz. 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 10:** Pakiet 6, poz. 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło dł. 140, lub 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania imadła o długości 160 mm lecz dopuszcza zaoferowanie imadła o długości 140 mm zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 11:** Pakiet 6, poz. 7:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszczyki Baby Mikulicz, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 12: Pakiet 4 : Zestaw narzędzi – Blok Porodowy**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.1 Nożyczki o dł. 150 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 13: Pakiet 4 : Zestaw narzędzi – Blok Porodowy**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.2 Kleszczyki Foerster o dł. 240 mm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 240 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

W zakresie zaoferowanie kleszczyków Foerster Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 14: Pakiet 4 : Zestaw narzędzi – Blok Porodowy**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.3 Nożyczki z jednym uchem złotym drugim czarnym, z mikroząbkami.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 15: Pakiet 4 : Zestaw narzędzi – Blok Porodowy**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.4 Imadło o dł. 200 mm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 200 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 16: Pakiet 4 : Zestaw narzędzi – Blok Porodowy**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.7 Kleszcze o dł. 160 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 17: Pakiet 5: Zestaw narzędzi – Oddział Ginekologii i Położnictwa**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.1 Kulociąg standardowy dł. bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 18: Pakiet 5: Zestaw narzędzi – Oddział Ginekologii i Położnictwa**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.2 Sonda o dł. 320 mm, sztywna czy elastyczna.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamiast sondy macicznej typu sims zaoferowanie sondy macicznej sztywnej zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

Zamawiający dopuszcza długość 320 mm zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 19: Pakiet 5: Zestaw narzędzi – Oddział Ginekologii i Położnictwa**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.4 Kleszczyki o dł. 230 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 20: Pakiet 5: Zestaw narzędzi – Oddział Ginekologii i Położnictwa**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.6 Kleszcze o dł. 260 mm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglenie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglenie w górę) długość 260 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 21: Pakiet 5: Zestaw narzędzi – Oddział Ginekologii i Położnictwa**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.7 Kleszczyki o dł. 260 mm.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglenie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglenie w górę) długość 260 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 22: Pakiet 5: Zestaw narzędzi – Oddział Ginekologii i Położnictwa**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.8 Skrobaczka o szer. 5 mm i dł. 310 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 23: Pakiet 6: Zestaw narzędzi – Oddział Neonatologii II**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.4 Imadło o dł. 160 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 24: Pakiet 6: Zestaw narzędzi – Oddział Neonatologii II**

W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

Lp.7 Kleszczyki Mikulicz-Baby, dł. 140 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 25:** Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 12 tygodni od daty podpisania umowy.

Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie nr 26:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 4 pozycji nr. 1** nożyczki Schumacher o długości 16 cm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 27:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 4 pozycji nr. 2** kleszczyki opatrunkowe Foerster o długości 25 cm, pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 250 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

W zakresie zaoferowanie kleszczyków Foerster Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 28:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 4 pozycji nr. 4** imadło chirurgiczne Mayo Hegar o długości 19 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 29:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 pozycji nr. 4** imadło chirurgiczne Hegar mocne o długości 20 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 30:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 pozycji nr. 7** kleszcze dla noworodków Magill o długości 17 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 31:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 pozycji nr. 2** sondę maciczną Sims o długości 32 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 32:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 5 pozycji nr. 3** imadło chirurgiczne Mayo Hegar o długości 19 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 33:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 pozycji nr. 3** imadło chirurgiczne Hegar mocne o długości 20 cm ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 200 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 34:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 5 pozycji nr. 6** kleszcze Bozemann o długości 26 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglenie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglenie w górę) długość 260 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 35:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 pozycji nr. 7** kleszczyki do opatrunków Gross Maier o długości 27 cm, pozostałe parametr bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglenie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglenie w górę) długość 270 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

W zakresie zaoferowania kleszczyków Gross Maier Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 36:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 5 pozycji nr. 8** skrobaczkę Recamier o długości 31 cm, szer. 5 mm, pozostałe parametr bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 37:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 5 pozycji nr. 8** skrobaczkę Recamier o długości 26 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 38:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr. 6 pozycji nr. 4** imadło Mayo Hegar o długości 14 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 39:** Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6 pozycji nr. 4** imadło Mayo Hegar o długości 16 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 40:** Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy

Poz 1. Czy Zamawiający dopuści Nożyczki do pępowiny typ Busch końce tępo/tępe długość 160 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 41:** Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy

Poz 2. Czy Zamawiający dopuści kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger dł. 255mm z zamkiem szerokość oczka 13,5mm szczęki gładkie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 42:** Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy

Poz 3. Czy Zamawiający dopuści nożyczki do ligatury typu Metzenbaum odgięte długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym złote ucha?

**Odpowiedź:**

W związku z tym, iż Zamawiający nie wskazał wymaganego typu nożyczek do ligatury wskazany w zapytaniu typ Metzenbaum jest dopuszczony do zaoferowania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie nr 43:** Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy

Poz 4. Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 203 mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 203 mm spełnia wymagania Zamawiającego. W związku z powyższym wskazane w zapytaniu narzędzie jest dopuszczone do zaoferowania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie nr 44:** Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy

Poz 7. Czy Zamawiający dopuści Kleszcze do wprowadzania cewnika Typu Magill dla noworodków długość 160mm, szerokość oczka 4,5mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 45:** Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa

Poz 1. Czy Zamawiający dopuści kulociąg typ Schroder smukły model prosty część robocza 1x1 żąb długość 250 mm.  
mm?

**Odpowiedź: Dopuszcza**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 46:** Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa

Poz 2. Czy Zamawiający dopuści sonda maciczna typ sims zakrzywiona wyskalowana średnica końcówki 4 mm długość całkowita 320 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 47:** Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa

Poz 3. Czy Zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typ hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 203 mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 203 mm spełnia wymagania Zamawiającego. W związku z powyższym wskazane w zapytaniu narzędzie jest dopuszczone do zaoferowania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie nr 48:** Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa

Poz 6. Czy Zamawiający dopuści KLESZCZE DO TAMPONÓW TYP BOZEMANN ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 260 MM?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 260 mm spełnia wymagania Zamawiającego. W związku z powyższym wskazane w zapytaniu narzędzie jest dopuszczone do zaoferowania przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

**Pytanie nr 49:** Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa  
Poz 7. Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP GROSS-  
MAIER DŁ. 270MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 270 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

W zakresie zaoferowania kleszczyków Gross Maier Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 50:** Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa  
Poz 8. Czy Zamawiający dopuści SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ. 310MM FIGURA 00 OSTRA SZER. 5 MM SZYJKA SZTYWNA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 51:** Pakiet 6: Zestaw narzędzi - Oddział Neonatologii II  
Poz 4. Czy Zamawiający dopuści Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo długość 152mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanalikiem?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 152 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 52:** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 4,5,6 narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej, pasywowane? Nie wykonuje się aktualnie powłoki chromowanej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza we wszystkich pakietach zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 53:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, pkt 2, długość kaniulu 95 mm ? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 54:**

Czy Zamawiający będzie wymagał w Pakiecie nr 1, pkt 2, kaniulę wykonaną z tworzywa PPSU gwintowaną, długość kaniulu 95 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie będzie wymagał i nie dopuszcza

**Pytanie nr 55:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, pkt 2, głowice trokara wykonaną z tworzywa PPSU ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 56:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiet nr 2 pkt 1, ostrza zakrzywione gładkie. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 57:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiet nr 2 pkt 1, Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez

zapinki połączony z tubusem izolowany z przytłaczem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 33 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza długość 33 cm zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 58**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia zgłoszenia reklamacji” na „... od dnia uznania reklamacji”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

**Pytanie nr 59**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w zrealizowaniu dostawy - w wysokości 0,2% kwoty brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części przedmiotu umowy;

b) za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 lub 5 niniejszej umowy – w wysokości 0,2% kwoty brutto wadliwej części przedmiotu umowy - za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części przedmiotu umowy

c) w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 60: Dotyczy pakietu nr 2**

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z formularza asortymentowo- cenowego, załącznik nr 4 do SWZ, UWAGI: pkt. 5. „Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową”. gdyż producent nie udziela tak szczegółowych informacji. Pozostawienie w/w zapisu uniemożliwi złożenie ważnej oferty.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wykreśla zapisu jednak modyfikuje wymagania zgodnie z odpowiedziami na pytanie 52 i 83.

**Pytanie nr 61: Pakiet 6 – pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny: Imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo długość 160mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm i kanałikiem

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 62: Pakiet 2: Zestaw narzędzi - Blok Operacyjny Ginekologii II**

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przytłaczem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 33 cm lub 44 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza długość 33 cm zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 63: Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy**

POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczki do pępownicy typ schumacher końce tępo/tępe długość 160 mm

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 160 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 64: Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy**

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger dł. 250mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 65: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa**

POZ. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sonda maciczna typ sims zakrzywiona wyskalowana średnica końcówki 4 mm długość całkowita 320 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 66: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa**

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadło chirurgiczne typ hegar szczęki proste z twardą wkładką do nici do 3/0 długość 200 mm

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 200 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 67: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa**

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyki biopsyjne typ faure złącze śrubowe długość 210 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 68: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa**

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie KLESZCZE DO TAMPONÓW TYP BOZEMANN ZAKRZYWIONE W KSZTAŁT LITERY "S" DŁUGOŚĆ 260 MM

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 260 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 69: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa**

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 270MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 270 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 70: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa**

POZ. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie SKROBACZKA GINEKOLOGICZNA TYP RECAMIER DŁ.MAX. 310MM FIGURA 00 OSTRA SZER. 5MM SZYJKA SZTYWNA

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 71: Pakiet 1: Zestaw narzędzi - Blok Operacyjny Ginekologii I**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trokar do endoskopii, płaszcz gładki, z zaworem insuflacji, wyposażony w wewnętrzną silikonową zastawkę śr.5,5mm, długość robocza 100mm, bez obturatora?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 72: Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy**

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania trokar nożyczki do pępowiny typ schumacher końce tępo/tępe długość 160 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nożyczki zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 73: Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger dł. 250mm z zamkiem, szczęki gładkie?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 250 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 74: Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy**

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nożyczki do ligatury ucho złoczone i ucho czarne? Producent w taki sposób oznaczył produkt – ucho złoczone oznacza twardą wkładkę, a ucho czarne szlif falisty. Nie ma to wpływu na funkcjonalność, a pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego są bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 75: Pakiet 4: Zestaw narzędzi - Blok Porodowy**

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania imadło chirurgiczne typ hegar-mayo szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 200 mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach  $\pm 2\%$  z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 200 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 76: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sondę maciczną typ sims zakrzywiona wyskalowana średnica końcówki 4 mm długość całkowita 320 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 77: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Położnictwa**

Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania imadło chirurgiczne typ hegar szczęki proste z twardą wkładką skok 0,5 mm do nici do 3/0 długość 200 mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 200 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 78: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Potożnictwa**

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki biopsyjne typ faure złącze śrubowe długość 210 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 79: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Potożnictwa**

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszcze do tamponów typ bozemann zakrzywione w kształt litery „S”, długość 260mm?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych długościach +/-2% z zaokrągleniem do pełnych milimetrów (sposób zaokrąglania: w zakresie "-2%" zaokrąglanie w dół; w zakresie "+2%" zaokrąglanie w górę) długość 260 mm spełnia wymagania Zamawiającego.

**Pytanie nr 80: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Potożnictwa**

Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kleszczyki do opatrunków odgięte typ Gross-Maier, dł. 250mm z zamkiem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 81: Pakiet 5: Zestaw narzędzi - Oddział Ginekologii i Potożnictwa**

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania skrobaczkę ginekologiczną typ Recamier, dł. 310mm, figura 00 ostra szer. 5mm szyjka sztywna?

Pakiet 6: Zestaw narzędzi - Oddział Neonatologii II

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie w/w pakietu.

**Pytanie nr 82: Pakiet 6: Zestaw narzędzi - Oddział Neonatologii II**

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania imadło chirurgiczne typu Hegar-Mayo długość 160mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi i kanałikiem?

Wszystkie pakiety

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie nr 83: dot. Wszystkich pakietów**

Czy Zamawiający zmieni wymóg:

„Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką chromową”?

Na:

„Narzędzia wykonane z najwyższej jakości stali chirurgicznej, w najwyższych standardach procesów produkcyjnych, producent spełnia najwyższe wymagania w zakresie wszystkich procesów biznesowych, które wykonuje produkując narzędzia.

Potwierdzone następującymi certyfikatami i dokumentami, co najmniej: DIN EN 15223-1, DIN EN ISO 20417; DIN EN ISO 17664, DIN EN ISO 14971, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 7153-1, DIN 58298 lub równoważnymi.”

Proponowany przez Zamawiającego wymóg nie gwarantuje wysokiej jakości materiału narzędzi. Aktualnie obowiązujące normy polskie, jak i europejskie wskazują, aby narzędzia były wykonane przez producenta w najwyższym standardzie technologicznym potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm m.in. ISO 13485.

Wysoka jakość materiału narzędzi na istotny wpływ na ich antykorozyjność, tak ważną w kontekście ich ciągłej sterylizacji i dezynfekcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza we wszystkich pakietach zgodnie z treścią załączonego do niniejszych odpowiedzi zmodyfikowanego załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

**UWAGA**


1. Zamawiający niniejszym zmienia załącznik nr 3 (wzór umowy) zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją.
2. Zamawiający niniejszym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie wszystkich pakietów zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją.

**Zamawiający niniejszym przesuwa termin składania ofert:**

**z 24.10.2022 r. godz. 10<sup>00</sup> na 26.10.2022 r. godz. 10<sup>00</sup>**

**oraz przesuwa termin otwarcia ofert**

**z 24.10.2022 r. godz. 10<sup>30</sup> na 26.10.2022 r. godz. 10<sup>30</sup>**

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibrskiego  
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  
  
mgr Karina Madej  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych