

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych

Pytanie 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział części 1 zamówienia na odrębne zadania? Podział na większą liczbę zadań pozwoli na udział większej liczbie oferentów a ca za tym idzie zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z części 2 zamówienia pozycji od 1 do 7 i potraktuje jako osobne zadanie? Podział na większą liczbę zadań pozwoli na udział większej liczbie oferentów a ca za tym idzie zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź: Nie.

Część 1 – szafy medyczne

Poz. 1 szafa endoskopowa

Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści szafę na endoskopy przeszkloną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301) wykonanej w technologii korpusu samonośnego spawanego z bokami i tyłem wykonanymi z blachy pojedynczej o grubości 1 mm? Tylne ściana dodatkowo wzmocniana profilem trapezowym uniemożliwiającym wypuklanie się i stabilną konstrukcję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką szafę.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę na endoskopy z podstawą szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką szafę.

Poz. 2 szafa do przechowywania bronchofiberoskopu

Pytanie 5: Czy zamawiający dopuści szafę na endoskopy przeszkloną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301) wykonaną w technologii korpusu samonośnego spawanego z bokami i tyłem wykonanymi z blachy pojedynczej o grubości 1 mm? Tylne ściana dodatkowo wzmocniana profilem trapezowym uniemożliwiającym wypuklanie się i stabilną konstrukcję.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką szafę.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę na endoskopy z podstawą szafy na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką szafę.

Część 2 – pozostałe wyposażenie medyczne

Poz. 1 parawan teleskopowy

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy składający się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowych trzech elementów rurowych? Dopuszcza, nie wymaga.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy o długości w stanie złożonym 880 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy o długości w stanie rozłożonym 2060 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy z zasłonką z materiału wykonanego z poliestru 65% oraz bawełny 35%, zasłonka zmywalna, odporna na dezynfekcję, możliwość prania w temp. 90 st. w kolorze wybranym przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Poz. 2 Parawan medyczny 2 częściowy

Pytanie 11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan medyczny 2 częściowy o wymiarze 2x700x1880 mm? Dopuszcza, nie wymaga.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan medyczny z szerokością podstawy 600 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 13: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania parawan teleskopowy z zasłonką z materiału wykonanego z poliestru 65% oraz bawełny 35%, zasłonka zmywalna, odporna na dezynfekcję, możliwość prania w temp. 90 st. w kolorze wybranym przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Poz. 3 Taboret obrotowy pneumatyczny

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny z średnicą podstawy 480 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 15: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny z regulacją wysokości siedziska w zakresie 490/630 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny wyposażony w koła o średnicy 50 mm, ogumienie nie brudzące posadzki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 17: Czy Zamawiający dopuści taboret z kołami o średnicy 50 mm? Koła 60 mm nie są standardowym wymiarem zatem ich cena jest znacznie wyższa, zaś proponowane koła o średnicy 50 mm są powszechnie stosowane w taboretach medycznych. Ponadto zastosowanie kół o średnicy 50 mm nie ma wpływu na obniżenie dopuszczalnego obciążenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 18: Czy Zamawiający dopuści taboret o wymiarach +/-10% tak jak w pozycji z taboretą obrotową niską?

Odpowiedź: Tak, jednak z wyłączeniem w zakresie regulacji wysokości.

Pytanie 19: Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości 630-830 mm? Proponowany parametr nieznacznie odbiega od wymaganego.

Odpowiedź: Nie.

Poz. 5 taboret obrotowy - niski

Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny z średnicą podstawy 480 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 21: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret medyczny z regulacją wysokości siedziska w zakresie 490/630 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Poz. 6 Stojak na kroplówki

Pytanie 22: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak na kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 szlifowanej z podstawą wykonaną ze stali malowanej proszkowo?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 23: 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak na kroplówki o średnicy podstawy 560 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 24: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stojak na kroplówki o wysokości regulowanej w zakresie 1200/2150 mm? Podany parametr jest lepszym parametrem od parametru określonego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 25: Czy Zamawiający dopuści stojaki kroplówki z podstawą z tworzywa sztucznego o średnicy 580 mm? Proponowane wykonanie jest znacznie tańsze, kolumna i głowica, czyli najistotniejsze elementy stojaka wykonane zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 26: Czy Zamawiający dopuści stojaki kroplówki z hamulcem 2 kół?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Poz. 7 Podest jednostopniowy

Pytanie 27: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podest jednostopniowy o wymiarze 500x300x250 mm? Podany parametr nieznacznie odbiega od parametru określonego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Poz. 11 Kozetka lekarska

Pytanie 28: Czy Zamawiający dopuści kozetkę o szerokości 550 mm i kącie nachylenia wezgłowia +/- 40°?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taką kozetkę.

Uwaga Wykonawcy składający ofertę na część 2. Wymagana ilość w poz. 7 podest jednostopniowy to 2 szt.

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Medycyny Rodzinnej i Profilaktyki
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Plesch
Kierownik Działu Zamówień Publicznych