

**Protokół z czynności wykonanych w trakcie udzielenia zamówienia o wartości
nieprzekraczającej 30.000 euro**

Nr postępowania: **DZP/381/40/EAT/2017**

Nazwa postępowania: **Dostawa systemu do pomiaru pH i impedancji**

Dot. Wniosku nr **EAT/2404b/12/2017**

1. Zaproszenie do składania ofert zamieszczono na stronie internetowej Szpitala dnia **2017-10-24**
2. W terminie składania ofert tj. dnia **2017-07-20** do godz. **12:00** złożono następujące oferty:
 1. **Dr Pitkel Medic@I Systems Sp. z o.o., ul. T. Czackiego 2/2, 15-268 Białystok. Cena brutto oferty 50.000,00 zł. Cena oferty brutto po korekcie: 44.124,80 zł.**
 2. **Synecpol s.c. Anna Popiela Mizera, Mirosław Mizera., ul. Raławicka 56, 30-017 Kraków. Cena brutto oferty: 45.345,00 zł.**

Po sprawdzeniu i porównaniu ofert proponuję udzielić zamówienia firmie: **Dr Pitkel Medic@I Systems Sp. z o.o.** za cenę brutto **44.124,80 zł.**

Uzasadnienie wyboru oferty:

Przed terminem składania ofert Zamawiający otrzymał pismo firmy Synecpol s.c., z sugestią, by zrezygnować z wymagania w Opisie przedmiotu zamówienia wyposażenia systemu w lokalizator dolnego zwieracza przełyku. Wykonawca sugerował, że tak postawiony warunek spełnia tylko jedna firma, a wymaganie lokalizatora niczemu nie służy i jedynie podwyższa koszt zakupu i późniejszej eksploatacji systemu. Zamawiający przychylił się do sugestii firmy Synecpol s.c., jednakże wiadomość o zmianie oczekiwań Zamawiającego dotarła do firmy Dr Pitkel Medic@I Systems Sp. z o.o. już po wysłaniu oferty. W tej sytuacji Zamawiający wyraził zgodę na dokonanie przez firmę korekty ceny oferty, polegającej na odjęciu ceny lokalizatora LES. Cena oferty Dr Pitkel Medic@I Systems Sp. z o.o. okazała się korzystniejsza od oferty konkurencyjnej. Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść wybranej oferty jest udzielenie 24 miesięcznej gwarancji (w ofercie konkurencyjnej – 12 miesięcy.

Podpis Koordynatora

KIEROWNIK
Działu Aparatury Medycznej

mgr inż. Bożena Trzęsimech

Podpis Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Niezgoda

Podpis przedstawiciela DZP

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Andrzej Rochowicz

Podpis Dyrektora

DYREKTOR

Ireneusz Ryszkiewicz