



DZP.381.37A.2021

Katowice 03.08.2021

Do wszystkich Wykonawców

Dyrektor

mgr Renata Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę jednorazowych obłożań operacyjnych

1 PYTANIE

Pytanie – dotyczy części nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na przewody/kamerę 15x240cm, wyposażonej z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, składanej teleskopowo z oznaczonym kierunkiem rozwijania, na końcach dwie zintegrowane taśmy przylepne o wymiarach 2 x 20cm dolna i 2 x 11cm górna. Osłona wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 50µm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie opisane w pytaniu.

2 PYTANIE

Dotyczy pakiet 12

Czy Zamawiający dopuści Osłonę na przewody/kamerę wyposażoną z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu a z drugiej wyposażony w kartonik oraz taśmę przylepne o wymiarach 2,5cmx17cm (+/- 2cm) osłona z przezroczystej folii polietylenowej 0,05 mm. Składana teleskopowo w rozmiarze 13x235cm sterylne

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

3 PYTANIE

Dotyczy pakiet 15

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania 4 etykiet samoprzylepnych typu TAG. Wymóg ten który nie jest konieczny znacznie ogranicza konkurencyjność ofert. Wszystkie elementy czyli numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy znajdują się na etykiecie każdego opakowania.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga etykiet samoprzylepnych, dopuszcza minimum 2 etykiety typu TAG

4 PYTANIE

Dotyczy pakiet 15 pozycja 2

Zwracamy się o możliwość zaproponowania sterylnej osłony na ramię C RTG o wym. 104x188cm z 3 taśmami ułatwiającymi mocowanie. Wykonany z przezroczystej folii polietylenowej 0.05 mm.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

5 PYTANIE

Dot. Wzoru umowy §2, ust. 10

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu zawartego w §2, ust. 10

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy



6 PYTANIE

Dot. Wzoru umowy § 2 ust. 12,

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy ust. 12 §2 w sposób następujący:

„12. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy zamówionych wyrobów medycznych na zasadach i w terminie określonym w niniejszej Umowie, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy niedostarczonych w terminie wyrobów medycznych, po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca nie będzie sobie rościć prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

7 PYTANIE

Dot. Wzoru umowy § 2 ust. 12,

W przypadku negatywnych odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów ust. 12 §2 umowy w sposób następujący:

„12. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy zamówionych wyrobów medycznych na zasadach i w terminie określonym w niniejszej Umowie, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy niedostarczonych w terminie wyrobów medycznych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z zakupem wyrobów medycznych u podmiotu trzeciego, stanowiących różnicę pomiędzy ustaloną przez Strony ceną, a ceną zapłaconą podmiotowi trzeciemu. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionych i niedostarczonych produktów z umowy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia Zamawiającego innych przewidzianych prawem albo zapisami niniejszej umowy roszczeń i praw.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

8 PYTANIE

Dot. Wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższej treści do wzoru umowy:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.



ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

9 PYTANIE

Dot. Wzoru umowy § 7, ust. 4, pkt G)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 ust.4 pkt g umowy w sposób następujący:

e) wydłużenie okresu trwania umowy o okres nie dłuższy niż 3 miesiące – w przypadku niewyczerpania całości asortymentu stanowiącego przedmiot umowy do czasu jego wyczerpania.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

W przypadku zawarcia aneksu, strony mogą określić okres przedłużenia umowy o 3 miesiące

10 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 1, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1.Serweta operacyjną 150x180 cm, dwuwarstwową wykonaną z laminatu polipropylen/polietylen o gram 43 g/m2 na całej powierzchni, z otworem 7x10 cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski, nieprzemakalność: powyżej 200 słupa wody – 1 sztuka
 2. kieszeń przylepna do przechwytywania płynów, sterylna, 35 x18,5 cm, wykonaną z folii przeźroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu, – 1 sztuka
 - 3.Serweta na stół instrumentalny 90 x 130cm wykonana z laminatu 43g/m2 – zawinięcie zestawu – 1 sztuka
 - 4.Ręcznik włókninowy 20x40 cm – 4 sztuk
 - 5.Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 sztuki
 - 6.Serweta 80 x 130cm 1 sztuka
 - 7.Osłona na tackę fako 45 x 75cm– 1 sztuka
 - 8.Osłona na podłokietnik 40 x 60cm– 2 sztuki
 - 9.Osłona foliowa na ekran 30 cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym)x 72 (połowa obwodu gumki w stanie rozciągniętym) x 36 cm (głębokość) – 1 sztuka
 - 10.Pojemnik plastikowy 60ml – 1 sztuka
 - 12.Mayo 80 x 145 cm– 1 sztuka
 - 13.Miseczka plastikowa 120 ml zawierająca:
 14. Strzykawka 3ml Luer Lock – 1 sztuka
 - 15.Strzykawka 5ml Luer Lock – 2 sztuki
 - 16.Kocher plastikowy 14 cm – 1 szt
 - 17.Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk
 - 18.Kompresy z włókna 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk
 - 19.Opatrunek 6,5x9,5 cm na oko samoprzylepny – 1 sztuka
- Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, etykieta w języku polskim z czterema naklejkami typu TAG

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza zestaw opisany w pytaniu, jednak wymaga aby w zestawie znajdowała się strzykawka 10 ml – 1 sztuka oraz strzykawka 5 ml – 1 szt.

11 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści :

- 1.Serweta operacyjną 150x180 cm, dwuwarstwową wykonaną z laminatu polipropylen/polietylen o gram 43 g/m2 na całej powierzchni, z otworem 7x10 cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski, nieprzemakalność: powyżej 200 słupa wody – 1 sztuka
2. kieszeń przylepna do przechwytywania płynów, sterylna, 35 x18,5 cm, wykonaną z folii przeźroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu, – 1 sztuka ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu



12 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200x150?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza

13 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 240x150?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza serwetę o rozmiarze 240x150, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

14 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x90?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

15 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x120?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

16 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 7 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

17 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 73 g/m² w rozmiarze 75x45 z otworem 8cm otoczonym taśmą lepną?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

18 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 10 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x45 z otworem 8cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

19 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 11 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x90?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza serwetę o rozmiarze 15x90, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

20 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 7, poz. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 12 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnych części

21 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 9, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw:

Jałowy zestaw do embolizacji i angiografii o składzie:

1. serweta na stół instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 150cmx190 cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66x190cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min 80g/m², grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów-1 sztuka
2. Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókna typu SMS o gramaturze min. 35g/m², elastyczny mankiet poliestrowy o dł min 8 cm, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalający na aseptyczną aplikację, rozmiar L-2 sztuki do każdego fartucha dołączone 2 ściereczki celulozowe o wym. min. 20x40 cm.
3. sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókna typu SMS o gramaturze min. 35g/m², elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację rozm. XL-1 szt do każdego fartucha dołączone



2 ściereczki celulozowe o wym min. 20x 40cm-serweta 150x200cm, z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 56 g/m² – 1 szt

4. organizator przewodów typu velcro min. 23x2 cm - 2szt

5. wzmocniona serweta do angiografii o wymiarach min. 230x320cm z dwoma otworami samoprzylepnymi o średnicy min 8 cm w okolicy tętnic udowych. Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 60 cm , część centralna min. 100x350 cm wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysoko chłonne w strefie krytycznej min. 107 g/m²-1 szt-osłona w kształcie prostokąta z gumka na aparaturę medyczną w rozmiarze (17÷71)x91cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość, wykonana z transparentnej folii PE – 1 szt

6. osłona w kształcie czepka z gumka na aparaturę medyczną w rozmiarze (30÷72)x36cm cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość, wykonana z transparentnej folii PE – 1 szt

7. osłona w kształcie czepka z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze (33÷112)x56cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość, wykonane z transparentnej folii PE - 1 szt

8. kleszcze blokowane , opatrunkowe do dezynfekcji 24 cm - 1szt

9. kompres gazowy 7,5cmx7,5cm 17 nitkowy 12 warstwowy-80 szt

10. miska 250 ml w kolorze - 1szt

11.miska 250ml transparentna-1 szt

12. miska na przewodnik 2500ml w kolorze np. niebieska średnica min 22 cm-1 szt

13.strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml, transparentna-1 szt

14. strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml w kolorze

15. naklejka samoprzylepna, biała-2 szt

16. osłona na uchwyt do lampy operacyjnej wykona z polipropylenu oraz folii PE o grubości min.41 mikronów. Górna część w kształcie koła o średnicy 12 cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 ząbków, które gwarantują sztywne mocowanie osłony na uchwycie lampy. Dolna część wykonana z folii w kształcie worka o długości min. 14 cm i szerokości min.9,5 cm, umożliwiające zabezpieczenie uchwytu zgodnie z zasadami aseptyki-1 szt

Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Elementy zestawu zgodne z normą PN EN 13795 1-3, parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min 370 cm H₂O

Opakowanie foliowo-papierowe powinno posiadać prawidłowe oznaczenie informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane : kod produktu (nr ref), kod kreskowy, nr lot. oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

22 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 11, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw :

Zestaw do wkucia centralnego w składzie:

1. serweta na stolik Mayo 90x75 cm - 1 szt

2. kompres gazowy 17N 8W 10cmx10cm-15szt

3. nerka plastikowa-1 szt

4. igłotrzymacz metalowy typu Hegar 15cm -1 szt

5. czepek typu берет-1 szt

6. maska medyczna z gumką -1 szt

7. opatrunek włókninowy chłonny z przecięciem i otworem , rozm. 10x10cm-1 szt

ODPOWIEDZ

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie opisane w pytaniu

23 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 11, poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zestaw:

Zestaw do operacji ginekologicznych dolnych w składzie:

1. 1x serweta o wymiarach 275cmx200cm (+/- 5cm)zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10cmx15cm (+/- 2 cm)wykonana z chłonnego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² (+/- 2g/m²) zintegrowana z torbą na płyny wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

2. 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75x90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m² (+/-2g/m²) przeznaczona pod pośladki



3. 2x taśma samoprzylepna o wymiarach 10x50cm (+/- 2 cm)
4. 1x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm)(+/- 5 cm) 5.1 x Serweta na stolik Mayo 145x80 cm
6. 2x ręcznik chłonny o wymiarach 20x40cm wykonany z włókny o gramaturze 40 g/m².
Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie znajdują się następujące informacje: nr REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Zgodne z normą PN-EN 13795.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie opisane w pytaniu

24 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 12, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody/kamerę wyposażoną z jednej strony w końcówkę z perforacją umożliwiającą wysunięcie przewodu, a z drugiej wyposażoną w kartonik z oznakowaniem kierunku rozwijania osłony oraz 2 taśmy przylepne. Osłona z przezroczystej folii polietylenowej 41 mikronów. Składana teleskopowo. Rozmiar 13cm x 235cm. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie

25 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

26 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga pieluchomajtki odpowiadające dwóch różnych rozmiarów L i XL oraz zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

27 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 14, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga aby elastyczny ściągacz miał rozciągliwość co najmniej 3 cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

28 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 15, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparaturę medyczną typu "beret" w kształcie kuli wyposażoną w gumkę umożliwiającą stabilne umieszczenie osłony na aparaturze. Wykonana z przezroczystej folii polietylenowej 41 mikronów. Rozmiar (33÷112)x56cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷ połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy?



ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

29 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 15, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, zestaw składa się z trzech części: 2 x osłona typu берет (33÷112)x56cm (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym÷ połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość + folia 250x50cm z 10 przylepcami 5x5cm. Wykonany z przezroczystej folii polietylenowej 41 mikronów. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza opisane w pytaniu rozwiązanie

30 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 16, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela pozycji do osobnych części

31 PYTANIE

Dot. Pakietu nr 17, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści Kpl pościeli medycznej niejąłowy gramatura min 35g/m2, kpl zawiera prześcieradło o wymiarach 210x150 cm, poszewka na kołdrę o wymiarach 200x150cm, poszewka na poduszkę 75 x90 cm

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

32 PYTANIE

Część 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety na stolik Mayo 80 z 145 cm wykonanej z niepiaskowanej folii polietylenowej, obszar wzmocniony 75 x 90 cm z włókny polipropylenowej?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie opisane w pytaniu

33 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 14, pozycja: 1): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

ODPOWIEDZ

Na potwierdzenie zaoferowanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga dokumentów określonych w pkt. IV i X.4c) SWZ

34 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część 14, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych z jednym ściągaczem tylnym oraz elastycznymi bokami produktów, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza oraz eliminują możliwość powstania obtarć w okolicach podbrzusza szczególnie u pacjentów z nadwagą (co często ma miejsce w przypadku zastosowania ściągacza przedniego)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści SWZ – nie dopuszcza opisu wskazanego w pytaniu.

35 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 14, pozycja 1, rozmiar M): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2400g?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga



36 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 14, pozycja 1, rozmiar L): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2700g?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

37 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część nr 14, pozycja 1, rozmiar XL): pieluchomajtek o poziomie chłonności co najmniej 2750g?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

38 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (część nr 14, pozycja 1, rozmiar XL): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozmiar L w obwodzie od 100 – 150 lub 100-160)
Pozostałe rozmiary bez zmian

39 PYTANIE

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o szacunkowe określenie zapotrzebowania (pakiet nr 14) na poszczególne rozmiary pieluchomajtek (M, L, XL). W obecnej sytuacji jesteśmy zmuszeni zaproponować Państwu cenę za produkt w rozmiarze XL, co jest skrajnie nieoptyczne dla Państwa. Różnica w cenie pomiędzy poszczególnymi rozmiarami wynosi +/- 15% co w skali 24 miesięcy umożliwi Państwu zaoszczędzenie znacznej kwoty lub otrzymanie większej ilości produktów.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie jest w stanie określić zapotrzebowania na poszczególne rozmiary

40 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 14, pozycja: 1): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązanie technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

41 PYTANIE

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (część 14, pozycja: 1): pieluchomajtek, które posiadają laminat oddychający/paroprzepuszczalny na całej powierzchni produktu?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ i zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

42 PYTANIE

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

ODPOWIEDZ

Zamawiający modyfikuje wzory umowy (Załącznik 6) dodając zapis w §3 pkt 6



„ Strony mogą wystawiać i przysyłać faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na adresy e-mail wskazane poniżej:

Adres e-mail na który Wykonawca może przekazywać Zamawiającemu wskazane powyżej dokumenty: faktury@uck.katowice.pl

Adres e-mail na który Zamawiający może przekazywać Wykonawcy wskazane powyżej dokumenty:

43 PYTANIE

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy, § 4 ust 2 dopuszcza termin 5 dni.

44 PYTANIE

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto Wyrobów medycznych, niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w dostawie, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonych w terminie wyrobów medycznych**

b) w wysokości 0,5% wartości brutto Wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, , **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanych wyrobów medycznych**

c) w wysokości 0,5% wartości brutto Wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup Wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach określonych w § 2 ust. 12 niniejszej umowy,

d) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy.

45 PYTANIE

Dotyczy: Zadanie nr 8 Pozycja nr 1 - Sterylny, jednorazowy zestaw do kraniotomii

W zestawie do kraniotomii Zamawiający wymaga aby w składzie zestawu (punkt 18) znajdowały się :

- tupfery włókninowe 50mm typu kula do dezynfekcji w ilości 1 szt.

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i zamiast 1 szt. Zamawiający nie wymaga 5 szt. tupferów włókninowych 50mm typu kula do dezynfekcji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający poprawia zapis w części 8 pozycja 1 pkt 18

„18. tupfery włókninowe 50mm typu kula do dezynfekcji- **5 szt**”

46 PYTANIE

Dotyczy: Zadanie nr 9 Pozycja nr 1 - Jałowe zestawy do embolizacji i angiografii

W zestawie do embolizacji i angiografii Zamawiający wymaga aby w składzie zestawu (punkt 14) znajdowała się :

- strzykawka 3 częściowa typu luer-lock 20 ml w kolorze

Prosimy o doprecyzowania koloru strzykawki – zielona, czerwona, niebieska czy żółta oraz ilości wymaganych sztuk w zestawie.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga w pkt 14 strzykawki 3 częściowa 20 ml typu luer lock – 1 szt. w kolorze przezroczystym (standardowym) oraz strzykawki 3 częściowa 20 ml typu luer lock 1 szt. zielona (łącznie w pozycji 14 Zamawiający wymaga 2 sztuk strzykawek)

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 4,9 dotyczący części 9

47 PYTANIE

Dotyczy: Zadanie nr 9 Pozycja nr 1 - Jałowe zestawy do embolizacji i angiografii



W zestawie do embolizacji i angiografii Zamawiający wymaga aby w składzie (punkt 5) znajdowała się :

- wzmocniona serweta do angiografii o wymiarach min. 230x350cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych w części krytycznej wykonana z min 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów min. 16x16cm (+/-2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełniona folią chirurgiczną 12,5cm (+/-1 cm), średnica dostępu 7,5cm (+/-0,5 cm). Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 65cm i grubości min. 100x350cm wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysoko chłonne w strefie krytycznej min. 107 g/m² - 1 szt

Prosimy o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i prawidłowy opis serwety do angiografii powinien brzmieć :

- wzmocniona serweta do angiografii o wymiarach min. 230x350cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych w części krytycznej wykonana z min 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów min. 16x16cm (+/-2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełniona folią chirurgiczną 12,5cm(+/-1 cm), średnica dostępu 7,5cm (+/-0,5 cm). Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 65 cm i grubości min. 60μ.

W części podstawowej o wymiarach min. 100x350 cm wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysokochłonne w strefie krytycznej o wymiarach min. 100x120cm o gramaturze min. 51 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m² - 1 szt.

ODPOWIEDZ

Zamawiający zmienia zapis w części 9 pozycja 1 „,jałowy zestaw do embolizacji i angiografii” punkt 5 w następujący sposób:

„5 wzmocniona serweta do angiografii o wymiarach min. 230x350cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych w części krytycznej wykonana z min 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów min. 16x16cm (+/-2 cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełniona folią chirurgiczną 12,5cm(+/-1 cm), średnica dostępu 7,5cm (+/-0,5 cm). Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 65 cm i grubości min. 60μ. W części podstawowej o wymiarach min. 100x350 cm wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysoko chłonne w strefie krytycznej min. 107 g/m², o wymiarach min. 100x120cm 1 szt.”

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 4,9 dotyczący części 9

48 PYTANIE

Dotyczy: Zadanie nr 1, poz.1 - Zestawy okulistyczne I

Prosimy o dopuszczenie zestawu okulistycznego o poniższym składzie i parametrach :

- 1.Serweta operacyjna z otworem o wymiarach 150x180 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego PE/PP o gramaturze 56g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu wypełnionego folią chirurgiczną 6 x 20 cm, z wycięciem 4 x 6cm warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski. Serweta zintegrowana z dwoma kieszeniami na do przechwytywania płynów o wymiarach 30,5 x 21,5cm z folii przeźroczystej, wyposażona w sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu – 1 sztuka
- 2.Serweta na stół 100 x 150cm (zawinięcie zestawu) – 1 sztuka
- 3.Ręcznik – 4 sztuk
- 4.Fartuch chirurgiczny rozmiar L – 2 sztuki
- 5.Serweta 100 x 100cm – 1 sztuka
- 6.Osłona na tackę fako 40-45 x 60-65 cm – 1 sztuka
- 7.Osłona na podłokietnik 61 x 87cm – 2 sztuki
- 8.Osłona na ekran 50 x 50cm – 1 sztuka
- 9.Kieliszek plastikowy 60ml – 1 sztuka
- 10.Metki do dokumentacji pacjenta, z nazwa zestawu – 3 sztuki
- 11.Mayo 75 x 150 cm – 1 sztuka
- 12.Miseczka plastikowa
- 13.Strzykawka 2,5-3 ml Luer Lock – 1 sztuka
- 14.Strzykawka 5ml Luer Lock – 1 sztuka 1
- 15.Strzykawka 10ml Luer Lock – 1 sztuka
- 16.Kocher plastikowy
- 17.Gąbki mikrochirurgiczne, strzałki – 5 sztuk
- 18.Kompresy z włókny 7,5 x 7,5cm – 10 sztuk
- 19.Opatrunek na oko samoprzylepny – 1 sztuka

ODPOWIEDZ



Zamawiający **nie dopuszcza** rozwiązania wskazanego w pytaniu dotyczącego pkt 1 (serweta operacyjna...)

Zamawiający **dopuszcza** rozwiązanie opisane w pytaniu dotyczące:

Pkt. 2 (- serweta na stolik...)

Pkt 5 (serweta ...)

Pkt. 6 i pkt 7 (osłona....)

Pkt. 9 (kieliszek...)

Pkt. 11 (Mayo ...)

Pozostałe punkty zgodnie z opisem w SWZ

49 PYTANIE

Dotyczy: Zadanie nr 4, poz. 1 – Serweta na stolik Mayo

Prosimy o dopuszczenie serwety na stolik Mayo, sterylnej, wykonanej z niewchłaniałnego, matowego (chropowaty, piaskowany), nieprzemakalnego laminatu, z wywinięciem, wymiary 75cm x 150 cm, jedna powierzchnia serwety zawiera środkową dodatkową część chłonną o wymiarach nie mniej niż 60cm (szerokość) x min. 80cm.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

50 PYTANIE

Dotyczy: Zadanie nr 5, poz. 1 – Zestaw do wklucia doszklistkowego

Prosimy o dopuszczenie zestawu do wklucia doszklistkowego o składzie i parametrach :

1.kocher plastikowy 19cm – 1szt

2.miarła plastikowa – 1szt

3.rozwórka metalowa jednorazowego użytku – 1szt

4.patyczki spongostanowe – 3szt

5.pojemnik 60ml – 1szt

6.opatrunek oczny samoprzylepny 1w – 1szt

7.opatrunek samoprzylepny 6,5 x 9,5cm(+/-10%) – 1szt

8.kompresy gazowe 17x8w 7,5 x 7,5cm(+/-10%) – 10szt

9. serweta 75 x 75cm z otworem 10 x10cm wypełnionym folią chirurgiczną oraz zintegrowana z kieszenią na płyny

10.strzykawka 5ml – 1szt

11.serweta 90 x 70cm(+/-10%) - serweta na stolik instrumentalny

12.osłona na podłokietnik – 2 szt

13.fartuch chirurgiczny standard M – 1 szt

14.Serwety wykonane z laminatu dwuwarstwowego polipropylenowo, polietylenowego o gramaturze min. 56g/m², zgodne z normą PN-EN 13795 + A1:2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu. Opakowanie typu Tyvec wyposażone w etykietę w języku polskim, nazwę producenta, skład, informacje o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

51 PYTANIE

Część 1

Czy zamawiający dopuści serwetę z dwiema zintegrowanymi kieszeniami do przechwytywania płynów, pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

52 PYTANIE

Część 1

Czy zamawiający dopuści osłonę na ekran 65 x 85 cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza

53 PYTANIE

Część 1

Czy zamawiający dopuści plastikowy kubek 60 ml w miejsce kieliszka plastikowego 80ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza



54 PYTANIE

Część 1

Czy zamawiający dopuści plastikową miseczkę 120 ml w miejsce kieliszka plastikowego 80ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

55 PYTANIE

Część 1

Czy zamawiający dopuści 4 samoprzylepne naklejki do dokumentacji pacjenta z nr katalogowym zestawu umieszczone na etykiecie wewnątrz zestawu?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

56 PYTANIE

Część 1

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml Luer Lock?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

57 PYTANIE

Część 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie o składzie i parametrach:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 120 cm x 170 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik o wymiarach 4cm x 50cm. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m².

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

58 PYTANIE

Część 4

Czy zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonaną z niepiaskowanej folii, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

59 PYTANIE

Część 7, pozycja 1-4, 7-8, 10

Czy zamawiający dopuści serwety wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m² i chłonności 600%?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza parametry opisane w pytaniu , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

60 PYTANIE

Część 7, pozycja 9

Czy zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z przylepnym otworem o średnicy 7cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza parametry opisane w pytaniu , pozostałe parametry zgodnie z SWZ

61 PYTANIE

Część 7, pozycja 5-6, 13-14

Prosimy o potwierdzenie, że zapis w tabelce pod pakietem nie dotyczy serwet z pozycji 5 i 6 (serwety niejätowe) oraz pozycji 13 i 14 (serwety z nitką RTG i tasiemką)?

ODPOWIEDZ

W zakresie części 7

-pozycja 5 i 6 opis pod tabelą dotyczy zakresu wymiarów oraz gramatury, nie dotyczy etykiet

- pozycja 13 -14 zapis pod tabelą nie dotyczy tych pozycji

62 PYTANIE

Część 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 160x210cm, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?



ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza serwetę o rozmiarze 160x210, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

63 PYTANIE

Część 7, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę 17 nitkową 4 warstwową, spełniającą pozostałe wymagania SWZ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści SWZ

64 PYTANIE

Część 16, pozycja 4-5

Czy zamawiający dopuści kieszeń jednokomorową samoprzylepną wyposażoną w taśmę samoprzylepną umożliwiającą mocowanie kieszenie w rozmiarze 30x40cm, wykonaną z przezroczystej folii?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

65 PYTANIE

Część 18

Czy zamawiający dopuści serwetę z otworem wypełnionym folią chirurgiczną bez jonów srebra? Czy zamawiający dopuści osłonę 65 x 85 cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

66 PYTANIE

Część 18

Czy zamawiający dopuści plastikowy kubek 60 ml w miejsce kieliszka plastikowego 80ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

67 PYTANIE

Część 18

Czy zamawiający dopuści plastikową miseczkę 120 ml w miejsce kieliszka plastikowego 80ml?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

68 PYTANIE

Część 18

Czy zamawiający dopuści 4 samoprzylepne naklejki do dokumentacji pacjenta z nr katalogowym zestawu umieszczone na etykiecie wewnątrz zestawu?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

69 PYTANIE

Część 18

Czy zamawiający dopuści strzykawkę 3 ml Luer Lock?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

70 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 1** serwety operacyjnej z otworem, czterowarstwowej sterylnej, w rozmiarze 120x160cm, wykonanej z materiału typu SMMS o gramaturze min. 45g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu 9x12cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylną, wymiary 30(+/-10)cm x 30(+/-10)cm, wykonaną z folii przezroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

71 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 1** serwety operacyjnej z otworem, czterowarstwowej sterylnej, w rozmiarze 140x160cm, wykonanej z materiału typu SMMS o gramaturze min. 45g/m² na całej powierzchni, wymiary otworu 9x12cm, otwór wypełniony folią chirurgiczną, warstwa klejowa na całej folii chirurgicznej, kolor niebieski; z kieszenią przylepną do przechwytywania płynów, sterylną, wymiary 30(+/-10)cm x 30(+/-



10)cm, wykonaną z folii przeźroczystej, wyposażoną w taśmę mocującą i sztywnik utrzymujący kształtowanie otworu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

72 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 2** serwety operacyjnej z otworem, czterowarstwowej wykonanej z materiału czasowo nieprzemakalnego, oddychającego i komfortowego dla pacjenta w rozmiarze 120x140cm, otwór 9x12cm wypełniony folią chirurgiczną. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

73 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 2** serwety operacyjnej z otworem, czterowarstwowej wykonanej z materiału czasowo nieprzemakalnego, oddychającego i komfortowego dla pacjenta w rozmiarze 140x160cm, otwór 9x12cm wypełniony folią chirurgiczną. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

74 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 5** dwóch opatrunków samoprzylepnych 6,5x9,5cm w miejsce pozycji 6 i 7 składu

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

75 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 5** serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 49g/m². Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

76 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 6 pozycja 1** jałowego zestawu podstawowego o następującym składzie i parametrach:

Serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniyny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 59g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O.

1. 1x osłony na stolik Mayo 80x140cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 59g/m².
2. 1x serweta górna samoprzylepna niewzmocniona 150x240cm
3. 1x dolna serweta samoprzylepna niewzmocniona o wymiarze 180x200cm
4. 2x boczne serwety samoprzylepne niewzmocnione o wymiarze 75x90cm
5. 1x taśma samoprzylepna 10x50cm
6. 1x kieszeń dwukomorowa na narzędzia 30x40cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,08mm
7. 2x ręczniki celulozowe 30x35cm
8. 2x jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniyny typu Spunlace o łącznej gramaturze min 98g/m², zgodny z normą EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H₂O. Wzmocnienie z oddychającego laminatu folii PE i włókniyny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni ¾ rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania, rozmiar L
9. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniyny typu SMS o łącznej gramaturze min. 73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar L.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm wykonanej w całości z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 49g/m².

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający że zestaw nie zawiera lateksu. Zestawy pakowane w podwójny karton, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu



77 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 6 pozycja 2** jałowego zestawu chirurgicznego wzmocnionego o następującym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 59g/m² wzmocnionego laminatem trójwarstwowym o gramaturze min. 105g/m². Łączna gramatura min. 154g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 999cm H₂O.

1. 1x osłony na stół Mayo 80x140cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 59g/m².
2. 1x serweta górna samoprzylepna wzmocniona 150x240cm (wzmocnienie min. 50x75cm)
3. 1x dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o wymiarze 180x200cm (wzmocnienie min. 50x75cm)
4. 2x boczne serwety samoprzylepne wzmocnione na całej powierzchni o wymiarze 80x97,5cm
5. 2x taśma samoprzylepna 10x50cm
6. 2x ręczniki celulozowe 30x35cm
7. 2x kieszeń dwukomorowa na narzędzia 30x40cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,08mm
8. 2x serweta samoprzylepna 75x100cm
9. 2x jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókny typu Spunlace o łącznej gramaturze min 98g/m², zgodny z normą EN 13795, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H₂O. Wzmocnienie z oddychającego laminatu folii PE i włókny umiejscowione w przedzie fartucha i na powierzchni 3/4 rękawów. Rękawy zakończone mankietem z dzianiny poliestrowej. Troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie jałowości w czasie wiązania, rozmiar L.
10. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókny typu SMS o łącznej gramaturze min.73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar L.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm wykonanej w całości z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 49g/m².

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający że zestaw nie zawiera lateksu. Zestawy pakowane w podwójny karton, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

78 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 6 pozycja 3** jałowego zestawu do laparoskopii (pozycja leżąca) o następującym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 59g/m² wzmocnionego laminatem trójwarstwowym o gramaturze min. 105g/m². Łączna gramatura min. 154g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 999cm H₂O.

1. 1x osłony na stół Mayo 80x140cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 59g/m².
2. 1x serweta wzmocniona o min. wymiarach 250x310cm z samoprzylepnym oknem
3. 2x samoprzylepna kieszeń laparoskopowa na instrumenty chirurgiczne
4. 2x ręczniki celulozowe 30x35cm
5. 1x serweta samoprzylepna 75x100cm
6. 2x osłona na kamerę 14x250cm
7. 2x taśma samoprzylepna 10x50cm
8. 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókny typu SMS o łącznej gramaturze min.73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar XL.
9. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókny typu SMS o łącznej gramaturze min.73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar L.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm wykonanej w całości z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 49g/m².

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający że zestaw nie zawiera lateksu. Zestawy



pakowane w podwójny karton, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

79 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 6 pozycja 4** jałowego zestawu do laparoskopii (pozycja litotomijna) o następującym składzie i parametrach:

Zestaw wykonany z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o min. gramaturze 59g/m² wzmocnionego laminatem trójwarstwowym o gramaturze min. 105g/m². Łączna gramatura min. 154g/m². Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 999cm H₂O.

1. 1x osłony na stół Mayo 80x140cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona laminatem dwuwarstwowym o gramaturze 59g/m².
2. 1x serweta wzmocniona o min. wymiarach 260x300cm z przylepnym oknem 30x30cm, ze zintegrowanymi nogawicami
3. 2x samoprzylepna kieszeń laparoskopowa na instrumenty chirurgiczne
4. 2x ręczniki celulozowe 30x35cm
5. 1x serweta samoprzylepna 75x100cm
6. 2x osłona na kamerę 14x250cm
7. 2x taśma samoprzylepna 10x50cm
8. 2x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze min. 73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar XL.
9. 1x fartuch chirurgiczny wzmocniony z włókniny typu SMS o łącznej gramaturze min. 73g/m², wzmocnienie w części przedniej oraz na rękawach klejone na całym obwodzie, rękaw typu reglan, elastyczny ściągacz wykonany z tkaniny poliestrowej o długości min. 8cm. Rozmiar L.

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x250cm wykonanej w całości z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 49g/m².

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający ze zestaw nie zawiera lateksu. Zestawy pakowane w podwójny karton, jeden służący do transportu, drugi w formie dyspensera służący do magazynowania. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

80 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 8** sterylnego zestawu do kraniotomii o następującym składzie i parametrach:

1. 1x Serweta na stół instrumentariuszki 150x200cm, służąca jako owinięcie zestawu wykonana w całości z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 59g/m², obszar wzmocniony na całej powierzchni serwety.
2. 1x Osłona na stół Mayo, wzmocniona 80x140cm, z warstwą chłonną o szerokości 60cm na długości całej osłony. Gramatura warstwy chłonnej min. 36g/m², grubość folii PE 0,07mm
3. 1x serweta 100x150cm z trójwarstwowego laminatu o gramaturze min. 70g/m².
4. 2x serweta samoprzylepna 75x75cm z dwuwarstwowego laminatu o gram. min. 56g/m²
5. 2x serweta samoprzylepna 50x50cm z dwuwarstwowego laminatu o gram. min. 56g/m²
6. 1x wzmocniona serweta do operacji neurochirurgicznych 200x406cm z otworem 30x25cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z organizatorami przewodów oraz torbą do przechwytywania płynów wyposażoną w podłączenie drenu. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 59g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysoko chłonne w strefie krytycznej o wymiarach 50x85cm gramaturze min. 55g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 114g/m².
7. 2x taśma lepna 10x50cm
8. 2x ściereczka do rąk celulozowa 30x35cm
9. 50x kompres gazowy 10x10cm, 17 nitkowy 12 warstwowy z nitką RTG
10. 10x tupfer gazowy z 25mm z nitką RTG
11. 1x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa 30x40 wykonana z transparentnej folii PE o grubości min. 0,06mm
12. 1x samoprzylepna kieszeń dwukomorowa 30x40 wykonana z transparentnej folii PE o grubości min. 0,06mm



13. 2x taca 14x24x2,5cm w kolorze niebieskim
14. 1x miska 250ml w kolorze niebieskim nieprzeźroczystym
15. 1x miska 250ml w kolorze niebieskim przeźroczystym
16. 1x miska 250ml transparentna
17. 1x kleszcze blokowane, opatrunkowe do dezynfekcji 24cm
18. 1x włókninowy 50mm typu kula do dezynfekcji
19. 1x licznik igieł z wkładem magnetycznym
20. 1x marker skórny z linijką
21. 1x strzykawka do irygacji
22. 1x czyścik do elektrod
23. 2x organizator przewodów typu Velcro 22x2,5cm
24. 1x ostrze chirurgiczne nr 11 z nasadką i osłonką
25. 1x ostrze chirurgiczne nr 23 z nasadką i osłonką
26. 2x osłona na uchwyt do lampy operacyjnej wykonana z polipropylenu oraz folii PE. Górna część w kształcie koła o średnicy 12cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 ząbków. Dolna część wykonana z folii w kształcie worka o długości 15cm i szerokości 10cm.
27. 1x jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace o łącznej gramaturze min 98g/m². Całkowita długość min. 138cm, długość rękawa min. 54cm, długość mankietu min. 9cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha. Parametry minimalne w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min. 130cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 211/201 kPa. Rozmiar XL
28. 1x jednorazowy pełnobarierowy wzmocniony fartuch z włókniny typu Spunlace o łącznej gramaturze min 98g/m². Całkowita długość min. 127cm, długość rękawa min. 54cm, długość mankietu min. 9cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha. Parametry minimalne w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min. 130cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 211/201 kPa. Rozmiar L
29. 2x dren do ssaka wykonany z miękkiego tworzywa, 25-30CH, 350cm
30. 1x końcówka do odsysania Yankauer

Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min. 990cm H₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 105/83 kPa.

Opakowanie typu TYVEC posiadające prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające: kod produktu, kod kreskowy, nr LOT oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie: napis KRANIOTOMIA w zielonej ramce.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

81 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 9** sterylnego zestawu do embolizacji i angiografii o następującym składzie i parametrach:

1. 1x Serweta na stolik instrumentariuszki 150x200cm, służąca jako owinięcie zestawu wykonana w całości z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 59g/m², obszar wzmocniony na całej powierzchni serwety.
2. 2x Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 45g/m², elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartuch, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalający na aseptyczną aplikację. Roz. L
3. 1x Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 45g/m², elastyczny mankiet poliestrowy, konstrukcja fartuch, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalający na aseptyczną aplikację. Roz. XL
4. 4x ściereczki celulozowe 30x35cm
5. 1x serweta 150x200cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 56g/m²
6. 2x organizator przewodów typu velcro 22x2,5cm

1x wzmocniona serweta do angiografii o wymiarach min. 23x350cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych w części krytycznej wykonana z min 3 warstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu. Całkowity rozmiar strefy przylepnej wokół otworów min. 16x16cm (+/-2cm), średnica całkowita otworu częściowo wypełniona folią chirurgiczną 12,5cm (+/-1cm), średnica dostępu 7,5cm

1. (+/-0,5cm). Po obu stronach serweta zintegrowana z transparentną osłoną na pulpit sterowniczy o szerokości min. 65cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 59g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysoko chłonne w strefie krytycznej min. 105g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 164g/m².



2. 1x osłona w kształcie prostokąta z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 100x110cm wykonana z transparentnej folii PE
3. 1x osłona w kształcie czepek z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 60x120cm wykonana z transparentnej folii PE
4. 1x osłona w kształcie czepek z gumką na aparaturę medyczną w rozmiarze 60x120cm wykonana z transparentnej folii PE
5. 1x osłona na aparaturę medyczną z gumką w rozmiarze 80x150cm wykonana z transparentnej folii PE
6. 1x kleszcze blokowane, opatrunkowe do dezynfekcji 24cm
7. 80x kompres gazowy 7,5x7,5cm, 17 nitkowy 12 warstwowy
8. 1x miska 250ml w kolorze niebieskim
9. 1x miska 250ml transparentna
10. 1x miska na przewodnik 2500ml w kolorze niebieskim, średnica min.22cm
11. 1x strzykawka 3 częściowa LL 20ml, transparentna
12. 1x strzykawka 2 częściowa LL 20ml w kolorze zielonym
13. 2x trójkolorowa etykieta samoprzylepna
14. 1x osłona na uchwyt do lampy operacyjnej wykonana z polipropylenu oraz folii PE. Górna część w kształcie koła o średnicy 12cm, w części centralnej znajduje się otwór wyposażony w 16 ząbków. Dolna część wykonana z folii w kształcie worka o długości 15cm i szerokości 10cm.

Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3. Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obciążenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min. 990cm H₂O, odporność na rozerwanie suchy/mokro min. 160/123 kPa.

Opakowanie typu TYVEC posiadające prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające: kod produktu, kod kreskowy, nr LOT oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie: napis ANGIOGRAFIA w czerwonej ramce.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

82 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 11 pozycja 1** zestawu do wklucia centralnego w składzie:

1. Serweta na stolik Mayo – 1szt
2. Kompres gazowy 10x10cm 17N 8W – 15szt
3. Nerka celulozowa – 1szt
4. Igłotrzymacz metalowy typu Hegar 15cm
5. Czepek typu beret
6. Maski medyczne z gumką
7. Kompres włókninowy 10x10cm z nacięciem Y

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu

83 PYTANIE

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części 11 pozycja 2** zestawu do operacji ginekologicznych dolnych w składzie:

1. 1x serweta 160x240cm x 180cm (+/-5cm) zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10x15cm wykonana z chłonnego nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35x50cm (+/-5cm) wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
2. 1x serweta bez przylepca o wymiarach 75x90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m²
3. 1x taśma samoprzylepna 10x50cm
4. 1x serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki 150x190cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m², służąca jako owinięcie zestawu
5. 4x ręcznik chłonny 30x30cm wykonany z włókna typu spunlace o gramaturze min. 45g/m².

Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykietce znajdują się informacje: nr REF, data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu. Zgodne z normą PN-EN 13795.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu



84 PYTANIE

Dot. Pakiet 16 poz. 3,4

Czy Zamawiający dopuści sterylna kieszeń samoprzylepną na narzędzia, sterylizowaną tlenkiem etylu?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

85 PYTANIE

Dotyczy części nr 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stół Mayo wykonaną z gładkiej folii polietylenowej w kolorze niebieskim ze wzmocnieniem włókninowym w części roboczej w rozmiarze min. 60cm x 80cm.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

86 PYTANIE

Dotyczy części nr 17

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókna o gramaturze min. 20g/m²?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu.

87 PYTANIE

Dotyczy części nr 17

Czy Zamawiający dopuści pościel o następującym składzie:

1. Prześcieradło 210cm x 160cm
2. Poszewka na kołdrę 210cm x 160cm
3. Poszewka na poduszkę 70cm x 80cm

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

88 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 2

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu okulistycznego zawierającego:

- 1 serwetę okulistyczną dwuwarstwową o wymiarach 150x150cm z otworem przylepnym wypełnionym folią operacyjną (otwór 10 x 12 cm) i workiem na płyny, kolor aqua
- 1 serwetę na stół narzędziowy 150 x 160 cm

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

89 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 1-12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet wykonanych z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m² i chłonności 285%?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w treści SWZ

90 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 50x50cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozmiary wskazane w pytaniu , pozostałe parametry bez zmian

91 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 3 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 90x150cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów w SWZ



92 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 4 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 150x240cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza serwetę o rozmiarze 150x240, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

93 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 5 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 90x150cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

94 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 6 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 150x240cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

95 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej przylepnej w rozmiarze 50x50cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

96 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 10 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 75x90cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza parametry opisane w pytaniu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

97 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 95x120cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza serwetę o rozmiarze 95x120, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

98 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 12 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety sterylnej w rozmiarze 150x170cm z otworem przylepnym o średnicy 12cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza parametry opisane w pytaniu, pozostałe parametry zgodnie z SWZ

99 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 13 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej jałowej z nitką RTG i tasiemką 20N, 6W, 50x60cm, pakowanej w opakowania a'2szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 100 op. a'2szt.?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

100 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 7

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety operacyjnej jałowej z nitką RTG i tasiemką 20N, 6W, 45x45cm, pakowanej w opakowania a'2szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 9750 op. a'2szt.?

ODPOWIEDZ

(parametry wskazane w pytaniu dotyczą części 7 poz 14 a nie jak wskazuje w pytaniu Wykonawca w poz. 1)

Zamawiający dopuszcza w części 7 poz. 14 rozwiązanie opisane w pytaniu.



W przypadku zaoferowania serwet pakowanych po 2 szt. Wykonawca w Załączniku 4,7 przy wycenie w kolumnie „ ilość w opakowaniu” wpisuje 2 szt. , w kolumnie w „ ilość opakowań” wpisuje 9750 i w kolumnie „ cena jednostkowa netto za opakowanie: wpisuje cenę za jedno opakowanie zawierające 2 serwety. Pozostałe wyliczenia jak w opisie.

101 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 8

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, gramatura 90g/m²

1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, wzmocnienie 60 x 145 cm

1 x serweta przylepna 100 x 140 cm, dodatkowy pad chłonny w strefie krytycznej stanowiący trzecią warstwę laminatu, całkowita gramatura 110g/m².

2 x serweta przylepna dwuwarstwowa 75 x 75 cm, o gramaturze 55g/m²

2 x serweta przylepna dwuwarstwowa 50 x 50 cm, o gramaturze 55g/m²

1 x serweta Neuro Protect Plus 245 x 320 cm, otwór 30 x 19 cm wypełniony folia chirurgiczną, zintegrowana z torba do przechwytywania płynów wyposażoną w zawór do podłączenia drenu, wzmocnienia wysoko chłonne w strefie krytycznej o wymiarach 50 x 80 cm. Całkowita gramatura serwet w strefie wzmocnionej 110g/m²

2 x taśma elastyczna włókninowa przylepna 10 x 50 cm, o gramaturze 68g/m²

2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm, o gramaturze 55g/m²

50 x kompres z gazy i nitka RTG 10 x 10 cm 12W 17N

10 x tupfer okrągły z gazy i nitką RTG 20 x 20 cm,

1 x kieszeń przylepna 43 x 38 1-komorowa z PE

1 x kieszeń przylepna 43 x 38 2-komorowa z PE

2 x taca 14x24x2,5cm niebieska

1 x miska plastikowa 250 ml niebieska

1 x miska plastikowa 250 ml czerwona

1 x miska plastikowa 250 ml transparentna

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

1 x tupfer włókninowy kula 50mm

1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejsc

1 x marker skórny z linijką

1 x strzykawka gruszka

1 x czyścik do elektrody

2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

1 x ostrze chirurgiczne nr 11 z nasadką i osłonką

1 x ostrze chirurgiczne nr 23 z nasadką i osłonką

2 x uniwersalna osłona na uchwyt do lampy 12 x 9,5 x 5 cm

1 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony roz.XL

1 x fartuch chirurgiczny typu Spunlaced wzmocniony roz.L

2 x dren do ssaka 25/8,33 CH/mm 350 m

1 x końcówka metalowa do ssaka typu Ferguson 12FR

Parametry serwet wzmocnionych w strefie krytycznej : odporność na przenikanie cieczy min. 174cmH₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 335/339 kPa. Zestaw oznaczony zielonym napisem Kraniotomia.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

102 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 9

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie i parametrach:

1 x serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, gramatura 90g/m²

2 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard L

1 x fartuch chirurgiczny Foliodress Protect standard XL

1 x serweta nieprzylepna dwuwarstwowa 150 x 200 cm, o gramaturze 55g/m²

2 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

1 x serweta do angiografii Protect Plus 220 x 340 cm z dwoma otworami samoprzylepnymi w okolicy tętnic udowych 8/16 cm otoczonymi dodatkowym padem chłonnym 90 x 175 cm, folia na pulpit obustronnie. Całkowita gramatura serwet w strefie wzmocnionej 110g/m²

1 x osłona prostokątna na sprzęt medyczny z gumką PE 95 x 130 cm

1 x osłona prostokątna z gumką na sprzęt medyczny PE 122 x 65 cm

1 x osłona w kształcie czepka z gumką na sprzęt medyczny PE 152 x 76 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm



80 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek
1 x miska plastikowa 250 ml niebieska
1 x miska plastikowa 250 ml transparentna
1 x miska na prowadniki 2500ml niebieska
1 x strzykawka 3 częściowa 20 ml Luer-lock transparentna
1 x strzykawka 3 częściowa 20 ml Luer-lock czerwony tłok
2 x naklejka samoprzylepna biała
1 x uniwersalna osłona na uchwyt do lampy 12 x 9,5 x 5
1 x serweta absorbcyjna wiskozowa 50 x 50 cm
Parametry serwet wzmocnionych w strefie krytycznej : odporność na przenikanie cieczy min. 174cmH₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 335/339 kPa. Zestaw oznaczony czerwonym napisem Angiografia.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisu wskazanego w pytaniu

103 PYTANIE

CZĘŚĆ NR 10

Poz. nr 1 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania organizera przewodów (uchwyt Velcro) w postaci dwóch kawałków paska typu rzep z jednej strony z samoprzylepną nierepozycjonowalną warstwą zewnętrzną, w rozmiarze 2x23cm?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

104 PYTANIE

Część 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu podstawowego o składzie i parametrach jak poniżej:

Jałowy zestaw podstawy serwety niezawierające celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy- min 200 cm H₂O. Skład :

1. 1x osłona na stolik Mayo o min.wym. 80X145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową 40g/m²
2. 1x górna samoprzylepna niewzmocniona serweta o minimalnych wymiarach 150x240 cm
3. 1x dolna serweta samoprzylepna niewzmocniona o min. wymiarach 170x180cm
4. 2x boczne serwety samoprzylepne niewzmocnione o min. wymiarach 75x90cm
5. 1x taśma samoprzylepna wykonana z włókniny typu Spunlance 9x50 cm
6. 4x ręczniki 30x40 cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050 mm, wzmocniona włókniną PP o gramaturze 30 g/m² na obszarze min. 75x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze(karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1.

Do zestawu osobno pakowane 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione z włókniny SMMMS, o parametrach jak poniżej, z podaniem łącznej ceny za komplet.

Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m² wzmocniony „oddychającym” laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m², rękaw typu reglan, zakończony ok. 7cm dzianym poliestrowym mankietem, wzmocnienia na przodzie oraz 3/4 rękawów. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm, gramatura min. 60 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Rozmiar M, L, XL, XXL lub XXXL do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisu wskazanego w pytaniu

105 PYTANIE

Część 6 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu chirurgicznego wzmocnionego o składzie i parametrach jak poniżej:

Jałowy zestaw chirurgiczny wzmocniony - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m² wzmocnionego włóknina typu Spunlance o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przenikanie cieczy- min 200 cm H₂O. Chłoność w strefie krytycznej- min. 900%.

Skład:



1. 1x osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145 cm wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową 40g/m²
 2. 1x górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm (wzmocnienie o wym. min 50x75 cm)
 3. 1x dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym 175x200 cm (wzmocnienie o wym. min. 50x75cm)
 4. 2x boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym 75x90 cm (wzmocnienie o wym. min 45x60 cm)
 5. 1 x taśma samoprzylepna wykonana z włókniyny typu Spunlace 9x50cm
 6. 4x ręczniki 30x40cm, wzmocnione syntetyczną siatką
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050 mm, wzmocniona włókniną PP o gramaturze 30 g/m² na obszarze min. 75x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze(karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1.

Do zestawu osobno pakowane 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione z włókniyny SMMMS, o parametrach jak poniżej, z podaniem łącznej ceny za komplet.

Fartuch chirurgiczny z włókniyny SMMMS o gramaturze 35g/m² wzmocniony „oddychającym” laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m², rękaw typu reglan, zakończony ok. 7cm dzianym poliestrowym mankietem, wzmocnienia na przodzie oraz 3/4 rękawów. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm, gramatura min. 60 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Rozmiar M, L, XL, XXL lub XXXL do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisu wskazanego w pytaniu

106 PYTANIE

Część 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparoskopii w pozycji leżącej o składzie i parametrach jak poniżej:

Jałowy zestaw do laparoskopii (pozycja leżąca) - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniyny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70 g/m. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej - min 900 %.

Skład:

1. 1x osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145 cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065, wzmocniona włókniną polipropylenową 40g/m²
 2. 1x serweta o wymiarach 250/180x310cm z samoprzylepnym oknem 28x30x24cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wym. 16x50cm z 8 uchwyty (otworami) na przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm
 3. 2x ręczniki 30x40cm, wzmocnione syntetyczną siatką
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050 mm, wzmocniona włókniną PP o gramaturze 30 g/m² na obszarze min. 75x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze(karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1.

Do zestawu osobno pakowane 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione z włókniyny SMMMS, o parametrach jak poniżej, z podaniem łącznej ceny za komplet.

Fartuch chirurgiczny z włókniyny SMMMS o gramaturze 35g/m² wzmocniony „oddychającym” laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m², rękaw typu reglan, zakończony ok. 7cm dzianym poliestrowym mankietem, wzmocnienia na przodzie oraz 3/4 rękawów. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm, gramatura min. 60 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Rozmiar M, L, XL, XXL lub XXXL do wyboru przez Zamawiającego

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisu wskazanego w pytaniu



107 PYTANIE

Część 6 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparoskopii w pozycji litotomijnej o składzie i parametrach jak poniżej:

Jałowy zestaw do laparoskopii (pozycja litotomijna)- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62g/m² wzmocnionego włóknina typu Spunlance o gramaturze min.70g/m. Odporność materiału na przenikanie cieczy min 200 cm H₂O .Chłonność w strefie krytycznej min.900 % Skład:

1. 1x ostona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową 40g/m²

2. 1x serwetka wymiarach 250/260x300cm z przylepnym oknem 28x30x24cm, ze zintegrowanymi nogawicami i dwiema podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wymiarach 16x50cm z 8. uchwyty (otworami) na przewody

3. 2x ręcznik celulozowe 30x40 cm wzmocnione syntetyczną siatką

Całość zawinięta w serwetkę na stół instrumentariuszki o min. wym.140x190cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,050 mm, wzmocniona włókniną PP o gramaturze 30 g/m² na obszarze min. 75x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu folia-papier, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze(karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Zgodność z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135-1 oraz EN 556-1.

Do zestawu osobno pakowane 3 fartuchy chirurgiczne wzmocnione z włókniny SMMMS, o parametrach jak poniżej, z podaniem łącznej ceny za komplet.

Fartuch chirurgiczny z włókniny SMMMS o gramaturze 35g/m² wzmocniony „oddychającym” laminatem PP/PE o gramaturze min. 40g/m², rękaw typu reglan, zakończony ok. 7cm dzianym poliestrowym mankietem, wzmocnienia na przodzie oraz 3/4 rękawów. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 40 cm, gramatura min. 60 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Rozmiar M, L, XL, XXL lub XXXL do wyboru przez Zamawiającego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisu wskazanego w pytaniu

108 PYTANIE

Pytania do projektu umowy:

Wnosimy o wykreślenie § 2 ust. 10 projektu umowy.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy.

109 PYTANIE

Pytania do projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 13 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania *każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*” **UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również

zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich

wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy.



110 PYTANIE

Pytania do projektu umowy:

1) Wnosimy o modyfikację § 5 ust. 1 projektu umowy poprzez zmianę wysokości przewidzianych nim kar umownych odpowiednio:

a. Do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a);

b. Do wysokości 0,5% wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. b);

c. Do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy w lit. d)

Niezależnie od powyższego wnosimy o wykreślenie lit. c)

UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy.

111 PYTANIE

Pytania do projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 6 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści przesłanki przewidzianej lit. a) a w konsekwencji tego dodanie do niniejszego § ust. 11 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy.

112 PYTANIE

Pytania do projektu umowy:

Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 12 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zgodnie z treścią art. 440 w zw. z art. 439 ust. 2 lit b) ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) w przypadku umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej na okres dłuższy niż 12 miesięcy zamawiający jest zobligowany do zawarcia w jej treści postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Powyższa zmiana nie ogranicza się wyłącznie do umów wskazanych w treści art. 439 ust. 1 ale może również zostać przewidziana w innej umowie tj. umowie dostawy zgodnie z treścią art. 440. Jak słusznie zauważa M. Jaworska „stosowanie klauzul waloryzacyjnych jest również korzystne dla zamawiających, pozwala bowiem na ponoszenie rzeczywistych kosztów wykonania zamówienia, nieobarczonych narzutem związanym z koniecznością ujęcia w cenie ryzyka ich wzrostu. Stosowanie klauzul waloryzacyjnych zapobiega również powstawaniu sytuacji, kiedy wykonanie zamówienia przestaje być opłacalne, a tym samym sprzyja trwałości stosunku umownego, co niewątpliwie jest korzystne dla obu stron umowy.” (M. Jaworska, w: Komentarz PZP, wydanie I, 2021)



ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy.

113 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części Nr 16 dopuści zestaw do iniekcji dogatkowych o składzie:

- Obłożenie na stół niepyłące – 75 x 90cm – 1 szt.
- Obłożenie na pacjenta – 50 x 60 cm, z otworem na oko naciętym -10 x 10 cm i przylepcem – 1 szt.
- Rozwórka metalowa Baraquer jednorazowa – 1 szt.
- Metalowy znacznik pomiaru odległości iniekcji od rąbka 3,5-4,0mm – 1 szt.
- Pateczki absorbcyjne ("papierosy") – 2 szt.

Zestaw jednorazowy, sterylny

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

W załączeniu zmieniony załącznik 4,9 dotyczący części 9

W przypadku gdy Zamawiający w odpowiedziach na pytania dopuszcza zestawy opisane w pytaniu, Wykonawca winien pod opisem przedmiotu zamówienia zaznaczyć iż jest to opis dopuszczony w odpowiedziach na pytania (data odpowiedzi i numer pytania)

Stosownie do art. 137 ust. 6 ustawy PZP zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2021r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2021r. o godz. 10:30

Oferta musi zachować ważność do 07.11.2021r.


DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Renata Wachowicz