



DZP.381.14B.2023

Katowice 13.03.2023 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji p.n.
Obsługa serwisowa aparatury neonatologicznej - L

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania :

PYTANIE 1

Pakiet nr 2

Załącznik nr 3 Wzór umowy

§4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do:

- ust. a. do 0,2%?

- ust. b. do 0,2%?

- ust. d. do 500 zł?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SWZ

§4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 10%?

Uzasadnienie: Ustalane kary są wysokie, odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego a obecny poziom kar w w/w zapisach umowy przeczy zasadzie równości stron umowy.

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z zapisami SWZ

§2 ust. 4

Interwały czasowe na wykonanie przeglądu zgodnie z instrukcją producenta przypadają na ostatni dzień danego miesiąca. Czy Zamawiający zgodzi się na modyfikację zapisów w tym punkcie lub zgodzi się na wysłanie zleceń do wykonawcy w miesiącu poprzedzającym dany przegląd. Czas 10 dni z uwagi na obecne globalne problemy z dostawą części i poszczególnymi komponentami do zestawów przeglądowych jest w niektórych przypadkach zbyt krótkim terminem.

Odpowiedź:

Na życzenie Wykonawcy Zamawiający po podpisaniu umowy przygotuje harmonogram przeglądów technicznych.

W związku z powyższym, w wyniku modyfikacji §2 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

Przeglądy techniczne (w ilościach wynikających z zaleceń producenta) będą wykonywane w terminie maksymalnie do 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania przez Wykonawcę drogą elektroniczną zlecenia wystawionego przez Dział Aparatury Medycznej Zamawiającego. Szczegóły dotyczące daty i godziny wykonania przeglądu Wykonawca jest zobowiązany ustalić z Działem Aparatury Medycznej Zamawiającego.

Na życzenie Wykonawcy Zamawiający po podpisaniu umowy przygotuje harmonogram przeglądów technicznych.

PYTANIE 2

Pakiet nr 2

W przedmiotowym pakiecie znajdują się inkubatory Babyleo, w których podczas procedury przeglądowej należy skalibrować: czujniki tlenu, wagę, system przyzywania personelu, obroty wentylatora, prąd pomiarowy czujników O2 w 50 i 100%. Kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby przeglądy były wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

KRS: 0000049660
Księga rej.: 000000018597



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Zamawiający:

- przesuwa termin składania ofert z dnia 15.03.2023 r. godz. 10:00 na dzień **16.03.2023 r.**
godz. 10:00
- przesuwa termin otwarcia ofert z dnia 15.03.2023 r. godz. 10:30 na dzień **16.03.2023 r.**
godz. 10:30

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych