



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP.381.61B.2023

Katowice 20.07.2023 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. **Dostawa komory laminarnej**

Pytanie 1:

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o poziomie ciśnienia akustycznego PN-EN ISO 11201 o wartości < 53 dB ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza komory laminarnej o poziomie ciśnienia akustycznego >50 dB

Uzasadnienie: Urządzenie o poziomie ciśnienia akustycznego 53 dB jest dwukrotnie głośniejsze od wymaganego, co przy planowanej długotrwałej pracy stanowić będzie poważny dyskomfort dla personelu i otoczenia.

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuści komorę laminarną o wysokości wewnętrznej 660 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza komorę laminarną o wysokości wewnętrznej ≥ 660 mm zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 4.

Pytanie 3:

Czy blat ma być jednoczęściowy, czy może być złożony z 4 płyt?

Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza komorę laminarną wyposażoną w blat jednoczęściowy lub dzielony składający się z 2-4 paneli zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 4.

Zamawiający niniejszym przesługuje termin składania ofert:

z 21.07.2023 r. godz. 10⁰⁰ na 25.07.2023 r. godz. 10⁰⁰
oraz

przesługuje termin otwarcia ofert

z 21.07.2023 r. godz. 10³⁰ na 25.07.2023 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych