



DZP.381.55B.2021

Katowice 20.10.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) p.n.:
Dostawa ultrasonografu - DZP.381.55B.2021

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Dotyczy Załącznika nr 3 Wzór umowy § 5 ust. 2

„Łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust 1.”

Zwracamy się z prośbą o zmianę przedmiotowego ustępu w następujący sposób:

„Łączna wysokość kar umownych, jakimi Zamawiający może obciążyć Wykonawcę na podstawie umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 3 ust 1.”

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 2:

Dotyczy SWZ

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą Załącznika nr 2 do SWZ - Zestawienie Parametrów Technicznych.

Odp.:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą Zestawienia Parametrów Technicznych – załącznik nr 4.

Pytanie 3:

Pytanie do punktu 22.

Start systemu z trybu wyłączenia (Shutdown) max. 30 sek.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który uruchamia się w czasie do 120 sekund z trybu wyłączenia (Shutdown)? Pragniemy zauważyć, iż oferowany system posiada w standardzie zasilanie bateryjne, które umożliwia uśpienie urządzenia jednym przyciskiem, gdy nie jest wykorzystywane oraz jego błyskawiczne wzbudzenie w czasie poniżej 20 sekund. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp.:

Zamawiający modyfikuje Zestawienie Parametrów Technicznych oraz Wykaz do oceny parametrów jakościowych (ocena techniczna) zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 i 5.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje punkt XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie punktu ad.2), który otrzymuje następujące brzmienie:

Ad.2 kryterium Jakość (ocena techniczna) (PJ) – waga 20%

Kryterium „jakość” dotyczy **ultrasonografu**.

Kryterium parametrów jakościowych (ocena techniczna) polegać będzie na ocenie dokonanej zgodnie z załącznikiem nr 5 **Wykaz do oceny parametrów jakościowych (ocena techniczna)**. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dołączy wraz z ofertą w/w



Wykazu to Zamawiający w ramach kryterium PJ przyzna Wykonawcy 0 punktów.

Ocena ostateczna dla tego kryterium będzie obliczana wg wzoru:

$$PJ = \frac{J_{of}}{J_{max} \text{ (tj. 212)}} \times 100 \text{ pkt} \times 20 \%$$

gdzie:

PJ - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium jakości (ocena techniczna)

J_{of} – wartość punktowa badanej oferty

J_{max} – najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania w ocenie jakościowej tj. 212 punktów.

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Pytanie 4:

Pytanie do punktu 33.

Oprogramowanie ulepszające obrazowanie – wizualizację igły biopsyjnej

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który nie posiada specjalnego oprogramowania poprawiającego wizualizację igły biopsyjnej? Jakość obrazowania 2D uzyskana przy pomocy najnowszych przetworników ultrasonograficzny typu „PureWave” pozwala na uwidocznienie igły podczas biopsji czy też ostrzykiwania toksyną botulinową bez konieczności stosowania specjalnej aplikacji. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp.:

Zamawiający modyfikuje Zestawienie Parametrów Technicznych oraz Wykaz do oceny parametrów jakościowych (ocena techniczna) zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 i 5.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje punkt XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie punktu ad2), który otrzymuje następujące brzmienie:

Ad.2 kryterium Jakość (ocena techniczna) (PJ) – waga 20%

Kryterium „jakość” dotyczy ultrasonografu.

Kryterium parametrów jakościowych (ocena techniczna) polegać będzie na ocenie dokonanej zgodnie z załącznikiem nr 5 **Wykaz do oceny parametrów jakościowych (ocena techniczna). W sytuacji, gdy Wykonawca nie dołączy wraz z ofertą w/w Wykazu to Zamawiający w ramach kryterium PJ przyzna Wykonawcy 0 punktów.**

Ocena ostateczna dla tego kryterium będzie obliczana wg wzoru:

$$PJ = \frac{J_{of}}{J_{max} \text{ (tj. 212)}} \times 100 \text{ pkt} \times 20 \%$$

gdzie:

PJ - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium jakości (ocena techniczna)

J_{of} – wartość punktowa badanej oferty

J_{max} – najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania w ocenie jakościowej tj. 212 punktów.

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Pytanie 5:

Pytanie do punktu 75

Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania dopplerowskiego o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości, odpornego na artefakty ruchowe, przeznaczonego do



wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek., pozwalającego między innymi na uwidocznienie naczyń odżywczych w obrębie blaszek miażdżycowych w tętnicach szyjnych oraz umożliwiającego zróżnicowanie miękkich blaszek miażdżycowych o niskiej echogeniczności, dostępny na głowicy convex, linia. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania $FR > 50$ obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2×2 cm.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, który w swoich możliwościach rozbudowy nie posiada specjalnego trybu obrazowania, który to służy do wizualizacji mikro przepływów poniżej 1 cm/sekunde, gdzie prędkość odświeżania wynosi $FR > 50$ obr/sekundę przy bramce większej niż 2×2 cm. Pragniemy zauważyć, że oferowany aparat w standardzie posiada tryb angiologiczny tzw. Power Doppler oraz Power Doppler kierunkowy. Dodatkowo proponujemy tryb dopplerowski o wysokiej czułości „microCPA”, zapewniający znacznie lepszą wizualizację przepływów w niewielkiej prędkości i energii bez artefaktów ruchowych, zachowując większą rozdzielczość pozyskanych obrazów. Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Odp.:

Zamawiający modyfikuje Zestawienie Parametrów Technicznych oraz Wykaz do oceny parametrów jakościowych (ocena techniczna) zgodnie z dołączonym zmodyfikowanym załącznikiem 4 i 5.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje punkt XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie punktu ad.2), który otrzymuje następujące brzmienie:

Ad.2 kryterium Jakość (ocena techniczna) (PJ) – waga 20%

Kryterium „jakość” dotyczy ultrasonografu.

Kryterium parametrów jakościowych (ocena techniczna) polegać będzie na ocenie dokonanej zgodnie z załącznikiem nr 5 **Wykaz do oceny parametrów jakościowych (ocena techniczna).W sytuacji, gdy Wykonawca nie dołączy wraz z ofertą w/w Wykazu to Zamawiający w ramach kryterium PJ przyzna Wykonawcy 0 punktów.**

Ocena ostateczna dla tego kryterium będzie obliczana wg wzoru:

$$PJ = \frac{J_{of}}{J_{max}} \times 100 \text{ pkt} \times 20 \%$$

J_{max} (tj. 212)

gdzie:

PJ - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium jakość (ocena techniczna)

J_{of} – wartość punktowa badanej oferty

J_{max} – najwyższa ilość punktów możliwa do uzyskania w ocenie jakościowej tj. 212 punktów.

W tym kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

Pytanie 6:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nowym postanowieniem o następującej treści:

„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §... umowy.”

Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.



Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 7:

Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem, serwis itd.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odp.:

Kwestie związane z wpływem pandemii na obowiązki wykonawcy regulują powszechnie obowiązujące przepisy. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 8:

Czy z uwagi na niemożliwość do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkolenie?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany w SWZ oraz w umowie.

Odp.:

Kwestie związane z wpływem pandemii na obowiązki wykonawcy regulują powszechnie obowiązujące przepisy. Zamawiający nie modyfikuje wzoru umowy.

Pytanie 9:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaże Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę;



wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregoś z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej? cd

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odp.:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Zamawiający przesuwa termin składania ofert:
z 21.10.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 25.10.2021 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 21.10.2021 r. godz. 10³⁰ na 25.10.2021 r. godz. 10³⁰

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin związania ofertą:
z 16.11.2021 r. na 23.11.2021 r.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

