



DZP/381/14B/2020

Katowice 06.03.2020 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego ” - DZP/381/14B/2020

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 25

Czy Zamawiający potwierdza, że analogicznie jak w zapisie w punkcie 22 wymagana dokładność to „ $\pm 5\%$ przy $mAs > 2$ ” oraz „ $\pm 0,1$ mAs przy $mAs \leq 2$ ” ?

Brak znaku „ $\pm$ ” w obecnym zapisie wymagania w punkcie 25 może powodować różnice w interpretacji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 2: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 27

Czy Zamawiający potwierdza, że aparat z krokowymi nastawami parametrów badania, który charakteryzuje się prądem 225 mA dla 133 kV spełnia wymagania tego punktu?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje za spełnione wymaganie dotyczące prądu maksymalnego na poziomie min. 220 mA dla 130 KV, dla urządzenia o parametrach 225 mA dla 133 kV.

Pytanie nr 3: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, pkt 27

Czy Zamawiający potwierdza, że można zaoferować mu fabrycznie nowy aparat wyprodukowany ponad rok temu (w styczniu 2019r.), czy też zapis w tym punkcie zawiera omyłkę pisarską i wymóg powinien brzmieć „Rok produkcji nie starszy niż wyprodukowany w 2020r.” ?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że można zaoferować mu fabrycznie nowy aparat wyprodukowany ponad rok temu (w styczniu 2019r.) Jednocześnie Zamawiający wprowadza punkt 1 jako punktowane kryterium w związku z czym zmianie ulega załącznik nr 2 załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) oraz załącznik nr 3 do SIWZ (Wykaz do oceny parametrów jakościowych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników

Pytanie nr 4: Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 5 ust. 1. ppkt. a.)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,2% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia ponad termin dostawy?

Uzasadnienie:

W umowach na dostawę sprzętu medycznego, powszechnie przyjmowanymi są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5: Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 5 ust. 1. ppkt. b.)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dotrzymania terminów dot. czasu reakcji i czasu naprawy aparatu?



Uzasadnienie:

W umowach na dostawę sprzętu medycznego, powszechnie przyjmowanymi są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dotrzymania terminów dot. czasu reakcji i czasu naprawy aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6: Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 5 ust. 1. ppkt. c.)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dotrzymania terminu za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego?

Uzasadnienie:

W umowach na dostawę sprzętu medycznego, powszechnie przyjmowanymi są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w przypadku nie dotrzymania terminów dot. wykonania przeglądu technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7: Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 2 ust. 8

Mając na uwadze, że oryginalne dokumenty – w szczególności instrukcja są sporządzone w języku angielskim, jak również mając na wadze, że zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dopuszczalne jest dostarczanie instrukcji w języku angielskim uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody na możliwość dostarczenia instrukcji obsługi w języku angielskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8: Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 4

Czy Zamawiający celem doprecyzowania wyrazi zgodę na dodanie w § 4 kolejnych punktów o następującym brzmieniu:

„15. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zaniecie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.

16. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9: Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 5, ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ustępu 3 w następujący sposób:

„W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględnie



przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10: Dotyczy SIWZ z Załącznikami

Aby móc korzystać z urządzenia RTG konieczne jest między innymi spełnienie wymogów formalnych, w tym uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia wydawanego przez Sanepid na użytkowanie aparatu o wskazanym numerze seryjnym. Dlatego też w przypadku aparatów RTG możliwość korzystania z urządzenia jest znacznie odsunięta w czasie od jego dostawy. W praktyce czas naprawy aparatu RTG jest krótszy niż czas, w którym można by zacząć użytkować zastępczy aparat RTG i cała procedura oraz nakład pracy związany ze sprowadzeniem takiego aparatu RTG oraz uzyskaniem przez Zamawiającego zezwolenia na jego użytkowanie jest bezcelowy. Ponadto Zamawiający określił w tym postępowaniu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu naprawy gwarancyjnej.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie z SIWZ wraz z załącznikami zapisów mówiących o obowiązku dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym wykreśla zapisy o urządzeniu zastępczym w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) oraz załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników.

Pytanie nr 11: Dotyczy SIWZ z Załącznikami

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we wszystkich miejscach SIWZ wraz z załącznikami, pod pojęciem „dni robocze” rozumie dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza – patrz paragraf 2 ust 5 wzoru umowy oraz pkt V. 42 Zestawienia Parametrów Technicznych.

Pytanie nr 12: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ, cz. V Wyposażenie i wymagania dodatkowe, pkt 44

Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie zakresu podstawowej obsługi i następujące brzmienie punktu 44: „Przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej z zakresu podstawowej obsługi technicznej, konserwacji, diagnostyki i usuwania drobnych usterek opisanych



w instrukcji obsługi urządzenia dostarczonej przez producenta aparatu, potwierdzone certyfikatem/protokołem szkolenia”?

Odpowiedź:

Po modyfikacji załącznika nr 2 pytanie dotyczy punktu 45.

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Proponowana zmiana nie wpływa na zakres szkolenia, gdyż jest on określany przez Wykonawcę. To wykonawca określa czy będzie to na podstawie instrukcji obsługi czy też innych wytycznych.

Pytanie nr 13 : Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ, Wzór umowy § 4 ust 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „zobowiązuje się do wymiany urządzenia na nowe” na „zobowiązuje się do wymiany części lub podzespołu”?

Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź:

Ponieważ wymiana całego urządzenia miała by mieć miejsce jedynie w przypadku wcześniejszej 3 krotnej wymiany jednego i tego samego elementu, co wskazuje na brak skuteczności takiej naprawy urządzenia, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 14 : Dotyczy pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści aparat renomowanego producenta którego masa wynosi 560 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jednocześnie wprowadzając punkt 14 jako punktowane kryterium w związku z czym zmiana ulega załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) oraz załącznik nr 3 do SIWZ (Wykaz do oceny parametrów jakościowych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników

Pytanie nr 15: Dotyczy pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat , w którego wymiary wynoszą odpowiednio 131 x 67 x 198 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 16: Dotyczy pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści aparat ,którego zakres poziomego ustawienia lampy wynosi 70 do 125 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 17: Dotyczy pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści aparat ,którego maksymalny prąd dla 128 KV wynosi 250mA?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 18: Dotyczy pkt. 36

Czy zamawiający dopuści aparat ,którego oświetlenie pola kolimacji wynosi 160 luksów?

Odpowiedź:



Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 19: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o wadze min 412 kg waga podana wraz z akumulatorami?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 14 powyżej

Pytanie nr 20: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem wysokości lampy od 0,76 do 2, metrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 21: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o wymiarach 1168mm x0,576 x1885mm różnica jest znikoma i nie ma wpływu na funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 22: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych

Pytanie dotyczy zakresu zasięgu poziomego ustawienia lampy:

Czy zamawiający doprecyzuje o który zasięg chodzi poziomy przedni czy poziomy boczny?

Czy zamawiający dopuści aparat o zakresach 710 ÷ 1070 mm (do przodu wysuw) 517 ÷ 877 mm (w pozycji bocznej wysuw)

Odpowiedź:

Niniejszym Zamawiający zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 23: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych

Czy zamawiający dopuści aparat z zakresem napięć min 40 -125V

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 24: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych

Pytanie dotyczy Dokładność kV min. Czy zamawiający dopuści zakres tętnienia mniejszy niż 2% dla np. 100kV?

Ponieważ tak precyzyjne podawanie zakresu to wskazanie na cechy danego aparatu, gdzie parametr taki nie ma istotnego znaczenia dla użytkownika

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje wymagania związanego z tętnieniem

Pytanie nr 25: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych

Maksymalny prąd (iloczyn prądu lampy i czasu ekspozycji) min. 350 mAs. Czy zamawiający dopuści aparat z zakresem do 320mAs

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.



Pytanie nr 26: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych
Maksymalny prąd min. 420 mA. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z prądem min 320mA?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza jednocześnie wprowadzając punkt 26 jako punktowane kryterium w związku z czym zmienia ulega załącznik nr 2 (zestawienie parametrów technicznych) oraz załącznik nr 3 do SIWZ (Wykaz do oceny parametrów jakościowych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników

Pytanie nr 27: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych
Zakres czasów ekspozycji min.: 1,2 ms do 4,5 s. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z maksymalnym czasem ekspozycji min 3s?
Odpowiedź:


Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 2 do SIWZ (zestawienie parametrów technicznych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 28: Dotyczy załącznika nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat o ogniskach min 0,6 mm i 1,2mm?
Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmieniając załącznik nr 2 (zestawienie parametrów technicznych) oraz załącznik nr 3 do SIWZ (Wykaz do oceny parametrów jakościowych) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników.

UWAGA

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:
z 09.03.2020 r. godz. 10⁰⁰ na 11.03.2020 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwą termin otwarcia ofert
z 09.03.2020 r. godz. 10³⁰ na 11.03.2020 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego,
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Madaj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych