

Katowice dn. 25.08.2017r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego : na dostawę sprzętu do zabiegów endowaskularnych, neuroradiologicznych i obwodowych oraz diagnostyki wewnątrznaczyniowej - D/ZP/381/71A/17.

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie z pakietu nr 1 pozycji nr 9 Mikrocewnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych (Xcelerator) , w związku z wycofaniem produktu z obrotu handlowego?

Odpowiedź

Zamawiający usuwa z Pakietu nr 1 pozycję nr 9.

W załączeniu zmodyfikowany formularz asortymentowo- cenowy stanowiący załącznik nr 4.1 do SIWZ.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2017r. godz. 10:00

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 13.09.2017r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.09.2017r. godz. 10:30.

DYREKTOR

Ireneusz Ryszkiet

Pakiet 1

Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczynek wewnątrzczaszkowych: mikrocewniki, cewniki urządzenie do rekonstrukcji naczyń mózgowych,

I. p.	Opis przedmiotu zamówienia	J. m.	Wymagana ilość	Cena j. m. netto	Wartość netto	Stawka VAT%	Podatek kwota	Wartość brutto	Producent/ Klasa wyrobu med.	Nazwa handlowa, nr katalogowy, kod, itp.
1.	<i>Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczynek wewnątrzczaszkowych</i> - Materiał embolizacyjny do embolizacji naczynek na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu. Dobra wizualizacja we fluoroskopii. Dostępny w trzech lepkościach: 18, 24 oraz 34. W zestawie jedna fiolka materiału embolizacyjnego, jedna fiolka rozpuszczalnika, trzy strzykawki oraz adapter zmniejszający objętość środka embolizującego zalegającego w mikrocewniku.	szt.	30							
2.	<i>Mikrocewnik infuzyjny typu kompatybilny z materiałem embolizacyjnym</i> - Długość całkowita 165 lub 170 cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,010". Z odczepianą końcówką lub nie. Odczepiana końcówka o długości: 1,5/3/5cm. O zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej. O dużej odporności na załamanie. O dużej odporności na rozciąganie. Dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika w skopii RTG. Pokrycie hydrofilne na całej długości	szt.	40							
3.	<i>Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych</i> Cewnik zbrojony z opłotem nitynowym Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów –każda część cewnika o innej sztywności. Dostępne długości: 105 cm, 115 cm i 125 cm, miękka część dystalna o długości 8cm. Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96cm. Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika. Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniującej w skopii RTG. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Różne kształty końcówek. Pokrycie hydrofilne na całej długości.	szt.	50							
4.	<i>Urządzenie do rekonstrukcji naczyń mózgowych</i> - Urządzenie do przeznaczone do leczenia śródnaczyniowego złożonych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szypule oraz w rozwidleniu tętnic. Urządzenie wykonane z nitynu. Dopasowujące się do naczyń o średnicy od 2 do 4 mm. Dostępne różnej średnicy najszerzej sekcji centralnej. Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej. Repozycjonowalność z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu. Urządzenie ultra-elastyczne w dostawie – zachowujące się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna. Dobra widoczność w skopii RTG	szt.	50							

Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem - Implant wykonany w postaci tubularnej siatki. Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka - Rozmiary: długości: 10/12/14/16/18/20mm w zakresie średnic 2,5-5,0mm co 0,25mm, oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm co 0,25mm. Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu		szt.	30																
System dostawczy do implantu - Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny opłot i plecione wzmocnienie na całej długości. Miętki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027" na całej długości, długość robocza 105/135/150cm		szt.	30																
Mikrocewnik do dostarczania spiral - o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,014". O średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017" na całej długości. O czterech strefach miękkości od najsztwniejszej do najbardziej miękkiej. O zmiennej geometrii splotu. Różne kształty końcówek. Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległość o 3cm od siebie .Pokrycie hydrofilne.		szt.	100																
Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych - o długości całkowitej 175cm lub 200cm lub 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci opłotu platynowego o długości 5, 10 lub 20cm. Prowadnik miękki, ataumatyczny. Średnica przewodnika: 0,008" lub 0,010" lub 0,014" lub 0,016" na całej długości. Dostępna opcja przewodnika o zwiększonym podparciu. Pokrycie hydrofilne w części dystalnej.		szt.	150																
Mikrocewnik dostawczy do stentów – o długości całkowitej 150 lub 158 lub 135cm kompatybilny z przewodnikiem maksymalnie 0,018" lub 0,021". Posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden widoczne w skopii RTG. O średnicy wewnętrznej kompatybilnej z mikrokleszczami. Pokrycie hydrofilne		szt.	60																
Spirale embolizacyjne - Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165" posiadającym dwa markery. Konstrukcja łączy między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system mechaniczny. Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2 - 25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary)		szt.	300																
Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral		szt.	40																

12

Pakiet 1

Szt. 50

RAZEM NETTO

Podatek VAT

RAZEM BRUTTO

Wymagania

Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie "Wymagane ilości" formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

.....
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy