

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE  
OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
BILIRUBINOMETR – 2SZT.

| Lp. | Opis wymaganych parametru, funkcji                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2023                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | Okres gwarancji min. 24 miesiące                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3   | Maksymalne wymiary aparatu: 60 mm x 45 mm x 170 mm                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | Brak konieczności pobierania krwi                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | Skaner kodów kreskowych                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6   | Transfer danych umożliwiający przesył pomiarów                                                                                                                                                                                                                   |
| 7   | Głowica pomiarowa wielokrotnego użytku                                                                                                                                                                                                                           |
| 8   | Odporność na dezynfekcję roztworami alkoholowymi                                                                                                                                                                                                                 |
| 9   | Dotykowy wyświetlacz: - możliwość regulacji kontrastu, - możliwość regulacji czułości wyświetlacza                                                                                                                                                               |
| 10  | Wybór wyniku pomiaru w mg/dl lub $\mu\text{mol/L}$                                                                                                                                                                                                               |
| 11  | Pamięć: możliwość zapisania min. 80 pacjentów                                                                                                                                                                                                                    |
| 12  | Możliwość badania pacjentów od min. 25 tygodnia wieku ciążowego                                                                                                                                                                                                  |
| 13  | Pojemność akumulatora pozwalająca na wykonanie przynajmniej 200 pojedynczych pomiarów po pełnym naładowaniu                                                                                                                                                      |
| 14  | Średni błąd pomiarowy maks. $\pm 1,5 \text{ mg/dl}$ ( $\pm 25,5 \mu\text{mol/L}$ ) dla pacjentów >35 tygodnia wieku ciążowego<br>Średni błąd pomiarowy maks. $\pm 1,6 \text{ mg/dl}$ ( $\pm 27,4 \mu\text{mol/L}$ ) dla pacjentów 25-35 tygodnia wieku ciążowego |
| 15  | Zakres pomiarowy 0,0 do 20,0 mg/dl (0 do 340 $\mu\text{mol/L}$ )                                                                                                                                                                                                 |
| 16  | Masa z akumulatorem 205g $\pm 10\%$                                                                                                                                                                                                                              |
| 17  | Klasyfikacja zgodnie z dyrektywą UE 93/42/EWG : IIa                                                                                                                                                                                                              |
| 18  | Żywotność źródła światła min. 120 000 pomiarów                                                                                                                                                                                                                   |