



DZP.381.90B.2022

Katowice 15.11.2022r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert

*Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę Zestawu histeroskopowego z histeroskopami diagnostycznymi i zabiegowymi*

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Pytanie do części nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw histeroskopowy z histeroskopami diagnostycznymi i zabiegowymi o następujących parametrach:

Rok produkcji- 2022

Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz

PRZENOŚNA KAMERA ENDOSKOPOWA Z MONITOREM FULL HD Kamera endoskopowa z kablem USB, specyfikacja: - rozdzielczość video: Full HD 1920x1080/ 30fps - technologia CMOS - port USB 3.0

Ekran wyświetlacza w technologii min. FULL HD

Odwzorowanie kolorów Ra min. 92

Zdjęcia w formacie JPG

Tryb wideo w formacie MP4

Waga max 4 kg

Wejście portu USB - 2 lub 3

Wejście HDMI 1 szt.

Przycisk regulacji natężenia światła

Klawisze zmiany menu

Klawisz automatycznego balansu bieli

Włącznik trybu zapisu zdjęcia

Włącznik trybu zapisu wideo

Zmiana jasności ekranu

Wzmocnione koloru

Automatyczny balans bieli

Zmiana stopnia wyostrenia obrazu

Cyfrowe powiększenie obrazu

Przesunięcie obrazu w pionie i w poziomie

Przycisk balansu bieli na głowicy kamery

Przycisk stopklatka na głowicy kamery

Pierścień ustawienia ostrości na głowicy kamery

Zaślepka głowicy kamery w komplecie

Światłowód medyczny, autoklawowalny, wielorazowego użytku, śr.3,5mm, dł.min.2,3m – 1 szt.

Walizka transportowa – 1 szt.

Zasilacz sieciowy – 1 szt.

POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA Jednorolkowa pompa ssąco-płuczająca wielofunkcyjna z programem do zabiegów histeroskopowych.

Możliwość pracy w trybach laparoscopia, histeroscopia, artroskopia, urologia.

Pompa wyposażona w ekran LCD, dotykowy do sterowania parametrami o przekątnej min. 5,7 cala. Wszystkie parametry zadane i aktualne wyświetlane na ekranie w zależności o wyboru specjalności

Pompa wyposażona w automatyczny system rozpoznawania narzędzia dobierając optymalne nastawy pracy

Możliwość rozbudowy pompy o sterownik nożny

Zakres ciśnienia w trybie artroskopowym min. 5-150mmHg

Wartość przepływu w trybie artroskopowym w zakresie min. 0,1-1,8l

Zakres ciśnienia w trybie histeroskopowym min. 15-150mmHg

Wartość przepływu w trybie histeroskopowym w zakresie min. 50-500ml

Zakres ciśnienia w trybie urologicznym min.15-150 mmHg

Wartość przepływu w trybie urologicznym w zakresie min. 50-500ml

Wartość przepływu roboczego w trybie laparoskopowym min. 1,0-1,8l

Max. Wartość odsysania w trybie laparoskopowym min. 2l/min

Wymóg wyświetlanych wartości dla programu artroskopia na ekranie co najmniej: ciśnienie aktualne, ciśnienie zadane, zadany przepływ, czas zabiegu lub czas pracy w trybie „WASH”, zużyta objętość płynu podczas zabiegu a przy podłączonej wadze mierzącej deficyt płynów wprowadzonych i odprowadzonych zamiast objętości płynu wyświetlanie wartości deficytu. . Możliwość ustawienia różnicy wysokości pomiędzy pompą, a zawieszonym workiem z medium celem optymalizacji pracy pompy.



Możliwość ustawienia alarmu ostrzegającego przed opróżnieniem worka z medium w trakcie zabiegu w zakresie min. 0,5-5,0l

Zabezpieczenie przed przekroczeniem zadanego ciśnienia o 10mmHg lub przekroczeniem 150mmHg poprzez sygnał dźwiękowy i natychmiastowe obniżenie ciśnienia poprzez cofnięcie się koła rolkowego

Sterowanie skokiem zadanego przepływu co 0,1l lub przytrzymując dłużej ikonę na panelu dotykowym co 0,5l.

Sterowanie skokiem zadanego ciśnienia co 5mmHg lub przytrzymując dłużej ikonę co 10mmHg

Możliwość ustawienia różnicy wysokości w trybie histeroskopia pomiędzy urządzeniem i pacjentem celem wyrównania spadku ciśnienia powstającego wskutek umieszczenia pompy na wózku ze sprzętem

Alarm bezpieczeństwa w trybie histeroskopia przy pierwszej próbie przekroczenia zadanego ciśnienia 100mmHg

Jednorazowy dren do zabiegów histeroskopowych (napływowy) i laparoskopowych – 20 szt.

Parametry techniczne mini-histeroskopów i mini-resektoskopów zgodne z wymogami SWZ

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

2 PYTANIE

Pytanie Nr 1 do punktów od 4 do 97- Zestaw histeroskopowy z histeroskopami diagnostycznymi i zabiegowymi.

Czy zamawiający dopuści do postępowania produkt równoważny bądź w niektórych parametrach wyższy, o następującej konfiguracji technicznej:

PRZENOŚNA KAMERA ENDOSKOPOWA Z MONITOREM FULL HD:

Monitor:

- monitor medyczny 21,5", rozdzielczość 1920 x 1080 / 16:9, kontrast 1000:1, mocowanie vesa 100x100,

-podstawa pod dedykowany monitor

- konsola do zamocowania 2 urządzeń z mocowaniem VESA

Kontroler kamery:

- natywna rozdzielczość sygnału wideo nie mniejsza niż 1920 x 1080 pixeli

- wyjścia video minimum: 1x HDMI 1920 x 1080 / 60p (16:9)

- wyjścia USB minimum: 1x USB 3.0

- waga nie większa niż 1,5 kg

- automatyczny balans bieli przez naciśnięcie przycisku na głowicy kamery , temperatura barwowa 2300K – 7000K

- możliwość podłączenia videoendoskopów giętkich, w tym: video-cystoskopów, video-ureterorenoskopów, video-bronchoskopów

- możliwość zastosowania zoomu cyfrowy przy videoendoskopach: minimum 1.5 x

- możliwość rozbudowy kamery o system archiwizacji danych

Głowica kamery:

- sensor 1x1/3" CMOS

- długość kabla minimum 2,5 m

- waga głowicy nie większa niż 125g

- głowica kamery wyposażona w 2 przyciski

- Głowica kamery zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych. Klasa zabezpieczenia IPX7

Obiektyw do głowicy kamery:

- Obiektyw z gwintem typu C, ze zmienną ogniskową o zakresie f = 13-29 mm ,

- Obiektyw z zamknięciem samozatrzaszkujący się (typu snap-on), nie wymaga dodatkowych czynności w momencie łączenia z optyką

- obiektyw wyposażony w 2 pierścienie: pierścień do ustawiania ostrości oraz pierścień do zmiany ogniskowej

Światłowód medyczny autoklawowalny śr. 2,5 mm, dł. 2,3 m

Pompa ssąco-płuczająca:

System do zarządzania płynami, udostępniający funkcje płukania dla trzech dyscyplin:

• Histeroskopia

• Endourologia

• Laparoscopia

Obsługa poprzez duży ekran/panel dotykowy – obsługa w języku polski

Pompa wyposażona w funkcję identyfikacji instrumentów producenta tego samego, co pompa

Gotowe ustawienia dla następujących instrumentów i procedur:

Histeroskopia Diagnostyczna

Histeroskopia Resekcja

Endourologia TUR

Endourologia Cystoscopia

Endourologia URS



Endourologia PCNL

Maksymalne podciśnienie odsysania: -60 kPa

Zakres **wybranego minimalnego** przepływu zadanego:

- Histeroskopia: 800 ml/min
- Endourologia: 10-800 ml/min

Laparoskopia: 0,1-1,8 l/min

Wydajność ssania ≥ 2 l/min

Wyjściowy zakres ciśnienia zadanego:

- Histeroskopia: 15-200 mmHg
- Endourologia: 15-90 mmHg / 20-120 cmH₂O

Laparoskopia: 370 mmHg (ustawione na stałe)

Zakres pomiarowy ciśnienia: 0-300 mmHg

Zestaw węży/drenów silikonowych autoklawowalnych wielokrotnego (min. 20x) użytku z dwoma przebijakami – 2 szt

Wąż próżniowy od pompy do podłączenia pompy do pojemnika na wydzielinę wraz z filtrem

Histeroskop kompaktowy (2 komplety):

- **Histeroskop kompaktowy** (zintegrowany z optyką) diagnostyczno – operacyjny, o ciągłym przepływie i okrągłym profilu, ze skośnym okularzem oraz z trzema odrębnymi kanałami: dopływ, odpływ i instrumentowym

Wymiary:

1. średnica zewnętrzna – 5 mm
2. optyka soczewkowa – kąt patrzenia 20 stopni
3. długość robocza: 217 mm
4. kanał roboczy dla narzędzi 5 Fr (kanał na wprost)

W zestawie z plastikowymi/wymiennymi kranikami regulacji przepływu, uszczelką instrumentową, ergonomicznym, nakładanym uchwytem ułatwiającym pracę i koszem do sterylizacji

- Światłowód medyczny autoklawowalny śr. 2,5 mm, dł. 2,3 m

- Część robocza kleszczyków biopsyjnych tyżeczkowych , średnicy 5 Fr, długości roboczej 330-340 mm, półsztywnych.

(Kleszczyki rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do ptukania) – wkład

- Część robocza do nożyczek średnicy 5 Fr, długości roboczej 330-340 mm, półsztywnych.

(Nożyczki rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do ptukania) -wkład

- Rękojeść typu „click” do wkładów opisanych powyżej

- pojemnik do sterylizacji histeroskopu

Resektoskop hybrydowy Mono/bipolarny 2 kpl.:

Optyka histeroskopowa o średnicy 2,7 mm. Kąt patrzenia 12 stopni. Długość robocza 300mm.

Optyka z systemem identyfikacji kolorami na przyłączy światłowodu optyki, pozwalającym na

szybki dobór odpowiedniej średnicy światłowodu. Optyka wyposażona w szafirowe szkietko

odporne na zarysowania w dystalnej części optyki. Optyka z systemem identyfikacji

umożliwiającym szybką identyfikację kąta patrzenia optyki podczas zabiegu. Naniesiona

identyfikacja HD na okularze optyki.

Płaszcz wewnętrzny o ciągłym przepływie-Średnica 19 Fr.

Płaszcz zewnętrzny o ciągłym przepływie-Średnica 21 Fr.

Obturator

Element roboczy. Typ pasywny. Otwarty uchwyt

Elektroda bipolarna - 5 sztuk. Tnąca. Jednorazowa, pakowana sterylnie .

Koszyk do mycia i sterylizacji oferowanego endoskopu.

Światłowód, Średnica wiązki 2,5 mm. Długość 2,3 m. Z systemem identyfikacji kolorami.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza, wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Zamawiający zmienia termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 18.11.2022r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 18.11.2022r godz. 10:30

Termin związania ofertą: 17.12.2022r

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[Signature]
Katowice, dnia 18.11.2022 r.
Kierownik Działu Zamówień Publicznych