

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie do 30 000 euro na dostawę neuromonitoringu

Pytanie 1: do załącznika nr 1 - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NEUROMONITORING

pkt. I . 7 Obsługa aparatu poprzez:

- przyciski i pokrętła funkcyjne
- klawiaturę alfanumeryczną
- panel dotykowy

Czy Zamawiający wymaga oferowania neuromonitoringu z obsługą aparatu przez wszystkie 3 wymienione sposoby, czy przez jeden z proponowanych sposobów alternatywnie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania neuromonitoringu z obsługą aparatu alternatywnie poprzez jeden z trzech wymienionych sposobów.

Pytanie 2: do załącznika nr 2 - OFERTA - Termin realizacji zamówienia: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia umowy ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Diagnostyki i prof. K. Dzińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr. Andrzej Kochanowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych