



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP/381/44A/2017

Katowice / 14.07.2017

Do wszystkich Wykonawców

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

mgr Andrzej Rechowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00


fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury chirurgicznej

PYTANIE 1 : Część 1 – doposażenie diatermii elektrochirurgicznej z przystawką argonowo-plazmową w waporyzator i odsysacz dymu z pola operacyjnego Dotyczy II parametrów odsysacza dymów z pola operacyjnego pkt. 4 Czy zamawiający dopuści odsysacz dymów z natężeniem przepływu z filtrem min.550l/min ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w części nr 1 odsysacza dymów z natężeniem przepływu z filtrem min.550l/min.

Z upoważnienia Dyrektora
Instytutu Chirurgii i Onkologii im. prof. T. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Kierownik Działu Zamówień Publicznych