

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DYREKTOR

mgr Renata Wachowicz
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

DZP.381.50A.2023

Katowice 03.08.2023

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa urządzeń do Zakładu Patomorfologii II**

1. **PYTANIE** - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – parametry techniczno- użytkowe, pakiet nr 5, Lp. 12- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na urządzenie, którego czas chłodzenia powierzchni grzejnej od 95 st C do 45 st C jest nie dłuższy niż 7 minut?

Odpowiedź- Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia, którego czas chłodzenia powierzchni grzejnej od 95 st C do 45 st C jest nie dłuższy niż 7 minut. W załączeniu zmieniony załącznik nr 7 dotyczący pakietu nr 5 w tym zakresie

2. **PYTANIE** - Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia – parametry techniczno- użytkowe, pakiet nr 5, Lp. 18

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na urządzenie, które nie jest zdefiniowane jako urządzenie (wyrób) medyczny do diagnostyki in vitro lecz jako urządzenie laboratoryjne posiadające stosowne dopuszczenia w postaci znaku CE i deklaracji zgodności?

Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy również o stosowną modyfikację zapisu w § 1,pkt 3, ppkt a projektu umowy dla pakietu nr 5, analogicznie do modyfikacji tego zapisu dla pakietu nr 6 (odpowiedzi na pytania z dnia 18.07.2023).

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza urządzenie nie będące wyrobem medycznym do diagnostyki in-vitro . W załączeniu zmieniony załącznik nr 7 dotyczący pakietu nr 5 w tym zakresie .

Zamawiający modyfikuje zapis w w § 1,pkt 3, ppkt a projektu umowy dla pakietu nr 5 analogicznie do do modyfikacji tego zapisu dla pakietu nr 6 (odpowiedzi na pytania z dnia 18.07.2023).

Wzór umowy dotyczący pakietu nr 5 w § 1,pkt 3, ppkt a otrzymuje brzmienie :

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Urządzenia:

- są fabrycznie nowe, kompletne (bez konieczności zakupu dodatkowego oprzyrządowania, wyposażenia)
- będą dostarczone transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta,
- posiadają wszystkie wymagane prawem certyfikaty;
- są wolne od wad fizycznych i prawnych;
- nie są obciążony prawami osób trzecich oraz należnościami na rzecz Skarbu Państwa z tytułu sprowadzenia na polski obszar celny.

3.PYTANIE- Pytanie dot. część nr 4

W odniesieniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18.07.2023 r. oraz zmodyfikowanym załącznikiem nr 7 do SWZ (opis przedmioty zamówienia) zwracamy się z prośbą o ponowną weryfikację odpowiedzi, wprowadzonych wymagań i naniesionych zmian.

Na pytanie jednego z Wykonawców, Zamawiający wprowadził dodatkowy wymóg pól perforowanych, który nie był wprowadzony w pierwotnym opz.

KRS: 0000049660



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

5. Pytanie:

Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaga dostawy zamrażarki wyposażonej w półki perforowane, które zapewniają znacznie wyższą jednorodność temperaturową wewnątrz komory zamrażarki niskotemperaturowej?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zamrażarki wyposażonej w półki perforowane umieszczane w ramach pojedynczej sekcji zamykanej niezależnymi drzwiczkami.

Jednocześnie informujemy, że półki perforowane stosowane są w zamrażarkach, gdzie środkowa półka jest jednocześnie parownikiem.

Wprowadzenie półki perforowanej jako wymogu, ogranicza liczbę potencjalnych oferentów.

Wnioskujemy o zmianę zapisu i dopuszczenie półki: zarówno perforowanej jak i pełnej.

W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wyjaśnienie, jakie znaczenie ma dla Zamawiającego rodzaj półki.

Zwracamy uwagę, że Zamawiający ma obowiązek równego traktowania Wykonawców i opisanie przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający uczciwą konkurencję. W związku z tym nie może opisywać przedmiot zamówienia pod konkretnego Wykonawcę.

Odpowiedź-Zamawiający dopuszcza zamrażarkę wyposażoną w półki perforowane jak i pełne w ramach pojedynczej sekcji zamykanej niezależnymi drzwiami. W załączeniu zmieniony załącznik nr 7 dotyczący pakietu nr 4 w tym zakresie

Zamawiający przekazuje w załączeniu :
III ZMODYFIKOWANY załącznik 7 – pakiet 4
II ZMODYFIKOWANY załącznik 7 – pakiet 5

W związku z art.137 ust.6) Zmianie ulegają następujące terminy:

termin składania ofert:

z 09.08.2023 r. godz. 10⁰⁰ na 17.08.2023 r. godz. 10⁰⁰
oraz

termin otwarcia ofert

z 09.08.2023 r. godz. 10³⁰ na 17.08.2023 r. godz. 10³⁰

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu w zakresie obejmującym powyższe informacje. Opublikowane Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania


DYREKTOR
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego
Im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Renata Wachowicz