



DZP/381/104A/2020

Katowice /20.11.2020

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice
SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

**Do wszystkich
wykonawców
biorących udział w
postępowaniu**

**Dotyczy odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę przyłóżkowego aparatu RTG i
skanera do aparatu RTG (X)**

- Pytanie** - AGFA - Zwracamy się z prośbą o modyfikację terminu realizacji do wyłączenia realizacji określonej w tygodniach, a pozostawienia wymaganego okresu tj. nie wcześniej niż 04.01.2021, ale nie później niż do 15.03.2021.
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do 30.04.2020
- Pytanie** - Agfa - Czy zamawiający będzie wymagał zaoferowania aparatu mobilnego ze składaną kolumną. Proponowane rozwiązanie ułatwia przemieszczanie aparatu. Zwiększa bezpieczeństwo manewrowania nim i bezpieczne wjeżdżanie do innych pomieszczeń i wind.
Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.
- Pytanie** - Zamawiający w załączniku 4.1 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG – 1 szt. w pkt. IV ppkt. 16 wymaga „W zestawie z detektorem min. 2 akumulatory ładowane w aparacie” Prosimy o dopuszczenie aparatu z detektorem z bateriami ładowanymi w dedykowanej zewnętrznej ładowarce. Proponowane rozwiązanie umożliwi złożenie oferty z detektorem o wytrzymałości nacisku 300 kg na powierzchnię. W zestawie są 3 baterie o dużej pojemności. Pozostałe wymagania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.
- Pytanie** - W zakresie wymogu sprzętu zastępczego § 4 pkt 7 umowy, czy Zamawiający dopuści modyfikację zapisu do brzmienia „W przypadku, gdy czas naprawy lub usunięcia wady będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej kwoty brutto dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne urządzenie / aparat zastępczy w celu bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.
- Pytanie** - W przypadku, gdy liczba gwarancyjnych wymian tego samego podzespołu Aparatu lub danego urządzenia, stanowiącego wyposażenie Aparatu (z wyłączeniem oprogramowania), przekroczy 3, Zamawiający ma prawo wymagać nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe przy kolejnej awarii tego podzespołu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

6. **Pytanie** - W zakresie wymogu § 4 pkt 8 umowy, wnosimy o modyfikację zapisu do brzmienia „W przypadku, gdy liczba gwarancyjnych wymian tego samego podzespołu Aparatu lub danego urządzenia, stanowiącego wyposażenie Aparatu (z wyłączeniem oprogramowania) przekroczy 3, Zamawiający przy kolejnej awarii tego podzespołu ma prawo wymagać nieodpłatnej wymiany urządzenia na nowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

7. **Pytanie** -Dotyczy – Załącznik nr 4.1 do SIWZ – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG – 1 szt.Dotyczy pkt III.8 Lampa „Kolimator z wbudowanymi filtrami, min. 3 różne filtracje w tym wymagana filtracja:1 mm Al + 0,2 mm Cu”Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat RTG renomowanego producenta który posiada dodatkowe filtryutwardzające wiązkę o ekwiwalencie 1 mm Al + 0,1 mm Cu oraz 1 mm Al + 0,2 mm Cu, niezasłaniające wiązki świetlnej, wyjmowane z kolimatora? Pragniemy zauważyć, że proponowane rozwiązanie jest równoważne i w żaden sposób nie wpływa na pogorszenie pracy a tym samym na jakość uzyskiwanych ekspozycji. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

8. **Pytanie** -Dotyczy – Załącznik nr 4.1 do SIWZ – WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG – 1 szt. Dotyczy pkt VI.4 Detektor „Stopień ochrony detektora wraz baterią min. IP43”Czy Zamawiający dopuści detektor, który wykazuje się klasą wodoodporności IPX6? Klasa ta informuje, iż detektor jest wyjątkowo odporny na strumienie wody o zwiększonym ciśnieniu, co potwierdzają warunki w jakich był testowany dla uzyskania klasy IPX6 - 100 l/min przy ciśnieniu 100 kN/m² przez 3 minuty z odległości 3 m. Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od klasy wodoszczelności IP43 definiującej ochronę detektora jedynie przed natryskiwanem wodą pod dowolnym kątem do 600 od pionu z każdej strony. Obecny zapis uniemożliwia nam złożenie oferty w postępowaniu.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

9. **Pytanie** -Załącznik nr 4.1 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG – 1 szt.ust. I. pkt 3. Prosimy o informację kto jest dostawcą systemu RIS/PACS posiadanego przez Zamawiającego oraz po czyjej stronie leży koszt zakupu licencji, Zamawiającego czy Wykonawcy.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

10. **Pytanie**- Załącznik nr 4.1 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE- OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYŁÓŻKOWY APARAT RTG – 1 szt.ust. IV. pkt 4.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o klasie wodoodporności IPX6?Klasa ta informuje całkowitym zabezpieczeniu przed strumieniem wody płynącej z różnych kierunków z wydajnością do 100 litrów na minutę. Należy podkreślić, że wymaganie odporności przed pyłem nie ma uzasadnienia merytorycznego, ponieważ detektory nie są narażone na pył. W pracowni RTG nie ma pyłu (nie mylić z kurzem) i jest to wymagane i kontrolowane przez służby sanitarne.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

11. **Pytanie**- Dotyczy Załącznik nr 4.1 Przyłóżkowy Aparat RTG – 1 szt.: -Pkt. II 3 Aparat RTG Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, którego zakres napięć generatora wynosi 50-125kV a zakres napięć lamy 40-150kV?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

12. **Pytanie-** Dotyczy Załącznik nr 4.1 Przyłóżkowy Aparat RTG – 1 szt.: Pkt.II.5 Aparat RTG Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy RTG renomowanej na rynku firmy, którego maksymalny prąd w trybie radiologii wynosi 300mA zaś zakres prądowy jest dwukrotnie większy od wymaganego wynosi 630mAs?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

13. **Pytanie-** Dotyczy Załącznik nr 4.1 Przyłóżkowy Aparat RTG – 1 szt.: Pkt.II.6 Aparat RTG Prosimy o zmianę zapisu na: "Minimalny czas ekspozycji ≤ 4 ms" bądź rezygnację z wymogu. W chwili obecnej w Polsce obowiązują nas następujące przepisy: Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych oraz Wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej. Żadne z powyższych aktów prawnych nie wymaga ani nawet nie zaleca stosowania w Radiografii czasu mniejszego niż 10ms.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

14. **Pytanie-** Dotyczy Załącznik nr 4.1 Przyłóżkowy Aparat RTG – 1 szt.: Pkt.II.12 Aparat RTG Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, którego zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej – 10° oraz +110°?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

15. **Pytanie-** Dotyczy Załącznik nr 4.1 Przyłóżkowy Aparat RTG – 1 szt.: Pkt.II.14 i III.7 Aparat RTG Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, którego maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu wynosi 111,4 cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

16. **Pytanie-** Dotyczy Załącznik nr 4.1 Przyłóżkowy Aparat RTG – 1 szt.: Pkt.IV.4 Aparat RTG Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, który jest w klasie odporności równej IPX4? Detektor ten ma nieporównywalnie lepsze parametry obrazowe co w diagnostyce jest kluczowym elementem?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

17. **Pytanie-** Dotyczy Załącznik nr 4.1 Przyłóżkowy Aparat RTG – 1 szt.: Pkt.V.1 Aparat RTG Czy Zamawiający dopuści aparat przyłóżkowy, renomowanej na rynku firmy, którego wbudowana dotykowa konsola LCD ma rozmiar 15" o rozdzielczości 1024x768 ?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

18. **Pytanie-** Dotyczy Załącznik nr 4.1 Przyłóżkowy Aparat RTG – 1 szt.: Pkt. IV.6 Detektor Cyfrowy Mobilny Zwracamy uwagę Zamawiającego na kluczowe znaczenie rozdzielczości detektora w procesie diagnostyki. W celu pozyskania aparatu RTG, który umożliwia wykonywanie zdjęć z możliwie najlepszą jakością proponujemy modyfikację punktacji:

- ≥ 8.0 - 9.0 Mpx - 0pkt
- > 9.0 – 10.0 Mpx -5 pkt
- > 10.0 – 15.0 Mpx - 10 pkt
- > 15.0 Mpx – 15 pkt

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

19. **Pytanie-** Dotyczy Załącznik nr 4.1 Przyłóżkowy Aparat RTG – 1 szt.: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, że dostawa licencji RIS/PACS do aparatu jest po stronie Zamawiającego/Szpitali?
Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.
20. **Pytanie-** W związku z różnym profilem Szpitali do których ma być dostarczony aparat RTG przyłóżkowy i, że procedury wzorcowe dla Radiografii w procedurach pediatrycznych mówią jednoznacznie, że wielkość małego ogniska nie może być większa niż 0,6 Zamawiający będzie wymagał takiego ogniska w swoim Zamówieniu (SIWZ)? Jeżeli nie to prosimy o punktowanie małego ogniska 0,6?
Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.
21. **Pytanie—** dot. § 4 ust. 3 wzoru umowy. Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację ust. 3: „W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać w ramach zaoferowanej kwoty brutto (obejmującej koszt dojazdu, robocizny, materiałów i części zamiennych) naprawy ~~albo wymiany~~ Aparatu lub albo wymiany poszczególnych części (podzespołów) także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Aparatu lub jego części (podzespołów).”
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy .
22. **Pytanie —** dot. § 4 ust. 7 wzoru umowy-Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację ust. 7: „W przypadku, gdy czas naprawy lub usunięcia wady będzie dłuższy niż 5 (pięć) dni roboczych Wykonawca ~~zobowiązany jest w celu uniknięcia odpowiedzialności z tytułu kar umownych może~~ w ramach zaoferowanej kwoty brutto dostarczyć na okres przedłużającej się naprawy sprawne urządzenie zastępcze tożsame z Aparatem w celu bieżącej eksploatacji przez Zamawiającego.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.
23. **Pytanie—** dot. § 4 ust. 8 wzoru umowy-Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację ust. 8: „W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu Aparatu lub danego urządzenia stanowiącego wyposażenie Aparatu przekroczy 3, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany urządzenia tego podzespołu lub elementu wyposażenia Aparatu na nowe.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy
24. **Pytanie —** dot. § 5 wzoru umowy-Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 5 poprzez dodanie ustępu określającego limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych na kwotę stanowiącą równowartość 15% wartości umowy brutto?
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy
25. **Pytanie—** dot. § 5 ust 1 wzoru umowy-Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ust. 1 poprzez przewidzenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych w przypadku zwłoki Wykonawcy, a nie, jak to określono w umowie – opóźnienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy
26. **Pytanie —** dot. § 5 wzoru umowy- Czy Zamawiający dla zachowania równowagi stron umowy wprowadzi postanowienie umowne przewidujące możliwość naliczenia Zamawiającemu kary umownej w kwocie 10% wartości umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.
27. **Pytanie —** dot. § 6 ust 2 wzoru umowy-Czy Zamawiający dopuszcza następującą modyfikację ust. 2: „Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie zwłoka Wykonawcy w zrealizowaniu dostawy Aparatu przekroczy 10 dni kalendarzowych. Rozwiązanie umowy w takim

przypadku może nastąpić pod warunkiem pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania umowy w dodatkowym co najmniej 7-dniowym terminie oraz po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu."

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

28. **Pytanie** – Prosimy o podanie dostawcy systemu RIS / PACS?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

29. **Pytanie** – Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ramieniem o zasięgu 107cm z możliwością obrotu +/-320 stopni wokół osi pionowej aparatu i +/-180 poziomej, zakres taki umożliwi wykonanie dowolnej ekspozycji pomiędzy łózkami i w dowolnym miejscu.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

30. **Pytanie** – Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z anodą 300kHU, ale kołpakiem 680KHU, różnica nie ma znaczenia dla badań anoda aparatu ma trzy razy większą wydajność cieplną niż oczekiwana.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

31. **Pytanie** –Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z minimalną wysokością od podłogi 75,8cm różnica jest znikoma.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

32. **Pytanie**– Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt II.2-Czy Zamawiający zechce wprowadzić dodatkową punktację w punkcie II.2 ?

Proponowana punktacja:

< 40 kW – 0 pkt

>=30 kW – 10 pkt

Pragniemy zaznaczyć, że Zamawiający wymaga w punkcie II.1 generatora wysokich częstotliwości typu HF, co pozwala osiągnięcie zadanej wartości napięcia i utrzymuje ją do końca ekspozycji. Następnie w punkcie II.2 Zamawiający oczekuje dostawy aparatu o generatorze minimum 30 kW. Dostawcy przyłóżkowych aparatów RTG mogą zaoferować aparaty przyłóżkowe o różnych mocach generatora, a Zamawiającemu powinno zależeć na otrzymaniu najlepszego dostępnego na rynku rozwiązania, które pozwoli na wykonywanie ekspozycji na wszystkich pacjentach nie zależnie od jego wagi przy jak najbardziej bezpiecznej dawce promieniowania RTG. Moc generatora to bardzo ważny parametr przyłóżkowego aparatu RTG, gdyż ma bezpośredni wpływ na jakość obrazowania w szczególności pacjentów o wyższej masie ciała „pacjentów bariatrycznych” ponieważ daje większe zakresy regulacji napięcia generatora oraz iloczynu prądu i czasu ekspozycji, co przekłada się na optymalne dostosowanie dawki promieniowania przyjętej przez pacjenta.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

33. **Pytanie**– Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt II.3-Czy Zamawiający w imię równego traktowania oferentów zechce dopuścić zakres napięcia generatora od 40KV do 150 kV oraz będzie premiował szerszy zakres napięcia ?

Proponowana punktacja:

Zakresie od min. 40 kV do max. 125 kV – 0 pkt

Zakresie od min. 40 kV do max. 150 kV – 10 pkt

Pragniemy zaznaczyć, że obecny zapis Zamawiającego nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający wymaga w punktach II.1 oraz II.2 generatora wysokich częstotliwości typu HF oraz mocy generatora minimum 30 kW, równocześnie zawęża zakres napięcia generatora do max 125 kV w punkcie II.3. Dostawcy przyłóżkowych aparatów RTG mogą zaoferować aparaty przyłóżkowe o różnych mocach i zakresach napięć generatora, a Zamawiającemu powinno zależeć

na otrzymaniu najlepszego dostępnego na rynku rozwiązania, które pozwoli na wykonywanie ekspozycji na wszystkich pacjentach nie zależnie od jego wagi przy jak najbardziej bezpiecznej dawce promieniowania RTG. Zakres napięć generatora to bardzo ważny parametr przyłóżkowego aparatu RTG, gdyż ma bezpośredni wpływ na jakość obrazowania w szczególności pacjentów o wyższej masie ciała „pacjentów bariatrycznych” ponieważ daje większe zakresy regulacji napięcia generatora oraz iloczynu prądu i czasu ekspozycji, co przekłada się na optymalne dostosowanie dawki promieniowania przyjętej przez pacjenta.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

34. **Pytanie** – Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt II.4-Czy Zamawiający w imię równego traktowania oferentów zechce dopuścić zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji od 0,1 mAs do 500 mAs oraz będzie premiował możliwość większej regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ?

Proponowana punktacja:

Zakresie od min. 35 mAs do max. 320 mAs – 0 pkt

Zakresie od min. 0,1 mAs do max. 500 mAs – 10 pkt

Pragniemy zaznaczyć, że obecny zapis Zamawiającego nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający wymaga w punktach II.1 i II.2 generatora wysokich częstotliwości typu HF oraz mocy generatora minimum 30 kW, równocześnie zawęża zakres napięcia w punkcie II.3 oraz zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji od min. 35 mAs do max. 320 mAs w punkcie II.4. Dostawcy przyłóżkowych aparatów RTG mogą zaoferować aparaty przyłóżkowe o różnych regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji, a Zamawiającemu powinno zależeć na otrzymaniu najlepszego dostępnego na rynku rozwiązania, które pozwoli na wykonywanie ekspozycji na wszystkich pacjentach nie zależnie od jego wagi przy jak najbardziej bezpiecznej dawce promieniowania RTG. Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji to bardzo ważny parametr przyłóżkowego aparatu RTG, gdyż ma bezpośredni wpływ na jakość obrazowania w szczególności pacjentów o wyższej masie ciała „pacjentów bariatrycznych” ponieważ daje większe zakresy regulacji napięcia generatora oraz iloczynu prądu i czasu ekspozycji, co przekłada się na optymalne dostosowanie dawki promieniowania przyjętej przez pacjenta.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

35. **Pytanie** – Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt II.5 Czy Zamawiający w imię równego traktowania oferentów zechce wprowadzić punktacje w punkcie II.5 ?

Proponowana punktacja:

<500 mA - 0 pkt

≥ 500 mA – 10 pkt

Pragniemy zaznaczyć, że lampy rentgenowskie, które pozwalają na wygenerowanie wyższej wartości prądu lampy mierzonej w miliamperach (mA) tym większa wydajność i żywotność lampy RTG oraz mniej artefaktów ruchowych na zdjęciach.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

36. **Pytanie**– Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt III.2- Czy Zamawiający w imię równego traktowania oferentów zechce wykreślić punktacje w punkcie III.2 oraz wprowadzić dodatkowy podpunkt w punkcie III ?

Obecny zapis:

LP	Parametr	Wartość Graniczna	Odpowiedź Wykonawcy	Punktacja
III.2	Wielkość największego ogniska ≤ 1.3 mm (aparat nie będzie wykorzystywany do zdjęć młodszych dzieci)	Tak	TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 4.1A do SIWZ	Wielkość największego ogniska < 1,0 – 10 pkt Pozostałe – 0 pkt

Proponowana modyfikacja:

LP	Parametr	Wartość Graniczna	Odpowiedź Wykonawcy	Punktacja
III.2	Wielkość dużego ogniska ≤ 1.3 mm (aparatus nie będzie wykorzystywany do zdjęć młodszych dzieci)	Tak	TAK/NIE*	-
III.2a	Wielkość małego ogniska $\leq 0,7$ mm	Tak/Nie	TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 4.1A do SIWZ	TAK – 10 pkt NIE- 0 pkt

Pragniemy zaznaczyć, że Zamawiający w punkcie III.1 wymaga lampy jedno lub dwuogniskowej, równocześnie punktując rozwiązanie nowocześniejsze jakim jest lampa dwuogniskowa. Natomiast w punkcie III.2 punktuje największe ognisko, jeżeli jego wartość wynosi mniej niż 1,0 mm. W przypadku stosowania aparatów z lampą jednoogniskową użytkownik/operator zawsze będzie stał przed dylematem ostrości obrazu, a obciążeniem lampy prądem. Natomiast w przypadku lamp RTG o dwóch ogniskach użytkownik/operator może swobodnie wybierać ognisko lampy w zależności od planowanej ekspozycji, gdyż w przypadku wykonania dalszych ekspozycji wymagającej dużego obciążenia prądem zastosuje duże ognisko, a w przypadku małej odległości i chcąc uzyskać większą zdolność rozdzielczą wykorzysta małe ognisko. Obecny zapis jest wadliwy merytorycznie i proponowana jest jego zmiana na poprawny, czyli punktujący małe ognisko, rozwiązanie w tym przypadku lepsze.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

37. **Pytanie**– Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt III.4- Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisów potwierdzi, że w punkcie III.4 „ Pojemność cieplna kołpaka $\geq 1,0$ MH” miał na myśli jednostkę „MHU” zgodnie ze skalą Hounsfielda ?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

38. **Pytanie** – Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt III.10-Czy Zamawiający w imię równego traktowania wykreśli lub zmieni punktację w punkcie III.10 ?

Obecna punktacja:

≥ 210 cm - 5 pkt

< 210 cm – 0 pkt

Proponowana punktacja:

> 200 cm – 5 pkt

= 200 cm - 0 pkt

Pragniemy zaznaczyć, że obecnie zaproponowana punktacja przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego, a może wskazywać na premiowanie konkretnego produktu/producenta aparatów RTG.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

39. **Pytanie** – Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt III.11-Czy Zamawiający w imię równego traktowania oferentów zechce wprowadzić punktację w punkcie III.11 ?

Proponowana punktacja:

< 55 cm - 5 pkt

≥ 70 cm – 0 pkt

Pragniemy zaznaczyć, że obecne na rynku rozwiązania mają o wiele lepszy parametr w tym zakresie od wymaganego i pozwalają na ustawienie ogniska lampy niżej, przez co ułatwiają wykonanie ekspozycji pacjentom na wózkach i łóżkach. Prosimy o

wprowadzenie punktacji dla rozwiązań, które pozwalają na uzyskanie wysokości ogniska lampy nad podłogą znacznie niższej niż 70 cm.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

40. **Pytanie** – Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt IV.9- Czy Zamawiający w imię równego traktowania oferentów zechce wprowadzić punktację w punkcie IV.9 ? Proponowana punktacja:

$\leq 3,1 \text{ kg}$ – 10 pkt

$> 3,1 \text{ kg}$ i $< 3,5 \text{ kg}$ – 5 pkt

$= 3,5 \text{ kg}$ – 0 pkt

Pragniemy zaznaczyć, że im lżejszy bezprzewodowy detektor tym lepsza ergonomia pracy i większa wygoda dla użytkownika/operatora, który wielokrotnie taki detektor w ciągu dnia będzie nosił oraz używał.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

41. **Pytanie** – Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt IV.11- Czy Zamawiający w imię równego traktowania oferentów zechce dopuścić wirtualną kratkę przeciwrozproszeniową dla wszystkich obszarów anatomicznych jako równoważne rozwiązanie do kratki przeciwrozproszeniowej nakładanej na detektor ? Pragniemy zaznaczyć, że technologię wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej to nowoczesne i ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ pozwala szybko zrobić zdjęcie przy zachowaniu najwyższej jakości zdjęć rentgenowskich wykonywanych bez użycia kratki przeciwrozproszeniowej w szczególności przy zdjęciach przyłóżkowych. Kratki fizyczne są często używane w celu zminimalizowania wpływu rozproszonego promieniowania. Jednak ze względu na trudności związane z prawidłowym ułożeniem lub pilnym trybem ich wykonywania, zdjęcia robione są bez takiej kratki, co skutkuje niskim kontrastem zdjęć. Kratki fizyczne są bardzo delikatne i często podróżując wraz z aparatem RTG na terenie całego szpitala mogą ulec uszkodzeniu. Natomiast aparat wyposażony w technologię wirtualnej kratki pozwala na robienie zdjęć w każdej sytuacji, a oprogramowanie oblicza składową rozproszonego promieniowania dla zdjęcia zrobionego bez użycia fizycznej kratki poprawiając jego kontrast i ziarnistość. Technologia ta rozwiązuje problem artefaktów pojawiających się w wyniku nieprawidłowego ułożenia kratki, a co za tym idzie, znacznie ułatwia pracę techników. Stosowana przez nas technologia wirtualnej kratki nie wprowadza zmian w dawce względem typowego zdjęcia bez kratki, przez co zapewnia typowo o 50% mniejszą dawkę niż przy użyciu kratki fizycznej.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

42. **Pytanie** – Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt IV.12- Czy Zamawiający w imię równego traktowania oferentów zechce dopuścić przyłączana rama z uchwytem do detektora jako równoważne rozwiązanie do ręczki do przenoszenia detektora zintegrowanej z detektorem na stałe lub zechce usunąć ten punkt? Pragniemy zaznaczyć, że jest to tożsame rozwiązanie dające ten sam efekt w łatwości przenoszenia detektora. Obecny zapis Zamawiającego może wskazywać na premiowanie konkretnego produktu/producenta aparatów RTG. Dodatkowo stosowanie detektora z zintegrowaną ręczką utrudnia pozycjonowanie detektora pod pacjentem i ze względu na to sugerujemy o odstąpieniu od tego wymogu i wykreślenie punktu.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

43. **Pytanie** – Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt IV.16- Czy Zamawiający w celu doprecyzowania zapisów potwierdzi, że w punkcie IV.16 Zamawiający oczekuje dostawy detektora z minimum dwoma akumulatorami (w trakcie pracy jeden akumulator w detektorze, a jeden w ładowarce), których ładowanie będzie odbywać się bezpośrednio w aparacie w dedykowanej zintegrowanej ładowarce z min. 1 slotem?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

44. **Pytanie—** Dotyczy Załącznik nr 4.1 do SIWZ - punkt VI.4- Czy Zamawiający w imię równego traktowania oferentów zechce dopuścić rozwiązanie w którym oferent lub wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu okresu gwarancji na przekazanie Zamawiającemu „kodów” lub „hasła” wraz z niezbędną dedykowaną dokumentacją umożliwiającą dostęp do opcji serwisowych takich jak instalacja, konfiguracja, testowanie oraz regulacja sprzętu, a przekazane „kody” lub „hasła” nie będą uprawniały Zamawiającego do wglądu w zabezpieczania i elementy oprogramowania stanowiącego własność intelektualną producenta ?Pragniemy zaznaczyć, że obecny zapis Zamawiającego jest mało precyzyjny i może rodzić wiele wątpliwości u potencjalnych oferentów. Równocześnie chcemy podkreślić, że obecny zapis nie pozwala nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

45. **Pytanie—** Dotyczy zapisów SIWZ- Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach, oświadczeniem Oferenta, Wykonawcy, Producenta lub Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta?Pragniemy zaznaczyć, że z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego).

Odpowiedź: Zamawiający pisząc w punkcie VI.6.9c)SIWZ,, karty katalogowe lub ulotki lub inne materiały informacyjne potwierdzające oferowane parametry opisane w Wykazie do oceny parametrów jakościowych (ocena techniczna) w załączniku 4A, które zaoferował Wykonawca”jako „inne materiały informacyjne” rozumie również oświadczenie Wykonawcy lub producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

46. **Pytanie—** dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia-Z uwagi na pandemię COVID-19 prosimy Zamawiającego o jednoznaczne potwierdzenie, że kary umowne i odszkodowania będą należne tylko w przypadku winy Wykonawcy z wyłączeniem przypadków opóźnień w dotrzymaniu terminów wynikających z umowy związanych z siłą wyższą, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, następczą niemożliwością wykonania umowy z powodu opóźnienia w dostawach, braku produktów, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkoleniem, serwis itd. Z uwagi na wysokie ryzyko opóźnienia terminów realizacji zamówień i niemożliwą do przewidzenia dalszą sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 obecne, bardzo rygorystyczne zapisy umowy w zakresie kar mogą spowodować, iż żaden z Wykonawców nie zdecyduje się złożyć oferty.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odpowiedź:Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy .

47. **Pytanie—** dotyczy terminu realizacji przedmiotu zamówienia: Czy z uwagi na niemożliwą do przewidzenia sytuację związaną z pandemią COVID-19 Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas spowodowany niemożliwością wykonania umowy z powodu siły wyższej, ograniczeniami eksportowymi lub importowymi dotyczącymi wyrobów medycznych, opóźnień w dostawach, braku produktów, braku dostępu do miejsca instalacji przedmiotu zamówienia, przerwania łańcucha dostaw, brakiem lub zmniejszeniem personelu, który może wykonać dostawę, instalację i/lub szkolenie? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmiany we wzorze umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy .

48. **Pytanie**– dotyczy wzoru umowy: Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

49. **Pytanie**– dotyczy wzoru umowy- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy .

50. **Pytanie** - dotyczy wzoru umowy- Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniżej zaproponowanych zmian w umowie odnośnie naruszenia praw własności intelektualnej?

1. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności Zamawiającego wobec roszczeń, zarzucających, że urządzenia wchodzące w skład Przedmiotu umowy („Produkty”) bezpośrednio naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich pod warunkiem, że Zamawiający,

(a) przekaze Wykonawcy bezzwłoczne zawiadomienie o roszczeniu, oraz

(b) udzieli Wykonawcy pełnej i wyczerpującej informacji i pomocy niezbędnej Wykonawcy przy obronie przed roszczeniem, zawarciu ugody w przedmiocie roszczenia lub uniknięciu roszczenia, oraz

(c) przekaze Wykonawcy wyłączną kontrolę nad obroną, ugodą lub uniknięciem roszczenia.

2. Zamawiający zobowiązuje się nie zawierać jakiejkolwiek ugody w związku z roszczeniem ani ponosić kosztów lub wydatków na rachunek Wykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

3. Wykonawca nie będzie miał żadnego zobowiązania do zwolnienia z odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu jakiegokolwiek roszczenia o naruszenie wynikającego w przypadku gdy takie roszczenie wynika z: (a) zachowania przez Wykonawcę zgodności z projektami, specyfikacjami lub instrukcjami Zamawiającego, (b) skorzystania przez Wykonawcę z informacji technicznych lub technologii dostarczonych przez Zamawiającego; (c) modyfikacji Produktów przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli, niezatwierdzonych przez Wykonawcę; wykorzystania Produktów w sposób inny niż zgodnie ze specyfikacjami Produktów lub stosownymi pisemnymi instrukcjami Produktów; (d) wykorzystania Produktów wraz z jakimkolwiek innym produktem lub oprogramowaniem, jeśli naruszenia można było uniknąć poprzez użycie aktualnej niezmienionej wersji któregośkolwiek z Produktów, lub wykorzystania Produktów po tym, jak Wykonawca zalecił Zamawiającemu na piśmie zaprzestanie używania Produktów ze względu na zarzucane naruszenie; (e) niestosowania się przez Zamawiającego do zalecanych harmonogramów konserwacji oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz instrukcji oraz/lub niewprowadzenia obowiązkowych działań (bezpieczeństwa).

4. W przypadku wniesienia roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do (a) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z Produktów, (ii) zastąpienia lub zmodyfikowania Produktów w celu uniknięcia naruszenia lub (iii) zwrócenia Zamawiającemu proporcjonalnej części ceny nabycia Produktów z chwilą zwrócenia oryginalnych Produktów.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza i zobowiązania Wykonawcy w niniejszym punkcie mają zastosowanie do oprogramowania osób trzecich jedynie w takim zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie umowy licencyjnej lub umowy nabycia zawartej z taką osobą trzecią, uprawniony jest do zwolnienia z roszczeń w przypadku takich naruszeń.

6. Zamawiający zobowiązuje się nie dodawać, usuwać lub zmieniać jakichkolwiek oznaczeń na Produktach związanych z patentami, znakami towarowymi lub prawami autorskimi.

7. Warunki niniejszego punktu określają całość zobowiązania Wykonawcy i odpowiedzialności za roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej, a także stanowią wyłączny środek jaki przysługuje Zamawiającemu w przypadku roszczenia o naruszenie praw własności intelektualnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

51. **Pytanie**— dotyczy wzoru umowy- Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następującą treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §.....umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

52. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 4.1 – pkt II.20 - Czy Zamawiający dopuści aparat w którym system zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę oparty jest na budowie aparatu: wąskiej kolumnie które złożona umożliwia dobre pole widzenia podczas przemieszczania aparatu, zderzakowi, który ogranicza miejsce kolizji?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

53. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 4.1 – pkt III.8-Czy Zamawiający dopuści aparat z dwoma przejrzystymi filtrami o równoważniku: 1 mm Al. + 0,1 mm Cu oraz 1 mm Al. + 0,2 mm Cu, wkładanymi w razie potrzeby przez technika w szyny kolimatora?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

54. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 4.1 – pkt IV.16- Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie dostarczenie 2 akumulatorów, z których jeden jest ładowany w aparacie podczas postoju, gdy znajduje się wewnątrz detektora, a detektor znajduje się w przeznaczonej dla niego szufladzie z ładowarką?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

55. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 4.1 – pkt V.6- Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS? Samowolne zmiany mogą skutkować brakiem komunikacji i archiwizacji obrazów DICOM. Zmian konfiguracji można dokonać Serwis poprzez zdalną diagnostykę aparatu.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

56. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 4.1 – pkt VI.1- Czy Zamawiający potwierdza, że należy w cenie oferty wykonać testy akceptacyjne i specjalistyczne aparatu oraz detektora? Z aparatem nie są dostarczane monitory, które są opisowe lub przeglądowe.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

57. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 4.1 – pkt II oraz zał. nr 4.1A- Czy Zamawiający w swoim najlepiej pojętym interesie zgodzi się wprowadzić dodatkowe parametry punktowane zgodnie z poniższą tabelą?

II	GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA, KOLUMNA			
21	Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy ramienia – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych, kabli w osłonkach itp.)	Podać	TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 4.1A do SIWZ	Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt
22	Antybakteryjna powłoka na obudowach aparatu oparta na tlenkach metali zawartych w farbie	Podać	TAK/NIE* Parametr punktowany zgodnie z załącznikiem nr 4.1A do SIWZ	Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

58. **Pytanie–** Dotyczy zał. nr 4.1 – pkt VI.4-Czy Zamawiający rozważy wykreślenie powyższego postanowienia?

Uzasadnienie:

Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów. Podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp oraz kody serwisowe i ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem. Uprzejmie informujemy, że kody serwisowe są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego o dostęp do nich. Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

59. **Pytanie–** Dotyczy zał. nr 7 - §4 ust. 8-Prosimy o rezygnację z tego wymagania, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym.

Odpowiedź:Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy

60. **Pytanie–** Dotyczy zał. nr 7 - §4 ust. 14- Producent urządzenia medycznego jest odpowiedzialny za skutki jego działania w całym okresie jego eksploatacji. Niewłaściwie wykonywane prace serwisowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów i dlatego powinny być wykonywane przez wykwalifikowane podmioty posiadające autoryzację producenta. W związku z powyższym prosimy o rezygnację z tego wymagania.

Odpowiedź:Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy

61. **Pytanie–** Dotyczy zapisów SIWZ-- Prosimy o podanie producentów oraz nazw systemów RIS/PACS Zamawiającego, z którymi ma być zintegrowany dostarczany aparat.

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

62. **Pytanie**— Dotyczy zapisów SIWZ- Czy Zamawiający posiada wolne licencje umożliwiające podłączenie i pełną integrację przyłóżkowego aparatu RTG z systemami RIS/PACS Zamawiającego

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

63. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 4.1 – pkt VI.1- Zamawiający wymaga testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu, monitorów i detektora bezpośrednio po ich instalacji oraz przekazanie niezbędnych dokumentów do odbioru przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Prosimy o potwierdzenie, że przez „niezbędne dokumenty” Zamawiający rozumie sprawozdania z ww. testów oraz dokumenty dotyczące samego aparatu takich jak Deklaracja Zgodności, zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych itp. Pozostałe dokumenty wymagane przez PWIS jako załączniki do Wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie aparatu, a będące elementami Systemu Zarządzania Jakością pracowni RTG będą w gestii Zamawiającego .

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

64. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 7 - §3 ust. 4 ppkt e)- Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującym przepisami prawno-podatkowymi i jest to obowiązek Wystawcy określony w §3 ust. 2. umowy.

Dodawanie ppkt. e.) i przerzucanie na Wykonawcę odpowiedzialności za rozliczanie transakcji przez Klienta jest nieuprawnione.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

65. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 7 - §5 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

Uzasadnienie:

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywowującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

66. **Pytanie**— Dotyczy zał. nr 7 - §6 ust. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie. Oświadczenie winno być poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem do należytego, w tym terminowego, wykonania umowy i wyznaczeniem terminu dodatkowego”.

Uzasadnienie:

Tego rodzaju wcześniejsze wezwanie – w formie pisemnej i z wyznaczeniem odpowiedniego terminu - Wykonawcy do należytego wykonania umowy, zanim dojdzie do odstąpienia od umowy - które jest „najdrastyczniejszą” (nadzwyczajną) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy - jest wskazaną, powszechną i należyłą praktyką występującą tak na rynku umów prywatnych, jak i umów publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

67. **Pytanie—** Dotyczy zał. nr 7 - §8 ust. 6- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie lit a) do powyższego paragrafu w brzmieniu: „Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w części lub w całości na wniosek Wykonawcy uzasadniony przyczynami wynikającymi lub związanymi z epidemią Covid-19.”

Pomimo podejmowania przez pytającego i spółki z jego grupy kapitałowej wzmoczonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw i wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych wielu państw, mogą wystąpić opóźnienia w dostawach i wykonaniu usług dotyczące pytającego, jego dostawców i podwykonawców. Dostawa/wykonanie usługi w konkretnym terminie uzależnione są od braku zakłóceń w łańcuchu dostaw, procesach produkcyjnych i logistycznych. Analogiczna sytuacja dotyczy innych wykonawców starających się o zamówienie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do wzoru umowy.

68. **Pytanie—** Dotyczy zał. nr 8 - §5 ust. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie ust. 1 i 2 zapisem w brzmieniu:

- (1) Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym („podwykonawca przetwarzający dane”) realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.
- (2) Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępny pod adresem
- (3) Administrator Danych niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.
- (4) Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.
- (5) W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez administratora danych, Administrator Danych przedstawi Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.
Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania
 - a. zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub
 - b. podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora danych, które wyeliminują jego zastrzeżenia.
- (6) W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, Podmiot przetwarzający - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną

odpowiedzialność wobec Administratora danych za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

- (7) W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.
- (8) W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator Danych niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora danych. Ponadto, Administrator danych udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń (które mogą mieć siedzibę poza EOG) – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zastąpienie zapisów następującymi zapisami, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych:

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 której umowa tylko dotyczy -INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

69. **Pytanie**– Dotyczy zapisów SIWZ- Czy z uwagi na to, że w instrukcjach, katalogach, ulotkach, folderach przedstawiona jest tylko część parametrów i funkcjonalności sprzętu, Zamawiający w odniesieniu do wymaganych przez siebie parametrów, które nie są prezentowane w tych dokumentach dopuści ich potwierdzenie oświadczeniem Wykonawcy posiadającego pisemną autoryzację producenta dla serwisu i sprzedaży oferowanego przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający pisząc w punkcie VI.6.9c)SIWZ,, karty katalogowe lub ulotki lub inne materiały informacyjne potwierdzające oferowane parametry opisane w Wykazie do oceny parametrów jakościowych (ocena techniczna) w załączniku 4A, które zaoferował Wykonawca”jako „inne materiały informacyjne” rozumie również oświadczenie Wykonawcy lub producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta.

70. **Pytanie** -Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji od min. 35mAs do max. 320 mAs, Czy Zamawiający dopuści 500 mAs? W naszej opinii "max 320 mAs" jest omyłką pisarską i zapis powinien być skorygowany na " od min. 35mAs do min. 320 mAs"

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

71. **Pytanie**- Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą $\geq 200\text{cm}$ Czy Zamawiający dopuści aparat o wysokości ogniska lampy nad podłogą o wartości 199 cm?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

72. Wbudowany czujnik wstrząsu -Czy Zamawiający dopuści do postępowania detektor z wysoką tolerancją na wstrząsy ale bez dedykowanego czujnika, który logowałby wstrząsy?

Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU W ZAŁĄCZENIU.

**Zamawiający dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i Ogłoszeniu o Zamówieniu**

W pkt. III 3.2 SIWZ Zamawiający dokonuje Zmiany nazwy projektu

Przedmiot zamówienia jest częściowo finansowany w ramach projektu: **„Zakup niezbędnej aparatury medycznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”**. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

W pkt IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Realizacja zamówienia: **do 30.04.2021 r.**

Miejsce dostawy i adaptacji: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w lokalizacji Ceglana 35

Zmieniony zostaje załącznik nr 1 formularz ofertowy w zakresie terminu realizacji zamówienia

W załączniku nr 7 wzorze umowy Zamawiający dokonuje zmian :

- w § 2.ust.1 zmiany na zapis:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zainstalować i uruchomić Aparat oraz przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie do **30.04.2021 r.**, co zostanie potwierdzone dokumentem z odbioru podpisanym i opieczętowanym przez obie Strony.

- w § 2.ust.11 – zostaje wykreślony

- w § 8.ust 5 i 6 zostaje wykreślony , automatycznie następne ustępy zostają przenieumerowane

W związku z art.12a ust.1 i 2.1) Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2020r o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2020r. o godz. 10:30

Oferta musi zachować ważność do 05.02.2021r.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie obowiązują zgodnie z zapisem w pkt. XI SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje ,iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji w zakresie obejmującym powyższe informacje tj. zmiany w sekcji II 2.7 ;2.13; 2.14 , w sekcji III 1.3 w sekcji IV 2.2;2.6;2.7 ,po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Małaj
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

**FORMULARZ OFERTOWY
DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM.PROF.K.GIBIŃSKIEGO
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy

Siedziba:

REGON NIP
Tel. e-mail
numer konta bankowego (wskazanego
do umieszczenia w zapisach umowy §9 ust3)

Ubiegając się o zamówienie publiczne na **dostawę przyłóżkowego aparatu RTG i skanera do aparatu RTG(X)** oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) za łączną kwotę określoną poniżej:

CZĘŚĆ 2 – SKANER DO APARATU RTG

cena netto zł
podatek VAT% tj. zł
Cena ofertowa brutto:zł

Okres gwarancji :

Oświadczamy, iż oferujemy następujący okres gwarancji skanera do aparatu RTG wraz z wyposażeniem:miesiące (minimum 24 miesiące- *kryterium oceny ofert*).
(W przypadku nie wypełnienia, Zamawiający przyjmuje, iż Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji.

Oświadczamy, iż oferujemy następujący skaner do aparatu RTG:

- Producent: (podać) - Nazwa i typ:
(podać)

Oświadczamy, iż w/w skaner do aparatu RTG wraz z wyposażeniem spełnia wymagania Zamawiającego wskazane w zestawieniu parametrów techniczno-użytkowych.

Termin wykonania zamówienia :

Realizacja zamówienia 30.04.2021

Termin płatności:

Zapłata za zrealizowanie całej umowy nastąpi w ciągu 30 dni (Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej zapłaty) od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury VAT.

1. Oświadczamy, iż nie zamierzamy powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcy w sytuacji gdy nie dołączyliśmy do oferty wykazu części zamówienia (o którym mowa w załączniku 6 do SIWZ).

2. Zapoznaliśmy się z SIWZ, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w SIWZ wymagania Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
4. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej deklarujemy gotowość podpisania umowy niezwłocznie po upływie 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, chyba że zostanie wniesione odwołanie. Przyjmujemy do wiadomości, iż w sytuacji gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta to Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę przed upływem tego terminu.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej w treści RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
(*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, może wykreślić treść niniejszego oświadczenia)
6. Oświadczamy, iż zawarta w SIWZ treść wzoru umowy wraz z załącznikami została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów o których mowa w pkt. VI.6.10 SIWZ oświadczamy, że pomimo tego, że nie było to wymagane na tym etapie postępowania dokumenty te są aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym na dzień złożenia i wyrażamy zgodę na zbadanie przez Zamawiającego załączonych dokumentów.
8. Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są aktualne oraz zgodne ze stanem faktycznym na dzień składania ofert.