



Katowice 14.12.2017r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa stymulatorów do głębokiej stymulacji mózgowia - DZP/381/99A/2017

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 3 10 generatorów nieładowalnych 16 kontaktowych, o pojemności baterii 6300 mAh, wraz z:

- 10 elektrod chirurgicznych szesnastokontaktowych, 3 rzędowych,
- 10 programatorów pacjenta,
- 20 łączników
- 10 przewodów do stymulacji próbnej / testowej

Generatory nieładowalne, dwukanałowe, o pojemności baterii 6300 mAh, stałonapięciowe, pozwalające na wykonanie badania MRI 1,5 T całego ciała, umożliwiające ustawienie 32 różnych programów, w 26 grupach.

Elektrody chirurgiczne, 16 kontaktowe, 3 rzędowe, o długości przewodu do wyboru: 65 i 90 cm. Długość łączników do wyboru: 20, 40 i 60 cm. System do stymulacji próbnej z zabezpieczoną zatrząsowaną obudową. Programator pacjenta umożliwiający bezprzewodową obsługę urządzenia. Możliwość bezprzewodowej zmiany parametrów pracy i ustawień stymulatora, bez konieczności ingerencji chirurgicznej.

Wykonawca użyje programator lekarski kompatybilny z zaoferowanymi implantami oraz stymulator zewnętrzny do stymulacji próbnej / testowej

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2:

Czy w Części nr 3 Zamawiający wymaga, aby zaimplantowane urządzenie (stymulator oraz elektroda) nie stanowiło przeszkody do wykonania badania MRI 1,5 T całego ciała, u wszystkich pacjentów, bez względu na miejsce (poziom) implantacji elektrody?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr inż. Andrzej Kuchnowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych