



Katowice 08.11.2017r.

DZP/381/86B/2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: - dostawa probówek do oznaczania OB. na aparacie metodą logarytmiczną wraz z dzierżawą aparatu DZP/381/113B/2017

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie probówki z wypełnieniem – cytrynian sodu 3,2% spełniającym wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówki z wypełnieniem – cytrynian sodu 3,2% spełniającym wszystkie pozostałe wymogi SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający może doprecyzować (ze względu na fakt, że w postępowaniu brak jest pozostałych elementów próżniowego systemu do pobierania krwi), że w opisie przedmiotu zamówienia w tabeli nr. 2 pisząc „.... Aparat kompatybilny z oferowanymi probówkami (tabela 1). Probówki stosowane w aparacie są kompatybilne do probówek systemu zamkniętego (pakiet nr 1) stosowanego przez Zamawiającego...” ma na myśli, zgodnie z zaleceniami Normy CLSI H1-A5 pkt. 5.1., aby wszystkie elementy systemu do próżniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta?

Jeśli tak, prosimy o podanie nazwy producenta obecnie używanego systemu próżniowego do pobierania krwi w szpitalu.

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga aby wszystkie elementy systemu do próżniowego pobierania krwi pochodziły od jednego producenta. Producentem obecnie używanego systemu próżniowego do pobierania krwi w lokalizacji ul. Medyków 14 w Katowicach Ligocie jest Becton Dickinson Polska Sp. z o.o.

Z upoważnienia Dyrektora
Higieny i Bezpieczeństwa
Prof. dr hab. n. med. J. G. G. G. G.
[Podpis]
Kierownik Działu Zamówień Publicznych