



Katowice 03.09.2018r.

DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa wyrobów medycznych neurochirurgicznych - DZP/381/80A/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1

Dotyczy Części 5: Drenaż komorowy

Czy Zamawiający zaakceptuje Zestawu do zewnętrznego drenażu komorowego o następujących właściwościach:

Kompaktowy zestaw do drenażu komorowego w komplecie z drenem komorowym, zawierającym m.in.

- Dren komorowy dla dorosłych o średnicy zew. 3,0mm, śr. wew. 1,6 mm, długości 350 mm, ze znacznikami co 1 cm
- Linia pacjenta o długości 200cm
- Integralny worek drenażowy o pojemności 700 ml, wyskalowany, wyposażony w zawór spustowy. Przezroczysta komora kropelkowa zintegrowana z workiem wyposażona w filtr antybakteryjny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w zestawu.

p.o. DYREKTORA

mgr Tomasz Kajor