

Do wszystkich wykonawców

Dot.: postępowania na obsługę serwisową aparatury anestezjologicznej firmy Dräger

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu, która stanowi podstawę do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu.

Pytanie2: Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego, przedstawienia: listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji wykonania przeglądów opracowanej przez producenta sprzętu.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 3: Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta . Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta dla urządzeń z formularza cenowego, zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi ? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.


Odpowiedź: Nie, zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie czy w celu potwierdzenia wymogów określonych w załączniku nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga dołączenia do oferty od wszystkich Wykonawców przedstawienia wydruku z programu „ServiceConnect” (program administrujący prawami dostępu do programów serwisowych) z listą użytkowników programu serwisowego, którzy są w dyspozycji składającego ofertę.

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie stawia takich wymagań.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga użycia do przeglądów i napraw wyłącznie oryginalnych części zamiennych .

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Medycznego i Diagnostyki
Świątkiego Uniwersyteckiego Centrum w Katowicach

mgr Andrzej Pasch
Kierownik Działu Zamówień Publicznych