



DZP.381.4EAT.2022

Katowice 12.04.2022 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na **Obsługę serwisową aparatury neonatologicznej – DZP.381.4EAT.2022**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1

dotyczy pakietu 5

Zgodnie z zaleceniami producenta co 2 lata należy wymienić w inkubatorze PANDA resusytator.

Zgodnie z datą instalacji wymiana resusytatora wypada w drugim roku umowy.

Czy cenę resusytatora wliczyć w cenę przeglądu?

Odpowiedź

Cenę proszę podać oddzielnie zgodnie z formularzem cenowym (zmodyfikowany załącznik 2.5 w załączeniu)

PYTANIE 2

Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga

PYTANIE 3

Pytanie dotyczące SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w formie elektronicznej w postaci plików pdf podpisanych podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE 4

dot. §4 umowy

Celem miarkowania kar bardzo proszę o zmianę zapisów umowy i zmniejszenie wartości kar z 0,5% do 0,2% wartości umowy brutto lub pozostawienie 0,5% ale od wartości niezrealizowanego zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE 5

dot. pakietu 6

W przedmiotowym pakiecie znajduje się miernik bilirubiny, który zgodnie z wymaganiami producenta powinien mieć podczas przeglądu kalibrację zapewniającą poprawność działania i wyświetlania poziomu bilirubiny. Procedura przeprowadzona jest przy pomocy specjalistycznego sprzętu kontrolno-pomiarowego. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich wykonawców przeprowadzenia kalibracji zapewniającego prawdziwość podanych pomiarów?

Odpowiedź

Zamawiający będzie wymagał czynności, które są opisane w § 1 ust. 3 projektu umowy

PYTANIE 6

dot. pakietu 6

W przedmiotowym pakiecie znajdują się stanowiska do resuscytacji. Podczas przeglądu co 2 lata zgodnie z instrukcją producenta konieczny jest do wymiany microblender, który jest częścią serwisową. Prosimy o określenie czy Zamawiający

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

będzie wymagał wymiany blendera na regenerowany (który jest tańszy), czy na nowy blender?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga nowej części.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
[Podpis]
Kierownik Działu Zamówień Publicznych