



Katowice 29.11.2017r.

DZP/381/110B/2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: Obsługa serwisowa respiratorów Puritan Bennett 840 firmy Medtronic - DZP/381/110B/2017

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę pakietów serwisowych? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odp. Tak przegląd respiratorów wymienionych w SIWZ obejmuje również wymianę pakietów serwisowych

Pytanie nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaka jest dokładnie (dzień/miesiąc/rok) data ostatniego przeglądu urządzeń wymienionych w SIWZ? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odp.

s/n: 3121128340 - 31.01.2017

s/n: 3512133248, s/n: 3512133247, s/n: 3512133149 - 14.08.2017

Pytanie nr 3:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie jaki jest rok produkcji respiratorów objętych przedmiotowym postępowaniem? Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Odp.

s/n: 3121128340 - 2011r.

s/n: 3512133248, s/n: 3512133247, s/n: 3512133149 - 2013r.

Pytanie nr 4:

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces



należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odp. Zamawiający nie wymaga od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012

Pytanie nr 5:

Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urzędzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odp.

Na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga od Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urzędzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji.

Pytanie nr 6:

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP) zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy zawarty w zał nr 6 SIWZ wymóg dotyczący zatrudniania przez wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami oznacza, że Zamawiający uznaje, iż wykonywanie ww. czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (dalej k.p.).

Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany SIWZ polegającej na dopuszczeniu możliwości posłużenia się przez wykonawcę zarówno swoimi pracownikami, jak i osobami zatrudnionymi przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych przy wykonywaniu czynności w zakresie przeprowadzania przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej wraz z naprawami.

Odp.

Załącznik nr 6 - Zamawiający modyfikuje tabelę w następujący sposób:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko	Doświadczenie zawodowe	Uprawnienia	Informacja o podstawie do dysponowania daną osobą

Zatwierdzenie Dyrektora
Prof. dr hab. n. med. K. Gibińskiego
[Podpis]
Kierownik Biura Zamówień Publicznych