



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

DZP/381/94A/2020

Katowice /30.10.2020

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

mgr Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice
SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Odpowiedzi na pytania, modyfikacja, zmiana terminu składania i otwarcia

Dotyczy postępowania p.n.: „Dostawa mebli medycznych – łóżka (III)” –
DZP/381/94A/2020.

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1: Pakiet 1 Poz.1 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji 350-740 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 2: Pakiet 1 Poz.1 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym
Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji 360-810 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 3: Pakiet 1 Poz.1 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez panelu tworzywowego uzupełniającego leżę po jego wydłużeniu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 4: Pakiet 1 Poz.1 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym

Czy Zamawiający dopuści barierki metalowe lakierowane proszkowo składające się z czterech poprzeczek, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 5: Pakiet 1 Poz.1 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym

Czy Zamawiający dopuści podwójne barierki tworzywowe umieszczone po dwóch stronach łóżka chroniące pacjenta na całej długości łóżka, składanych wzdłuż segmentów leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 6: Pakiet 1 Poz.2 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym i materacem
zmiennociśnieniowym

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji 350-740 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 7: Pakiet 1 Poz.2 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym i materacem zmiennociśnieniowym

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji 360-810 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 8: Pakiet 1 Poz.2 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym i materacem zmiennociśnieniowym

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez panelu tworzywowego uzupełniającego leżę po jego wydłużeniu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 9: Pakiet 1 Poz.2 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym i materacem zmiennociśnieniowym

Czy Zamawiający dopuści barierki metalowe lakierowane proszkowo składające się z czterech poprzeczek, zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 10: Pakiet 1 Poz.2 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym i materacem zmiennociśnieniowym

Czy Zamawiający dopuści podwójne barierki tworzywowe umieszczone po dwóch stronach łóżka chroniące pacjenta na całej długości łóżka, składanych wzdłuż segmentów leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 11: Pakiet 2 Poz.2 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym i materacem zmiennociśnieniowym

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko oparte na kolumnach?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 12: Pakiet 2 Poz.2 Łóżko ze sterowaniem elektrycznym i materacem zmiennociśnieniowym

Punkt 34

Czy Zamawiający dopuści jeden panel do obsługi funkcji pomiaru masy ciała pacjenta z możliwością umieszczenia na szczycie lub barierkach?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 13: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością 2-stopniowej regulacji długości leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 14: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 15cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 15: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 370-735mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 16: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym segment pleców ustawiany jest w wygodny i intuicyjny sposób pod każdym kątem, w tym 30 stopni bez konieczności stosowania chwilowej pauzy?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 17: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta nachylenia oparcia uda w zakresie 0-35°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 18: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo zabezpieczającymi na $\frac{3}{4}$ długości leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 19: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowy panel uzupełniający leże po wydłużeniu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 20: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwa gniazda na np. wieszak kroplówki lub wysięgnik ręki od strony głowy?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 21: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w przycisk uruchamiający pozycję CPR umieszczony ze względów bezpieczeństwa tylko w panelu centralnym dla personelu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 22: Pakiet 1 pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści materac o grubości 14cm wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą PN 1021-1 i 1021-2, które są tożsame do norm wymaganych?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 23: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją opartą na trzech kolumnach cylindrycznych, podpierających leże w 6 punktach?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 24: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością 2-stopniowej regulacji leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 25: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia leża o 12,5cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 26: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 430-810mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 27: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta nachylenia oparcia uda w zakresie 0-46°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 28: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą hamulca, uruchamianą za pomocą pojedynczego drążka w kształcie litery C, wychodzącego z podwozia łóżka od strony nóg?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 29: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 200kg?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowy panel uzupełniający leże po wydłużeniu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 31: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi metalowymi, lakierowanymi proszkowo zabezpieczającymi na $\frac{3}{4}$ długości leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 32: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwa gniazda na np. wieszak kroplówki lub wyciągnik ręki od strony głowy?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 33: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w przycisk uruchamiający pozycję CPR umieszczony ze względów bezpieczeństwa tylko w panelu centralnym dla personelu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 34: Pakiet 1 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w funkcję przechyłów bocznych dokonywanych całym leżem, regulowaną z poziomu centralnego panelu sterowania dla personelu a także – co ważniejsze – za pomocą sterowników nożnych wbudowanych obustronnie w podwozie łóżka, dzięki którym personel podczas przechyłu jest w stałym kontakcie wzrokowym z pacjentem oraz ma możliwość zabezpieczenia pacjenta obiema rękoma, a także wraz z łóżkiem materac przeciwodłęzynowy, aktywny (bez funkcji rotacji) spełniający poniższy opis (dodatkowo nadmieniamy, iż taki zestaw pozwala na korzystanie z funkcji przechyłów bocznych bez względu na to jaki materac zostanie położony na łóżku)?

- Materac powietrzny przeciwodłęzynowy. Zestaw pompa i materac zintegrowane ze sobą i kompatybilne z łóżkiem. Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. System pracy zmiennociśnieniowy co trzecia komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny. Komory umieszczone w rzędach napętniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o czasie 10 minut. Materac zbudowany z 18 poprzecznych komór wykonanych z elastycznego, nie usztywnionego poliuretanu połączonego z nylonem zapewniającego wieloletnie użytkowanie. Wysokość każdej pojedynczej komory 12,5cm. Komory materaca pojedynczo wymienne. Materac z funkcją owiewu ciała pacjenta powietrzem wydobywającym się przez mikrootworki. Materac pokryty półprzepuszczalnym pokrowcem - przepuszczającym parę wodną, a zatrzymującym cieczę - wykonany z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. Możliwość mycia i dezynfekcji. Możliwość szybkiego spuszczenia powietrza z materaca za pomocą zaworu CPR. Limit wagi pacjenta 200kg. Możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 12 godz. - tryb transportowy Przewód elektryczny odłączalny od pompy z zabezpieczeniem przed przypadkowym odłączeniem. Zasilanie 230V 50Hz Deklaracja zgodności. Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35: Pakiet 1 pozycja 2:

W związku z opisem specjalistycznego materaca z funkcją przechyłów bocznych zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 2 (20 łóżek wraz z materacem) do osobnego zadania, co umożliwi złożenie oferty większej liczbie wykonawców, dzięki czemu Zamawiający ma możliwość otrzymania oferty korzystniejszej cenowo.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 36: Pytania dotyczą zadania nr 1 - Łóżko ze sterowaniem elektrycznym poz. 1 i 2 (60 i 20 szt.)

Czy Zamawiający dopuści konstrukcje łóżka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, opartej na bardzo stabilnym systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących, podpierających leże na większej powiechni niż punktowe tylko podparcie? *Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka, udźwig łóżka 250kg z każdej części leża*

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 37: Pytania dotyczą zadania nr 1 - Łóżko ze sterowaniem elektrycznym poz. 1 i 2 (60 i 20 szt.)

Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierki bocznych) max 103 cm?


Większa szerokość leża to więcej miejsca dla pacjenta i większa przestrzeń dla personelu do wykonywania codziennych czynności i procedur np. obracania pacjenta na boki przy zmianie pościeli

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 38: Pytania dotyczą zadania nr 1 - Łóżko ze sterowaniem elektrycznym poz. 1 i 2 (60 i 20 szt.)

Czy Zamawiający będzie wymagał dodatkowe pedały do regulacji hamulcem na kołach od strony wezgłowia oraz dodatkowy drążek łączący pedały regulacji hamulca od strony nóg?



Rozwiązanie to jest niedrogie a bardzo poprawia ergonomię i wygodę pracy personelu

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 39: Pytania dotyczą zadania nr 1 - Łóżko ze sterowaniem elektrycznym poz. 1 i 2 (60 i 20 szt.)

Prosimy o wyjaśnienie co dla Państwa oznacza wieszak dolny?

Odpowiedz:

Uchwyt do zawieszenia np. worka na mocz.

Pytanie 40: Pytania dotyczą zadania nr 1 - Łóżko ze sterowaniem elektrycznym poz. 1 i 2 (60 i 20 szt.)

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału wg równoważnej normy PN-EN 60601-1:2005AMD1:2012?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 41: Pytania dotyczą zadania nr 2 - Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym – 10 szt.

pkt. 12

Czy Zamawiający będzie wymagał by łóżko było wyposażone w wspomagający pracę personelu system napędowy (w postaci napędzanego elektrycznie piątego koła lub innego równoważnego)?

System redukujący siły i liczbę personelu niezbędną do transportu pacjenta - łóżko wyposażone w napęd w postaci napędzanego elektrycznie piątego koła. System wspomagający transport pacjenta, redukujący siły potrzebne do transportowania pacjentów (wsparcie dla personelu, bezpieczeństwo dla pacjenta). System zintegrowany z łóżkiem. Prędkość maksymalna 5 km/godz. Zasięg do 5km. Funkcja wykrywania nachylenia powierzchni (zjazdu i podjazdu). Łatwa aktywacja i dezaktywacja funkcji poprzez drążek hamulca, sygnalizacja wizualna aktywnego koła.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 42: Pytania dotyczą zadania nr 2 - Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym – 10 szt.

pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści łóżko gdzie wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (oprócz funkcji ratunkowej CPR) zabezpieczone są przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokady funkcji elektrycznych łóżka?

Funkcji ratunkowa powinna być zawsze dostępna niezależnie od indywidualnych blokad dlatego w naszym rozwiązaniu naciśnięcie tej funkcji CPR znosi wszelkie blokady łóżka i umożliwia szybkie prowadzenie czynności ratunkowych

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 43: Pytania dotyczą zadania nr 2 - Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym – 10 szt.

pkt 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w segment oparcia pleców przezierny dla promieni RTG?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44: Pytania dotyczą zadania nr 2 - Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym – 10 szt.

pkt 30

Czy Zamawiający dopuści dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierki zabezpieczających przy wezgłowie z ograniczoną ilością funkcji (segment oparcia pleców, segment uda, funkcja bio-kontur - równoczesne zgięcie segmentu pleców i nóg), które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu?

Funkcje kliniczne tj. jak TB/ATB nie powinny być dostępne do regulowania przez pacjenta i dlatego znajdują się tylko na panelach sterowania dla personelu po zewnętrznej stronie barierki

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 45: Pytania dotyczą zadania nr 2 - Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym – 10 szt.

pkt 43

Czy Zamawiający dopuści zaawansowany materac zmiennociśnieniowy, co najmniej równoważny do wymaganaego w opisie, a dodatkowo posiadający optymalną funkcję do zapobiegania odleżynom w pozycji na brzuchu (prone position)?

Materac o poniższych parametrach:

	Materac zmiennociśnieniowy
1	Zmiennociśnieniowy, powietrzny materac przeciwoleżynowy
2	Maksymalna waga pacjenta gwarantująca skuteczność terapeutyczną materaca: 250kg
3	Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka
4	Materac przeznaczony dla pacjentów z odleżynami każdego stopnia, po operacyjnym leczeniu odleżyn, na oddziałach leczenia oparzeń
5	Wymiary materaca (szer. x dł. x wys.): 890x2085x215 [mm]
6	Waga materaca nie przekracza 15,5 [kg]
7	Materac powietrzny wyposażony w 20 poliuretanowych komór : 3 komory w sekcji głowy, 1 komora podpierająca barki, 8 komór w sekcji tułowia, 3 komór w sekcji ud oraz 5 komór w segmencie łydek i pięt
8	W części nożnej specjalna konstrukcja ostatnich 5 komór niwelujących ucisk na pięty pacjenta
9	19 z spośród 20 komór wyposażonych w zawory co umożliwia spust powietrza tylko z wybranych komór materaca dla maksymalizacji skuteczności redukcji nacisku na wybrane części ciała pacjenta
10	Materac wyposażony w czujnik zapewniający optymalne podparcie pacjenta oraz ciśnienie w komorach niezależnie od wysokości, ułożenia i rozkładu wagi pacjenta
11	Pokrowiec materaca przepuszczający wilgoć, nieprzepuszczający płynów/cieczy.
12	Ognioodporność pokrowca wg normy BS 7175: 0,1& 5
13	Powłoka pokrowca o właściwościach antymikrobowych, pozwalających ograniczyć zanieczyszczenie mikrobiologiczne tkaniny
14	Spodnia część pokrowca materaca wykonana z tkaniny powlekanej poliuretanem
15	Pompa materaca automatycznie dostosowuje ciśnienie w komorach, w zależności od wagi i ułożenia ciała pacjenta, bez konieczności ręcznego nastawiania
16	Materac wyposażony w 8 pasów mocujących materac do leża łóżka
17	Możliwość spuszczenia powietrza z materaca w nagłej sytuacji co umożliwia podjęcie akcji reanimacyjnej. Materac wyposażony w zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR
18	Możliwość przełączenia materaca w tryb transportowy. Odbywa się to poprzez ustawienie regulatora znajdującego się w nożnej części materaca.
19	Materac w trybie transportowym zapewnia podparcie pacjenta do 12h

20	Pompa materaca pracująca w dwóch trybach: dynamicznym oraz statycznym
21	Czas trwania jednego cyklu w trybie dynamicznym: 10min
22	Pompa wyposażona w pokrętko umożliwiające dodatkową regulację poziomu ciśnienia w komorach dla zapewnienia większego komfortu pacjenta
23	Masa pompy nie przekracza 5,7 kg
24	Wymiary pompy materaca: 508x220x100 [mm]
25	Stopień ochrony pompy: IP21
26	Jeden przewód powietrzny „pięciożyłowy” łączących materac z pompą
27	Pompa materaca z alarmem wizualnym i akustycznym niewłaściwego ciśnienia, awarii pompy oraz awarii zasilania
28	Pokrowiec materaca wyposażony w mankiet do poprowadzenia przewodu zasilającego pompę materaca. Chroni to przed uszkodzeniem przewodu zasilającego podczas przemieszczania łóżka
29	Pokrowiec z możliwością przeprowadzenia mycia oraz dezynfekcji wysokotemperaturowej do 95°C

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 46: Pytania dotyczą zadania nr 2 - Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym – 10 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał jako wyposażenia do każdego łóżka, kosza do zbierania odpadów, z gumowym kołnierzem o szer. min. 550 mm, z dolną półką, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, 4 kółka o średnicy min. 75mm, 4 zderzaki w formie krążka, wymiary w mm (szer/gł/wys.) – 585/490/975 (+/- 20mm)?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 47: Pytania dotyczą zadania nr 2 - Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym – 10 szt.

zapisy umowy Par 3 ust. 3

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w umowie na:

W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy albo wymiany mebli lub ich poszczególnych części w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem wady powstałej mimo używania sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie 48: Pytania dotyczą zadania nr 2 - Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym – 10 szt.

zapisy umowy Par 3 ust. 5

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w umowie na:

Wykonawca gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego lub wadliwego mebla w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii lub 14 dni roboczych w przypadku potrzeby sciągnięcia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na w/w zmianę, jednak modyfikuje par. 3 ust. 5 wzoru umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego lub wadliwego mebla w czasie nie dłuższym niż 5 dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający może zlecić naprawę mebla osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy”

Pytanie 49: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka ze sterowaniem elektrycznym z wszystkimi segmentami w leżu wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 mm, montowana na stałe?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 50: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające centralną blokadę kół? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 51: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym z regulacją wysokości w zakresie 350-810 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 52: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym z elektryczną regulacją kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie 30°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 53: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające jednostopniową regulację długości leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 54: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym, którego obciążenie maksymalne wynosi 230 kg?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające po jednym gnieździe na akcesoria w każdym z czterech narożników leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 56: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające panel z HPL uzupełniający leże po jego wydłużeniu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 57: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym z głównym panelem znajdującym się przy nogach łóżka, który nie jest wyposażony we wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, a także wskaźnik baterii?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 58: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym wyposażone w materac przeciwodleżynowy typu „gofer” o gęstości T 35[kg/m³] i grubości 12 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 59: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym wyposażony w materac przeciwodłęzynowy dwuwarstwowy, 3 strefowy, wykonany z pianki termoelastycznej. Wszystkie strefy wykonane są z dwóch pianek o 2 gęstościach, mniejsza gęstość dla segmentu głowy i nóg, a większej dla strefy tułowia?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 60: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodłęzynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym z wszystkimi segmentami w leżu wypełnionymi płytą HPL o grubości 6 mm, montowana na stałe?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 61: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodłęzynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające centralną blokadę kół? Parametr ten jest korzystniejszy od wymaganego.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 62: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodłęzynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym z regulacją wysokości w zakresie 350-810 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 63: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodłęzynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym z elektryczną regulacją kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie 30°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 64: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodłęzynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające jednostopniową regulację długości leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 65: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodłęzynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym, którego obciążenie maksymalne wynosi 230 kg?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 66: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodłęzynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające po jednym gnieździe na akcesoria w każdym z czterech narożników leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 67: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym posiadające panel z HPL uzupełniający leże po jego wydłużeniu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 68: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym z głównym panelem znajdującym się przy nogach łóżka, który nie jest wyposażony we wskaźnik informujący o podłączeniu łóżka do sieci, a także wskaźnik baterii?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 69: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym wyposażone w materac przeciwodleżynowy typu „gofer” o gęstości T 35[kg/m³] i grubości 12 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko ze sterowaniem elektrycznym wyposażony w materac przeciwodleżynowy dwuwarstwowy, 3 strefowy, wykonany z pianki termoelastycznej. Wszystkie strefy wykonane są z dwóch pianek o 2 gęstościach, mniejsza gęstość dla segmentu głowy i nóg, a większej dla strefy tułowia?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 71: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu: System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego funkcje dobierane są świadomie przez personel medyczny.

Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie tzw. bezdotykowej terapii odleżyn tj. np. dokonywanie odcinkowego wyłączenia komór w materacu istniejącej odleżyny.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 72: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu Komory umieszczone w rzędach winny napętniać się powietrzem i opróżniać

na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego komory napętniają

się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut?

Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego materaca w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3).

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 73: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, o większym zakresie regulacji niż 10-20 minut? Posiadającym możliwość regulacji osobną dla każdej ze stron rotacji tj. osobno regulowaną czasem oraz kątem tzw. przechyłu tj. rotacji bocznej?

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 74: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu : Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana

za pomocą zaworów wbudowanych w materac

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego sterowanie odbywa

się poprzez panel pompy?

Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej skuteczne medycznie.

Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 75: Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu: Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy i może być dokonywane również w trybie niezależnym od trybu zmiennociśnieniowego np. w trybie statycznym?

Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej skuteczne medycznie.

Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 76: Pakiet nr 1 (pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm oraz z jednostopniową regulacją długości przedłużenia leża o 28 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 77: Pakiet nr 1 (pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 78: Pakiet nr 1 (pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez chwilowej pauzy na 30° w przypadku segmentu oparcia pleców?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 79: Pakiet nr 1 (pozycja 1)

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 80: Pakiet nr 1 (pozycja 1)

Czy Zamawiający oczekuje, że barierki boczne w łóżku będą chroniły pacjenta na całej długości leża (barierka boczna na całej długości leża), choćby ze względu na możliwość zastosowania w łóżku materaca z przechylami bocznymi?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 81: Pakiet nr 1 (pozycja 1)

Czy zamawiający dopuści materac gdzie wkład nie jest wykonany w technologii niepalnej ale z pokrowcem zgodnym z normą PN-EN 1021 (źródło zapłonu: tłący papieros)-1 i PN-EN 1021-2 (źródło zapłonu: równoważnik zapalki) w miejsce oczekiwanej normy?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 82: Pakiet nr 1 (pozycja 1)

Czy zamawiający dopuści materac o jednolitej strukturze nie posiadającego sekcji 3 sekcji: głowy, tułowia i nóg? Ten wymóg zaprzecza wymogowi w którym zamawiający wymaga materaca rotowanego 4-kierunkowo. Jeżeli konkretne sekcje są dedykowane do konkretnych części ciała tj. głowy, tułowia i nóg to materac z automatu nie może być rotowany ponieważ pacjent leżał by na niededykowanych do danej części ciała powierzchniach.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 83: Pakiet nr 1 (pozycja 2)

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2150 mm oraz z jednostopniową regulacją długości przedłużenia leża o 28 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 84: Pakiet nr 1 (pozycja 2)

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 85: Pakiet nr 1 (pozycja 2)

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez chwilowej pauzy na 30° w przypadku segmentu oparcia pleców?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 86: Pakiet nr 1 (pozycja 2)

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-43°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 87: Pakiet nr 1 (pozycja 2)

Czy Zamawiający oczekuje, że barierki boczne w łóżku będą chroniły pacjenta na całej długości leża (barierka boczna na całej długości leża), choćby ze względu na możliwość zastosowania w łóżku materaca z przechyłami bocznymi?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem uzupełniającym przedłużenie leża znajdującym się poza łóżkiem w przypadku niekorzystania z niego?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 89: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą kół za pośrednictwem dźwigni znajdujących się bezpośrednio przy kołach, od strony nóg pacjenta?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 90: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością osiągnięcia 30° segmentu oparcia pleców za pomocą oddzielnego przycisku, dedykowanego dla 30°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 91: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z poręczami od strony głowy pacjenta poruszające się wraz z oparciem pleców oraz poręczami w części udowej leża nie poruszające się z segmentem uda ani z segmentem podudzia?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 92: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją Trendelenburga i anty-Trendelenburga nie dostępnymi dla pacjenta na sterownikach w barierkach bocznych od strony wewnętrznej, co mogłoby stanowić zagrożenie dla jego zdrowia?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 93: Pakiet nr 2

Czy w zakresie p. 46 opisu Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwoleżynowy zbudowany z 18 wymiennych komór i z oznaczeniem wizualnym strefy pięt umieszczonym na pokrowcu wierzchnim? Pokrowiec może być założony i przypięty do materaca tylko w taki sposób, w którym oznaczenie strefy pięt jest zawsze w odpowiednim miejscu.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 94: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwoślężynowy z trybem transportowym do 24 godzin uruchamianym poprzez odłączenie przewodu powietrznego od pompy i zamknięcie go przymocowaną do przewodu zatyczką?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 95: Pakiet nr 2

Czy w zakresie p. 51 Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwoślężynowy utrzymujący ciśnienie wewnątrz materaca bez zasilania do 24 godzin (tryb transportowy) bez akumulatora?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 96: Pakiet nr 2

Czy w zakresie p. 49 opisu Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwoślężynowy automatycznie dostosowujący ciśnienie wewnątrz materaca w zależności od wagi i pozycji pacjenta, z możliwością ręcznej regulacji, pracujący w trybie zmiennociśnieniowym w cyklu 10/15/20/25/30 minut do wyboru?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 97: Pakiet nr 2

Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SIWZ materac przeciwoślężynowy z funkcją natychmiastowego utwardzenia powierzchni do czynności pielęgnarskich z maksymalnym czasem utwardzenia wynoszącym maksymalnie 20 minut? Po 20 minutach pompa powróci automatycznie do trybu zmiennociśnieniowego w celu zabezpieczenia pacjenta przed zbyt długim przebywaniem na twardej powierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 98: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez tworzywowego panelu uzupełniającego leże po jego wydłużeniu? Konstrukcja łóżka i jego przedłużenia zapewnia stabilne podparcie dla dodatkowego materaca uzupełniającego powierzchnię przeznaczoną dla pacjenta.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 99: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał aby funkcja autokontur była realizowana automatycznie po min. 5 sekundach podnoszenia/opuszczania segmentu oparcia? Takie rozwiązanie ogranicza ilość i poziom skomplikowania łóżka dodatkowo w sposób optymalny ogranicza migrację pacjenta i konieczność częstego repozycjonowania.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 100: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone wyłącznie w selektywną blokadę funkcji elektrycznych łóżka?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 101: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 24

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności łóżko wyposażone w alarm obniżenia segmentu oparcia poniżej 30° i 45°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 102: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem wyposażonym w obustronną kieszeń na kasetę RTG?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 103: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne dzielone, tworzywowe, poruszające się wraz segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem zabezpieczające pacjenta na $\frac{3}{4}$ długości?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 104: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierki zabezpieczających przy wezgłowie z możliwością regulacji kąta nachylenia oparcia pleców, ud oraz uruchamiające funkcję pozycji wyjściowej? Panele sterowania dla pacjenta blokowane dzięki selektywnej blokadzie dostępnej na panelach sterowania dla personelu.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 105: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 32

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w jeden akumulator obsługujący wszystkie funkcje łóżka? Łóżko wyposażone jest w podwójną funkcjonalność CPR, tj. mechaniczną i elektryczną. Nawet bez zasilania elektrycznego możliwe jest uruchomienie jej dzięki obustronnym dźwigniom ręcznym.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 106: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterowania do obsługi funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów w formie kolorowego, dotykowego ekranu LCD zlokalizowanego na jednej z dolnych barierki łóżka?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 107: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 40

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w gniazda na akcesoria, po jednym na każdy narożnik łóżka?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 108: Pakiet 2 – Łóżko OIOM z sterowaniem elektrycznym (2)

dot. pkt. 43-60

a) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności materac powietrzny opisany poniżej:

- wysokość 21,5 cm;
- wymiary dostosowane do wymiarów leża oferowanego łóżka;
- możliwość pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): ciągłego i zmiennego niskiego ciśnienia, wyposażony w 5 sekcji w skład których wchodzi: 3 sekcje mikrokomór: klatki piersiowej, krzyżowej i udowej oraz 2 sekcje specjalne dedykowane do profilaktyki i leczenia odleżyn pięt i głowy;
- materac wyposażony w czujnik pomiaru ciśnienia, który automatycznie i w czasie rzeczywistym, bez udziału personelu dobiera ciśnienia w komorach niezależnie od wagi i pozycji pacjenta;
- bezpieczne obciążenie robocze 250 kg, maksymalne obciążenie gwarantujące właściwości terapeutyczne 160 kg;
- zintegrowana kieszeń na kasetę RTG minimalizująca konieczność repozycjonowania pacjenta do wykonania badania RTG;
- system odprowadzania wilgoci oraz ciepła w głąb pokrowca a następnie wraz z przepływem powietrza usuwający je na zewnątrz materaca;
- funkcja CPR i PMax (maksymalne napompowanie) materaca
- materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka;
- profilaktyka i leczenie odleżyn od stopnia I do IV u pacjentów dorosłych od niskiego do wysokiego ryzyka;
- pokrowiec rozciągliwy/elastyczny w dwóch kierunkach pozwalający zmniejszyć siły tarcia i siły ścinające;

b) Czy Zamawiający będzie wymagał aby zaoferowane łóżko było w pełni zintegrowane z oferowanym materacem, tj. materac posiadał jeden konektor łączący go z łóżkiem i odpowiadający za zasilanie i sterowanie materaca?

c) Czy Zamawiający będzie wymagał aby po użyciu funkcji RKO łóżka (elektrycznej bądź mechanicznej) materac rozpoczynał automatyczną deflację bez konieczności ręcznego spuszczenia powietrza oddzielnym zaworem? Rozwiązanie takie pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas czynności ratujących życie pacjenta.

d) Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko wyposażone było w materac z wbudowaną pompą powietrzną? Rozwiązanie takie zmniejsza wymiary zewnętrzne stanowiska a także ma znaczący wpływ na czynności czyszczenia/dezynfekcji.

e) Czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko wyposażone było w funkcję ułatwiającą repozycjonowanie płynnie współpracującą z oferowanym materacem powietrznym? Po wciśnięciu jednego przycisku na panelu sterowania łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do -7°, materac w tym czasie automatycznie pompuje się do maksymalnego ciśnienia.

Odpowiedz:

Ad.a) Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Ad.b) Zgodnie z SIWZ.

Ad.c) Zgodnie z SIWZ.

Ad.d) Zgodnie z SIWZ.

Ad.e) Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109: Załącznik nr 4: Pakiet 1- Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Wariant I łóżka:

a) Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko:

Pozycja 1. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym

Opis techniczny

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących (minimum 6 punktów podparcia). Konstrukcja ma umożliwiać skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka.

Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego.

Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 215 cm

Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierki bocznych) 99 cm

Liczba ruchomych segmentów łóżka 3

Leże łóżka min. 4 segmenty, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa HPL. Wyjmowane bez narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji.

Możliwość 1 stopniowej regulacji długości leża.

Możliwość przedłużenia leża o [cm] 26.
 Regulacja elektryczna wysokości leża 41-84 cm.
 Regulacja elektryczna części plecowej [°] 70 °.
 Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30°. Zakres regulacji oparcia pleców 0- 72°
 Regulacja elektryczna części udowej [°] 0-40 ° .
 Funkcja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowana elektrycznie z pilota w zakresie 16 [°]- Trendelenburg oraz 17 [°]- Antytrendelenburg
 Koła jezdne – średnica 15 [cm]
 Pedaty regulacji hamulcem na kołach od strony nóg.
 W każdym rogu łóżka – koło odbojowe.
 Funkcja autoregresji segmentów pleców.
 Funkcja autokontur (biokontur – w przypadku zakrzywionych paneli leża) - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg.
 Bezpieczne obciążenie boczne dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg
 Łóżko wyposażone w materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu
 Łóżko wyposażone w Poręcz boczne tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe , wykonane w technologii rozdmuchu, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52.
 Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia.
 Łóżko wyposażone w wieszak na kroplówki i wieszak dolny.
 Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka bez wskaźnika informującego o podłączeniu łóżka do sieci, bez wskaźnika baterii, z regulacją wysokości platformy leża, regulacją sekcji uda, regulacją sekcji oparcia pleców, funkcją krzesła, z przechyłami Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, z przyciskiem CPR, z przyciskiem blokowania funkcji (z możliwością blokady funkcji).
 Pilot dla pacjenta z możliwością regulacji podstawowych funkcji łóżka.
 Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR
 Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji CPR).
 Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego (automatycznego) uzyskiwana jednym przyciskiem..
 Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku, na każdym panelu sterującym.
 Zasilanie 230V 50Hz
 Deklaracja zgodności
 Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
 Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52
 Łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353

b) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w materac piankowy:

- materac przeciwoleżynowy pasywny przeznaczony do leżenia dla pacjentów w czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji – wszystkie parametry potwierdzone przez producenta;
- materac do stosowania dla pacjentów do III stopnia odleżyn wg klasyfikacji EPUAP – certyfikat producenta potwierdzony raportem badań wydanym przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą dołączony do oferty;
- wysokość materaca 140 mm;
- długość i szerokość dostosowana do wymiarów leża łóżka;
- materac dwuwarstwowy;
- materac wykonany z dwóch rodzajów pianki poliuretanowej o różnej gęstości, twardości i profilowaniu;
- materac posiada hiperelastyczny rdzeń piankowy z nacięciami poprzecznymi oraz podłużnymi;
- materac wyposażony w kanały napowietrzające zapewniające optymalny mikroklimat;
- materac posiadający optymalną redukcję ciśnienia oraz minimalizację sił tnących (poniżej 18 mmHg nacisku);
- materac można dezynfekować w całości w myjniach-dezynfektorach w temperaturze 105°C;
- pokrowiec materaca wykonany z PU-Tex, może zostać zdjęty oraz wyprany w temperaturze do 95°C + dezynfekcja za pomocą przecierania;
- odporność pokrowca na przepuszczalność wody 3500 mm H₂O;
- pokrowiec dostosowany do prania w temp. 95°C;
- pokrowiec nie przepuszczający wirusów oraz bakterii;
- pokrowiec może zostać poddany obróbce w autoklawie;
- materiał pokrowca spełniający wymagania normy dotyczącej niskiego poziomu palności DIN 597 / CRIB5;
- maksymalne obciążenie materaca 120kg.

Odpowiedz:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych..

Ad. b) Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 110: Załącznik nr 4: Pakiet 1- Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Wariant II łóżka:

a) Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko:

Pozycja 1. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym

Opis techniczny

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących (minimum 6 punktów podparcia). Konstrukcja ma umożliwiać skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka.

Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego.

Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 228 cm

Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierki bocznych) 96,5cm

Liczba ruchomych segmentów łóżka 3

Leże łóżka min. 4 segmenty, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa HPL. Wyjmowane bez narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji.

Możliwość 1 stopniowej regulacji długości leża.

Możliwość przedłużenia leża o [cm] 20.

Regulacja elektryczna wysokości leża 41-84 cm.

Regulacja elektryczna części plecowej [°] 70 °.

Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30°. Zakres regulacji oparcia pleców 0- 72°

Regulacja elektryczna części udowej[°] 0-40 °.

Funkcja przechyłków wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowana elektrycznie z pilota w zakresie 16 [°]- Trendelenburg oraz 17 [°]- Antytrendelenburg

Koła jezdne – średnica 15 [cm]

Pedały regulacji hamulcem na kołach od strony nóg.

W każdym rogu łóżka – koło odbojowe.

Funkcja autoregresji segmentów pleców.

Funkcja autokontur (biokontur – w przypadku zakrzywionych paneli leża) - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg.
 Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg
 Łóżko wyposażone w materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu
 Łóżko wyposażone w lakierowane , zabezpieczające pacjenta na całej długości lub 3/4, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52.
 Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia.
 Łóżko wyposażone w wieszak na kroplówki i wieszak dolny.
 Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka bez wskaźnika informującego o podłączeniu łóżka do sieci, bez wskaźnika baterii, z regulacją wysokości platformy leża, regulacją sekcji uda, regulacją sekcji oparcia pleców, funkcją krzesła, z przechytami Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, z przyciskiem CPR, z przyciskiem blokowania funkcji (z możliwością blokady funkcji).
 Pilot dla pacjenta z możliwością regulacji podstawowych funkcji łóżka.
 Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR
 Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji CPR).
 Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego (automatycznego) uzyskiwana jednym przyciskiem.
 Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku, na każdym panelu sterującym.
 Zasilanie 230V 50Hz
 Deklaracja zgodności
 Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
 Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52
 Łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353

b) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w materac piankowy:

- materac przeciwoodleżynowy pasywny przeznaczony do leżenia dla pacjentów w czasie diagnozowania, leczenia, rehabilitacji – wszystkie parametry potwierdzone przez producenta;
- materac do stosowania dla pacjentów do III stopnia odleżyn wg klasyfikacji EPUAP – certyfikat producenta potwierdzony raportem badań wydanym przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą dołączony do oferty;
- wysokość materaca 140 mm;
- długość i szerokość dostosowana do wymiarów leża łóżka;
- materac dwuwarstwowy;
- materac wykonany z dwóch rodzajów pianki poliuretanowej o różnej gęstości, twardości i profilowaniu;
- materac posiada hiperelastyczny rdzeń piankowy z nacięciami poprzecznymi oraz podłużnymi;
- materac wyposażony w kanały napowietrzające zapewniające optymalny mikroklimat;
- materac posiadający optymalną redukcję ciśnienia oraz minimalizację sił tnących (poniżej 18 mmHg nacisku);
- materac można dezynfekować w całości w myjniach-dezynfektorach w temperaturze 105°C;
- pokrowiec materaca wykonany z PU-Tex, może zostać zdjęty oraz wyprany w temperaturze do 95°C + dezynfekcja za pomocą przecierania;
- odporność pokrowca na przepuszczalność wody 3500 mm H₂O;
- pokrowiec dostosowany do prania w temp. 95°C;
- pokrowiec nie przepuszczający wirusów oraz bakterii;
- pokrowiec może zostać poddany obróbce w autoklawie;
- materiał pokrowca spełniający wymagania normy dotyczącej niskiego poziomu palności DIN 597 / CRIB5;
- maksymalne obciążenie materaca 120kg.

Odpowiedz:

Ad. a) Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Ad. b) Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie 111: Załącznik nr 4: Pakiet 1- Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)
Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennościśnieniowym
(przeciwodleżynowym) z pompą**

Wariant I łóżka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko:

Opis techniczny

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących (minimum 6 punktów podparcia). Konstrukcja ma umożliwiać skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka.

Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego.

Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 215 cm

Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierki bocznych) 99 cm

Liczba ruchomych segmentów łóżka 3

Leże łóżka min. 4 segmenty, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa HPL. Wyjmowane bez narzędzi panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji.

Możliwość 1 stopniowej regulacji długości leża.

Możliwość przedłużenia leża o [cm] 26.

Regulacja elektryczna wysokości leża 41-84 cm.

Regulacja elektryczna części plecowej [°] 70 °.

Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30°. Zakres regulacji oparcia pleców 0- 72°

Regulacja elektryczna części udowej[°] 0-40 °.

Funkcja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowana elektrycznie z pilota w zakresie 16 [°]- Trendelenburg oraz 17 [°]- Antytrendelenburg

Koła jezdne – średnica 15 [cm]

Pedały regulacji hamulcem na kołach od strony nóg.

W każdym rogu łóżka – koło odbojowe.

Funkcja autoregresji segmentów pleców.

Funkcja autokontur (biokontur – w przypadku zakrzywionych paneli leża) -

równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg.

Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg

Łóżko wyposażone w materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu

Łóżko wyposażone w Poręczki boczne tworzywowe, dzielone i dwuczęściowe , wykonane w technologii rozdmuchu, zabezpieczające pacjenta na całej długości, wytworzone z tworzywa z użyciem nanotechnologii srebra powodującej hamowanie namnażania się bakterii i wirusów? Zdjęcie poglądowe poniżej:



Zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52.

Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezglowia.

Łóżko wyposażone w wieszak na kroplówki i wieszak dolny.

Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka bez wskaźnika informującego o podłączeniu łóżka do sieci, bez wskaźnika baterii, z regulacją wysokości platformy leża, regulacją sekcji uda, regulacją sekcji oparcia pleców, funkcją krzesła, z przechyłami Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, z przyciskiem

CPR, z przyciskiem blokowania funkcji (z możliwością blokady funkcji).
 Pilot dla pacjenta z możliwością regulacji podstawowych funkcji łóżka.
 Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR
 Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji CPR).
 Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego (automatycznego) uzyskiwana jednym przyciskiem.
 Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku, na każdym panelu sterującym.
 Zasilanie 230V 50Hz
 Deklaracja zgodności
 Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
 Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52
 Łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 112: Załącznik nr 4: Pakiet 1- Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)
Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Materac powietrzny przeciwodleżynowy.

Wariant I:

Prosimy o dopuszczenie materaca pracującego w trybie zmiennociśnieniowym, o następujących parametrach:

1. Materac przeznaczony do do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni
2. Materac posiadający 4 tryby pracy:
 - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napętniają się i opróżniają na przemian co trzecia
 - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali - tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu
 - tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy
 - tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.
3. Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min
4. Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, trzysekcyjny, składający się z 20 komór powietrznych, wymiennych, o wysokości 10 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm
5. Przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg
6. System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej
7. Tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca
8. Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji, wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach
9. Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę
10. Zawór CPR
11. Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne
12. Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji
13. System recyrkulacji - przepompowania powietrza między komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcję redukujący zużycie energii

14. W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza
15. Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 113: Załącznik nr 4: Pakiet 1- Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Materac powietrzny przeciwodleżynowy.

Wariant II:

Prosimy o dopuszczenie materaca pracującego w trybie zmiennociśnieniowym, o następujących parametrach:

1. Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka
2. Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg
3. Materac zmiennociśnieniowy prostokomorowy składający się z minimum 20 komór poprzecznych wykonanych z PU, komory napętniają się na przemian co druga
4. Część komór wentylowana
5. Możliwość wymiany pojedynczych komór
6. System statycznych komór wewnętrznych eliminujących możliwość zetknięcia się pacjenta z podłożem
7. Czas cyklu regulowany w zakresie od 10 do 25 min w krokach co 5 min
8. Dostępne programy: dynamiczny, dynamiczny z wypełnieniem siedzenia, statyczny niskociśnieniowy, statyczny niskociśnieniowy z wypełnieniem siedzenia, statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do dynamicznego po 20 minutach
9. Statyczna sekcja głowy – 4 komory stale napętnione powietrzem w sekcji głowy
10. Sekcja pięt z możliwością wypięcia pojedynczych komór za pomocą szybkozłączek - minimum 4 komory
11. Regulacja poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1-10 według zaleceń czytelnej etykiety umieszczonej na pompie. Zakres regulacji ciśnienia w pompie 15-40 mmHg.
12. Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia i braku zasilania z możliwością wyciszenia
13. Kontrolka serwisowa wskazująca niewłaściwą pracę pompy
14. Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 114: Załącznik nr 4: Pakiet 1- Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Wariant II łóżka

Opis techniczny

Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących (minimum 6 punktów podparcia). Konstrukcja ma umożliwiać skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka.

Akumulator do zasilania podczas transportu i dedykowany funkcji CPR w momencie braku zasilania sieciowego.

Długość zewnętrzna łóżka w pozycji krótkiej [cm] 228 cm

Szerokość zewnętrzna łóżka (niezależna od pozycji barierki bocznych) 96,5cm

Liczba ruchomych segmentów łóżka 3

Łeże łóżka min. 4 segmenty, wypełnione lekkimi panelami z tworzywa HPL. Wyjmowane

bez narzędzi panele leżą. Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji.
 Możliwość 1 stopniowej regulacji długości leża.
 Możliwość przedłużenia leża o [cm] 20.
 Regulacja elektryczna wysokości leża 41-84 cm.
 Regulacja elektryczna części plecowej [°] 70 °.
 Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30°. Zakres regulacji oparcia pleców 0- 72°
 Regulacja elektryczna części udowej [°] 0-40 ° .
 Funkcja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga – sterowana elektrycznie z pilota w zakresie 16 [°]- Trendelenburg oraz 17 [°]- Antytrendelenburg
 Koła jezdne – średnica 15 [cm]
 Pedaly regulacji hamulcem na kołach od strony nóg.
 W każdym rogu łóżka – koło odbojowe.
 Funkcja autoregresji segmentów pleców.
 Funkcja autokontur (biokontur – w przypadku zakrzywionych paneli leża) - równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg.
 Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie 250kg
 Łóżko wyposażone w materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu
 Łóżko wyposażone w lakierowane , zabezpieczające pacjenta na całej długości lub 3/4, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52.
 Cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka od strony wezgłowia.
 Łóżko wyposażone w wieszak na kroplówki i wieszak dolny.
 Główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka bez wskaźnika informującego o podłączeniu łóżka do sieci, bez wskaźnika baterii, z regulacją wysokości platformy leża, regulacją sekcji uda, regulacją sekcji oparcia pleców, funkcją krzesła, z przechyłami Trendelenburga/ anty-Trendelenburga, z przyciskiem CPR, z przyciskiem blokowania funkcji (z możliwością blokady funkcji).
 Pilot dla pacjenta z możliwością regulacji podstawowych funkcji łóżka.
 Funkcja mechaniczna CPR segmentu oparcia pleców. Łóżko wyposażone w obustronną dźwignię uruchamiającą mechanicznie funkcję CPR
 Wszystkie funkcje sterowane elektrycznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej / całkowitej blokadzie funkcji elektrycznych łóżka (z wyjątkiem funkcji CPR).
 Regulacja elektryczna do położenia krzesła kardiologicznego (automatycznego) uzyskiwana jednym przyciskiem.
 Elektryczna regulacja funkcji CPR przy pomocy jednego, oznaczonego przycisku, na każdym panelu sterującym.
 Zasilanie 230V 50Hz
 Deklaracja zgodności
 Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych.
 Łóżko w pełni zgodne z normą IEC 60601-2-52
 Łóżko wyposażone w gniazdo wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 115: Załącznik nr 4: Pakiet 1- Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Materac powietrzny przeciwodleżynowy.

Wariant I:

Prosimy o dopuszczenie materaca pracującego w trybie zmiennociśnieniowym, o następujących parametrach:

1. Materac przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni
2. Materac posiadający 4 tryby pracy:
 - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy - komory napętniają się i opróżniają na przemian co trzecia
 - tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny – komory nie opróżniają się całkowicie, tylko minimalnie, naprzemiennie zmienia się w nich ciśnienie zapewniając efekt fali - tryb specjalnie dostosowany dla pacjentów wrażliwych z problem bólu

- tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy
- tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.
- 3. Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min
- 4. Materac wymienny powietrzny, dynamiczny, trzysekcyjny, składający się z 20 komór powietrznych, wymiennych, o wysokości 10 cm wykonanych z poliuretanu z podkładem piankowym o grubości 6 cm
- 5. Przeznaczony dla pacjentów o wadze do 200 kg
- 6. System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/kardiologicznej
- 7. Tryb transportowy realizowany poprzez zamknięcie przewodu materaca
- 8. Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji, wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach
- 9. Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę
- 10. Zawór CPR
- 11. Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne
- 12. Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji
- 13. System recyrkulacji - przepompowania powietrza między komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcję redukujący zużycie energii
- 14. W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza
- 15. Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 116: Załącznik nr 4: Pakiet 1- Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Materac powietrzny przeciwodleżynowy.

Wariant II:

Prosimy o dopuszczenie materaca pracującego w trybie zmiennociśnieniowym, o następujących parametrach:

1. Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka
2. Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 200 kg
3. Materac zmiennociśnieniowy prostokomorowy składający się z minimum 20 komór poprzecznych wykonanych z PU, komory napętlają się na przemian co druga
4. Część komór wentylowana
5. Możliwość wymiany pojedynczych komór
6. System statycznych komór wewnętrznych eliminujących możliwość zetknięcia się pacjenta z podłożem
7. Czas cyklu regulowany w zakresie od 10 do 25 min w krokach co 5 min
8. Dostępne programy: dynamiczny, dynamiczny z wypełnieniem siedzenia, statyczny niskociśnieniowy, statyczny niskociśnieniowy z wypełnieniem siedzenia, statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do dynamicznego po 20 minutach
9. Statyczna sekcja głowy – 4 komory stale napętlone powietrzem w sekcji głowy
10. Sekcja pięt z możliwością wypięcia pojedynczych komór za pomocą szybkozłączy - minimum 4 komory

11. Regulacja poziomu ciśnienia powietrza w materacu w zależności od wagi i pozycji pacjenta w krokach 1-10 według zaleceń czytelnej etykiety umieszczonej na pompie. Zakres regulacji ciśnienia w pompie 15-40 mmHg.
12. Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia i braku zasilania z możliwością wyciszenia
13. Kontrolka serwisowa wskazująca niewłaściwą pracę pompy
14. Miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, odporny na penetrację przez krew i płyny fizjologiczne, odporny na penetrację przez patogeny pochodzące z krwi, odporny na penetrację przez bakterie

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 117: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo, opartą na tzw. systemie dwóch ramion wnoszących, bardzo stabilną, posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 118: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną łóżka (niezależną od pozycji barierok bocznych) 101 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 119: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści leże łóżka 4-segmentowe, w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL wyjmowanymi bez narzędzi (płyta HPL w segmencie miednicy zamocowana na stałe)?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 120: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści możliwość 1-stopniowej regulacji długości leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 121: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 42,5 – 84 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 122: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację ustawienia oparcia pleców pod kątem nachylenia 30° za pomocą jednego przycisku dostępnego na głównym panelu kontrolnym pielęgniarki?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 123: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną części udowej 0° - 45°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 124: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści funkcję przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowaną elektrycznie z głównego panelu kontrolnego pielęgniarstwa w zakresie 17°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 125: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści pedał regulacji hamulca w postaci jednej dźwigni przy kołach od strony nóg?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 126: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dodatkowy materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 127: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 128: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka tj. dwa od strony wezgłowia i dwa od strony nóg?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 129: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści główny panel kontrolny pielęgniarstwa na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja autokontur, przechyty Trendelenburga/anty-Trendelenburga, przycisk CPR, pozycja ustawienia oparcia pleców pod kątem 30°, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja egzaminacyjna, pozycja antyszokowa, pozycja wyjściowa, przyciski selektywnego blokowania funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR)?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 130: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) są zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokady funkcji elektrycznych łóżka?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 131: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację funkcji CPR przy pomocy jednego oznaczonego przycisku na głównym panelu kontrolnym pielęgniarki?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 132: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wykonane zgodnie z normą EN 60601-2-52:2010, którego konstrukcja nie wymaga wyposażenia gniazda wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 133: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści materac piankowy posiadający wkład wykonany z trzech rodzajów pianek:

- dolna warstwa wykonana z pianki poliuretanowej typu HR o gęstości 40 kg/m³
- górna warstwa podzielona na trzy sekcje: sekcja głowy, sekcja tułowia i sekcja nóg:
 - sekcja głowy i nóg wykonane z pianki VISCO gęstości 50 kg/m³
 - sekcja tułowia wykonana ze wzmocnionej pianki VISCO o gęstości 85 kg/m³?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 134: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1) – 60 szt.

Czy Zamawiający dopuści materac nie rotowany 4-kierunkowo w celu zwiększenia jego „żywności”?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 135: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z matercem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną ze stali lakierowanej proszkowo, opartą na tzw. systemie dwóch ramion wznoszących, bardzo stabilną, posiadającą cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 136: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści szerokość zewnętrzną łóżka (niezależną od pozycji barierok bocznych) 101 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 137: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści leże łóżka 4-segmentowe, w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia wypełnione płytami HPL wyjmowanymi bez narzędzi (płyta HPL w segmencie miednicy zamocowana na stałe)?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 138: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści możliwość 1-stopniowej regulacji długości leża?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 139: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną wysokości leża w zakresie 42,5 – 84 cm?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 140: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację ustawienia oparcia pleców pod kątem nachylenia 30° za pomocą jednego przycisku dostępnego na głównym panelu kontrolnym pielęgniarki?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 141: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną części udowej 0° - 45°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 142: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści funkcję przechyłów wzdużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowaną elektrycznie z głównego panelu kontrolnego pielęgniarki w zakresie 17°?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 143: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści pedał regulacji hamulca w postaci jednej dźwigni przy kołach od strony nóg?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 144: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dodatkowy materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 145: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całą długość, zgodne z normą medyczną ICE 60601-2-52?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 146: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka tj. dwa od strony wezgłowia i dwa od strony nóg?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 147: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści główny panel kontrolny pielęgniarki na przewodzie znajdujący się przy nogach łóżka posiadający diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora, regulacja wysokości platformy leża, regulacja sekcji uda, regulacja sekcji oparcia pleców, funkcja autokontur, przechyty Trendelenburga/anty-Trendelenburga, przycisk CPR, pozycja ustawienia oparcia pleców pod kątem 30°, pozycja krzesła kardiologicznego, pozycja egzaminacyjna, pozycja antyszokowa, pozycja wyjściowa, przyciski selektywnego blokowania funkcji (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR)?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 148: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) są zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokady funkcji elektrycznych łóżka?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 149: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację funkcji CPR przy pomocy jednego oznaczonego przycisku na głównym panelu kontrolnym pielęgniarki?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 150: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko wykonane zgodnie z normą EN 60601-2-52:2010, którego konstrukcja nie wymaga wyposażenia gniazda wyrównania potencjału wg normy PN-EN 62353?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 151: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwoodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu *"System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach"*.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego funkcje dobierane są świadomie przez personel medyczny? Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie tzw. bezdotykowej terapii odleżyn tj. np. dokonywanie odcinkowego wyłączenia komór w materacu istniejącej odleżyny.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 152: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwoodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu *„Komory umieszczone w rzędach winny napędląć się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut”*.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego komory napędlają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut? Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego materaca w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3).

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 153: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwoodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu *„Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut”*.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, o większym zakresie regulacji niż 10-20 minut? Posiadającym możliwość regulacji osobną dla każdej ze stron rotacji tj. osobno regulowaną czasem oraz kątem tzw. przechyłu tj. rotacji bocznej?

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 154: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwoodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu *„Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac”*.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy?

Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej skuteczne medycznie.

Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 155: Dotyczy: Pakiet 1, poz. 2 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z matercem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą – 20 szt.

W zakresie punktu: „Funkcja rotacji pracująca w trybie zmiennociśnieniowym”.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy i może być dokonywane również w trybie niezależnym od trybu zmiennociśnieniowego np. w trybie statycznym?

Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej skuteczne medycznie.

Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 156: Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 10) Zamawiający dopuści platformę leża w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia z wyjmowanymi płytami HPL (bez konieczności użycia narzędzi) dla ułatwienia czyszczenia i dezynfekcji (płyta HPL w segmencie miednicy zamocowana na stałe dla zapewnienia stabilności leża)?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 157: Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dodatkowy materac uzupełniający leże po jego wydłużeniu, przy krótkiej pozycji przedłużenie leża wsuwane jest pod leże?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 158: Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści 4 podwójne koła o średnicy 150 mm (w tym jedno koło antystatyczne, które jest kołem kierunkowym) z centralną blokadą wszystkich kół?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 159: Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 20) Zamawiający dopuści łóżko, w którym wszystkie funkcje sterowane elektrycznie (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR) są zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem dzięki możliwości selektywnej blokady funkcji elektrycznych łóżka?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 160:Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści mechaniczną regulację funkcji CPR segmentu oparcia pleców przy pomocy oznaczonych dźwigni?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 161:Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 26) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne tworzywowe, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52) zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem, zabezpieczające pacjenta na całej długości?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 162:Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30, 60 i 90 stopni oraz kąta nachylenia ramy łóżka?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 163:Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Prosimy (w pkt. 28 i 35) o wyrażenie zgody na zaoferowanie łóżka wyposażonego w system pomiaru masy ciała pacjenta, który nie posiada określonej klasy oraz nie posiada osobnego certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną. W przypadku łóżek posiadających zintegrowany system ważenia nie ma wymogu, aby były one certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną, ponieważ wbudowana waga jest pomocniczym przyrządem pomiarowym ułatwiającym określenie wagi pacjenta. Oferowany model łóżka spełnia wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa, posiada Deklarację Zgodności CE wystawioną przez producenta potwierdzającą, że łóżko wyposażone w wagę jest zgodne m.in. z Dyrektywą Europejską 2009/23/CE z 23 kwietnia 2009 r. dotyczącą nieautomatycznych przyrządów ważenia oraz z normą EN 45501-95 dotyczącą metrologicznych aspektów nieautomatycznych przyrządów ważenia.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 164:Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 29) Zamawiający dopuści sterowanie elektryczne wszystkich funkcji za pomocą sterowników wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej dla personelu – po obu stronach oraz sterowanie elektryczne wybranych funkcji za pomocą sterowników wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej – po obu stronach, wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 165:Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 30) Zamawiający dopuści dwa panele kontrolne dla pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierki zabezpieczających przy wezgłowie z ograniczoną ilością funkcji, które mogą być blokowane selektywnie z panelu personelu (segment oparcia pleców, segment uda, wysokość leża, autokontur)?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 166: Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 34) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel do obsługi funkcji pomiaru masy ciała pacjenta, sygnalizacji alarmów w formie panelu wbudowanego w szczyt łóżka od strony nóg pacjenta z wyświetlaczem LCD?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 167: Dotyczy: Pakiet 2 – Łóżko OIOM ze sterowaniem elektrycznym (2) – 10 szt.

Czy (w pkt. 40) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery gniazda na akcesoria w narożnikach łóżka tj. dwa od strony wezgłowia i dwa od strony nóg?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 168:

Pakiet 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 1. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym

Czy Zamawiający w Opisie technicznym dopuści łóżko ze sterowaniem elektrycznym, gdzie:

- Regulacja elektryczna wysokości leża min. 36,5 – 81,5 cm
 - Regulacja elektryczna części plecowej [°] 0-72
 - Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30°
 - Regulacja elektryczna części udowej [°] 0-40
 - Łóżko wyposażone w metalowe malowane proszkowo barierki boczne, zabezpieczające pacjenta w ¾ długości, zgodnie z normą medyczną ICE 60601-2-52
- Spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 169:

Pakiet 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Czy Zamawiający w Opisie technicznym dopuści łóżko ze sterowaniem elektrycznym, gdzie:

- Regulacja elektryczna wysokości leża min. 36,5 – 81,5 cm
 - Regulacja elektryczna części plecowej [°] 0-72
 - Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców bez chwilowej pauzy po osiągnięciu przez oparcie kąta 30°
 - Regulacja elektryczna części udowej [°] 0-40
 - Łóżko wyposażone w metalowe malowane proszkowo barierki boczne, zabezpieczające pacjenta w ¾ długości, zgodnie z normą medyczną ICE 60601-2-52
- Spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 170:

Pakiet 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka:

W zakresie punktu: System pracy zmiennociśnieniowy co druga komora, z możliwością przełączenia na tryb statyczny z automatycznym powrotem do trybu zmiennociśnieniowego po maksymalnie 30 minutach.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego funkcje dobierane są świadomie przez personel medyczny.

Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie tzw. bezdotykowej terapii odleżyn tj. np. dokonywanie odcinkowego wyłączenia komór w materacu istniejącej odleżyny.

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 171:

Pakiet 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka:

W zakresie punktu Komory umieszczone w rzędach winny napętniać się powietrzem i opróżniać na przemian (co druga) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20 minut. Komory w sekcji głowy stale napętnione powietrzem.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego komory napętniają się powietrzem i opróżniają na przemian (co trzecia) w cyklu o regulowanym czasie 10/15/20/25 minut?

Wskazujemy, że utrzymanie takiego zapisu uniemożliwi m.in. stosowanie przedmiotowego materaca w terapii odleżyn dla pacjentów bariatrycznych (rozkład ucisku 1:2 jest o 30% większą siłą oddziałującą na tkanki pacjenta niż 1:3).

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 172:

Pakiet 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z materacem zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowym (przeciwodleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka:

W zakresie punktu Materac wyposażony w funkcję przechyłów bocznych i rotacji pacjenta, możliwość przechyłu/rotacji jednostronnej lub obustronnej. Czas rotacji regulowany w zakresie co najmniej 10-20 minut modułem nie większym niż 5 minut.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, o większym zakresie regulacji

niż 10-20 minut? Posiadającym możliwość regulacji osobną dla każdej ze stron rotacji tj. osobno regulowaną czasem oraz kątem tzw. przechyłu tj. rotacji bocznej?

Uzasadnienie: w ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 173:

Pakiet 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z matercem zmiennociśnieniowym (przeciwoleżynowym) z pompą

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowym (przeciwoleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka:

W zakresie punktu: Funkcja przechyłów bocznych i rotacji pacjenta uruchamiana i wyłączana za pomocą zaworów wbudowanych w materac

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy?

Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej skuteczne medycznie.

Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

Pytanie 174:

Pakiet 1 – Łóżko ze sterowaniem elektrycznym (1)

Pozycja 2. Łóżko ze sterowaniem elektrycznym z matercem zmiennociśnieniowym (przeciwoleżynowym) z pompą

Czy Zamawiający dopuści materac zmiennociśnieniowym (przeciwoleżynowym) z pompą dopasowany do oferowanego łóżka:

W zakresie punktu: Funkcja rotacji pracująca w trybie statycznym i zmiennociśnieniowym.

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac, którego sterowanie odbywa się poprzez panel pompy i może być dokonywane również w trybie niezależnym od trybu zmiennociśnieniowego np. w trybie statycznym?

Uzasadnienie: Taki rodzaj sterowania jest dokładniejszy, ponieważ umożliwia dokonywanie przez personel medyczny niezależnych ustawień dla wybranych stron rotacji. Z opisanych względów jest więc to rozwiązanie praktyczniejsze oraz bardziej skuteczne medycznie.

Uzasadnienie: W ocenie oferenta jest to ograniczenie skuteczności medycznej materaca niedopuszczające stosowania rozwiązań alternatywnych tzw. porównywalnych wg. PZP.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem 4 – Zestawienie Parametrów Technicznych.

UWAGA

**Zamawiający przedłuża termin składania ofert:
z 06.11.2020 r. godz. 10⁰⁰ na 17.11.2020 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesunął termin otwarcia ofert
z 06.11.2020 r. godz. 10³⁰ na 17.11.2020 r. godz. 10³⁰**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej – Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji:

- a) Zamawiający przesunął termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją w uwadze powyżej.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Ciechanowicza
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Matys
Kierownik Działu Zamówień Publicznych