

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli medycznych

Część 2 – Lodówki medyczne.

Pytanie 1: Czy dopuścicie Państwo do przetargu farmaceutyczne szafy chłodnicze wyposażone we wzorcowany przez Urząd Miar RP Komputerowy Rejestrator Temperatury KRT-406 GSM z powiadamianiem SMS-em o awariach o parametrach według załączonych kart katalogowych.

Odpowiedź: Nie.

Pozycja 2- Lodówka / chłodziarka farmaceutyczna- medyczna nr 2

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną bez wbudowanego rejestratora temperatury, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Chłodziarka wyposażona będzie w niezależny rejestrator temperatury z powiadamianiem. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną z zakresem temperatury od +20C do +80C? Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Charakterystyki Produktów Leczniczych wskazują na konieczność zapewnienia podczas przechowywania i dystrybucji leków stabilnych warunków termicznych w granicach od +2°C do +8°C. Zaproponowana przez nas chłodziarka spełnia powyższe wytyczne. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną o wymiarach zewnętrznych (szer. x wys. x gł.) 600x820x610 mm? Są to minimalnie mniejsze wymiary od wymaganych przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Nie, podane wymiary nie pasują do istniejącej zabudowy.

Pozycja 3 – Lodówka medyczna duża

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści lodówkę medyczną z chłodzeniem wymuszonym, spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Chłodzenie wspomagane wentylatorem zapewnia maksymalną stabilność oraz jednorodność temperatury we wnętrzu lodówki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Tak.

Część nr 3: Szafy medyczne

Poz. 3 - szafa lekarska dwudrzwiowa

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską dwudrzwiową z drzwiami i bokami z przeszkleniem wykonanym z szyby bezpiecznej klejonej o gr. 4,2mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga szafy zgodnej z opisem.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską dwudrzwiową z - drzwiami zamykanymi zamkiem kluczowym z pokrętkiem, z 2- punktowym systemem ryglowania?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga szafy zgodnej z opisem.

Poz. 4 - szafka na płyny infuzyjne

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę na płyny infuzyjne z drzwiami z przeszkleniem wykonanym z szyby bezpiecznej klejonej o gr. 4,2mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga szafy zgodnej z opisem.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Zamówień Publicznych im. K. Górnego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rydzewicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych