



DZP.381.36B.2022

Katowice 04.07.2022 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy: Dotyczy postępowania w trybie w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
p.n.: **Obsługa serwisowa respiratorów II - L - DZP.381.36B.2022**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE NR 1

Dotyczy projektu umowy, paragraf 2 punkt 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udzielenie na wymienione w ramach naprawy części zamienne lub podzespoły - gwarancji zgodnej z gwarancją udzieloną przez producenta, która wynosi 6 miesięcy? Wykonawca wymieniając część zamienną lub podzespoły nie może udzielić na nią dłuższej gwarancji niż producent wyrobu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy urządzenia do 4 tygodni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy? Prośbę motywujemy faktem, że dostawa części zamiennych od producenta posiadającego siedzibę w Niemczech potrwa więcej niż 5 dni roboczych, przez co niemożliwa będzie realizacja naprawy w terminie wymaganym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z pkt 13 §2. w przypadku naprawy dłuższej niż wynikającej z umowy Wykonawca zobowiązany jest wstawić na swój koszt (w ramach zaoferowanej wartości brutto) tożsame urządzenie zastępcze, przez cały okres naprawy. W takiej sytuacji nie nalicza się kar za niedotrzymanie terminu naprawy.

PYTANIE NR 3

Pytanie 1 do pakietu nr 3

W przedmiotowym pakiecie znajduje się respirator noworodkowy Babylog VN500, w którym podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności układu miksera i zaworu zwrotnego, sprawdzenie poprawnego podawania przepływu przez zawór bezpieczeństwa. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Dodatkowo zapis w pkt 3 w §1 projektu umowy określa wymagania poprawnego wykonania przeglądu technicznego

PYTANIE NR 4

Pytanie 2 do pakietu nr 3

Zamawiający wymaga przedstawienia ceny zakupu czujników tlenu, czy w celu zachowania zgodności z zaleceniami producenta Zamawiający będzie wymagał przedstawienia ceny czujników rekomendowanych przez Producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga

PYTANIE NR 5

Pytanie 3 do pakietu nr 3

W przedmiotowym pakiecie znajduje się respirator Babylog VN500. Naprawy oraz kompleksowa konserwacja tego urządzenia medycznego mogą być przeprowadzane jedynie przez ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę udokumentowaną certyfikatami szkoleń u producenta na dany rodzaj aparatu, doświadczenia do dokumentacji technicznej



zawierającej aktualizowane informacje przez producenta, dojścia do oryginalnych części producenta.

Spełnienie wszystkich powyższych punktów warunkuje poprawność wykonania procedury producenta. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich wykonawców spełnienia powyższych warunków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zapis w pkt 2 i 3 w §1. Określa wymagania poprawnego wykonania przeglądu technicznego oraz napraw. Dodatkowo kwalifikacje personelu stanowią kryterium w ocenie ofert.

PYTANIE NR 6

Pytanie 4 do pakietu nr 4

W przedmiotowym pakiecie znajdują się respiratory Oxylog 2000 Plus, w których podczas procedury przeglądowej należy wykonać kalibrację czujników ciśnienia, poprawności wskazań, szczelności układu pneumatyki, kalibrację czujników przepływu, sprawdzić poprawność dozowania zaworów proporcjonalnych. Sprawdzenie i ewentualna kalibracja możliwa jest do wykonania z poziomu oprogramowania serwisowego oraz trybu serwisowego. Czy Zamawiający w związku z powyższym by mieć pewność wykonania pełnej procedury przeglądowej będzie wymagał od Wykonawców legalnego oprogramowania serwisowego pozwalającego na przeprowadzenie kalibracji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zapis w pkt 3 w §1. Określa wymagania poprawnego wykonania przeglądu technicznego.

PYTANIE NR 7

Pytanie 5 do pakietu nr 4

W przedmiotowym pakiecie znajdują się respiratory Oxylog 2000 Plus. Naprawy oraz kompleksowa konserwacja tych urządzeń medycznych mogą być przeprowadzane jedynie przez ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę udokumentowaną certyfikatami szkoleń u producenta na dany rodzaj aparatu, dojścia do dokumentacji technicznej zawierającej aktualizowane informacje przez producenta, dojścia do oryginalnych części producenta.

Spełnienie wszystkich powyższych punktów warunkuje poprawność wykonania procedury producenta. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich wykonawców spełnienia powyższych warunków?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Zapis w pkt 2 i 3 w §1 określa wymagania poprawnego wykonania przeglądu technicznego oraz napraw. Dodatkowo kwalifikacje personelu stanowią kryterium w ocenie ofert.

PYTANIE NR 8

Pytanie 6 do zał. nr 3

Czy w związku z ogólnosiłowymi zaburzeniami na rynkach surowców oraz komponentów elektronicznych, które istotnie wpływają na zaburzenia łańcuchów dostaw elektroniki i części zamiennych, Zamawiający zmieni czas na wykonanie naprawy w przypadku konieczności użycia części zamiennych (§2, ust 11.) z 5 dni roboczych na 8 dni roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE NR 9

Pytanie 7 do zał. nr 3

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §4, ust 1, ppkt a. z 0,2% na 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki w usunięciu awarii względem terminu określonego zgodnie z §2 ust. 11 umowy, o ile nie zostanie dostarczone tożsame urządzenie na czas przedłużającej się naprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 10

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §4, ust 1, ppkt b. z 0,2% na 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu przeglądów technicznych względem terminu ustalonego zgodnie z §2 ust. 4 umowy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody



PYTANIE NR 11

Pytanie 9 do zał. nr 3

Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w §4, ust 1, ppkt d. z 0,2% na 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu kalkulacji wskazanej w § 2 ust.11 niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 12

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 1 wymaga poświadczenia o autoryzacji serwisu przez producenta sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Kwalifikacje personelu są punktowane.

PYTANIE NR 13

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 1 wymaga, aby osoby wykonujące usługę posiadały certyfikaty świadczące o przeszkoleniu w zakresie serwisowania sprzętu medycznego wystawione przez producenta lub autoryzowany serwis producenta na terenie Polski?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Kwalifikacje personelu są punktowane.

PYTANIE NR 14

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz pacjentom, a także zapewnieniu przeprowadzenia usługi zgodnie z pełnymi wytycznymi producenta, Zamawiający w Pakiecie 1 wymaga sprawdzenia i ewentualnej aktualizacji oprogramowania urządzeń do najnowszej wersji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga. Dodatkowo zapis w pkt 2 i 3 w §1 projektu umowy określa wymagania poprawnego wykonania przeglądu technicznego oraz napraw.

PYTANIE NR 15

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Bennett, urządzenia po każdorazowym przepracowaniu 10 tys. godzin podlegają poszerzonemu przeglądowi obejmującemu remont układu pneumatyki. Czy zamawiający wymaga, aby w ramach przeglądu wykonać także poszerzone przeglądy i tym samym wliczyć koszty niezbędnych części do ceny pakietu? Jeżeli Zamawiający wymaga poszerzonego przeglądu, to zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń wymagających poszerzonej procedury.

Odpowiedź:

Procedura ta w razie potrzeby będzie wykonywana w ramach akceptacji wymiany części.

PYTANIE NR 16

Czy ze względu na zakończony okres wsparcia Producenta dla respiratorów PB 740, Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ich z Pakietu 1? Alternatywnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wystawienie orzeczenia technicznego wskazującego na kasację?

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa respiratory PB 740 z pakietu nr 1.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4.1 (formularz cenowy) w załączeniu.

Zamawiający przesuwa:

termin składania ofert:

z dnia 06.07.2022 r. godz. 10:00 na dzień 07.07.2022 r. godz. 10:00

termin otwarcia ofert:

z dnia 06.07.2022 r. godz. 10:30 na dzień 07.07.2022 r. godz. 10:30