



DZP.381.72B.2022

Katowice 11.10.2022

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dot. postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji II

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

1 PYTANIE

Dotyczy Części 1:

Poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści test z ostatecznym odczytem po 20 minutach oraz czy wyrazi zgodę, aby w ramach dostawy testów biologicznych wykonawca dostarczył nieodpłatnie auto czytnik do oferowanych testów na czas trwania umowy?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu, nie wyraża zgody na użyczenie sprzętu.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych