



DZP/381/6/AAD/2019

Katowice 06.03.2019

Do wszystkich Wykonawców

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax: (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

Odpowiedzi na pytania

Dotyczy zaproszenia do składania ofert na dostawę foteli pielęgnacyjnych

PYTANIE 1

Czy Zamawiający dopuści fotel pielęgnacyjny, gdzie zakres regulacji kąta pochylenia oparcia wynosi 13°-45°?

Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wskazanych w pytaniu parametrów.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych