



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

DZP.381.51A.2023

Katowice 20.07.2023 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa specjalistycznych drukarek do znakowania**

1. Pytanie:

Pakiet 1, pozycja 12

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia z podajnikami umiejscowionymi na zewnątrz urządzenia, zwracamy uwagę na fakt, iż drukarki tego typu dedykowane są do pracy w bezpośrednim kontakcie ze stanowiskiem do skrawania, a co za tym idzie użytkownik stale dokłada kolejne szkiełka do magazynków w celu wykonywania bieżącego nadruku, zatem specyfika pracy nie pozwala na gromadzenie się kurzu czy pyłu czy wilgoci w podajnikach urządzenia drukującego. Pracownia czy zakład patomorfologii to miejsca w których kurz i wilgoć nie powinny się znajdować w nadmiernych ilościach, gdyż przekładałoby się to na całokształt wykonywanej diagnostyki. Wprowadzenie zatem niniejszego wymogu przez Zamawiającego jest bezzasadne i stanowi restrykcyjne ograniczenie konkurencji, w zakresie zadania nr 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Uzasadnienie: W przypadku Zamawiającego drukarki wykorzystywane będą w pomieszczeniach nie posiadających klimatyzacji co wiąże się m.in. z możliwością dużych wahań wilgotności powietrza. Praktyczne doświadczenie Zamawiającego wskazuje że może to prowadzić do sklepania się szkiełek i blokowania podajnika.

2. Pytanie:

Pakiet 2

Pozycja 16 i 18

W związku z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią w zakresie obsługi systemu LIS, Zwracamy uwagę na niekonsekwencję w zakresie wymagań Zamawiającego. W opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający wyraźnie określił, iż oczekuje „Sterowanie wyborem zasobnika z poziomu systemu LIS oraz poprzez wybór koloru kasety z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia” W ramach udzielonych odpowiedzi niniejszy parametr został zmieniony na wymóg zarządzania z poziomu samego LIS. W związku z powyższym wnosimy do Zamawiającego odstąpienie od wymogu opisanego w pozycji 16 to jest „Automatyczna detekcja koloru kasety w każdym z zasobników podajnika” gdyż jest to parametr charakterystyczny dla wyłącznie jednego producenta, firmy Dakewe, dystrybutor Polska – firma Opta Tech. Niniejsze rozwiązanie chronione jest patentem o numerze CN111590210A.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

KRS: 0000049660



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”



UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE
IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Oferent błędnie interpretuje odpowiedź udzieloną na pytanie dotyczące sterowania wyborem koloru kasetki. Zamawiający nie wyraził zgody na ograniczenie zarządzania kolorem kasetki **TYLKO** z poziomu systemu obsługującego drukarkę. W mocy pozostaje zatem wymóg sterowania wyborem zasobnika z poziomu systemu LIS **ORAZ** poprzez wybór koloru kasetki z poziomu interfejsu użytkownika urządzenia (warunek łączny). Możliwość automatycznej detekcji koloru znajdujących się w podajniku kasetek stanowi bardzo istotną funkcjonalność – zamawiający szeroko wykorzystuje kodowanie rodzaju materiału przy pomocy kolorów kasetek. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, iż przywoływany patent o numerze CN111590210A dotyczy całego algorytmu pracy urządzenia, którego tylko jednym z elementów jest rozpoznawanie koloru kasetki, a wniosek o ochronę patentową złożony został w China National Intellectual Property Administration - CNIPA

3. **Pytanie:**

Pakiet 2

Pozycja 20

Ponownie wnosimy o dopuszczenie rozwiązania w postaci wysuwanego jednorzędowego odbiornika na kasetki, jest to rozwiązanie wpisujące się dokładnie w oczekiwania zamawiającego (względem udzielonej odpowiedzi) gdyż wysuwany podajnik zajmuje zdecydowanie mniej miejsca niż wielorzędowa taca. Niniejszy odbiornik może być dodatkowo umieszczony bezpośrednio przy stanowisku pobierania materiału, co optymalizuje proces pracy użytkownika. Użytkownik w zestawie otrzymuje 4 podajniki, każdy o pojemności 25 kasetek, Zwracamy również uwagę na fakt, iż oferowana przez nas drukarka zajmuje o około 25 % mniej powierzchni użytkowej względem preferowanej w parametrach drukarki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Madej
mgr Karolina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych