



DZP.381.4B.2021

Katowice 15.03.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) p.n.:
Dostawa narzędzi medycznych - DZP.381.4B.2021

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: dot. Pakiet 2: Kleszczyki laparoskopowe.

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków typu Maryland o dł. roboczej 330 mm, z kablem przyłączeniowym o dł. 3 m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Metzenbaum o dł. 280 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.6 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 220 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 5: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.9 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 6: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.10 Prosimy o dopuszczenie imadła o dł. 240 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 7: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.11 Prosimy o dopuszczenie imadła Crile-Wood o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 8: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.12 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków DeBakey o dł. 280 mm, kąt zagięcia szczęk 60 st. dł. Szczęk 100 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 9: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.14 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 225 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 10: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.15 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 185 mm, cięciwa łuku 70 mm.

KRS: 0000049660



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.16 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 200 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12: dot. Pakiet 5: Narzędzia laparotomia

Lp.18 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 260 mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z uwagą pod pakietem, iż Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach w granicach +/-2% zaproponowany wymiar spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 13:

Prosimy o zmianę oceny za kryterium dostawy na następującą:

Termin dostawy Liczba punktów

do 35 dni roboczych 20

36-49 dni roboczych 15

50-60 dni roboczych 10

61-70 dni roboczych 0

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14: dot. PAKIET 1 POZ.38: ZESTAW NARZĘDZIOWY LAPAROSKOPOWY

Zamawiający wymaga „KAPTUR USZCZELKA DO TRÓJGRANIEC ŚR.13MM” -1 szt. Czy Zamawiający dopuści „KAPTUR USZCZELKA DO TRÓJGRANIEC ŚR.13MM” pakowane po 20szt?

Odpowiedź:

Zamawiający niniejszym poprawia omyłkę w poz. 38 wpisując zamiast sztuk kpl (komplet) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) w zakresie pakietu 28.

Pytanie nr 15: dot. Pakiet 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 330 mm, pozostałe parametry bez zmian. Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane kleszczyki posiadały blokadę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na kleszczyki o dł. 330 mm. Zamawiający nie wymaga kleszczyków z blokadą.

Pytanie nr 16: dot. Pakiet 5, poz. 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 17: dot. Pakiet 5, poz. 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 220 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 18: dot. Pakiet 5 poz. 8:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 250 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 19: dot. Pakiet 5, poz. 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 200 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją



załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 20: dot. Pakiet 5, poz. 10:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 21: dot. wzoru umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia otrzymania reklamacji” na „... od dnia uznania reklamacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 22: dot. wzoru umowy

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w zrealizowaniu dostawy częściowej, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia;**

b) w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 oraz § 5 ust. 3 niniejszej umowy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy,**

c) w wysokości 10% kwoty **niezrealizowanej części** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 23: dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wystawiał i przysyłał faktury, duplikaty faktur oraz ich korekty, a także noty obciążeniowe i noty korygujące w formacie pliku elektronicznego PDF na adres e-mail: faktury@uck.katowice.pl pod warunkiem, iż Zamawiający również będzie mógł dokonywać powyżej wskazanych czynności na wskazany przez Wykonawcę w umowę adres e-mail.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje następujące zapisy wzoru umowy:

§3 ust. 4 oraz §11 ust. 9 – 12, które przyjmują brzmienie zgodnie z załączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika nr 3 do SWZ (wzór umowy).

Pytanie nr 24: dot. wzoru umowy

Wnosimy o wykreślenie zapisu § 3 ust. 7 lit. c

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pakiecie Nr. 2 pozycji Nr. 1 kleszczyki laparoskopowe KELLY o długości 330 mm, rowkowane krzyżowo, podwójnie ruchome o średnicy 5,0 mm ?

Czy Zamawiający może określić do jakiego urządzenia używa, aby dopasować odpowiedni kabel.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kleszczyków laparoskopowych KELLY o długości 330 mm, rowkowane krzyżowo, podwójnie ruchome o średnicy 5,0 mm.

Przedmiot zamówienia musi być kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego diatermią firmy ERBE.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia załącznik nr 4 do SWZ (formularz asortymentowo



cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

Pytanie nr 26: dot. zał. 4 Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet 6: Cystoskop

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny:

„Kosz z pokrywą, stalowy, perforowany, z uchwytami silikonowymi do zamontowania cystoskopu”

zamiast

„Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów”

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, iż koszt musi być do sterylizacji w związku z czym zmienia załącznik nr 4 do SWZ (Formularz asortymentowo cenowy) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika w zakresie w/w pakietu.

UWAGA

1. Zamawiający zmienia załącznik nr 4 (Formularz asortymentowy cenowy) do SWZ w zakresie pakietu 1, 2, 5 i 6 zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załączników

2. Zamawiający modyfikuje zapis XIII.13.1 SWZ, który przyjmuje następujące brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17.04.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający niniejszym przesunął termin składania ofert:

z 18.03.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 19.03.2021 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesunął termin otwarcia ofert

z 18.03.2021 r. godz. 10³⁰ na 19.03.2021 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karina Madej
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych